



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS

Praça da Matriz, nº 145, Centro, Taiobeiras, Minas Gerais – CEP 39550-000

CNPJ: 18.017.384/0001-10

PARECER TÉCNICO PREGÃO ELETRÔNICO – 043 /2024

Conforme solicitado segue análise técnica dos materiais:

Nº	ITEM	SITUAÇÃO																
01	Mamografo Digital	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA tendo sido identificada com desconformidades do material ofertado com as especificações solicitadas. * Seleção de valores de no mínimo de faixas de 23 kV a 35 kV e 45 kV a 49 kV, em incrementos de 1Kv; <table><tr><th colspan="2">GERADOR DE ALTA TENSÃO DE RAIOS X</th></tr><tr><td>Compensação de tensão de linha</td><td>AUTOMÁTICO Gerador de alta tensão com circuito fechado kV e compensação de avanço de linha</td></tr><tr><td>Tecnologia Inversora</td><td>Alimentação de corrente, ponte Mosfet com capacidade de limite de corrente de saída e proteção contra curto-circuito</td></tr><tr><td>Frequência do Inversor</td><td>50 kHz</td></tr><tr><td>Frequência/Amplitude de Ondulação</td><td>100 kHz <2%</td></tr><tr><td>Potência de Saída Do Gerador</td><td>7,4 kW (@ 37 kV)</td></tr><tr><td>Faixa kV</td><td>20÷35 kV 20÷49 kV (Opcional)</td></tr><tr><td>Resolução kV (modo manual e automático)</td><td>0,5 kV</td></tr></table> Considero que a proposta não atende as especificações exigidas pelo edital, devendo, portanto, não ser aceita.	GERADOR DE ALTA TENSÃO DE RAIOS X		Compensação de tensão de linha	AUTOMÁTICO Gerador de alta tensão com circuito fechado kV e compensação de avanço de linha	Tecnologia Inversora	Alimentação de corrente, ponte Mosfet com capacidade de limite de corrente de saída e proteção contra curto-circuito	Frequência do Inversor	50 kHz	Frequência/Amplitude de Ondulação	100 kHz <2%	Potência de Saída Do Gerador	7,4 kW (@ 37 kV)	Faixa kV	20÷35 kV 20÷49 kV (Opcional)	Resolução kV (modo manual e automático)	0,5 kV
GERADOR DE ALTA TENSÃO DE RAIOS X																		
Compensação de tensão de linha	AUTOMÁTICO Gerador de alta tensão com circuito fechado kV e compensação de avanço de linha																	
Tecnologia Inversora	Alimentação de corrente, ponte Mosfet com capacidade de limite de corrente de saída e proteção contra curto-circuito																	
Frequência do Inversor	50 kHz																	
Frequência/Amplitude de Ondulação	100 kHz <2%																	
Potência de Saída Do Gerador	7,4 kW (@ 37 kV)																	
Faixa kV	20÷35 kV 20÷49 kV (Opcional)																	
Resolução kV (modo manual e automático)	0,5 kV																	

MARLON HALLISON CARDOSO RAMOS
Secretario de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Laurinda Angelica, nº 42, Centro, Taiobeiras – MG 39550-000

E-mail: financeirosaude@taiobeiras.mg.gov.br Telefones: 038 3845 1351 – 038 3845 1505 site: www.taiobeiras.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓBEIRAS

Praça da Matriz, nº 145, Centro, Taiobeiras, Minas Gerais – CEP 39550-000

CNPJ: 18.017.384/0001-10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Laurinda Angelica, nº 42, Centro, Taiobeiras – MG 39550-000

E-mail: financeirosaude@taiobeiras.mg.gov.br Telefones: 038 3845 1351 – 038 3845 1505 site: www.taiobeiras.mg.gov.br