



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIOBEIRAS

Praça da Matriz, nº 145, Centro, Taiobeiras, Minas Gerais – CEP 39550-000

CNPJ: 18.017.384/0001-10

PARECER TÉCNICO
PREGÃO ELETRÔNICO – 043/2024

Conforme solicitado segue análise técnica do equipamento:

Nº	ITEM	SITUAÇÃO
01	Mamografo Digital	Foi analisada a proposta fornecida pela empresa <u>COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA</u> tendo sido identificada com desconformidades do material ofertado com as especificações solicitadas. * Características do Tubo de Raio-X: Filtro permanente de Berílio. *Características do Detector integrado (DR); Sem adaptações, com tecnologia de conversão direta da aquisição de imagem por detector de tela plana, de alta resolução para aquisição de imagens digitais. *Detector plano de selênio amorfo com tecnologia de conversão direta mesma tecnologia em tomossíntese. *Dispositivos de Comunicação: Interface DICOM 3.0 - Console de operação: - Modality Work list User; - Fornecedor de armazenamento; - Storage commitment User; - Query/Retrieve User; - Basic Grayscale; - Print Usuário; - DICOM compatível com CD-R Data Interchange; - Modality Performed Procedure Step. Considero que a proposta não atende as especificações exigidas pelo edital, devendo, portanto, não ser aceita.

MARLON HALLISON CARDOSO RAMOS
Secretario de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Laurinda Angelica, nº 42, Centro, Taiobeiras – MG 39550-000

E-mail: financeirosaude@taiobeiras.mg.gov.br Telefones: 038 3845 1351 – 038 3845 1505 site: www.taiobeiras.mg.gov.br