

CI 489/2026 – COMUNICAÇÃO INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: Divisão de Licitação

Assunto: RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

IMPUGNANTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

Prezada sra. Gislaine Karine da Silveira,

Trata-se de impugnação apresentada pela empresa Air Liquide Brasil Ltda. em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 070/2026, cujo objeto é a locação de aparelhos médicos respiratórios para tratamento de apneia do sono e distúrbios respiratórios, compreendendo equipamentos BIPAP, CPAP com umidificador integrado e concentradores de oxigênio, destinados ao atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Santa Rita do Sapucaí/MG.

Após análise dos questionamentos apresentados pela impugnante, a Secretaria Municipal de Saúde informa que serão promovidas alterações nas especificações técnicas dos itens questionados, com o objetivo de aprimorar a descrição dos equipamentos, adequar os requisitos às necessidades assistenciais da Administração e ampliar a competitividade do certame, sem prejuízo da qualidade, da segurança e da efetividade dos tratamentos destinados aos pacientes atendidos pelo SUS.

As alterações contemplarão a revisão das especificações relativas aos modos ventilatórios dos equipamentos BIPAP, às características construtivas e aos acessórios de transporte dos equipamentos BIPAP e CPAP, bem como aos parâmetros técnicos dos concentradores de oxigênio, observando-se a pertinência de cada requisito à finalidade assistencial pretendida.

As especificações revisadas foram definidas pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante avaliação técnica, de modo a permitir a aceitação de equipamentos que atendam adequadamente às necessidades clínicas dos pacientes, respeitados os requisitos essenciais de desempenho, funcionalidade e segurança.

Em razão das alterações a serem realizadas no instrumento convocatório, o edital e seus anexos serão devidamente retificados.

Diante do exposto, a Secretaria Municipal de Saúde ACOLHE A IMPUGNAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REVISÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUESTIONADAS, determinando a realização dos ajustes pertinentes no edital e em seus anexos, conforme avaliação técnica dos setores competentes.

Após a retificação, serão adotadas as providências necessárias para a publicidade das alterações e para o regular prosseguimento do procedimento licitatório, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

O descritivo dos itens deverão ser alterados conforme descrição abaixo:

ITEM 1 - 301.000.001 - Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de Apneia do sono e distúrbios respiratórios **BIPAP**. Especificações mínimas do produto: Para utilização em ambiente domiciliar, deve permitir a regulagem de seis módulos ventilatórios CPAP, S, ST, T, PAC e VAPAP (ou PS-VA) deve possuir bateria Interna com

capacidade de 2 horas, fornece pressão de até 40 l/min com fluxo máximo de 175 l/min., suporta frequências respiratória de 5 a 60 IRPM. Uso adulto e pediátrico Itens Inclusos: • Traquéia 02 metros • Cabo de alimentação • Máscara conforme necessidade do paciente.

ITEM 2 - 301.000.063 - Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de Apneia do sono e distúrbios respiratórios com umidificador integrado CPAP. Especificações mínimas do produto: Para utilização em ambiente domiciliar, deve permitir a regulação de pressão inspiratória positiva entre 4 a 20 cmh2o e também regulação da elevação progressiva dos valores de pressão entre 0 até 30 minutos (tempo rapa). Alimentação 127 volts, com troca de filtro a cada 6 meses. Faixa de pressões operacionais (ajuste manual de altitude): 4-20 cm H2O • Faixa de entrada de energia: 110V a 240V CA, 60Hz • Silencioso e Prático de usar. • Possui controles de umidade. Itens Inclusos: • Traquéia 02 metros • Cabo de alimentação • Filtros • Máscara conforme necessidade do paciente.

ITEM 3 - 301.000.072 - CONCENTRADOR DE OXIGENIO Locação de Concentradores de Oxigênio: - Alimentação: 120 V 60 HZ- Baixo ruído - Alarme.- Pureza de 02 (5 l/min): 93% (+/- 3%)- Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto- Composto por: - 1 (um) Cateter de 2 metros e 10 cm de silicone- 1 (um) frasco umidificador.

Sem mais para o momento, renovamos protestos de consideração.

Santa Rita do Sapucaí – MG, 21 de outubro de 2026.

Silvia Regina
Pereira da
Silva:79958249634

Assinado de forma digital
por Silvia Regina Pereira da
Silva:79958249634
Dados: 2026.10.21 16:12:37
-03'00"

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde