


Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 03
Produto: AGULHA DESCARTÁVEL ESPINHAL 25G PARA RAQUI, ANESTESIA COM BISE L DE FINA PRECISÃO MICROSCOPIA TIPO QUINCKE, CONEXÃO TRANSPARENTE 25G X 3 1/2 88MM, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE, REGISTRO NO M.S.
Marca: Unisis
Quantidade de amostras analisadas:
Lote analisado:
Data da avaliação:
Responsável:
Setor:
Parecer técnico: <i>Marca diferente do descritivo KOL.</i> <i>Descrição da medida não confere com o produto.</i>
Parecer final: () Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição (X) Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 18/11/25.

Assinatura do avaliador:


Renata Garcia Pimenta
ENFERMEIRA
COREN-MG: 227829



Análise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

Avaliação de amostras

Pregão: 98
Item: 7
Produto: AGULHA PARA INFUSÃO INTRA ÓSSEA
Marca: Unit
Quantidade de amostras analisadas: 02 unidades
Lote analisado: 0111527112024-0
Data da avaliação: 25.11.2025
Responsável: Enfª Alessandra e Drº Jhon
Setor: Sala de emergência
Parecer técnico: Veio agulha para aspiração de medula óssea e não intraóssea. A agulha que veio é para aspirar material da medula para exame e não para infundir grandes volumes de líquidos e medicamentos.
Parecer final: () Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição (x) Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 25/11/25.

Assinatura do avaliador:

[Assinatura]
Cristina Apª da Costa
CRÉM-MG: 175548

[Assinatura]
Dr. John Patrick Taves
Cardiologia
CRM-MG: 51021

Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.


Avaliação de amostras

Pregão: 98
Item: 8
Produto: AGULHA PARA INFUSÃO INTRA ÓSSEA INFANTIL
Marca: Unit
Quantidade de amostras analisadas: 02 unidades
Lote analisado: AD0737/2025 042025-0
Data da avaliação: 25-11-2025
Responsável: Exa. Alessandra e Dr. Jhon
Setor: Pediatria
Parecer técnico: Veio agulha para aspiração de medula ósea e não intraóssea. A agulha que veio é para aspirar material da medula para exame e não para infundir grandes volumes de líquidos e medicamentos.
Parecer final: () Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição (X) Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data 25/11/25.

Assinatura do avaliador: _____




Dr. John Patrick Taves
Cardiologia
CRM-MG: 51621

Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 - Vila Paiva - Varginha / MG - CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 - FAX (0**35) 3222-9512

E - Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item:	25 - B
Produto:	BATERIA ALCALINA 9V 6LR1
Marca:	ELGIN
Empresa:	
Data Avaliação:	16/12/25
Responsável:	GILBERTO BOCALON
Sector:	ALMOXARIFADO
Parecer Técnico:	PRODUTO APRESENTADO QUANDO USADA NOS APARELHOS, TEM DURABILIDADE MUITO CURTA, SEGUNDO RELATO DAS UNIDADES DE SAÚDE.
Parecer Final:	☐ APROVADA ☒ REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). ☐ Amostra não Testada. (Registrar o motivo).

Data: 16/12/25
Assinatura do avaliador: Gilberto Bocalon
Encarregado do Almoxarifado
Secretaria de Saúde/Varginha-MG

Avaliação de amostras**Pregão: 81****Item: 63****Produto:** CURATIVO DE ESPUMA MULTICAMADAS AUTO ADERENTE

TAMANHO APROXIMADO: 15CMX15CM AS QUAIS DEVEM POSSUIR CAMADA SUPERIOR EXTERNA PROTETORA DE FILME POLIURETANO C/ BARREIRA VIRAL E BACTERIANA. DUAS CAMADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO OU SIMILAR PARA DISPERSÃO DE FORÇAS DE PRESSÃO, FRICÇÃO E CISALHAMENTO E IMPEDIMENTO DA DEFORMAÇÃO DO CURATIVO; CAMADA DA INTERMEDIARIA PARA ABSORÇÃO, CONTROLE DA UMIDADE E MANUTENÇÃO DO MICROCLIMA DA PELE; E CAMADA ADESIVA DE SILICONE PERFURADO EM TODA A INTERFACE DO CURATIVO COM A PELE INTEGRAL. DEVE SER ESTERIL, HIPOALERGENICO, ATRAUMATICO NA RETIRADA, **AUTO ADERENTE E PODE SER REMOVIDO E REAJUSTADO A LESÃO SEM PERDA DE ADESIVIDADE**. PODE PERMANECER NA POR ATÉ 7 DIAS. INDICADO PARA PREVENÇÃO DE LESÕES DE PELE COMO LESÃO POR PRESSÃO E PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS COM BAIXA E MEDIA QUANTIDADE DE ESUDATO.

REGISTRO NA ANVISA.

DEVE CONTER DADOS COM IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO M.S.

PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO DE 03(TRES) ANOS

A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Marca: Polar Fix**Quantidade de amostras analisadas:**

03 unidades

Lote analisado:

15C23

Data da avaliação:

25-11-2025

Responsável:

Enfa. Alessandra

Setor:

Sala de emergência

Parecer técnico:

Por ser um curativo sem borda de silicone e neoprene utilizar uma segunda cobertura. Sem tecnologia de aderência suave. A fixação é convencional.

Parecer final: () Amostra **aprovada**, atende as especificações e as necessidades da Instituição
(x) Amostra **reprovada**, não atende as especificações e as necessidades da Instituição
() Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 25/11/25.

Assinatura do avaliador: _____

**Analise com cuidado o item enviado.****Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.**

Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 80
Produto: FIO CATGUT S G313 2,0 75CM C/A3/8 CILIND FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL CATGUT SIMPLES 2.0, FIO 70CM COM AGULHA 3/8 CIRCULO CILÍNDRICO, 31MM (GASTRO). ACONDICIONADO EM ENVELOPE SECUNDÁRIO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA E A MANIPULAÇÃO DO PRODUTO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E REGISTRO NO M.S.
Marca: Donati / MJS
Quantidade de amostras analisadas: 03 unidades
Lote analisado: 23F25
Data da avaliação: 14.11.2025
Responsável: Dr. Lucas e Enf. Alessandra e Renata
Sector: Sutura
Parecer técnico:
O descrito é diferente do material enviado 75 cm - agulha 3/8 círculo cilíndrica, 30MM
Parecer final: () Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição (X) Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 14/11/25.

Assinatura do avaliador:

Assinatura de Alessandra Ap. da Costa
 COEN-MG 175548

Renata Garcia Pimenta
 ENFERMEIRA
 CRM-MG: 227829

Assinatura de Renata Garcia Pimenta

Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 81
Produto: FIO CIRÚRGICO ABSORVIVEL CATGUT SIMPLES 1.0, FIO 70CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICO, 31MM (GASTRO). ACONDICIONADO EM ENVELOPE SECUNDÁRIO, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA E A MANIPULAÇÃO DO PRODUTO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E REGISTRO NO M.S.
Marca: Donati / MJS
Quantidade de amostras analisadas: 03 unidades
Lote analisado: 21624
Data da avaliação: 14.11.2025
Responsável: Dr. Lucas, Enf. Alessandra
Sector: Sutura
Parecer técnico:
O descrito é diferente do material enviado
75 cm - agulha 3/8 círculo cilíndrico 30 mm
Parecer final: () Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição (X) Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 14/11/25.

Assinatura do avaliador:

[Assinatura]
Alessandra Ap. Costa
COPM 17558
COREN-MG 277829

[Assinatura]
Renata Garcia Pimenta
ENFERMEIRA
COREN-MG 277829

Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 82
Produto: FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL CATGUT SIMPLES 4.0 70CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA COM 22MM (GASTRO). ADICIONADO EM ENVELOPE SECUNDÁRIO ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA E A MANIPULAÇÃO DO PRODUTO EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DE VALIDADE E REGISTRO NO M.S.
Marca: Donati / MJS
Quantidade de amostras analisadas: 03 unidades
Lote analisado: 35 E 22
Data da avaliação: 14-11-2025
Responsável: Dr. Lucas, Grf. Alessandra, Renata
Sector: Sutura
Parecer técnico:
O descrito é diferente do material enviado 75 cm - agulha 1/2 círculo cilíndrica 20mm
Parecer final: () Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição (X) Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 14/11/25.

Assinatura do avaliador:



Renata Garcia Pimenta
Enfermeira
COREN-MG: 227829

Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 84
Produto: FIO CIRÚRGICO AGULHADO CATGUT 3.0 (CX. C/24 UNID)
Marca: Donati / MJS
Quantidade de amostras analisadas: 03 unidades
Lote analisado: J 5 E 22
Data da avaliação: 14.11.2025
Responsável: Dr. Lucas e Enf. Alessandra
Sector: Sutura
Parecer técnico: Possui uma menor durabilidade de sustentação tecidual, aumentando o risco de ruptura precoce e deiscência de sutura
Parecer final: () Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição (X) Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 25/11/25.

Assinatura do avaliador:




Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item:	85 Pregão 98/2025
Produto:	Fio cirúrgico algodão fio 15cm com agulha
Marca:	Shalon
Empresa:	
Data Avaliação:	12.11.25
Responsável:	Julia Aparecida Silva
Setor:	Centro Cirúrgico Ambulatorial
Parecer Técnico:	Produto não atende aos requisitos solicitados. Qualidade ruim.
Parecer Final:	☒ APROVADA ☒ REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). ☐ Amostra não Testada. (Registrar o motivo).

Data: 12.11.2025
Assinatura do avaliador: Julia A. Silva





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item:	85 Pregão 98/2025
Produto:	Fio cirúrgico algodão Fio 45cm com agulha
Marca:	Shalon
Empresa:	
Data Avaliação:	13.11.25
Responsável:	Julia Aparecida Silva
Setor:	Centro Cirúrgico Ambulatorial
Parecer Técnico:	Produto não atende aos requisitos de qualidade. Dificuldade na penetração da agulha devido à afiação da mesma, fio rompe com tração média.
Parecer Final:	☐ APROVADA ☒ REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). ☐ Amostra não Testada. (Registrar o motivo).

Data: 13.11.2025

Assinatura do avaliador:

Julia A. Silva



Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 86
Produto: FIO CIRÚRGICO NYLON 6.0 45CM, C/ AGULHA 3/8 – 19MM INABSORVIVEL MONOFILAMENTAR DE POLIAMIDA 6.0 C/ 45 CM, COM AGULHA 19MM, CURVATURA DE 3/8 CIRCULO TRIANGULAR. COR PRETO.(CUTICULAR) ACONDICIONADO EM ENVELOPE SECUNDÁRIO, ESTERIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO IMEDIATA E A MANIPULAÇÃO DO PRODUTO. DEVERA CONSTAR O REGISTRO NO M.S.
Marca: Donati / MJS
Quantidade de amostras analisadas: 03 unidades
Lote analisado: 9625
Data da avaliação: 14.11.2025
Responsável: Dr. Lucas e Enfa Alessandra
Sector: Sutura
Parecer técnico: O descrito é diferente do material enviado a agulha no descrito é 19mm e do material enviado 20mm
Parecer final: () Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição (X) Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 14/11/25.

Assinatura do avaliador:



Renata Garcia Pimenta
ENFERMEIRA
COREN-MG: 227829

Pimenta

Analise com cuidado o item enviado.


Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.


Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 88
Produto: FIO NYLON 2.0 ½ - 45CM C/ AGULHA CUTICULAR 19MM -
Marca: Donati / MJS
Quantidade de amostras analisadas: 02 unidades
Lote analisado: 12K22
Data da avaliação: 14.11.2025
Responsável: Dr. Lucas e Enfa. Alessandra, Renata
Setor: Sudea
Parecer técnico: O descrito é diferente do material enviado. agulha de 40mm e não 19mm
Parecer final: () Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição (X) Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 14/11/25.

Assinatura do avaliador: 




Renata Garcia Pimenta
ENFERMEIRA
CRM-MG: 227829

Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item:	90 Pregão 98/2025
Produto:	Fio Sutura absorvível Poliglactina 910 2.0
Marca:	Shalon
Empresa:	
Data Avaliação:	13.11.2025
Responsável:	Feila Aparecida Silva
Setor:	Centro Cirúrgico Ambulatorial
Parecer Técnico:	Produto não atende aos requisitos de qualidade. A agulha é romba e de difícil manuseio e o fio se rompe com tensão média (quando é tensionado com força mediana).
Parecer Final:	☐ APROVADA ☒ REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). ☐ Amostra não Testada. (Registrar o motivo).

Data: 13.11.2025
Assinatura do avaliador: Feila Aparecida Silva



Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 99
Produto: FIXADOR CEFÁLICO DE SILICONE TAM: INFANTIL O FIXADOR CEFÁLICO DE SILICONE PARA MASCARA E FABRICADO EM 100% SILICONE RESISTENTE E CONFORTÁVEL, HIPOALERGICOS COM ORIFÍCIO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DE MASCARA REGULÁVEL ATRAVÉS DE ORIFÍCIO O FIXADOR CEFÁLICO DE SILICONE PARA MASCARA E UM PRODUTO LIVRE DE LATEX E REUTILIZÁVEL O FIXADOR CEFÁLICO DE SILICONE PARA MASCARA EXERCE PAPEL FUNDAMENTAL NA MANUTENÇÃO DE ESTABILIDADE DA MASCARA E TEM COMO BENEFICIO EVITAR ESCAPES DE AR, SEGURO, CONFORTÁVEL HIGIÊNICO HIPOALÉRGICO REUTILIZÁVEL E LIVRE DE LATEX.
Marca: Impacto
Quantidade de amostras analisadas: 02
Lote analisado: 68010425
Data da avaliação: 12-11-2025
Responsável: Enf. Renata e Renata
Setor: SCIRAS
Parecer técnico: A amostra enviada é incompatível com o item descrito acima. (A amostra enviada é modelo adulto tam. M; e mesmo aparentar ter qualidade inferior).
Parecer final: () Amostra aprovada, atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra reprovada, não atende as especificações e as necessidades da Instituição (X) Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25.

Assinatura do avaliador:

Renata

Renata Garcia Pimenta
Enf. 12/11/25
RG: 227822



Análise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 102
Produto: FRASCO DE VIDRO 500ML PARA VACUÔMETRO
Marca: Qualividros
Quantidade de amostras analisadas: 01
Lote analisado: não tem
Data da avaliação: 12/11/2025
Responsável: Enf Renata e Alessandra
Setor: SCIRAS
Parecer técnico: Não encaixou nas nossas válvulas de vacuômetro
Parecer final: () Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição (X) Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25.

Assinatura do avaliador:


Renata Garcia Pimenta
ENFERMEIRA
MG. 227829



Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS/PROSPECTOS

Item:	AMOSTRA LOTE 108		
Produto:	ZUTERADOR QUÍMICO Classe S		
Marca:	ISO INTERNATIONAL		
Empresa:	ULTRA TEST		
Data Avaliação:	14/11/25	Responsável:	HERON ATAÍDE MARTINS
Setor:	SAÚDE BUCAL - SEMUS		
Parecer Técnico:	A amostra atende os padrões de ensaios químicos de acordo com o critério de esterilização, compatível com a classe S. Porém este parecer baseia-se no relato técnico de uma auxiliar de saúde bucal e houve dificuldade técnica na interpretação do resultado, que pode causar leitura incorreta e comprometer a		
Parecer Final:	☐ APROVADA ☒ REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). ☐ Amostra não Testada. (Registrar o motivo).		

Prefeitura do Município de Varginha
Setor de Saúde Bucal

Data:

Assinatura do avaliador:

Dr. Heron Ataíde Martins

CPF: 000.000.000-00

* Dificuldade devido à divergência em relação aos métodos já utilizados



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AValiação DE AMOSTRAS/PROSPECTOS

Registro de Preços Eletrônico – 98/2025

Item: 147	
Produto: OXÍMETRO DE DEDO ADULTO PORTÁTIL.	
Marca: DELLAMED	
Empresa:	
Data Avaliação: 25/11/25	Responsável: PATRICIA ENFERMEIRA
Setor: ATENCAO BASICA	
Parecer Técnico: Seguir reavaliação de leitura no visor, leitura insegura dos valores registrados (diferente do que realmente o paciente apresentava).	
Parecer Final: () APROVADA (X) REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). () Amostra não Testada. (Registrar o motivo).	

Data:

Assinatura do avaliador: _____

Patricia Teodoro Borges
Encarregada da Atenção Básica
Secretaria Municipal de Saúde
Varginha - MG

Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 160
Produto: PULSEIRA PLÁSTICA IDENTIFICADORA - ADULTO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE ADULTO COM LOGOMARCA, IMPERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICA, COM FECHO INDESTRUTÍVEL, COM ÁREA DE INSCRIÇÃO QUE PERMITE O USO DE CANETA ESFEROGRÁFICA DE FORMA INDELÉVEL MEDINDO 2,5 X 6,2 CM DE COMPRIMENTO E COMPRIMENTO TOTAL DE 25CM.
Marca: Própria
Quantidade de amostras analisadas: 10 unidades
Lote analisado:
Data da avaliação: 12-11-2025
Responsável: Renata e Alessandra
Sector: SCIRAS
Parecer técnico: Não temos a impressora, temos que escrever com caneta esferográfica e não caneta específica. Solicitação clara no documento
Parecer final: () Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição (X) Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25.

Assinatura do avaliador:



Renata Garcia Pinetola
ENFERMEIRA
COREN-MG: 277829



Analise com cuidado o item enviado.


Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

Avaliação de amostras

Pregão: 81
Item: 187
Produto: TALA METÁLICA P/ IMOBILIZAÇÃO FLEXÍVEL - GRANDE MEDINDO:- BOLSA 28 X 180MM COM ESPUMA INTERNA E BORDAS ARREDONDADAS.
Marca: MSO
Quantidade de amostras analisadas:
Lote analisado:
Data da avaliação: 12-11-2025
Responsável: Alessandra e Renata
Sector: SCIRAS
Parecer técnico: Tala metálica Tam 26 mm x 180 mm e não a que está no descrito
Parecer final: () Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição (X) Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25.

Assinatura do avaliador:



Renata Garcia Pimenta
FARMACÊUTICA
COREN-MG: 277829



Análise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.