



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AValiação DE AMOSTRAS/PROSPECTOS

Item: 15
Produto: PLASTIFICADORA A VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO
Marca: PLASTVAC/BIO-ART
Empresa: ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Data da avaliação: 24/12/2025 Responsável: AUGUSTO CÉSAR SOUSA RAIMUNDO
Secretaria / Setor: CEO/Saúde Bucal
Parecer Técnico: Após análise das informações técnicas do produto PlastVac P7 (Bio-Art), verifica-se que o material atende integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência para o item "Plastificadora a Vácuo". O equipamento apresenta motor potente de 1.400W e sistema de aquecimento de 450W, conforme exigido. Possui acionamento automático do vácuo e suporte compatível com placas redondas e quadradas de diversas espessuras (até 6mm), atendendo ao intervalo solicitado de 0,3mm a 4,0mm. O item contempla o anel rotativo para aquecimento uniforme e suporte para modelos que permite as funções plana e tipo caneca (com uso de granalha). O nível de ruído (80-90 dB) e o peso (4,6 kg) estão em estrita conformidade com os limites do edital. Por fim, o fornecedor garante assistência técnica nacional e apresenta garantia de 12 meses, conforme exigência editalícia. Diante da plena convergência de todas as especificações técnicas, conclui-se que o produto atende às necessidades da Administração. Assim, opina-se pela aprovação da proposta.
Parecer Final: (X) APROVADA () REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). () Amostra não Testada. (Registrar o motivo).

Data: **24/12/2025**

Assinatura do avaliador: _____