



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS/PROSPECTOS

Item: 21
Produto: ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO
Marca: SONIC DUO / ALLIAGE
Empresa: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
Data da avaliação: 24/12/2025 Responsável: AUGUSTO CÉSAR SOUSA RAIMUNDO
Secretaria / Setor: CEO/Saúde Bucal
Parecer Técnico: Em análise técnica do equipamento Ultrassom e Jato de Bicarbonato - Sonic Duo, com base nas informações técnicas fornecidas pelo fabricante, disponível em https://saevo.com.br/produtos/ultrassom-e-jato-de-bicarbonato-sonic-duo/, procedeu-se à verificação de conformidade com as especificações mínimas estabelecidas no Termo de Referência. Constata-se a presença de controle de potência ultrassônica com múltiplos níveis de regulagem, por meio de seleção funcional específica, atendendo à exigência mínima de três níveis de ajuste. O equipamento dispõe de sistema de irrigação com reservatório acoplado, removível e transparente, permitindo o uso de líquidos irrigantes, bem como reservatório de pó incorporado para bicarbonato de sódio, em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Verifica-se a existência de bomba peristáltica com controle de fluxo, conforme previsto no Termo de Referência, assegurando a regulagem da vazão do líquido irrigante. O transdutor utiliza pastilhas cerâmicas e possui capas protetoras removíveis e autoclaváveis, atendendo aos requisitos de biossegurança, durabilidade e prevenção de contaminação cruzada. O sistema de vibração ultrassônica opera dentro da faixa compatível com a prática clínica odontológica, proporcionando raspagem eficiente e segura. O equipamento dispõe de sistema de refrigeração por jato de água, evitando aquecimento e mantendo a área de trabalho limpa, além de pedal único de acionamento para as funções de ultrassom e jato de bicarbonato. Diante do exposto, conclui-se que o equipamento Ultrassom e Jato de Bicarbonato, Sonic Duo atende às especificações técnicas mínimas estabelecidas no Termo de Referência, estando tecnicamente apto para atendimento do objeto licitado, motivo pelo qual opina-se pela sua aprovação técnica.
Parecer Final: (X) APROVADA () REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). () Amostra não Testada. (Registrar o motivo).

Data: 24/12/2025



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

Assinatura do avaliador: _____