



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS/PROSPECTOS

Item: 03
Produto: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA
Marca: CX PRIME WELT/FOSHAN CHUANGXIN MEDICAL A CX8000+ ACESSÓRIOS E OPCIONAIS
Empresa: BH DENTAL COMERCIAL EIRELI
Data da avaliação: 24/12/2025 Responsável: AUGUSTO CESAR SOUSA RAIMUNDO
Secretaria / Setor: SECRETARIA DE SAÚDE / SETOR DE SAÚDE BUCAL
Parecer técnico: Em conferência ao catálogo enviado pela empresa, bem como ao sítio eletrônico da mesma (https://dentemed.com.br/departamento/1/consultorios) (https://www.primewelt.com.br/consultorio-odontologico-linha-cx-one-cx-8000-prime-welt-app17801) e ao registro do equipamento na ANVISA (https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351403406202477/?numeroRegistro=80349600014) foram coletadas informações para confronto das características do produto ofertado, com relação ao prospecto do catálogo, manual do site e da ANVISA, com as características expressas no Termo de Referência. Não foram encontradas no prospecto, bem como nas informações do manual e do site, as seguintes características solicitadas no Termo de Referência: - Dispositivo anti esmagamento: Quando a cadeira estiver em movimento de descida do assento, qualquer obstrução sob a cadeira acionará o dispositivo, parando automaticamente todos os movimentos impedindo que machuque o operador; - Protetor frontal no refletor, para proteger de respingos e restos de material; - Pede -se braço articulável com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo. No equipamento ofertado, o travamento é realizado “Equipo com braços com regulagem horizontal e vertical com trava por manopla”, o que não está de acordo com o termo de referência; - No prospecto vem descrito “base estável em aço com sistema de regulagem de nível e debrum de borracha.”. Entretanto no manual e nas informações disponíveis no site não foram encontradas essas características o que está em desacordo com a solicitação do TR de “Ajuste de nivelamento através de pés reguláveis embutidos na base.”; - “Cânula da cuspideira com pintura eletrostática branca ou carenagem protetora contra corrosão por hipoclorito de sódio”. Não foi encontrada essa informação e pela foto enviada no prospecto a cânula é de metal sem pintura branca e / ou carenagem.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br



Dessa forma, pelo não atendimento às descrições do Termo de Referência (TR), considera-se a proposta **Reprovada**.

Parecer final:	(☐) APROVADA(O)
	(☒) REPROVADA(O). (Obs.: Registrar as motivações da reprovação)
	(☐) AMOSTRA NÃO TESTADA. (Obs.: Registrar o motivo)
	(☐) PROSPECTO/CATÁLOGO NÃO ANALISADO. (Obs.: Registrar o motivo)

Data: **24/12/2025**

Assinatura do avaliador: _____