



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA**

**Departamento de Suprimentos**

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0\*\*35) 3690-1812 – FAX (0\*\*35) 3222-9512

E – Mail: [licitacoes@varginha.mg.gov.br](mailto:licitacoes@varginha.mg.gov.br)

**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**  
**AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS/PROSPECTOS**

**Item: 09**

**Produto: FOTOPOLIMERIZADOR DE ALTA POTÊNCIA**

**Marca: PRÓPRIA SEM FIO**

**Empresa: NOVIDÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**

**Data da avaliação: 24/12/2025 Responsável: AUGUSTO CÉSAR SOUSA RAIMUNDO**

**Secretaria / Setor: CEO/Saúde Bucal**

**Parecer Técnico:** Em conferência ao catálogo do produto enviado pelo fornecedor, percebeu-se que o mesmo colocou como “marca própria” na proposta, entretanto o produto ofertado é da marca “**MICRODONT**”.

Fazendo a conferência do prospecto, o mesmo foi confeccionado copiando as características mínimas que constam no termo de referência (TR). Para confirmar se o produto atende ou não as características constantes no TR, procedeu-se ao acesso do sítio eletrônico da empresa (<https://microdont.com.br/fotopolimerizadores-bluestar/#bs-3>) bem como no sítio eletrônico da ANVISA ([https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351899921202441/anexo/T23755493/nomeArquivo/IFU\\_80676920068\\_Blue%20Star%20%20Espanhol.pdf?Authorization=Guest](https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351899921202441/anexo/T23755493/nomeArquivo/IFU_80676920068_Blue%20Star%20%20Espanhol.pdf?Authorization=Guest)).

Como não há especificação do modelo do fotopolimerizador no prospecto, pela imagem fornecida, o modelo ofertado é o Blue Star 2, da Microdont:

**NOVIDÁ**  
Móveis

CATÁLOGO PE 138/2025 – VARGINHA/MG



Conferindo suas características, o produto ofertado não atende a várias especificações solicitadas como:

- A potência do produto, segundo o manual é “**Potência luminosa máxima de saída: 0~1200mW/cm²**”. diferente da solicitada no TR que é de “**(...)Potência luminosa (...) máxima de até 3200 mW/cm² (...)**”.

Dessa forma o produto ofertado não respeita as características mínimas solicitadas no TR o que leva à **reprovação** do item.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA**

**Departamento de Suprimentos**

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0\*\*35) 3690-1812 – FAX (0\*\*35) 3222-9512

*E – Mail: [licitacoes@varginha.mg.gov.br](mailto:licitacoes@varginha.mg.gov.br)*

|                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Parecer Final: ( ) APROVADA</b><br/><b>( X ) REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação).</b><br/><b>( ) Amostra não Testada. (Registrar o motivo).</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Data: **24/12/2025**

Assinatura do avaliador: \_\_\_\_\_