



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS/PROSPECTOS

Item: 11
Produto: MICRO MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR DE ÁPICE
Marca: ELITEMAX ALT
Empresa: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Data da avaliação: 24/12/2025 Responsável: AUGUSTO CÉSAR SOUSA RAIMUNDO
Secretaria / Setor: CEO/Saúde Bucal
Parecer Técnico: Em conferência ao prospecto enviado pelo fornecedor e ao site da empresa do produto (https://altequipamentos.com.br/produto/endo-motor-e-lite-max/) e no site da ANVISA (https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351209074202436/anexo/T24537744/nomeArquivo/Manual%20E-LITE%20MAX.pdf?Authorization=Guest), não foram encontradas nas especificações, características solicitadas no Termo de Referência (TR): - NÃO possui e não tem informações sobre essa característica exigida no TR: “Base portátil com bateria recarregável, permitindo recarga da peça de mão mesmo sem ligação à energia elétrica.”. A base só carrega quando ligada à energia elétrica. - Não possui em sua descrição as seguintes características solicitadas no TR: “ Faixa de rotação: 100 a 2.500 RPM; Faixa de torque: 0,4 a 5,0 Ncm.”. Apresentando faixa de velocidade de 150-1.000 RPM e faixa de torque de 0,6 a 3,9Ncm. Dessa forma o produto ofertado não atende aos requisitos mínimos solicitados no TR. Sendo assim considera-se o produto REPROVADO.
Parecer Final: () APROVADA (X) REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). () Amostra não Testada. (Registrar o motivo).

Data: **24/12/2025**

Assinatura do avaliador: _____