



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS/PROSPECTOS

Item: 15
Produto: PLASTIFICADORA A VÁCUO PARA USO ODONTOLÓGICO
Marca: KERBUS
Empresa: VS COSTA & CIA LTDA
Data da avaliação: 24/12/2025 Responsável: AUGUSTO CÉSAR SOUSA RAIMUNDO
Secretaria / Setor: CEO/Saúde Bucal
Parecer Técnico: Em conferência ao catálogo enviado pela empresa, após análise das informações técnicas, verifica-se que o produto não atende integralmente às especificações estabelecidas no Termo de Referência. O Termo de Referência exige equipamento com motor de alta potência (mínimo 1.400W), potência de aquecimento mínima de 450W, função estufa para retirada de umidade, porta-modelo com dupla função (plana e tipo caneca). O catálogo do produto apresentado não informa o mínimo exigido (1.400W), caracterizando não conformidade de desempenho. Não consta, ainda, informação técnica que comprove a existência da função estufa, do anel rotativo para aquecimento bilateral ou do porta-modelo tipo caneca. Diante das divergências relativas à ausência de funções obrigatórias, conclui-se que o produto não atende às especificações técnicas. Assim, opina-se pela reprovação da proposta.
Parecer Final: () APROVADA (X) REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). () Amostra não Testada. (Registrar o motivo).

Data: 24/12/2025

Assinatura do avaliador: _____