



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS/PROSPECTOS

Item: 09
Produto: FOTOPOLIMERIZADOR DE ALTA POTÊNCIA
Marca: EMITTER NOW BLACK - SCHUSTER
Empresa: ELEVENN MATERIAIS MEDICOS
Data da avaliação: 24/12/2025 Responsável: AUGUSTO CÉSAR SOUSA RAIMUNDO
Secretaria / Setor: CEO/Saúde Bucal
Parecer Técnico: Em conferência se o produto atende ou não as características constantes no Termo de Referência (TR), procedeu-se ao acesso do sítio eletrônico da empresa (https://schuster.ind.br/produtos/emitter-now-black/) e (https://cdn.schuster.ind.br/manuais/Manual-Proprietario-Linha-NOW.pdf) onde o fotopolimerizador foi avaliado. Conferindo suas características, o produto ofertado não atende a várias especificações solicitadas como: - O manual informa, para o Emitter Now Black, possui “Lente de 10,0mm de diâmetro”. Portanto, não atende ao “(…) mínimo de 12 mm de diâmetro”, solicitado no TR. - O manual especifica que o produto possui a “fonte de energia e a base carregadora”, o que torna o requisito do TR de “(…) 4 baterias recarregáveis, 1 carregador de pilha, 1 fonte de alimentação para carregador (…)” não atingido. Tal requisito é importante para a manutenção dos atendimentos quando alguma das baterias descarrega. Dessa forma o produto ofertado não respeita as características mínimas solicitadas no TR o que leva à reprovação do item.
Parecer Final: () APROVADA (X) REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). () Amostra não Testada. (Registrar o motivo).

Data: 24/12/2025

Assinatura do avaliador: _____