P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

COTAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	Quant.	Valor	
1.	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO CX 8000 PRIME WELTON.	1	32.000,00	32.000,00
TOTAL: Trinta e dois mil reais				32.000,00

DADOS DA EMPRESA FORNECEDORA DO ORÇAMENTO
Razão Social: 3 MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.650.643/0001-31
Endereço: RUA GUAÍBA, 535 – SANTANA (37.056-080) – VARGINHA-MG
E-mail: 3med@bol.com.br
Telefone: (35) 99150-6533
Resp. Paulo Eduardo de Vasconcelos (sócio-gerente) CPF 193.317.546-04 e RG 12.707.325-SSP/SP

DADOS DA PROPOSTA
Validade da proposta: 60 dias
Condições de Pagamento: 30 dias

Varginha-MG, 28 de outubro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
PAULO EDUARDO DE VASCONCELOS
Data: 29/10/2026 08:16:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES LTDA

À
Prefeitura Municipal da Bom Sucesso
Departamento de Compras

Conforme solicitado segue abaixo proposta de cotação

Fornecedor: Comércio de Medicamentos Nunes Ltda
Endereço: Rua Luciano Honorato Diniz, 420 Bairro: Flamboyant CEP: 37.077-102
CNPJ: 12.628.603/0001-11 E-Mail: financeiro@nuneshospitalar.com.br
Cidade: Varginha / MG Telefone: (35) 3214-2177 Insc. Estadual: 001.671.944.00-63

	COTAÇÃO				
ÍTEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDAT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO D 703	1	UND	R$ 34.500,00	R$ 34.500,00

Valor total R$ 34.500,00

Condições de Pagamento: 30 dias
Validade da Proposta: 30 dias
Prazo de entrega 15 dias

Varginha (MG), 28 de outubro de 2026

COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES LTDA:12628603000111

Assinado de forma digital por COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES LTDA:12628603000111
Dados: 2026.10.28 09:39:07 -03'00'

COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES LTDA

Cotação: 6aeb934e9c468be0da9a0728
Responsável: David Eduardo Nascimento Santos
Emissão: 5 de novembro de 2026 às 15:44

Licitar Digital

Relatório de Pesquisa de Preços

Preços	Quantidade	Cálculo	Preço Estimado (unit.)	Valor Total
1	2	Média	**R$ 34.691,00**	R$ 69.382,00
AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONDOLÓGICO COMPLETO				

Referências:

Fonte	Medida	Ente Público	Edital	Data Licitação
	UN	Prefeitura Municipal de Ubá	91/2025	25/11/2025

Preços

CNPJ:	37.180.839/0001-69	**Valor:**
Fornecedor:	cirurgica fratelli	**R$ 34.691,00**
Marca:	olsen	

COTAÇÕES DE PREÇOS
VALORES MÍNIMO, MÁXIMO E MÉDIO

Número da Cotação: 000127 - 2026

Data de Início: 04/11/2026 Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Data da Apuração: 05/11/2026

Objeto: 6235 - AQUISIÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO

Item	Código	Descrição do Produto	Propostas	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0001	013160	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO	1	32.000.0000	32.000.0000	32.000.0000	2.0000	64.000.0000

Especificação: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO. 1. Cadeira Odontológica • Sistema de Movimentação: Acionamento eletromecânico por motor de baixa tensão, com comandos para movimentos motorizados de elevação, descida e inclinação do encosto de forma sincronizada ou independente. • Estrutura: Construída em material metálico resistente, dotada de tratamento anticorrosivo de alta durabilidade ou proteção tecnológica equivalente. • Ergonomia e Conforto: Apoio de cabeça anatômico, ajustável e articulável. Possuir braço de apoio lateral rebatível em pelo menos um dos lados para livre acesso do paciente. • Estofamento: Anatômico, sem costuras que acumulem resíduos, revestido com material impermeável, resistente a desinfetantes clínicos e de fácil higienização. • Capacidade de Carga: Capacidade mínima de carga útil e elevação de 150 kg. • Comando: Pedal de comando multifuncional ou dispositivo equivalente para acionamento prático das funções da cadeira. 2. Equipo Integrado (Mesa de Instrumentos) • Componentes: Integrado ao conjunto da cadeira ou com configuração técnica equivalente, contendo bandeja horizontal para instrumentais, painel de comandos e suporte para instrumentos. • Capacidade de Instrumentação: Suporte com, no mínimo, 04 (quatro) posições para terminais de instrumentação, com configuração completa fornecida de fábrica para pronta utilização clínica. • Configuração dos Terminais: 01 (uma) Seringa tríplice (água, ar e spray). 01 terminal para instrumento de alta rotação; 01 terminal para instrumento de baixa rotação, compatível com micromotor e contra-ângulo, conforme a configuração ofertada; 01 posição adicional para instrumento ou acessório odontológico. 3. Unidade Auxiliar (Cuspideira / Sistema de Aspiração) • Componentes: Unidade integrada ao conjunto, contendo cuspideira/bacia fabricada em material removível ou de fácil higienização. • Abastecimento: Sistema automatizado de fornecimento de água para o copo do paciente com acionamento temporizado regulável e controle por sensor óptico de aproximação ou tecnologia equivalente. • Sistema de aspiração: deverá possuir, no mínimo,02 (dois) pontos de aspiração independentes, com funcionamento simultâneo, sendo um destinado à aspiração convencional de saliva e outro de maior capacidade, apropriado para procedimentos cirúrgicos odontológicos. Deverão acompanhar o conjunto todos os terminais, mangueiras, conexões e acessórios necessários ao funcionamento. 4. Refletor Odontológico • Tecnologia de Iluminação: Tecnologia LED, composta por no mínimo 03 (três) emissores luminosos ou tecnologia óptica equivalente, garantindo luz fria e homogênea no campo operatório. • Articulação: Braço multiarticulado com ajuste preciso de posicionamento. • Acionamento: Por meio de sensor de proximidade ou comando equivalente no pedal, visando a biossegurança e diminuição do risco de contaminação cruzada. • Intensidade Luminosa: regulável em múltiplos níveis, com faixa de operação que contemple, no mínimo, 8.000 lux na intensidade inferior e alcance de pelo menos 30.000 lux na intensidade máxima, admitindo-se equipamentos com intensidade máxima superior. A regulagem deverá permitir o ajuste da iluminação conforme a necessidade do procedimento clínico, com comprovação dos valores por catálogo, ficha técnica ou documentação oficial do fabricante. 5. Dimensões Físicas Operacionais (Equipamento Montado) • Condição de Medição: Equipamento posicionado na posição deitada (leito estendido). Comprimento: Entre 180 cm e 200 cm. Largura: Entre 70 cm e 85 cm considerando a configuração montada do equipamento e os componentes laterais pertinentes. que entregue e instalado configurado para a tensão do local).

Total Geral	32.000.0000	32.000.0000	32.000.0000

Total Geral do Valor Mínimo: 64.000.0000
Total Geral do Valor Médio: 64.000.0000
Total Geral do Valor Máximo: 64.000.0000

Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Pça. Benedito Valadares, 5l – 37220-000 – Bom Sucesso – MG
Tele fax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

ORÇAMENTO ESTIMADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. DE MEDIDA	QTDE	VALORES ENCONTRADOS			VALOR UNIT. MÉDIO	VALOR TOTAL
1.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO. 1. Cadeira Odontológica • Sistema de Movimentação: Acionamento eletromecânico por motor de baixa tensão, com comandos para movimentos motorizados de elevação, descida e inclinação do encosto de forma sincronizada ou independente. • Estrutura: Construída em material metálico resistente, dotada de tratamento anticorrosivo de alta durabilidade ou proteção tecnológica equivalente. • Ergonomia e Conforto: Apoio de cabeça anatômico, ajustável e articulável. Possuir braço de apoio lateral rebatível em pelo menos um dos lados para livre acesso do paciente. • Estofamento: Anatômico, sem costuras que acumulem resíduos, revestido com material impermeável, resistente a desinfetantes clínicos e de fácil higienização. • Capacidade de Carga: Capacidade mínima de carga útil e elevação de 150 kg. • Comando: Pedal de comando	UND	2	R$ 32.000,00	R$ 34.500,00	R$ 34.691,00	R$ 32.000,00	R$ 64.000,00

	multifuncional ou dispositivo equivalente para acionamento prático das funções da cadeira. 2. Equipo Integrado (Mesa de Instrumentos) • Componentes: Integrado ao conjunto da cadeira ou com configuração técnica equivalente, contendo bandeja horizontal para instrumentais, painel de comandos e suporte para instrumentos. • Capacidade de Instrumentação: Suporte com, no mínimo, 04 (quatro) posições para terminais de instrumentação, com configuração completa fornecida de fábrica para pronta utilização clínica. • Configuração dos Terminais: 01 (uma) Seringa tríplice (água, ar e spray). 01 terminal para instrumento de alta rotação; 01 terminal para instrumento de baixa rotação, compatível com micromotor e contra-ângulo, conforme a configuração ofertada; 01 posição adicional para instrumento ou acessório odontológico. 3. Unidade Auxiliar (Cuspideira / Sistema de Aspiração) • Componentes: Unidade integrada ao conjunto, contendo cuspideira/bacia fabricada em material removível ou de fácil higienização. • Abastecimento: Sistema automatizado de fornecimento de água para o copo do paciente com acionamento temporizado regulável e controle por sensor óptico de aproximação ou tecnologia equivalente. • Sistema de aspiração: deverá possuir, no mínimo,02 (dois) pontos de aspiração independentes, com funcionamento simultâneo,							

	sendo um destinado à aspiração convencional de saliva e outro de maior capacidade, apropriado para procedimentos cirúrgicos odontológicos. Deverão acompanhar o conjunto todos os terminais, mangueiras, conexões e acessórios necessários ao funcionamento. 4. Refletor Odontológico • Tecnologia de Iluminação: Tecnologia LED, composta por no mínimo 03 (três) emissores luminosos ou tecnologia óptica equivalente, garantindo luz fria e homogênea no campo operatório. • Articulação: Braço multiarticulado com ajuste preciso de posicionamento. • Acionamento: Por meio de sensor de proximidade ou comando equivalente no pedal, visando a biossegurança e diminuição do risco de contaminação cruzada. • Intensidade Luminosa: regulável em múltiplos níveis, com faixa de operação que contemple, no mínimo, 8.000 lux na intensidade inferior e alcance de pelo menos 30.000 lux na intensidade máxima, admitindo-se equipamentos com intensidade máxima superior. A regulagem deverá permitir o ajuste da iluminação conforme a necessidade do procedimento clínico, com comprovação dos valores por catálogo, ficha técnica ou documentação oficial do fabricante. 5. Dimensões Físicas Operacionais (Equipamento Montado) • Condição de Medição: Equipamento posicionado na posição deitada (leito estendido). Comprimento: Entre 180 cm e 200 cm.							

	Largura: Entre 70 cm e 85 cm considerando a configuração montada do equipamento e os componentes laterais pertinentes. que entregue e instalado configurado para a tensão do local).							
							VALOR TOTAL GLOBAL	**R$ 64.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

Pça. Benedito Valadares, 5l – 37220-000 – Bom Sucesso – MG
Tele fax: (35) 3841-1333 – Pabx: (35) 3841-1207

FONTES CONSULTADAS PARA A PESQUISA DE PREÇO
Contratações similares feitas pela administração pública e pesquisa direta com fornecedores.
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇO NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS OU EM CONTRATAÇÕES SIMILARES.
Não se aplica.
JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DIRETA COM FORNECEDORES
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021 Art. 7º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, aplica-se o disposto no art. 5º. [...] § 4º Na hipótese de dispensa de licitação com base nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a estimativa de preços de que trata o caput poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa. § 5º O procedimento do § 4º será realizado por meio de solicitação formal de cotações a fornecedores.
METODOLOGIA DA ESTIMATIVA DE PREÇO
Média (preços semelhantes).
HOUVE DESCARTE DE PREÇOS?
Não.

Bom Sucesso-MG, 05 de novembro de 2026

DAVID EDUARDO NASCIMENTO SANTOS:13179842695

Assinado de forma digital por DAVID EDUARDO NASCIMENTO SANTOS:13179842695
Dados: 2026.11.05 16:06:31 -03'00'

DAVID EDUARDO NASCIMENTO SANTOS
Aux. Administrativo Setor Compras – 32.706