



PREFEITURA
DE
LAVRAS

Ofício N°054/2024/CMSB/CAASM

Assunto: Comunicação (faz)

Serviço: Secretaria Municipal de Saúde / Coordenação Municipal de Saúde Bucal.

Lavras, 20 de Agosto de 2024.

Prezada,

Venho por meio deste comunicar que o item 11 adesivo dentinário da marca BIODINAMICA não possui sistema universal monocomponente, com liberação de flúor, contendo resinas elastoméricas de baixa viscosidade e alto poder de penetração, hidrofílico e de alta fluidez como o pedido em edital.

O adesivo da marca MAQUIRA possui solvente a base de etanol e não solvente a base de acetona como solicitado no edital.

O item 377 o silicone de condensação fluido da marca YLLER não possui alta recuperação elástica e baixa contração de polimerização, e que gere pouca salivagem como o solicitado em edital.

Sem mais para o momento, agradeço a compreensão.

Chicre Alves Abe Saber Miguel
Coordenação Saúde Bucal
Chicre Alves Abe Saber Miguel
Coordenação de Saúde Bucal
CROMG - 28339
Fundo Municipal de Saúde

A
Jessica Veloso Lopes
Setor de Licitação
Nesta

PROTOCOLO

DATA ___/___/___

Assinatura

Coordenação Saúde Bucal