



OFICIO 108/SMS/UPA/AFM/PWHC/JML

Assunto: Resposta a impugnação da empresa Paulo Camargo Ultra-Som, Suprimentos e Equipamentos Médicos Eireli  
Serviço: Unidade de Pronto Atendimento

Lavras, 18 de março de 2026

Prezado,


Vimos, por meio desta, manifestar-nos acerca da impugnação protocolada pela licitante Paulo Camargo Ultra-Som, Suprimentos e Equipamentos Médicos Eireli (CNPJ: 09.134.634./0001-01) quanto ao edital do **Pregão Eletrônico nº 02/2026**. No que tange ao **Item 01 (Aparelho de Ultrassom Diagnóstico)**, cumpre salientar o que segue:"

1º Será aceita a descrição "Painel de controle com tela sensível ao toque de no mínimo 10", com ajuste de intensidade de luz. (será alterado no descritivo do edital);


2º O aparelho terá função de POCUS na sala vermelha, onde os requisitos são largura 25-38mm e frequência 15 MHz; (não será aceita a adequação solicitada pela empresa);

3º Não tem relevância o número de portas USB para o uso clínico atual. (não será aceita a alteração solicitada pela empresa).


Atenciosamente,

  
Antonio Fernando Milagres  
Assistente Administrativo  
UPA - Lavras/MG  
Sec. Municipal de Saúde

Antonio Fernando Milagres  
Almoxarifado UPA  
Lavras - MG

  
Dr. Lucas E. Coser de Castro  
Médico Emergencista  
CRM-MG 66513 / RQE 69155

Dr. Lucas Estevam coser de Castro  
Diretor Clínico  
CRM 66513

  
José Mourão Lasmar  
Diretor Administrativo da UPA

Ilmo. Sr. Wilson Rodrigues Ribeiro  
Subsecretario de Compras e Licitações  
Prefeitura Municipal de Lavra

**PROTOCOLO**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Almoxarifado UPA24h



OFICIO 106/SMS/UPA/AFM/PWHC/JML

Assunto: Resposta a impugnação da empresa Alfa Med Sistemas Médicos Ltda

Serviço: Unidade de Pronto Atendimento

Lavras, 18 de março de 2026

Prezado,

Vimos, por meio desta, manifestar-nos acerca da impugnação protocolada pela licitante Alfa Med Sistemas Médicos Ltda (CNPJ: 11.405.384/0001-49) quanto ao edital do **Pregão Eletrônico nº 02/2026**. No que tange ao **Item 01 (Aparelho de Ultrassom Diagnóstico)**, cumpre salientar o que segue:"


1º A exigência do " Monitor LED de mínimo 21 polegadas com resolução Full HD (1920x1080) ou superior" será mantida no edital. Visto que os exames são realizados em caráter de urgência, por vezes sob iluminação inadequada, recomenda-se a utilização de telas de LED para melhor visualização.

2º "Painel de controle com tela sensível ao toque de no mínimo 13"  
Será aceita a descrição "Painel de controle com tela sensível ao toque de no mínimo 10", com ajuste de intensidade de luz. (será alterado no descritivo do edital);

3º Considerando que o HD constitui igualmente um **meio** de armazenamento digital, plenamente capaz de atender às demandas operacionais do equipamento de ultrassonografia e garantir a capacidade de 1TB, esta **modalidade** será aceita (será alterado no descritivo do edital)."


Dr. Lucas E. Coser de Castro  
Médico Emergencista  
CRM-MG 66513 / RQE 69155

Atenciosamente,

  
Antonio Fernando Milagres  
Assistente Administrativo  
UPA - Lavras/MG

Antonio Fernando Milagres  
Almoxarifado UPA  
Lavras - MG

Dr. Lucas Estevam coser de Castro  
Diretor Clínico  
CRM 66513

  
José Mourão Lasmar  
Diretor Administrativo  
UPA - Lavras - MG  
CRM-MG nº 01-018393/D

José Mourão Lasmar  
Diretor Administrativo da UPA

Ilmo. Sr. Wilson Rodrigues Ribeiro  
Subsecretario de Compras e Licitações  
Prefeitura Municipal de Lavra

**PROTOCOLO**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

Almoxarifado UPA24h



OFICIO 105/SMS/UPA/AFM/PWHC/JML

Assunto: Resposta a impugnação da empresa Canon Medical System do Brasil Ltda  
Serviço: Unidade de Pronto Atendimento

Lavras, 18 de março de 2026

Prezado,


Vimos, por meio desta, manifestar-nos acerca da impugnação protocolada pela licitante Canon Medical System do Brasil Ltda (CNPJ 46.563.938/0014-35) quanto ao edital do **Pregão Eletrônico nº 02/2026**. No que tange ao **Item 01 (Aparelho de Ultrassom Diagnóstico)**, cumpre salientar o que segue:"

1º Será aceita a descrição “Painel de controle com tela sensível ao toque de no mínimo 10”, com ajuste de intensidade de luz. (será alterado no descritivo do edital);

2º O item “ Módulo de imagem 3D/4D em tempo real para uso obstétrico” será retirado da descrição no edital.

3º Será aceita a descrição ‘Setorial cardíaco: banda Setorial cardíaco: banda larga no mínimo, 1,7 a 5m,2 Mega-hertz (MHz)’ (será alterado no descritivo do edital);


Atenciosamente,

  
Antonio Fernando Milagres  
Assistente Administrativo  
UPA - Lavras/MG  
Sec. Municipal de Saúde

Antonio Fernando Milagres  
Almoxarifado UPA  
Lavras – MG

Dr. Lucas E. Coser de Castro  
Médico Emergencista  
CRM-MG 66513 / RQE 69155

Dr. Lucas Estevam coser de Castro  
Diretor Clínico  
CRM 66513

  
José Mourão Lasmар  
Diretor Administrativo  
UPA - Lavras - MG  
CRA-MG nº 01-018393/D

José Mourão Lasmар  
Diretor Administrativo da UPA

Ilmo. Sr. Wilson Rodrigues Ribeiro  
Subsecretario de Compras e Licitações  
Prefeitura Municipal de Lavra

<p><b>PROTOCOLO</b></p> <p>Data ____/____/____</p> <p>_____</p> <p>Assinatura</p> <p><b>Almoxarifado UPA24h</b></p>
---