
Solicitação de Esclarecimentos - PE 28/2025

Licitação Centerlab <licitacao@centerlabsp.com.br>
Para: licitacao@paracatu.mg.gov.br
Cc: Licitação Centerlab <licitacao@centerlabsp.com.br>

18 de fevereiro de 2026 às 15:58

Prezados, boa tarde!

Referente ao Pregão Eletrônico: 28/2025 - Processo Licitatório: 220/2025 - **LOTE: 08**.

A empresa CenterlabSP Central de Laboratório, inscrita no CNPJ: 56.036.718/0001-92, vem respeitosamente solicitar esclarecimento do que se segue abaixo:

Destaca-se as evidências que os insumos da bioMérieux para hemocultura apresentam melhor performance para os fungos mais frequentes no ambiente hospitalar, que são as leveduras, particularmente as Candidas em unidades de terapia intensiva e pacientes imunossuprimidos. Isso ocorre devido à maior capacidade de neutralização de antifúngicos e antibióticos, minimizando o risco de falso negativos. Portanto, é possível maximizar o uso dos insumos e garantir uma alta capacidade de detecção de bactérias e fungos com a coleta de apenas de dois frascos de hemocultura da bioMérieux (aeróbio e anaeróbio), proporcionando qualidade e maior eficiência ao sistema de saúde.

Com relação às ofertas para pesquisa de fungos, a bula do frasco para aeróbicos **410851 BACT/ALERT® FA PLUS**, especifica indicação de uso para microrganismos aeróbios e anaeróbios facultativos (bactérias e leveduras) em sangue e outros fluidos corporais normalmente estéreis e a bula do frasco para aeróbicos **259789 BACT/ALERT® SA** especifica indicação de uso para microrganismos aeróbios (bactérias e fungos) em sangue e outros fluidos corporais normalmente estéreis.

Somily et al., (2018) compararam as hemoculturas da bioMérieux e da BD, para detecção de leveduras evidenciando uma superioridade do meio FAN Plus (bioMérieux) em relação ao meio BACTEC Plus (BD). A tecnologia da bioMérieux também exibiu menor TTD (tempo entre o início da incubação do frasco de hemocultura e o sinal de alerta positivo da hemocultura) em 72,7% dos microrganismos testados com uma diferença média de 2,1 horas. O estudo de Park et al., (2017) corroborou a vantagem da tecnologia da bioMérieux para leveduras.

Reiteramos o compromisso da bioMérieux com a excelência na qualidade de nossos produtos e serviços. Acreditamos que nossa oferta atende plenamente às exigências do edital de licitação, garantindo a detecção eficaz dos principais patógenos identificados através de hemoculturas, amparado em robusta evidência de mundo real, e proporcionando maior eficiência na utilização dos insumos.

Dessa forma, solicitamos esclarecimento e validação em relação às ofertas bioMérieux listadas acima, a fim de entender se cumprimos o solicitado pelo edital no item 8.2 (FRASCOS RESISTENTES A IMPACTOS PARA FUNGOS EM AUTOMAÇÃO, TOTALMENTE ADEQUADOS ÀS EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA DA NR 32. MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA OU COLORIMETRIA, COM RESINA NEUTRALIZADORA DE ANTIBIÓTICOS OU CARVÃO ATIVADO USO ADULTO), visando a participação no processo em questão.

Agradecemos a oportunidade de esclarecer esses pontos e permanecemos à disposição para qualquer informação adicional que se faça necessária.

Atenciosamente,

--



Patrícia Rodrigues
Analista de Licitações

(11) 98800-9493 | Ramal 211
patricia@centerlabsp.com.br
www.centerlabsp.com.br