



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

EDITAL DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS Nº 5/2025
PROCESSO Nº 107/2025

O MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO-MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.301.002/0001-86, com sede na Rua da Olaria, 80 - Bairro São João – 35634-026, por meio da Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos, torna público, para ciência dos interessados, que se encontra aberto procedimento de Pré-qualificação de Bens, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e do Decreto Municipal nº 10.727, de 4 de fevereiro de 2025, com alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto deste edital é a pré-qualificação de materiais médico ambulatoriais descartáveis e não descartáveis para formação de cadastro para futuras licitações, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I).

1.1.1. Serão pré-qualificados os seguintes bens:

| Item | UN. | Descrição |
|------|--------|---|
| 1 | Pacote | Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aprox. 14cm X 1,4cm X 0,5mm (comprimento X altura X espessura). Pacote com 100 unidades. Registro ANVISA. |
| 2 | Pacote | Algodão hidrófilo, com 100% de fibras de algodão alvejado, neutro, ausência de impurezas e grânulos, macio, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, Pacote contendo 1 (um) rolo de 500 gramas. Devendo estar impresso externamente os dados de identificação do fabricante, marca, procedência, peso liq., Registro na Anvisa e validade do registro e do produto. |
| 3 | Pacote | Atadura de crepom 10 cm x 1,8 M - 13 fios confeccionada em fios de algodão cru de alta torção possuindo bastante elasticidade pacote c/ 12 unidades, embaladas individualmente.. Registro no Ministério da Saúde. Registro ANVISA. |
| 4 | Pacote | Atadura de crepom 12 cm x 1,8 M - 13 fios confeccionada em fios de algodão cru de alta torção possuindo bastante elasticidade e pacote c/ 12 unidades, embaladas individualmente.. Registro no Ministério da Saúde. Registro ANVISA. |
| 5 | Pacote | Atadura de crepom de 15 cm de largura, com 1,8 m de comprimento, 13 fios – confeccionada em fios de algodão cru de alta torção possuindo bastante elasticidade pacote com 12 unid. Registro no Ministério da Saúde. Registro ANVISA. |
| 6 | Pacote | Atadura de crepom 20 cm x 1,8 M - 13 fios confeccionada em fios de algodão cru de alta torção possuindo bastante elasticidade pacote c/ 12 unidades, embaladas individualmente. Registro no Ministério da Saúde. Registro ANVISA. |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | |
|----|---------|---|
| 7 | Pacote | Avental Cirúrgico - tipo cirúrgico descartável com manga longa; confeccionado em tela não tecida; gramatura mínima de 60 g/m ² . Pacote com 10 unidades. |
| 8 | Pacote | Avental Cirúrgico - tipo cirúrgico descartável sem manga ; confeccionado em tela não tecida; gramatura mínima de 60 g/m ² . Pacote com 10 unidades. |
| 9 | Unidade | Bota de Unna 7,5 cm x 6 m, Bandagem constituída de algodão puro ou misto, pronta para uso, impregnada de pasta composta no mínimo de óxido de zinco, glicerina, óleo de castor ou mineral, mantendo a atadura umedecida. Medindo aproximadamente 7,5 cm de largura x 6 m de comprimento. Embalagem individual íntegra, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |
| 10 | Unidade | Compressa cirúrgica tecida em quatro camadas de gaze sobrepostas, confeccionada com fio 100% algodão. Tamanho 25 x 28 cm. Tecido feito com amarrações (entrelaçamento das quatro camadas de tecido), para evitar o deslizamento entre as mesmas. As laterais do produto devem ser costuradas com pontos over-lock, para evitar desfiamentos. A compressa cirúrgica deve ter em sua extremidade um cadarço duplo, que deve ser deixado do lado externo da cavidade cirúrgica como precaução, facilitando também seu manuseio e oferecendo melhores condições de visibilidade no local da cirurgia. |
| 11 | Pacote | Compressa de gaze hidrófila estéril, com 13 fios por cm ² med. 7,5cm x 7,5cm em tecido algodão. Tecido 100% algodão, altamente absorvente, macio e isento de impurezas, dobras laterais devem ser para dentro evitando desfiamento. Material com registro na ANVISA. Pacote com 10 unidades. |
| 12 | Pacote | Compressa de gaze hidrófila, com 13 fios por cm ² med. 7,5cm X 7,5cm em tecido algodão. Tecido 100% algodão, altamente absorvente, macio e isento de impurezas, dobras laterais devem ser para dentro evitando desfiamento. Material com registro na ANVISA. Pacote com 500 unidades. |
| 13 | Unidade | Escova seca para assepsia de mãos - na apresentação de conjunto esponja - escova é indicada para degermação das mãos e braço dos profissionais de saúde anteriormente aos procedimentos cirúrgicos |
| 14 | Unidade | Escova cervical para coleta do material endocervical. Resistente, atóxica, macia, com cerdas fabricadas em nylon. A cerda é firmemente aderida numa haste plástica através de um eixo de aço inox. Embalagem individual estéril. |
| 15 | Unidade | Esparadrapo branco, hipoalergênico, medindo 2,5 cm de largura por 4,5m de comprimento, confeccionado em tecido 100% algodão, impermeável, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, hipoalergênico, boa aderência, bordas em picotes, enrolado em carretel com capa protetora, com dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde. |
| 16 | Pacote | Espátula de Ayres de madeira resistente - pontas arredondadas descartáveis medindo aproximadamente 181 mm de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura. pacote com 100 unidades. |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | |
|----|-------|--|
| 17 | Caixa | Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto, estéril, não absorvível, diâmetro 3-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, medindo aproximadamente 3,0cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do ministério da saúde. O produto deve seguir a norma técnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. |
| 18 | Caixa | Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto, estéril, não absorvível, diâmetro 4-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, medindo 2,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro no Ministério da Saúde. O produto deve seguir a norma técnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. |
| 19 | Caixa | Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto, estéril, não absorvível, diâmetro 5-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, medindo 2,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro no Ministério da Saúde. O produto deve seguir a norma técnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. |
| 20 | Caixa | Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto, estéril, não absorvível, diâmetro 6-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, medindo 2,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do Ministério da Saúde. O produto deve seguir a norma técnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. |
| 21 | Rolo | Fita hipoalergênica, (tipo micropore) fita adesiva cirúrgica medindo 25 mm de largura por 10 m de comprimento, microporosa com dorso de não tecido, massa adesiva na face interna, hipoalergênica, cor clara. Embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. No julgamento será considerado o rendimento do produto, ou seja, |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | |
|----|---------|--|
| | | verificar o valor do metro. |
| 22 | Pacote | Gorro descartável com tiras, em propileno hidrofílico, que absorve suor, tamanho único - cor branca - pacote com 100 unidades. |
| 23 | Unidade | Histerômetro dilatador descartável. Duas hastes bi-funcionais. Haste do histerômetro com ponta distal cilíndrica (4 mm de diâmetro), centimetrada com escala de 4 a 15 cm (resolução 1 cm) leitura direta na extremidade e flange (anel cilíndrico) ajustada ao diâmetro do histerômetro permitindo a aferição do comprimento da cavidade uterina. A haste do dilatador possui diâmetro progressivo, iniciando em 3,0mm, progredindo até 5,5mm, seguindo o conceito das velas de hegar. Medidas do histerômetro dilatador: comprimento total: 340,0mm (\pm 3,00mm), eixo longitudinal da haste do histerômetro: 165 mm, eixo longitudinal de haste do dilatador: 120 m, diâmetro da haste do dilatador: dilatação progressiva, iniciando no diâmetro distal em 3,0mm progredindo até o diâmetro proximal em 5,5 mm, diâmetro da haste do histerômetro: 4 mm com escala centimetrada de 4 a 15cm (resolução 1cm). Estéril. Embalado individualmente. Registro na anvisa. |
| 24 | Unidade | Espéculo vaginal descartável (tamanho P) - não lubrificado, estéril, produzido em poliestireno cristal, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Com dispositivo de abertura (parafuso borboleta) acoplado, pigmentado e indeformável. |
| 25 | Unidade | Espéculo vaginal descartável (tamanho M) - não lubrificado, estéril, produzido em poliestireno cristal, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Com dispositivo de abertura (parafuso borboleta) acoplado, pigmentado e indeformável. |
| 26 | Unidade | Espéculo vaginal descartável (tamanho G) - não lubrificado, estéril, produzido em poliestireno cristal, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Com dispositivo de abertura (parafuso borboleta) acoplado, pigmentado e indeformável. |
| 27 | Unidade | Lâmina em vidro lapidada ponta fosca 26x76mm para preventivo - lâmina, em vidro lapidada, para microscopia, com bordas lapidadas; extremidade fosca, espessura de 1,0 a 1,3 mm, dimensão de 26 x 76mm, translúcida, incolor, desengordurada, intercalada uma a uma por folhas de papel, para uso laboratorial, em microscopia, de acordo com a norma iso 8037/1 ou mais atual, acondicionado em embalagem apropriada, reforçada para o produto e rotulo com lote, data de fabricação, com validade minima de 60 meses. |
| 28 | Pacote | Lençol para maca em TNT, cor branca, com elástico, descartável, medindo 2,00x0,90, pacote com 10 unidades. |
| 29 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 6,5, confeccionada em látex natural, integro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | |
|----|-------|---|
| | | cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro no Ministério da Saúde. Caixa com 50 pares |
| 30 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 7,0, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro no Ministério da Saúde. Caixa com 50 pares |
| 31 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 7,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro Ministério da Saúde. Caixa com 50 pares |
| 32 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 8,0, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. |
| 33 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 8,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro Ministério da Saúde. Caixa com 50 pares |
| 34 | Caixa | Luva descartável, individual, tamanho extra pequeno, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. PP |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | |
|----|---------|---|
| 35 | Caixa | Luva descartável, individual, tamanho grande confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. G |
| 36 | Caixa | Luva descartável, individual, tamanho média confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. M |
| 37 | Caixa | Luva descartável, individual, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. P |
| 38 | Unidade | Máscara cirúrgica descartável, com 4 camadas para filtragem de partículas N95, não tecido e filtro bacteriano. |
| 39 | Caixa | Máscara cirúrgica descartável, com elástico, tripla camada com filtro que proporciona uma BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior que 95% , tiras super resistentes de 40cm de comprimento, clips nasal de 14cm de comprimento, cor branca ou azul. Registro ANVISA. Caixa com 50 unidades. |
| 40 | Unidade | Pinça cheron descartável; em polietileno, na cor branca, esterilizado em óxido de etileno; com sistema de trava de fechamento por cremalheira discreto desvio caudal da extremidade proximal; com comprimento de 25cm , ponta semi aguda; rotulagem respeitando a legislação atual vigente; apresentação em embalagem que garanta a integridade do produto; |
| 41 | Pacote | Pacote de teste desafio com indicador biológico e integrador químico - Tipo i5 para esterilização a vapor - constituído de pacote pronto para uso, confeccionado em material poroso e densidade padronizada pela aami st79 e com indicador químico externo. Cada dispositivo de desafio de processo (pcd) deverá conter: 1 ampola de indicador biológico contendo com uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de geobacillus stearothermophilus (atcc 7953) para leitura de confirmação negativa final em 3 horas, pelo método de fluorescência; 1 integrador químico tipo i5 que apresenta uma resposta integrada com os parâmetros críticos da esterilização por vapor, proporcionando uma leitura prática e imediata; 1 ampola piloto/controle positivo de indicador biológico. O rótulo externo deverá conter um indicador químico de exposição tipo e1, que mudará de cor para diferenciar os pacotes que foram expostos ao processo de esterilização. |
| 42 | Rolo | Papel grau cirúrgico medindo 15 cm x 100 m - gramatura mínima de 60 |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | |
|----|---------|--|
| | | g/m ² e filme laminado de poliéster/ polipropileno com gramatura mínima 54 g/m ² . Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Contendo indicador de sentido correto de abertura na embalagem. |
| 43 | Rolo | Papel grau cirúrgico medindo 30 cm x 100 m - gramatura mínima de 60 g/m ² e filme laminado de poliéster/ polipropileno com gramatura mínima 54 g/m ² . Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Contendo indicador de sentido correto de abertura na embalagem. |
| 44 | Rolo | Papel térmico milimetrado para eletrocardiógrafo 216mm x 30m, compatível com aparelho Eletrocardiógrafo Cardiocare 2000 Bionet. |
| 45 | Rolo | Papel térmico milimetrado para eletrocardiógrafo 80mm x 20m, compatível com aparelho Eletrocardiógrafo Alfamed / Compassus 3000. |
| 46 | Unidade | Teste imunocromatográfico de gravidez (hcg) - com determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (hcg) em tira teste. Amostras: urina e soro. Sensibilidade: 25 mui/ml. |
| 47 | Frasco | Tiras para uroanálise para determinação semiquantitativa de 10 parâmetros em urina: glicose, bilirrubina, cetona, densidade, sangue, ph, proteína, urobilinogênio, nitrito e leucócitos. Alta sensibilidade em baixas concentrações de leucócitos e sangue. Resistente à condições ambientais e umidade. Apresentação: frasco com mínimo 150 tiras. Registro no Ministério da Saúde. |
| 48 | Pacote | Touca sanfonada, com elástico revestido, proporcionando melhor vedação durante a utilização, descartável, cor branca, pacote com 100 unidades. |
| 49 | Unidade | Sensor para monitoramento de glicose. |
| 50 | Unidade | Leitor para sensor de monitoramento de glicose. |

1.2. Atendendo ao disposto no Artigo 80, §2º, o procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a inscrição de interessados.

1.2.1. Os bens aprovados serão incluídos no “Cadastro de Bens Pré-qualificados da Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG”, contendo a marca e modelo, pelo prazo de 12 meses (1 ano), podendo ser atualizado pelo mesmo período a qualquer tempo, observados o atendimento aos requisitos do item 3 do Termo de Referência. O prazo de vigência do cadastro contará a partir da data de assinatura do Certificado de pré-qualificação.

1.3. As futuras contratações referentes ao presente objeto poderão ser restritas aos bens pré-qualificados.

1.4. Os itens do presente Termo serão objeto de licitações futuras a serem realizados na Modalidade Pregão Eletrônico, através do sistema de Registro de Preços, pois os itens aqui definidos são caracterizados como comuns, uma vez que os padrões de desempenho, quantidade e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado.

2. DA PARTICIPAÇÃO E OBTENÇÃO DO EDITAL

2.1. Qualquer pessoa física ou jurídica (fabricante, fornecedor ou representante comercial) poderá participar desta pré-qualificação de bens.

2.2. O Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis para acesso dos interessados no sítio





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Bom Despacho (bomdespacho.mg.gov.br/licitacao/) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) (pncp.gov.br).

3. DOS ESCLARECIMENTOS

3.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o Edital do presente procedimento de pré-qualificação por irregularidade na aplicação da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos.

3.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@pmbd.mg.gov.br, ou apresentados perante a Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos, localizada à Rua da Olaria, nº 80, bairro São João, Bom Despacho/MG, CEP 35634-026.

3.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG (bomdespacho.mg.gov.br/licitacao/), no *link* correspondente a este procedimento, e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) (pncp.gov.br), podendo ser acessadas por todos os interessados, no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento do pedido.

4. DA ADESÃO À PRÉ-QUALIFICAÇÃO

4.1. Será permitida a utilização do resultado do procedimento de pré-qualificação em licitações e contratações diretas de órgãos e entidades de outros entes e poderes.

5. DO PROCEDIMENTO

5.1. A entrega das propostas e amostras com a indicação das especificações técnicas dos bens a serem submetidos à avaliação (sem indicação de preço) terá início a partir do dia 11 de dezembro de 2025, e deverão ser realizadas perante a Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Praça Irmã Albuquerque, nº 45, bairro Centro, Bom Despacho – MG, CEP 35630-094, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18 horas.

5.1.1. A proposta para pré-qualificação de bens deverá ser apresentada em conformidade com o Anexo II.

5.1.2. Todos os produtos encaminhados para amostra deverão estar devidamente identificados e armazenados em embalagem original.

5.1.3. A entrega dos produtos é de inteira responsabilidade do fornecedor e incluirá: carregamento, transporte, seguro, descarga, impostos e qualquer outra despesa adicional.

5.1.4. As amostras apresentadas para análise deverão ser definitivas, não sendo permitido fazer ajustes ou modificações para fins de adequá-las à especificação do Edital.

5.2. O procedimento será conduzido pela Comissão Especial de Pré-qualificação nomeada pela Portaria nº 150/2025/SEMUSA, de 10 de outubro de 2025.

- Andréia Morais Dias Livramento – Matrícula 1554394-01
- Rafaela Gonçalves Machado Moreira – Matrícula 1553934-03
- Lilian Arruda da Silva – Matrícula 1575-03
- Emilly Lorraine de Abreu Campos – Matrícula 155374-05

5.2.1. Recebidos os documentos e amostras de bens, far-se-á sua análise e avaliação no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do protocolo ou da confirmação do recebimento do e-mail encaminhado, podendo ser suspenso ou prorrogado, se necessário, a critério da Comissão Especial.

5.2.2. A avaliação será realizada na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Praça Irmã Albuquerque, nº 45, bairro Centro, Bom Despacho – MG, CEP 35630-094 em horário previamente designado pela Comissão Avaliadora e comunicado aos interessados com





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, segundo os seguintes critérios e procedimentos:

Embalagem: os produtos deverão ser apresentados em embalagem original de fábrica, íntegra, lacrada, sem sinais de violação, vazamentos, rasgos, furos ou sujidades. A embalagem deve ser apropriada ao tipo de produto, garantindo sua proteção e conservação até o uso;

Rótulo e identificação: o rótulo deve estar legível e conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: nome do produto, responsável pela esterilização quando se aplicar, data de fabricação, prazo de validade, número do lote, nome e endereço do fabricante, CNPJ e selo do INMETRO

Aspecto visual: os produtos devem apresentar coloração, consistência e aparência compatíveis com o padrão de qualidade esperado para cada tipo de produto, estando isentos de impurezas, corpos estranhos, umidade indevida (no caso de secos), bolores, insetos, grumos ou sinais de contaminação ou deterioração;

Regularidade sanitária: todos os produtos deverão estar em conformidade com as normas da ANVISA e da legislação vigente, devidamente registrados ou isentos, conforme exigência do tipo de produto;

Integridade Física: os produtos devem estar íntegros para uso sem apresentar rachaduras, dobras, cortes ou qualquer outra deformidade que possa comprometer seu funcionamento ou causar lesões.

Qualidade do produto: os produtos devem ser confeccionados em material flexível biocompatível e adequado para uso em pacientes.

Na avaliação dos itens, serão considerados os critérios:

Verificação visual e tátil das embalagens: será analisada a integridade da embalagem, conferindo-se a ausência de violação, furos, rasgos, vazamentos, umidade e sujidades externas, bem como a conformidade com as exigências de rotulagem;

Análise documental do rótulo: será feita a conferência das informações constantes no rótulo, incluindo nome do produto, responsável pela esterilização quando se aplicar, data de fabricação, prazo de validade, número do lote, nome e endereço do fabricante, CNPJ e selo do INMETRO;

Integridade Física: os produtos serão avaliados se possuem rachaduras, dobras, cortes ou qualquer outra deformidade que possa comprometer seu funcionamento ou causar lesões.

Qualidade do produto: Será realizado teste de uso do produto, nas Unidades de Saúde para verificação da qualidade dos itens, a sua aplicabilidade e atendimento ao resultado esperado. O uso e a análise dos aspectos e padrões, será supervisionada pela comissão julgadora

Registro fotográfico e relatório descritivo: todos os procedimentos de avaliação serão documentados por meio de fotos das amostras, das embalagens e dos rótulos, bem como relatórios preenchidos pela comissão de avaliação, contendo as observações técnicas pertinentes;

Parecer técnico conclusivo da comissão: após a análise dos itens entregues, a comissão designada emitirá parecer técnico indicando a aprovação ou a reprovação da amostra, fundamentando sua decisão com base nos critérios objetivos estabelecidos neste instrumento.

5.2.2.1. Os produtos após avaliados, serão qualificados seguindo a tabela:

| Embalagem: | | |
|-------------------|---------------------------|---------------|
| a) Adequada | b) Moderadamente adequada | c) Inadequada |

| Rótulo e identificação: | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| a) Adequado | b) Moderadamente adequado | c) Inadequado ou ausente |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| Aspecto visual: | | |
|------------------------|------------|-------------------|
| a) Bom | b) Regular | c) Insatisfatório |

| Regularidade sanitária: | | |
|--------------------------------|------------|----------------|
| a) Presente | b) Ausente | c) Dispensável |

| Integridade Física: | | |
|----------------------------|------------|-------------------|
| a) Bom | b) Regular | c) Insatisfatório |

| Qualidade do produto: | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| a) Bom | b) Regular | c) Insatisfatório |

5.2.2.2. Após os testes e avaliações e qualificações os produtos serão classificados como satisfatório ou insatisfatório, onde:

1. **INSATISFATÓRIO:** quando houver a presença de um ou mais adjetivos: Inadequado, Inadequado ou ausente, Ausente, Insatisfatório.
2. **SATISFATÓRIO:** quando houver predominância dos adjetivos: Bom, Regular, Presente, Dispensável, Moderadamente adequado.

5.2.2.3. Para a aprovação, serão considerados aprovados apenas os produtos que os resultados forem considerados satisfatórios.

5.2.2.4. A amostra que obtiver 1 (um) resultado “insatisfatório”, será automaticamente reprovada.

5.2.2.5. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

5.2.2.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela Comissão Avaliadora, não gerando direito a ressarcimento.

5.2.2.7. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio do Sítio Oficial da Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG.

5.2.3. São dispensados de apresentação de amostras produtos das seguintes marcas, uma vez que já foram testadas e aprovadas no município.

| ITEM | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | MARCAS |
|------|-------------------|---|----------------|
| 1 | Pacote | Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aprox. 14cm X 1,4cm X 0,5mm (comprimento X altura X espessura). Pacote com 100 unidades. Registro ANVISA. | MARCAS |
| 2 | Pacote | Algodão hidrófilo, com 100% de fibras de algodão alvejado, neutro, ausência de impurezas e grânulos, macio, | Theoto, Estilo |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|---------|--|-----------------------|
| | | com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, Pacote contendo 1 (um) rolo de 500 gramas. Devendo estar impresso externamente os dados de identificação do fabricante, marca, procedência, peso liq., Registro na Anvisa e validade do registro e do produto. | |
| 3 | Pacote | Atadura de crepom 10 cm x 1,8 M - 13 fios confeccionada em fios de algodão cru de alta torção possuindo bastante elasticidade pacote c/ 12 unidades, embaladas individualmente.. Registro no Ministério da Saúde. Registro ANVISA. | Melhormed , Cremer |
| 4 | Pacote | Atadura de crepom 12 cm x 1,8 M - 13 fios confeccionada em fios de algodão cru de alta torção possuindo bastante elasticidade e pacote c/ 12 unidades, embaladas individualmente.. Registro no Ministério da Saúde. Registro ANVISA. | Cremer, Procel |
| 5 | Pacote | Atadura de crepom de 15 cm de largura, com 1,8 m de comprimento, 13 fios – confeccionada em fios de algodão cru de alta torção possuindo bastante elasticidade pacote com 12 unid. Registro no Ministério da Saúde. Registro ANVISA. | Cremer, Procel |
| 6 | Pacote | Atadura de crepom 20 cm x 1,8 M - 13 fios confeccionada em fios de algodão cru de alta torção possuindo bastante elasticidade pacote c/ 12 unidades, embaladas individualmente. Registro no Ministério da Saúde. Registro ANVISA. | Cremer, Procel |
| 7 | Pacote | Avental Cirúrgico - tipo cirúrgico descartável com manga longa; confeccionado em tela não tecida; gramatura mínima de 60 g/m2. Pacote com 10 unidades. | Descarpack |
| 8 | Pacote | Avental Cirúrgico - tipo cirúrgico descartável sem manga ; confeccionado em tela não tecida; gramatura mínima de 60 g/m2. Pacote com 10 unidades. | Descarpack |
| 9 | Unidade | Bota de Unna 7,5 cm x 6 m, Bandagem constituída de algodão puro ou misto, pronta para uso, impregnada de pasta composta no mínimo de óxido de zinco, glicerina, óleo de castor ou mineral, mantendo a atadura umedecida. Medindo aproximadamente 7,5 cm de largura x 6 m de comprimento. Embalagem individual íntegra, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | Curatec, Convatec |
| 10 | Unidade | Compressa cirúrgica tecida em quatro camadas de gaze sobrepostas, confeccionada com fio 100% algodão. Tamanho 25 x 28 cm. Tecido feito com amarrações (entrelaçamento das quatro camadas de tecido), para evitar o deslizamento entre as mesmas. As laterais do produto devem ser costuradas com pontos over-lock, para evitar | Texpharma |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|---------|---|--|
| | | desfiamentos. A compressa cirúrgica deve ter em sua extremidade um cadarço duplo, que deve ser deixado do lado externo da cavidade cirúrgica como precaução, facilitando também seu manuseio e oferecendo melhores condições de visibilidade no local da cirurgia. | |
| 11 | Pacote | Compressa de gaze hidrófila estéril, com 13 fios por cm ² med. 7,5cm x 7,5cm em tecido algodão. Tecido 100% algodão, altamente absorvente, macio e isento de impurezas, dobras laterais devem ser para dentro evitando desfiamento. Material com registro na ANVISA. Pacote com 10 unidades. | Texpharma, Medical Têxtil, Cremer |
| 12 | Pacote | Compressa de gaze hidrófila, com 13 fios por cm ² med. 7,5cm X 7,5cm em tecido algodão. Tecido 100% algodão, altamente absorvente, macio e isento de impurezas, dobras laterais devem ser para dentro evitando desfiamento. Material com registro na ANVISA. Pacote com 500 unidades. | Texpharma, Medical Têxtil, Cremer |
| 13 | Unidade | Escova seca para assepsia de mãos - na apresentação de conjunto esponja - escova é indicada para degermação das mãos e braço dos profissionais de saúde anteriormente aos procedimentos cirúrgicos | Vic Pharma, Fabrimed |
| 14 | Unidade | Escova cervical para coleta do material endocervical. Resistente, atóxica, macia, com cerdas fabricadas em nylon. A cerda é firmemente aderida numa haste plástica através de um eixo de aço inox. Embalagem individual estéril. | Kolplast, Medix |
| 15 | Unidade | Esparadrapo branco, hipoalergênico, medindo 2,5 cm de largura por 4,5m de comprimento, confeccionado em tecido 100% algodão, impermeável, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, hipoalergênico, boa aderência, bordas em picotes, enrolado em carretel com capa protetora, com dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | Cremer, Missner, Needs |
| 16 | Pacote | Espátula de Ayres de madeira resistente - pontas arredondadas descartáveis medindo aproximadamente 181 mm de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura. pacote com 100 unidades. | Estilo, Theoto, Kolplast |
| 17 | Caixa | Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto, estéril, não absorvível, diâmetro 3-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, medindo aproximadamente 3,0cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do | Procare, Technofio |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|-------|---|--------------------|
| | | uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do ministério da saúde. O produto deve seguir a norma técnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. | |
| 18 | Caixa | Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto, estéril, não absorvível, diâmetro 4-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, medindo 2,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro no Ministério da Saúde. O produto deve seguir a norma técnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. | Procare, Technofio |
| 19 | Caixa | Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto, estéril, não absorvível, diâmetro 5-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, medindo 2,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro no Ministério da Saúde. O produto deve seguir a norma técnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. | Procare, Technofio |
| 20 | Caixa | Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto, estéril, não absorvível, diâmetro 6-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, medindo 2,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do Ministério da Saúde. O produto deve seguir a norma técnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. | Procare, Technofio |
| 21 | Rolo | Fita hipoalergênica, (tipo micropore) fita adesiva cirúrgica medindo 25 mm de largura por 10 m de comprimento, | Cremer, Missner, |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|---------|---|----------------|
| | | microporosa com dorso de não tecido, massa adesiva na face interna, hipoalergênica, cor clara. Embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. No julgamento será considerado o rendimento do produto, ou seja, verificar o valor do metro. | Needs |
| 22 | Pacote | Gorro descartável com tiras, em propileno hidrofílico, que absorve suor, tamanho único - cor branca - pacote com 100 unidades. | Winner, Medix |
| 23 | Unidade | Histerômetro dilatador descartável. Duas hastes bifuncionais. Haste do histerômetro com ponta distal cilíndrica (4 mm de diâmetro), centimetrada com escala de 4 a 15 cm (resolução 1 cm) leitura direta na extremidade e flange (anel cilíndrico) ajustada ao diâmetro do histerômetro permitindo a aferição do comprimento da cavidade uterina. A haste do dilatador possui diâmetro progressivo, iniciando em 3,0mm, progredindo até 5,5mm, seguindo o conceito das velas de hegar. Medidas do histerômetro dilatador: comprimento total: 340,0mm (\pm 3,00mm), eixo longitudinal da haste do histerômetro: 165 mm, eixo longitudinal de haste do dilatador: 120 m, diâmetro da haste do dilatador: dilatação progressiva, iniciando no diâmetro distal em 3,0mm progredindo até o diâmetro proximal em 5,5 mm, diâmetro da haste do histerômetro: 4 mm com escala centimetrada de 4 a 15cm (resolução 1cm). Estéril. Embalado individualmente. Registro na anvisa. | Kolplast |
| 24 | Unidade | Espéculo vaginal descartável (tamanho P) - não lubrificado, estéril, produzido em poliestireno cristal, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Com dispositivo de abertura (parafuso borboleta) acoplado, pigmentado e indeformável. | Kolplast |
| 25 | Unidade | Espéculo vaginal descartável (tamanho M) - não lubrificado, estéril, produzido em poliestireno cristal, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Com dispositivo de abertura (parafuso borboleta) acoplado, pigmentado e indeformável. | Kolplast |
| 26 | Unidade | Espéculo vaginal descartável (tamanho G) - não lubrificado, estéril, produzido em poliestireno cristal, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Com dispositivo de abertura (parafuso borboleta) acoplado, pigmentado e indeformável. | Kolplast |
| 27 | Unidade | Lâmina em vidro lapidada ponta fosca 26x76mm para preventivo - lâmina, em vidro lapidada, para microscopia, com bordas lapidadas; extremidade fosca, espessura de 1,0 | Kolplast, Olen |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------|
| | | a 1,3 mm, dimensão de 26 x 76mm, translúcida, incolor, desengordurada, intercalada uma a uma por folhas de papel, para uso laboratorial, em microscopia, de acordo com a norma iso 8037/1 ou mais atual, acondicionado em embalagem apropriada, reforçada para o produto e rotulo com lote, data de fabricação, com validade minima de 60 meses. | |
| 28 | Pacote | Lençol para maca em TNT, cor branca, com elástico, descartável, medindo 2,00x0,90, pacote com 10 unidades. | Protdesc, Anadona |
| 29 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 6,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro no Ministério da Saúde. Caixa com 50 pares | Descarpack , Medix |
| 30 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 7,0, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro no Ministério da Saúde. Caixa com 50 pares | Descarpack , Medix |
| 31 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 7,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro no Ministério da Saúde. Caixa com 50 pares | Descarpack , Medix |
| 32 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 8,0, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em | Descarpack , Medix |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|-------|--|-----------------------|
| | | quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. | |
| 33 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 8,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro Ministério da Saúde. Caixa com 50 pares | Descarpack , Medix |
| 34 | Caixa | Luva descartável, individual, tamanho extra pequeno, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. PP | Descarpack , Medix |
| 35 | Caixa | Luva descartável, individual, tamanho grande confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. G | Descarpack , Medix |
| 36 | Caixa | Luva descartável, individual, tamanho média confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. M | Descarpack , Medix |
| 37 | Caixa | Luva descartável, individual, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, | Descarpack , Medix |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|---------|---|---------------------------|
| | | atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. P | |
| 38 | Unidade | Máscara cirúrgica descartável, com 4 camadas para filtragem de partículas N95, não tecido e filtro bacteriano. | Descarpack |
| 39 | Caixa | Máscara cirúrgica descartável, com elástico, tripla camada com filtro que proporciona uma BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior que 95% , tiras super resistentes de 40cm de comprimento, clips nasal de 14cm de comprimento, cor branca ou azul. Registro ANVISA. Caixa com 50 unidades. | Descarpack |
| 40 | Unidade | Pinça cheron descartável; em polietileno, na cor branca,esterilizado em óxido de etileno; com sistema de trava de fechamento por cremalheira discreto desvio caudal da extremidade proximal; com comprimento de 25cm , ponta semi aguda; rotulagem respeitando a legislacao atual vigente; apresentação em embalagem que garanta a integridade do produto; | Kolplast |
| 41 | Pacote | Pacote de teste desafio com indicador biológico e integrador químico - Tipo i5 para esterilização a vapor - constituído de pacote pronto para uso, confeccionado em material poroso e densidade padronizada pela aami st79 e com indicador químico externo. Cada dispositivo de desafio de processo (pcd) deverá conter: 1 ampola de indicador biológico contendo com uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de geobacillus stearothermophilus (atcc 7953) para leitura de confirmação negativa final em 3 horas, pelo método de fluorescência; 1 integrador químico tipo i5 que apresenta uma resposta integrada com os parâmetros críticos da esterilização por vapor, proporcionando uma leitura prática e imediata; 1 ampola piloto/controle positivo de indicador biológico. O rótulo externo deverá conter um indicador químico de exposição tipo e1, que mudará de cor para diferenciar os pacotes que foram expostos ao processo de esterilização. | 3M |
| 42 | Rolo | Papel grau cirúrgico medindo 15 cm x 100 m - gramatura mínima de 60 g/m ² e filme laminado de poliéster/polipropileno com gramatura mínima 54 g/m ² . Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Contendo indicador de sentido correto de abertura na embalagem. | Cipamed, HospFlex, Bionet |
| 43 | Rolo | Papel grau cirúrgico medindo 30 cm x 100 m - gramatura mínima de 60 g/m ² e filme laminado de poliéster/polipropileno com gramatura mínima 54 g/m ² . Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de | Cipamed, HospFlex, Bionet |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|---------|--|------------------------------------|
| | | esterilização. Contendo indicador de sentido correto de abertura na embalagem. | |
| 44 | Rolo | Papel térmico milimetrado para eletrocardiógrafo 216mm x 30m, compatível com aparelho Eletrocardiógrafo Cardiocare 2000 Bionet. | Cipamed, HospFlex, Bionet |
| 45 | Rolo | Papel térmico milimetrado para eletrocardiógrafo 80mm x 20m, compatível com aparelho Eletrocardiógrafo Alfamed / Compassus 3000. | Cipamed, HospFlex, Bionet, Alfamed |
| 46 | Unidade | Teste imunocromatográfico de gravidez (hcg) - com determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (hcg) em tira teste. Amostras: urina e soro. Sensibilidade: 25 mui/ml. | Cepalab |
| 47 | Frasco | Tiras para uroanálise para determinação semiquantitativa de 10 parâmetros em urina: glicose, bilirrubina, cetona, densidade, sangue, ph, proteína, urobilinogênio, nitrito e leucócitos. Alta sensibilidade em baixas concentrações de leucócitos e sangue. Resistente à condições ambientais e umidade. Apresentação: frasco com mínimo 150 tiras. Registro no Ministério da Saúde. | Laborclin, Roche |
| 48 | Pacote | Touca sanfonada, com elástico revestido, proporcionando melhor vedação durante a utilização, descartável, cor branca, pacote com 100 unidades. | Medix |
| 49 | Unidade | Sensor para monitoramento de glicose. | Freestyle |
| 50 | Unidade | Leitor para sensor de monitoramento de glicose. | Freestyle |

5.2.3.1. Para os licitantes que optarem por ofertar itens das marcas listadas acima, não precisarão apresentar certificado de pré-qualificação ou amostras das referidas marcas quando da sua participação na licitação. Fica sob a responsabilidade do Pregoeiro a realização da dispensa da apresentação nos termos do Edital.

5.3. Sempre que houver a finalização da análise deste objeto, será publicado o resultado, contendo o nome do licitante e os produtos analisados. Os itens ficarão à disposição do público pelo prazo de 5 dias corridos a contar da publicação do resultado.

5.3.1. Após a divulgação do resultado final do certame, e findado o prazo da disposição dos itens ao público, as amostras deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do 6º dia da publicação do resultado (item 5.1), após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

5.3.2. Aos bens aprovados será atribuído certificado de pré-qualificação, que terá a validade de 12 meses.

5.3.3. Será de responsabilidade do proponente a obrigação de informar quaisquer alterações que ocorram com o bem cadastrado, tais como mudança no processo de fabricação, características, formulação, descontinuidade de produção, etc...

5.3.4. As amostras físicas apresentadas ficarão retidas para futuras comparações com os bens a serem entregues.

5.3.5. A pré-qualificação não gera direito à contratação perante a Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG, tampouco obriga esta a realizar procedimento licitatório destinado à aquisição do





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

respectivo bem.

5.4. É facultada, em qualquer fase do processo, a promoção de ampla diligência destinada a esclarecer ou complementar sua instrução e a aferir a qualidade do bem avaliado, bem como solicitar a órgãos e entidades competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

5.4.1. O procedimento de avaliação poderá contar com a participação dos interessados, os quais, inclusive, poderão indicar, às suas expensas, assistente técnico.

5.4.2. A avaliação observará a qualidade e eficiência do bem, verificando, direta ou indiretamente, se os requisitos são satisfatórios conforme critérios definidos no Termo de Referência.

5.5. Após avaliação, a Comissão Especial proferirá decisão contendo o resultado com as devidas justificativas e fundamentos de sua conclusão, e dará a publicidade por meio do Sítio Oficial da Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG.

5.6. Os bens que forem rejeitados somente poderão ser objeto de nova pré-qualificação após 1 (um) ano, contados da publicação do resultado.

6. DO CANCELAMENTO DO CERTIFICADO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

6.1. A qualquer momento, identificada a não manutenção das condições previstas no instrumento convocatório, a Administração poderá cancelar o certificado de pré-qualificação.

6.2. Também haverá o cancelamento do certificado de pré-qualificação nos casos de ocorrência de fraude ou falsidade nas declarações ou provas documentais apresentadas no processo de pré-qualificação, aplicando-se processo administrativo de apuração de responsabilidade nos termos de regulamento específico.

6.3. Caberá recurso da decisão da Administração que houver cancelado o certificado de pré-qualificação.

7. DOS RECURSOS

7.1. Os interessados poderão apresentar recurso contra o indeferimento do pedido de pré-qualificação ou cancelamento do certificado de pré-qualificação no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da divulgação do resultado.

8. DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

8.1. Os certificados serão renovados após finalizados 12 meses da sua emissão. Caberá ao licitante recorrer à Secretaria de Saúde, através do e-mail: compras.saude@pmbd.mg.gov.br para que seja realizada a sua renovação.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A Comissão Especial de Pré-qualificação rejeitará a amostra que seja apresentada em desacordo com as exigências do Edital.

9.2. Reserva-se a Comissão Especial de Pré-qualificação o direito de, em qualquer fase desta Pré-qualificação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

9.3. O presente edital não envolve transferência de recursos financeiros.

9.4. As despesas necessárias à consecução do objeto deste Edital serão assumidas pelos respectivos proponentes.





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

9.5. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste edital serão dirimidos pela Comissão Especial de Pré-Qualificação.

9.6. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital, fica eleito o foro da Comarca de Bom Despacho/MG, com exclusão de qualquer outro.

9.7. São anexos deste edital:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Proposta de pré-qualificação;

ANEXO III – Certificado de pré-qualificação.

Bom Despacho-MG, 9 de dezembro de 2.025, 114º ano de emancipação do município.

Tamara Bicalho Cruz Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/12/2025 16:21 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE: <https://c.ipm.com.br/p30d76694b98b8>





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PRÉ-QUALIFICAÇÃO

1. DO OBJETO

1.1. Pré-qualificação de materiais médico ambulatoriais descartáveis e não descartáveis, que atendam às condições e exigências estabelecidas neste instrumento:

| ITEM | Cod. IPM | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO |
|------|----------|-------------------|---|
| 1 | 345509 | Pacote | Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aprox. 14cm X 1,4cm X 0,5mm (comprimento X altura X espessura). Pacote com 100 unidades. Registro ANVISA. |
| 2 | 338630 | Pacote | Algodão hidrófilo, com 100% de fibras de algodão alvejado, neutro, ausência de impurezas e grânulos, macio, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, Pacote contendo 1 (um) rolo de 500 gramas. Devendo estar impresso externamente os dados de identificação do fabricante, marca, procedência, peso liq., Registro na Anvisa e validade do registro e do produto. |
| 3 | 345526 | Pacote | Atadura de crepom 10 cm x 1,8 M - 13 fios confeccionada em fios de algodão cru de alta torção possuindo bastante elasticidade pacote c/ 12 unidades, embaladas individualmente. Registro no Ministério da Saúde. Registro ANVISA. |
| 4 | 345527 | Pacote | Atadura de crepom 12 cm x 1,8 M - 13 fios confeccionada em fios de algodão cru de alta torção possuindo bastante elasticidade e pacote c/ 12 unidades, embaladas individualmente.. Registro no Ministério da Saúde. Registro ANVISA. |
| 5 | 356200 | Pacote | Atadura de crepom de 15 cm de largura, com 1,8 m de comprimento, 13 fios – confeccionada em fios de algodão cru de alta torção, possuindo bastante elasticidade pacote com 12 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Registro ANVISA |
| 6 | 356201 | Pacote | Atadura de crepom 20 cm x 1,8 M - 13 fios confeccionada em fios de algodão cru de alta torção possuindo bastante elasticidade pacote c/ 12 unidades, embaladas individualmente. Registro no Ministério da Saúde. Registro ANVISA. |
| 7 | 356202 | Pacote | Avental Cirúrgico - tipo cirúrgico descartável com manga longa; confeccionado em tela não tecida; gramatura mínima de 60 g/m2. Pacote com 10 unidades. |
| 8 | 356203 | Pacote | Avental Cirúrgico - tipo cirúrgico descartável sem manga ; confeccionado em tela não tecida; gramatura mínima de 60 g/m2. Pacote com 10 unidades. |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|--------|---------|---|
| 9 | 356205 | Unidade | Bota de Unna 7,5 cm x 6 m, Bandagem constituída de algodão puro ou misto, pronta para uso, impregnada de pasta composta no mínimo de óxido de zinco, glicerina, óleo de castor ou mineral, mantendo a atadura umedecida. Medindo aproximadamente 7,5 cm de largura x 6 m de comprimento. Embalagem individual íntegra, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. |
| 10 | 356206 | Unidade | Compressa cirúrgica tecida em quatro camadas de gaze sobrepostas, confeccionada com fio 100% algodão. Tamanho 25 x 28 cm. Tecido feito com amarrações (entrelaçamento das quatro camadas de tecido), para evitar o deslizamento entre as mesmas. As laterais do produto devem ser costuradas com pontos over-lock, para evitar desfiamentos. A compressa cirúrgica deve ter em sua extremidade um cadarço duplo, que deve ser deixado do lado externo da cavidade cirúrgica como precaução, facilitando também seu manuseio e oferecendo melhores condições de visibilidade no local da cirurgia. |
| 11 | 356207 | Pacote | Compressa de gaze hidrófila estéril, com 13 fios por cm ² mede.7,5cm x 7,5cm em tecido algodão. Tecido 100% algodão, altamente absorvente, macio e isento de impurezas, dobras laterais devem ser para dentro evitando desfiamento. Material com registro na ANVISA. Pacote com 10 unidades. |
| 12 | 356208 | Pacote | Compressa de gaze hidrófila, com 13 fios por cm ² mede.7,5cm X 7,5cm em tecido algodão. Tecido 100% algodão, altamente absorvente, macio e isento de impurezas, dobras laterais devem ser para dentro evitando desfiamento. Material com registro na ANVISA. Pacote com 500 unidades. |
| 13 | 356210 | Unidade | Escova seca para assepsia de mãos - na apresentação de conjunto esponja - escova é indicada para degermação nas mãos e braço dos profissionais de saúde anteriormente aos procedimentos cirúrgicos |
| 14 | 356211 | Unidade | Escova cervical para coleta do material endocervical. Resistente, atóxica, macia, com cerdas fabricadas em nylon. A cerda é firmemente aderida numa haste plástica através de um eixo de aço inox. Embalagem individual estéril. |
| 15 | 356212 | Unidade | Esparadrapo branco, hipoalergênico, medindo 2,5cm de largura por 4,5m de comprimento, confeccionado em tecido 100% algodão, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, hipoalergênico, boa aderência, bordas em picotes, enrolado em carretel com capa protetora, com dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde. |
| 16 | 356213 | Pacote | Espátula de Ayres de madeira resistente - pontas arredondadas |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|--------|-------|--|
| | | | descartáveis medindo aproximadamente 181 mm de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura. pacote com 100 unidades. |
| 17 | 345564 | Caixa | Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto, estéril, não absorvível, diâmetro 3-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, medindo aproximadamente 3,0cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do ministério da saúde. O produto deve seguir a norma técnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. |
| 18 | 356216 | Caixa | Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto, estéril, não absorvível, diâmetro 4-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, medindo 2,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro no Ministério da Saúde. O produto deve seguir a norma técnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. |
| 19 | 356217 | Caixa | Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto, estéril, não absorvível, diâmetro 5-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, medindo 2,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro no Ministério da Saúde. O produto deve seguir a norma técnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. |
| 20 | 356218 | Caixa | Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto, estéril, não absorvível, diâmetro 6-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, medindo 2,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|--------|---------|--|
| | | | sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do Ministério da Saúde. O produto deve seguir a norma técnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. |
| 21 | 356219 | Rolo | Fita hipoalergênica, (tipo micropore) fita adesiva cirúrgica medindo 25 mm de largura por 10 m de comprimento, microporosa com dorso de não tecido, massa adesiva na face interna, hipoalergênica, cor clara. Embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. No julgamento será considerado o rendimento do produto, ou seja, verificar o valor do metro. |
| 22 | 356220 | Pacote | Gorro descartável com tiras, em propileno hidrofílico, que absorve suor, tamanho único - cor branca - pacote com 100 unidades. |
| 23 | 54123 | Unidade | Histerômetro dilatador descartável. Duas hastes bi-funcionais. Haste do histerômetro com ponta distal cilíndrica (4 mm de diâmetro), centimetrada com escala de 4 a 15 cm (resolução 1 cm) leitura direta na extremidade e flange (anel cilíndrico) ajustada ao diâmetro do histerômetro permitindo a aferição do comprimento da cavidade uterina. A haste do dilatador possui diâmetro progressivo, iniciando em 3,0mm, progredindo até 5,5mm, seguindo o conceito das velas de hegar. Medidas do histerômetro dilatador: comprimento total: 340,0mm (\pm 3,00mm), eixo longitudinal da haste do histerômetro: 165 mm, eixo longitudinal de haste do dilatador: 120 m, diâmetro da haste do dilatador: dilatação progressiva, iniciando no diâmetro distal em 3,0mm progredindo até o diâmetro proximal em 5,5 mm, diâmetro da haste do histerômetro: 4 mm com escala centimetrada de 4 a 15cm (resolução 1cm). Estéril. Embalado individualmente. Registro na anvisa. |
| 24 | 356222 | Unidade | Espéculo vaginal descartável (tamanho P) - não lubrificado, estéril, produzido em poliestireno cristal, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Com dispositivo de abertura (parafuso borboleta) acoplado, pigmentado e indeformável. |
| 25 | 353705 | Unidade | Espéculo vaginal descartável (tamanho M) - não lubrificado, estéril, produzido em poliestireno cristal, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Com dispositivo de abertura (parafuso borboleta) acoplado, pigmentado e indeformável. |
| 26 | 353704 | Unidade | Espéculo vaginal descartável (tamanho G) - não lubrificado, estéril, produzido em poliestireno cristal, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhantes ao formato dos fórnices vaginais. Com dispositivo de abertura (parafuso borboleta) |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|--------|---------|---|
| | | | acoplado, pigmentado e indeformável. |
| 27 | 356223 | Unidade | Lâmina em vidro lapidada ponta fosca 26x76mm para preventivo - lâmina, em vidro lapidada, para microscopia, com bordas lapidadas; extremidade fosca, espessura de 1,0 a 1,3 mm, dimensão de 26 x 76mm, translúcida, incolor, desengordurada, intercalada uma a uma por folhas de papel, para uso laboratorial, em microscopia, de acordo com a norma iso 8037/1 ou mais atual, acondicionado em embalagem apropriada, reforçada para o produto e rotulo com lote, data de fabricação, com validade minima de 60 meses. |
| 28 | 356225 | Pacote | Lençol para maca em TNT, cor branca, com elástico, descartável, medindo 2,00x0,90, pacote com 10 unidades. |
| 29 | 345604 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 6,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro no Ministério da Saúde. Caixa com 50 pares |
| 30 | 356226 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 7,0, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro no Ministério da Saúde. Caixa com 50 pares |
| 31 | 321596 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 7,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro Ministério da Saúde. Caixa com 50 pares |
| 32 | 356227 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 8,0, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|--------|-------|--|
| | | | adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. |
| 33 | 356228 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 8,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro Ministério da Saúde. Caixa com 50 pares |
| 34 | 321599 | Caixa | Luva descartável, individual, tamanho extra pequeno, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. PP |
| 35 | 356229 | Caixa | Luva descartável, individual, tamanho grande confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. G |
| 36 | 356230 | Caixa | Luva descartável, individual, tamanho média confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. M |
| 37 | 356231 | Caixa | Luva descartável, individual, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|--------|---------|---|
| | | | validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. P |
| 38 | 356232 | Unidade | Máscara cirúrgica descartável, com 4 camadas para filtragem de partículas N95, não tecido e filtro bacteriano. |
| 39 | 356233 | Caixa | Máscara cirúrgica descartável, com elástico, tripla camada com filtro que proporciona uma BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior que 95% , tiras super resistentes de 40cm de comprimento, clips nasal de 14cm de comprimento, cor branca ou azul. Registro ANVISA. Caixa com 50 unidades. |
| 40 | 341296 | Unidade | Pinça cheron descartável; em polietileno, na cor branca, esterilizado em óxido de etileno; com sistema de trava de fechamento por cremalheira discreto desvio caudal da extremidade proximal; com comprimento de 25cm , ponta semi aguda; rotulagem respeitando a legislação atual vigente; apresentação em embalagem que garanta a integridade do produto; |
| 41 | 353586 | Pacote | Pacote de teste desafio com indicador biológico e integrador químico - Tipo i5 para esterilização a vapor - constituído de pacote pronto para uso, confeccionado em material poroso e densidade padronizada pela aami st79 e com indicador químico externo. Cada dispositivo de desafio de processo (pcd) deverá conter: 1 ampola de indicador biológico contendo com uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de geobacillus stearothermophilus (atcc 7953) para leitura de confirmação negativa final em 3 horas, pelo método de fluorescência; 1 integrador químico tipo i5 que apresenta uma resposta integrada com os parâmetros críticos da esterilização por vapor, proporcionando uma leitura prática e imediata; 1 ampola piloto/controle positivo de indicador biológico. O rótulo externo deverá conter um indicador químico de exposição tipo e1, que mudará de cor para diferenciar os pacotes que foram expostos ao processo de esterilização. |
| 42 | 351954 | Rolo | Papel grau cirúrgico medindo 15 cm x 100 m - gramatura mínima de 60 g/m ² e filme laminado de poliéster/ polipropileno com gramatura mínima 54 g/m ² . Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Contendo indicador de sentido correto de abertura na embalagem. |
| 43 | 351949 | Rolo | Papel grau cirúrgico medindo 30 cm x 100 m - gramatura mínima de 60 g/m ² e filme laminado de poliéster/ polipropileno com gramatura mínima 54 g/m ² . Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Contendo indicador de sentido correto de abertura na embalagem. |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|--------|---------|--|
| 44 | 345623 | Rolo | Papel térmico milimetrado para eletrocardiógrafo 216mm x 30m, compatível com aparelho Eletrocardiógrafo Cardiocare 2000 Bionet |
| 45 | 345625 | Rolo | Papel térmico milimetrado para eletrocardiógrafo 80mm x 20m, compatível com aparelho Eletrocardiógrafo Alfamed / Compassus 3000. |
| 46 | 352020 | Unidade | Teste imunocromatográfico de gravidez (hcg) - com determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica humana (hcg) em tira teste. Amostras: urina e soro. Sensibilidade: 25 mui/ml. |
| 47 | 356241 | Frasco | Tiras para uroanálise para determinação semiquantitativa de 10 parâmetros em urina: glicose, bilirrubina, cetona, densidade, sangue, ph, proteína, urobilinogênio, nitrito e leucócitos. Alta sensibilidade em baixas concentrações de leucócitos e sangue. Resistente à condições ambientais e umidade. Apresentação: frasco com mínimo 150 tiras. Registro no Ministério da Saúde. |
| 48 | 356242 | Pacote | Touca sanfonada, com elástico revestido, proporcionando melhor vedação durante a utilização, descartável, cor branca, pacote com 100 unidades |
| 49 | 357151 | Unidade | Sensor para monitoramento de glicose |
| 50 | 357152 | Unidade | Leitor para sensor de monitoramento de glicose |

1.2. Atendendo ao disposto no Artigo 80, § 2º, o procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a inscrição de interessados.

1.2.1. Os bens aprovados serão incluídos no “Cadastro de Bens Pré-Qualificados da Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG”, contendo a marca e modelo, pelo prazo de 12 meses (1 ano), podendo ser atualizado pelo mesmo período a qualquer tempo, observados o atendimento aos requisitos do item 3. O prazo de vigência do cadastro contará a partir da data de assinatura do Certificado de pré-qualificação.

1.3. As futuras contratações referentes ao presente objeto poderão ser restritas aos bens pré-qualificados.

1.4. Os itens do presente Termo serão objeto de licitações futuras a serem realizados na Modalidade Pregão Eletrônico, através do sistema de Registro de Preços, pois os itens aqui definidos são caracterizados como comuns, uma vez que os padrões de desempenho, quantidade e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado.

2. DA JUSTIFICATIVA DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO

2.1. A pré-qualificação de materiais médico ambulatorial descartáveis e não descartáveis tem o intuito de agilizar o processo licitatório, dispensando assim a fase de amostras, já que este normalmente é muito oneroso ao órgão, podendo perdurar até 3 meses, necessitando que os processos licitatórios sejam realizados demasiadamente antecipados, tornando as consultas de preços muitas vezes até discrepantes com os valores praticados no mercado, muitas vezes desanimando os licitantes em seguir no certame.

2.2. Ademais, materiais médico ambulatorial descartáveis e não descartáveis tornaram - se produtos com várias empresas comerciantes e fabricantes, contudo, muitas vezes a qualidade é extremamente duvidosa e os produtos são de péssima qualidade, e quanto mais produtos deste





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

tipo, atraídos tão somente pela vantajosidade do preço, mais penosa e demorada é a fase de amostras.

2.3. Por fim a seleção de produtos de boa qualidade e em acordo com o preço do Edital.

3. DA AMOSTRA

3.1. Os interessados na pré-qualificação deverão apresentar suas amostras no seguinte endereço: Praça Irmã Albuquerque, 45, Centro, Bom Despacho/MG, CEP 35630-094, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18 horas.

3.1.1. Todos os produtos encaminhados para amostra deverão estar devidamente identificados e armazenados em embalagem original.

3.1.2. A entrega dos produtos é de inteira responsabilidade do interessado e incluirá: carregamento, transporte, seguro, descarga, impostos e qualquer outra despesa adicional.

3.1.3. As amostras apresentadas para análise deverão ser definitivas, não sendo permitido fazer ajustes ou modificações para fins de adequá-las à especificação do Edital.

3.2. A avaliação das amostras será realizada pela Comissão formada pelos seguintes agentes públicos, conforme Portaria nº150, publicada em 13 de Outubro de 2025 no BAPE de nº 1953/2025;

- Andréia Morais Dias Livramento - Secretaria de Saúde
- Rafaela Gonçalves Machado Moreira - Secretaria de Saúde
- Lilian Arruda da Silva - Secretaria de Saúde
- Emilly Lorraine de Abreu Campos - Secretaria de Saúde

3.2.1. Em caso de adesão ao presente processo, o respectivo órgão deverá indicar, pelo menos, 1 (um) agente para integrar a Comissão Avaliadora.

3.3. A avaliação será realizada na Secretaria de Saúde em horário previamente designado pela Comissão Avaliadora e comunicado aos interessados com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

3.3.1. Será facultada a presença de quaisquer interessados durante a avaliação, os quais, inclusive, poderão indicar, às suas expensas, assistente técnico.

3.3.2. A avaliação observará a qualidade e eficiência do bem, verificando, direta ou indiretamente, se os requisitos são satisfatórios conforme os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

3.4. Para aferir os aspectos e padrões indicados no subitem anterior, serão avaliados:

Embalagem: os produtos deverão ser apresentados em embalagem original de fábrica, íntegra, lacrada, sem sinais de violação, vazamentos, rasgos, furos ou sujidades. A embalagem deve ser apropriada ao tipo de produto, garantindo sua proteção e conservação até o uso;

Rótulo e identificação: o rótulo deve estar legível e conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: nome do produto, responsável pela esterilização quando se aplicar, data de fabricação, prazo de validade, número do lote, nome e endereço do fabricante, CNPJ e selo do INMETRO

Aspecto visual: os produtos devem apresentar coloração, consistência e aparência compatíveis com o padrão de qualidade esperado para cada tipo de produto, estando isentos de impurezas, corpos estranhos, umidade indevida (no caso de secos), bolores, insetos, grumos ou sinais de contaminação ou deterioração;

Regularidade sanitária: todos os produtos deverão estar em conformidade com as normas da ANVISA e da legislação vigente, devidamente registrados ou isentos, conforme exigência do tipo de produto;

Integridade Física: os produtos devem estar íntegros para uso sem apresentar rachaduras,





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

dobras, cortes ou qualquer outra deformidade que possa comprometer seu funcionamento ou causar lesões.

Qualidade do produto: os produtos devem ser confeccionados em material flexível biocompatível e adequado para uso em pacientes.

3.4.1. Na avaliação dos itens, serão considerados os critérios:

Verificação visual e tátil das embalagens: será analisada a integridade da embalagem, conferindo-se a ausência de violação, furos, rasgos, vazamentos, umidade e sujidades externas, bem como a conformidade com as exigências de rotulagem;

Análise documental do rótulo: será feita a conferência das informações constantes no rótulo, incluindo nome do produto, responsável pela esterilização quando se aplicar, data de fabricação, prazo de validade, número do lote, nome e endereço do fabricante, CNPJ e selo do INMETRO;

Integridade Física: os produtos serão avaliados se possuem rachaduras, dobras, cortes ou qualquer outra deformidade que possa comprometer seu funcionamento ou causar lesões.

Qualidade do produto: Será realizado teste de uso do produto, nas Unidades de Saúde para verificação da qualidade dos itens, a sua aplicabilidade e atendimento ao resultado esperado. O uso e a análise dos aspectos e padrões, será supervisionada pela comissão julgadora

Registro fotográfico e relatório descritivo: todos os procedimentos de avaliação serão documentados por meio de fotos das amostras, das embalagens e dos rótulos, bem como relatórios preenchidos pela comissão de avaliação, contendo as observações técnicas pertinentes;

Parecer técnico conclusivo da comissão: após a análise dos itens entregues, a comissão designada emitirá parecer técnico indicando a aprovação ou a reprovação da amostra, fundamentando sua decisão com base nos critérios objetivos estabelecidos neste instrumento.

3.4.2. Os produtos após avaliados, serão qualificados seguindo a tabela:

| 1. Embalagem: | | |
|----------------------|------------------------------|------------------|
| 2. a) Adequada | 3. b) Moderadamente adequada | 4. c) Inadequada |

| 5. Rótulo e identificação: | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 6. a) Adequado | 7. b) Moderadamente adequado | 8. c) Inadequado ou ausente |

| 9. Aspecto visual: | | |
|---------------------------|---------------|----------------------|
| 10.a) Bom | 11.b) Regular | 12.c) Insatisfatório |

| Regularidade sanitária: | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| 13.a) Presente | 14.b) Ausente | 15.c) Dispensável |

| 16.Integridade Física: | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------|
| 17.a) Bom | 18.b) Regular | 19.c) Insatisfatório |

| 20.Qualidade do produto: | | |
|---------------------------------|--|--|
|---------------------------------|--|--|





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | |
|-----------|---------------|----------------------|
| 21.a) Bom | 22.b) Regular | 23.c) Insatisfatório |
|-----------|---------------|----------------------|

3.4.3. Após os testes e avaliações e qualificações os produtos serão classificados como satisfatório ou insatisfatório, onde:

1. INSATISFATÓRIO: quando houver a presença de um ou mais adjetivos: Inadequado, Inadequado ou ausente, Ausente, Insatisfatório.

2. SATISFATÓRIO: quando houver predominância dos adjetivos: Bom, Regular, Presente, Dispensável, Moderadamente adequado.

3.5. DA APROVAÇÃO DOS PRODUTOS:

3.5.1. Para a aprovação, serão considerados aprovados apenas os produtos que os resultados forem considerados satisfatórios.

3.5.2. A amostra que obtiver 1 (um) resultado “insatisfatório”, será automaticamente reprovada.

3.5.3. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

3.5.4. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela Comissão Avaliadora, não gerando direito a ressarcimento.

3.5.6. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio do Sítio Oficial da Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG.

4. DA DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

4.1. São dispensados de apresentação de amostras produtos das seguintes marcas, uma vez que já foram testadas e aprovadas no município.

| ITEM | UNIDADE DE MEDIDA | DESCRIÇÃO | MARCAS |
|------|-------------------|---|----------------------|
| 1 | Pacote | Abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aprox. 14cm X 1,4cm X 0,5mm (comprimento X altura X espessura). Pacote com 100 unidades. Registro ANVISA. | Theoto, Estilo |
| 2 | Pacote | Algodão hidrófilo, com 100% de fibras de algodão alvejado, neutro, ausência de impurezas e grânulos, macio, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos, Pacote contendo 1 (um) rolo de 500 gramas. Devendo estar impresso externamente os dados de identificação do fabricante, marca, procedência, peso liq., Registro na Anvisa e validade do registro e do produto. | Melhormed, Cremer |
| 3 | Pacote | Atadura de crepom 10 cm x 1,8 M - 13 fios confeccionada em fios de algodão cru de alta torção possuindo bastante elasticidade pacote c/ 12 unidades, embaladas individualmente. Registro no Ministério da Saúde. Registro ANVISA. | Cremer, Procsel |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|---------|---|-------------------|
| 4 | Pacote | Atadura de crepom 12 cm x 1,8 M - 13 fios confeccionada em fios de algodão cru de alta torção possuindo bastante elasticidade e pacote c/ 12 unidades, embaladas individualmente. Registro no Ministério da Saúde. Registro ANVISA. | Cremer, Procsel |
| 5 | Pacote | Atadura de crepom de 15 cm de largura, com 1,8 m de comprimento, 13 fios – confeccionada em fios de algodão cru de alta torção, possuindo bastante elasticidade pacote com 12 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Registro ANVISA | Cremer, Procsel |
| 6 | Pacote | Atadura de crepom 20 cm x 1,8 M - 13 fios confeccionada em fios de algodão cru de alta torção possuindo bastante elasticidade pacote c/ 12 unidades, embaladas individualmente. Registro no Ministério da Saúde. Registro ANVISA. | Cremer, Procsel |
| 7 | Pacote | Avental Cirúrgico - tipo cirúrgico descartável com manga longa; confeccionado em tela não tecida; gramatura mínima de 60 g/m ² . Pacote com 10 unidades. | Descarpack |
| 8 | Pacote | Avental Cirúrgico - tipo cirúrgico descartável sem manga ; confeccionado em tela não tecida; gramatura mínima de 60 g/m ² . Pacote com 10 unidades. | Descarpack |
| 9 | Unidade | Bota de Unna 7,5 cm x 6 m, Bandagem constituída de algodão puro ou misto, pronta para uso, impregnada de pasta composta no mínimo de óxido de zinco, glicerina, óleo de castor ou mineral, mantendo a atadura umedecida. Medindo aproximadamente 7,5 cm de largura x 6 m de comprimento. Embalagem individual íntegra, trazendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | Curatec, Convatec |
| 10 | Unidade | Compressa cirúrgica tecida em quatro camadas de gaze sobrepostas, confeccionada com fio 100% algodão. Tamanho 25 x 28 cm. Tecido feito com amarrações (entrelaçamento das quatro camadas de tecido), para evitar o deslizamento entre as mesmas. As laterais do produto devem ser costuradas com pontos over-lock, para evitar desfiamentos. A compressa cirúrgica deve ter em sua extremidade um cadarço duplo, que deve ser deixado do lado externo da cavidade cirúrgica como precaução, facilitando também seu manuseio e oferecendo melhores condições de visibilidade no local da cirurgia. | Texpharma |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|---------|--|---|
| 11 | Pacote | Compressa de gaze hidrófila estéril, com 13 fios por cm ² mede.7,5cm x 7,5cm em tecido algodão. Tecido 100% algodão, altamente absorvente, macio e isento de impurezas, dobras laterais devem ser para dentro evitando desfiamento. Material com registro na ANVISA. Pacote com 10 unidades. | Texpharma, Medical Têxtil, Cremer |
| 12 | Pacote | Compressa de gaze hidrófila, com 13 fios por cm ² mede.7,5cm X 7,5cm em tecido algodão. Tecido 100% algodão, altamente absorvente, macio e isento de impurezas, dobras laterais devem ser para dentro evitando desfiamento. Material com registro na ANVISA. Pacote com 500 unidades. | Texpharma, Medical Têxtil, Cremer |
| 13 | Unidade | Escova seca para assepsia de mãos - na apresentação de conjunto esponja - escova é indicada para degermação nas mãos e braço dos profissionais de saúde anteriormente aos procedimentos cirúrgicos | Vic Pharma, Fabrimed |
| 14 | Unidade | Escova cervical para coleta do material endocervical. Resistente, atóxica, macia, com cerdas fabricadas em nylon. A cerda é firmemente aderida numa haste plástica através de um eixo de aço inox. Embalagem individual estéril. | Kolplast, Medix |
| 15 | Unidade | Esparadrapo branco, hipoalergênico, medindo 2,5cm de largura por 4,5m de comprimento, confeccionado em tecido 100% algodão, impermeável, massa adesiva a base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, hipoalergênico, boa aderência, bordas em picotes, enrolado em carretel com capa protetora, com dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | Cremer, Missner, Needs |
| 16 | Pacote | Espátula de Ayres de madeira resistente - pontas arredondadas descartáveis medindo aproximadamente 181 mm de comprimento; 18 mm de largura; 1,9 mm de espessura. pacote com 100 unidades. | Estilo, Theoto, Kolplast |
| 17 | Caixa | Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto, estéril, não absorvível, diâmetro 3-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, medindo aproximadamente 3,0cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua | Procure, Technofio |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|-------|---|--------------------|
| | | esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro do ministério da saúde. O produto deve seguir a norma técnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. | |
| 18 | Caixa | Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto, estéril, não absorvível, diâmetro 4-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, medindo 2,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro no Ministério da Saúde. O produto deve seguir a norma técnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. | Procare, Technofio |
| 19 | Caixa | Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto, estéril, não absorvível, diâmetro 5-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, medindo 2,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número do registro no Ministério da Saúde. O produto deve seguir a norma técnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. | Procare, Technofio |
| 20 | Caixa | Fio cirúrgico monofilamento de nylon preto, estéril, não absorvível, diâmetro 6-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo, triangular, medindo 2,0 cm, com bom corte, que não quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao método de esterilização que permita abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, número de | Procare, Technofio |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|---------|--|------------------------|
| | | lote, data de validade e número do registro do Ministério da Saúde. O produto deve seguir a norma técnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. | |
| 21 | Rolo | Fita hipoalergênica, (tipo micropore) fita adesiva cirúrgica medindo 25 mm de largura por 10 m de comprimento, microporosa com dorso de não tecido, massa adesiva na face interna, hipoalergênica, cor clara. Embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. No julgamento será considerado o rendimento do produto, ou seja, verificar o valor do metro. | Cremer, Missner, Needs |
| 22 | Pacote | Gorro descartável com tiras, em propileno hidrofílico, que absorve suor, tamanho único - cor branca - pacote com 100 unidades. | Winner, Medix |
| 23 | Unidade | Histerômetro dilatador descartável. Duas hastes bifuncionais. Haste do histerômetro com ponta distal cilíndrica (4 mm de diâmetro), centimetrada com escala de 4 a 15 cm (resolução 1 cm) leitura direta na extremidade e flange (anel cilíndrico) ajustada ao diâmetro do histerômetro permitindo a aferição do comprimento da cavidade uterina. A haste do dilatador possui diâmetro progressivo, iniciando em 3,0mm, progredindo até 5,5mm, seguindo o conceito das velas de hegar. Medidas do histerômetro dilatador: comprimento total: 340,0mm ($\pm 3,00$ mm), eixo longitudinal da haste do histerômetro: 165 mm, eixo longitudinal de haste do dilatador: 120 m, diâmetro da haste do dilatador: dilatação progressiva, iniciando no diâmetro distal em 3,0mm progredindo até o diâmetro proximal em 5,5 mm, diâmetro da haste do histerômetro: 4 mm com escala centimetrada de 4 a 15cm (resolução 1cm). Estéril. Embalado individualmente. Registro na anvisa. | Kolplast |
| 24 | Unidade | Espéculo vaginal descartável (tamanho P) - não lubrificado, estéril, produzido em poliestireno cristal, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Com dispositivo de abertura (parafuso borboleta) acoplado, pigmentado e indeformável. | Kolplast |
| 25 | Unidade | Espéculo vaginal descartável (tamanho M) - não lubrificado, estéril, produzido em poliestireno | Kolplast |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|---------|---|-------------------|
| | | crystal, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Com dispositivo de abertura (parafuso borboleta) acoplado, pigmentado e indeformável. | |
| 26 | Unidade | Espéculo vaginal descartável (tamanho G) - não lubrificado, estéril, produzido em poliestireno cristal, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Com dispositivo de abertura (parafuso borboleta) acoplado, pigmentado e indeformável. | Kolplast |
| 27 | Unidade | Lâmina em vidro lapidada ponta fosca 26x76mm para preventivo - lâmina, em vidro lapidada, para microscopia, com bordas lapidadas; extremidade fosca, espessura de 1,0 a 1,3 mm, dimensão de 26 x 76mm, translúcida, incolor, desengordurada, intercalada uma a uma por folhas de papel, para uso laboratorial, em microscopia, de acordo com a norma iso 8037/1 ou mais atual, acondicionado em embalagem apropriada, reforçada para o produto e rotulo com lote, data de fabricação, com validade mínima de 60 meses. | Kolplast, Olen |
| 28 | Pacote | Lençol para maca em TNT, cor branca, com elástico, descartável, medindo 2,00x0,90, pacote com 10 unidades. | Protdesc, Anadona |
| 29 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 6,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro no Ministério da Saúde. Caixa com 50 pares | Descarpack, Medix |
| 30 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 7,0, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau | Descarpack, Medix |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|-------|---|----------------------|
| | | cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro no Ministério da Saúde. Caixa com 50 pares | |
| 31 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 7,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro Ministério da Saúde. Caixa com 50 pares | Descarpack, Medix |
| 32 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 8,0, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. | Descarpack, Medix |
| 33 | Caixa | Luva cirúrgica estéril, tamanho nº 8,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, com esterilização, validade, número do lote, tamanho e dimensões conforme padrão nacional NBR 13391, registro Ministério da Saúde. Caixa com 50 pares | Descarpack, Medix |
| 34 | Caixa | Luva descartável, individual, tamanho extra pequeno, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, | Descarpack, Medix |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/12/2025 16:21 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p30d76694b98b8>





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|---------|---|----------------------|
| | | lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. PP | |
| 35 | Caixa | Luva descartável, individual, tamanho grande confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. G | Descarpack, Medix |
| 36 | Caixa | Luva descartável, individual, tamanho média confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. M | Descarpack, Medix |
| 37 | Caixa | Luva descartável, individual, tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Caixa com 100 unidades. P | Descarpack, Medix |
| 38 | Unidade | Máscara cirúrgica descartável, com 4 camadas para filtragem de partículas N95, não tecido e filtro bacteriano. | Descarpack |
| 39 | Caixa | Máscara cirúrgica descartável, com elástico, tripla camada com filtro que proporciona uma BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior que 95% , tiras super resistentes de 40cm de comprimento, clips nasal de 14cm de comprimento, cor branca ou azul. Registro ANVISA. Caixa com 50 unidades. | Descarpack |
| 40 | Unidade | Pinça cheron descartável; em polietileno, na cor branca,esterilizado em óxido de etileno; com sistema de trava de fechamento por cremalheira discreto desvio caudal da extremidade proximal; | Kolplast |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|---------|---|------------------------------------|
| | | com comprimento de 25cm , ponta semi aguda; rotulagem respeitando a legislação atual vigente; apresentação em embalagem que garanta a integridade do produto; | |
| 41 | Pacote | Pacote de teste desafio com indicador biológico e integrador químico - Tipo i5 para esterilização a vapor - constituído de pacote pronto para uso, confeccionado em material poroso e densidade padronizada pela aami st79 e com indicador químico externo. Cada dispositivo de desafio de processo (pcd) deverá conter: 1 ampola de indicador biológico contendo com uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de geobacillus stearothermophilus (atcc 7953) para leitura de confirmação negativa final em 3 horas, pelo método de fluorescência; 1 integrador químico tipo i5 que apresenta uma resposta integrada com os parâmetros críticos da esterilização por vapor, proporcionando uma leitura prática e imediata; 1 ampola piloto/controle positivo de indicador biológico. O rótulo externo deverá conter um indicador químico de exposição tipo e1, que mudará de cor para diferenciar os pacotes que foram expostos ao processo de esterilização. | 3M |
| 42 | Rolo | Papel grau cirúrgico medindo 15 cm x 100 m - gramatura mínima de 60 g/m ² e filme laminado de poliéster/ polipropileno com gramatura mínima 54 g/m ² . Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Contendo indicador de sentido correto de abertura na embalagem. | Cipamed, HospFlex, Bionet |
| 43 | Rolo | Papel grau cirúrgico medindo 30 cm x 100 m - gramatura mínima de 60 g/m ² e filme laminado de poliéster/ polipropileno com gramatura mínima 54 g/m ² . Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Contendo indicador de sentido correto de abertura na embalagem. | Cipamed, HospFlex, Bionet |
| 44 | Rolo | Papel térmico milimetrado para eletrocardiógrafo 216mm x 30m, compatível com aparelho Eletrocardiógrafo Cardiocare 2000 Bionet | Cipamed, HospFlex, Bionet |
| 45 | Rolo | Papel térmico milimetrado para eletrocardiógrafo 80mm x 20m, compatível com aparelho Eletrocardiógrafo Alfamed / Compassus 3000. | Cipamed, HospFlex, Bionet, Alfamed |
| 46 | Unidade | Teste imunocromatográfico de gravidez (hcg) - com determinação qualitativa da gonadotrofina coriônica | Cepalab |





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

| | | | |
|----|---------|--|-----------------|
| | | humana (hcg) em tira teste. Amostras: urina e soro. Sensibilidade: 25 mui/ml. | |
| 47 | Frasco | Tiras para uroanálise para determinação semiquantitativa de 10 parâmetros em urina: glicose, bilirrubina, cetona, densidade, sangue, ph, proteína, urobilinogênio, nitrito e leucócitos. Alta sensibilidade em baixas concentrações de leucócitos e sangue. Resistente à condições ambientais e umidade. Apresentação: frasco com mínimo 150 tiras. Registro no Ministério da Saúde. | Laborclin,Roche |
| 48 | Pacote | Touca sanfonada, com elástico revestido, proporcionando melhor vedação durante a utilização, descartável, cor branca, pacote com 100 unidades | Medix |
| 49 | Unidade | Sensor para monitoramento de glicose | Freestyle |
| 50 | Unidade | Leitor para sensor de monitoramento de glicose | Freestyle |

4.2. Para os licitantes que optarem por ofertar itens das marcas listadas acima, não precisarão apresentar certificado de pré-qualificação ou amostras das referidas marcas quando da sua participação na licitação. Fica sob a responsabilidade do Pregoeiro a realização da dispensa da apresentação nos termos do Edital.

5. DOS RESULTADOS

5.1. Sempre que houver a finalização da análise deste objeto, será publicado o resultado, contendo o nome do licitante e os produtos analisados. Os itens ficarão à disposição do público pelo prazo de 5 dias corridos a contar da publicação do resultado.

5.1.1. Após a divulgação do resultado final do certame, e findado o prazo da disposição dos itens ao público, as amostras deverão ser recolhidas pelos fornecedores no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do 6º dia da publicação do resultado (item 5.1), após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

5.2. Aos bens aprovados será atribuído certificado de pré-qualificação, que terá a validade de 12 meses.

5.3. Será de responsabilidade do proponente a obrigação de informar quaisquer alterações que ocorram com o bem cadastrado, tais como mudança no processo de fabricação, características, formulação, descontinuidade de produção, etc...

5.4. As amostras físicas apresentadas ficarão retidas para futuras comparações com os bens a serem entregues.

5.5. A pré-qualificação não gera direito à contratação perante a Prefeitura Municipal de Bom Despacho/MG, tampouco obriga esta a realizar procedimento licitatório destinado à aquisição do respectivo bem.

6. DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

6.1. Os certificados serão renovados após finalizados 12 meses da sua emissão. Caberá ao licitante recorrer à Secretaria de Saúde, através do e-mail: compras.saude@pmbd.mg.gov.br para que seja realizada a sua renovação.





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

Bom Despacho/MG, 13 de Outubro de 2025, 114º ano de emancipação do Município.
(2ª versão, alterada em 21/10/2025, conforme despacho)

Rafaela Pereira de Souza
Coordenadora de Compras - SEMUSA

Tamara Bicalho Cruz Oliveira
Secretária Municipal de Saúde

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/12/2025 16:21 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE: <https://c.ipm.com.br/rp30d76694b98b8>





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

ANEXO II – PROPOSTA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

EDITAL Nº 5/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 107/2025
PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS

Vimos propor a “Pré-qualificação” dos bens abaixo relacionados, aceitando e concordando com todos os termos e condições estabelecidos no Edital de Pré-qualificação e seus anexos.

DADOS DA PESSOA FÍSICA/JURÍDICA

Nome ou razão social:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (apenas para pessoa jurídica)

Nome Completo:

Cargo ou Função:

Identidade:

CPF:

Telefone para Contato:

E-mail:

RELAÇÃO DOS BENS PROPOSTOS À “PRÉ-QUALIFICAÇÃO”

| Item* | UN. | Descrição** | Marca | Modelo |
|-------|-----|-------------|-------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(*) Preencher com o mesmo número correspondente ao item do bem do Projeto Básico do Edital.

(**) Preencher com a descrição das características do bem proposto que permitam a sua perfeita qualificação.

Local e data:

Assinatura do representante legal





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Administração
Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

ANEXO III – CERTIFICADO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

EDITAL Nº 5/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 107/2025
PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS

Certifica-se que foram pré-qualificados os seguintes bens no âmbito do procedimento de Pré-qualificação nº 5/2025

| Item | UN. | Descrição | Marca | Modelo |
|------|-----|-----------|-------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Bom Despacho/MG, ___ de _____ de _____

Membro da Comissão Especial de Pré-qualificação

Membro da Comissão Especial de Pré-qualificação

Membro da Comissão Especial de Pré-qualificação

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/12/2025 16:21 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE: <https://c.ipm.com.br/rp30d76694b98b8>

