

MUNICIPIO DE ARCOS
ARCOS-MG

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2023
Processo Administrativo Nº 341/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARCELO HEITOR DE SOUSA ANDRADE
Data de Publicação: 22/08/2023 18:00:59

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 17/10/2023 17:57:41

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: m³	Marca: Própia	Modelo: Próprio
Descrição: Gás oxigênio medicinal gasoso, grau de pureza mínima 99,999%, grau de impurezas H2O < 0,02 ppm; N2 < 0,1 ppm. APLICAÇÃO: respiração humana e outros			
Quantidade: 110.000	Valor Unit.: 11,60	Valor Total: 1.276.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	005	35.820.448/0137-00	13,75	11,60		Não
2 SUPERARMED EQUIPAMENTOS	129	23.643.895/0001-88	13,75	12,39	6,81	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 17/10/2023 17:57:42

Lote 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3	Unidade: Loc	Marca: YUWELL	Modelo: 005 A 05 LITROS
Descrição: 01 (um) concentrador de oxigênio atmosférico portátil contendo as seguintes especificações: A) Fluxo variável/ vazão de 0,5 à 05 litros por minuto; B) Concentração mínima de oxigênio à máxima vazão: 87%; C) Móvel montado sobre rodízios; D) Dispositivo para controle de fluxo em			

**MUNICIPIO DE ARCOS
ARCOS-MG**

incrementos iguais ou menores que 0,5 litros por minuto;
E) Filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas;
F) Sistema de adaptação para umidificador;
G) Sistema de alarmes visual e sonoro, para indicação de defeitos e intercorrências como queda, falha elétrica e concentração de O² fora dos parâmetros;
H) Alimentação elétrica: devem ser disponibilizadas unidades para rede de 110/127 volts/ 60Hz;
I) Baixo nível de ruído;
J) Saída para nebulização que permite que o equipamento entregue tratamentos de nebulização com remédios simultaneamente à entrega do oxigênio;
K) Junto ao aparelho concentrador de oxigênio, deverão vir inclusos: Cilindro de Oxigênio Back-up, válvula reguladora de pressão com manômetro, fluxômetro, umidificador, catéter nasal ou óculos nasal ou catéter transtraqueal, mangueiras, dotados de adaptador de saída, de acordo com a prescrição médica, na primeira instalação.

Quantidade: 240

Valor Unit.: 297,00

Valor Total: 71.280,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SUPERARMED EQUIPAMENTOS	128	23.643.895/0001-88	297,00	297,00		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

**MUNICIPIO DE ARCOS
ARCOS-MG**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

AUTORIDADE: CLAUDENIR JOSE DE MELO