



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Estado de Minas Gerais


OFÍCIO Nº 41/2024

Cláudio/MG, 19 de junho de 2024.

De: DÂMARIS TAVARES BARRETO
Farmacêutica

Para: HELISSON RINCO RESENDE SANTOS
Pregoeiro

Assunto: Análise da qualificação técnica e proposta
Processo Licitatório nº: 052/2024
Pregão nº: 020/2024



Prezado,

Venho, por meio deste, em atenção aos requisitos de qualificação técnica e proposta(s) apresentada(s) pela(s) licitante(s): BIOLAB SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA., CNPJ 52.165.681/0001-45, ITEM(S): LOTE 01, informar que após a análise dos documentos apresentados, a(s) licitante(s) não comprovou o atendimento dos requisitos de qualificação técnica e de viabilidade da(s) proposta(s).

O produto ofertado não atende às especificações do Edital, tais como a faixa de medição entre 10 a 600mg/dl, o volume de sangue necessário para realização do teste, que deve ser de 1 a 2 microlitros de sangue e a capacidade de memória para armazenamento dos resultados, que deve ser de 350 resultados.

Dessa forma, rejeito a qualificação técnica da(s) licitante(s) e respectiva(s) proposta(s) apresentada(s).

Coloco-me à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, caso necessário.

Atenciosamente,


Dâmaris Tavares Barreto
Farmacêutica