



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

TERMO DE REFERÊNCIA

Solicitação de Compra: 564/2023 – Secretaria Municipal de Saúde

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação **FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS, INSUMOS, INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS**, em atendimento ao Setor de saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Pará de Minas, por um período de 2 (dois) anos, através de Pregão Eletrônico, com base no menor valor, conforme relação especificada de itens e quantidades estimadas a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT DE REFERÊNCIA	CÓDIGO MUNICIPAL	MEDIDA	QUANTIDADE TOTAL
1	APLICADOR ODONTOLÓGICO – ACESSÓRIO APLICADOR IONÔMERO DE VIDRO CAPSULA Possui uma trava para a cápsula que controla a extrusão de material; Autoclavável; Indicado para aplicação dos produtos da linha Riva. Partes mecânicas em aço inox; Proporciona fácil acesso à cavidade oral. Dimensões e pesos aproximados Dimensões: (8,2 x 3,2 x 3,2)cm Peso: 44 g	SEM CATMAT	52850-1	UN	10
2	CONDICIONADOR DENTAL – ÁCIDO FOSFÓRICO 37% Seringa com 2,5ml Aspecto Físico: Gel Tipo: Ácido Fosfórico Concentração: 37% Seringa com 2,5ml. Seringa/ Gel	391582	53006-391582	UN	500
3	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO – ACRÍLICO AUTO POLIMERIZADO PÓ Resina Acrílica Uso Odontológico Aspecto Físico: Pó Cor: Com Cor Tipo: Autopolimerizável Rosa, não inflamável, não tóxico. Embalagem com 440 gramas. Cor 62	390459	52838-2	EB	10
4	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO – ACRÍLICO AUTO POLIMERIZADO PÓ Resina Acrílica Uso Odontológico Aspecto Físico: Pó	390459	52838-1	EB	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Cor: Com Cor Tipo: Autopolimerizável Rosa, não inflamável, não tóxico. Embalagem com 440 gramas. Cor 66				
5	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO – ACRÍLICO AUTO POLIMERIZADO PÓ Resina Acrílica Uso Odontológico Aspecto Físico: Pó Cor: Com Cor Tipo: Autopolimerizável Rosa, não inflamável, não tóxico Embalagem com 440 gramas. Cor 69	390459	52838-390459	EB	10
6	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO – ACRÍLICO AUTO POLIMERIZANTE LÍQUIDOS Resina Acrílica Uso Odontológico Aspecto Físico: Líquido Tipo: Autopolimerizável Produto composto de acetona, ácido cianídrico e álcool metílico, inflamável, 120 ml.	390456	52839-390456	FR	30
7	ADESIVO E PRIMER UM FRASCO Adesivo Dental Componentes: Adesivo + Primer. Tipo: Fotopolimerizável, adesivo e primer em um só frasco: (Agente de união de resinas compostas fotopolimerizáveis a estrutura dental). Solvente a base de água e álcool: não evapora como a acetona; Alto rendimento: o frasco de 6 g rende até 280 gotas = 280 restaurações; Menor espessura de película, em torno de 7 m, resulta em uma melhor adaptação de restaurações indiretas; Sistema adesivo com nanotecnologia, exclusiva plataforma Adesivo com 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros). Em virtude do pequeno tamanho da carga, não é necessário agitar o frasco antes do uso; Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória; Frasco com tampa flip top: evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão.	391133	52840-391133	FR	300
8	AFASTADOR CIRÚRGICO BUCAL MINESOTA Afastador Odontológico Material: Aço Inoxidável Tipo: Minesota Afastador Minesota 14 cm.	314524	52841-314524	UN	100
9	AGULHA ODONTOLÓGICA – AGULHA DE IRRIGAÇÃO ESTÉRIL Material: Polipropileno Aplicação: Endodôntica Adicional: Flexível Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba	445447	52842-445447	CX	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	tipo Cânula: Cânula Curva Tipo Uso: Uso Único, Descartável Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip De uso único – baixo custo, embaladas unitariamente. Especialmente desenvolvida para uso odontológico; Agulha com canhão de conicidade 6% universal conectado em todas as seringas com bico luer slip ou luer lock, facilitando os procedimentos de irrigação; Sem bisel (sem ponta) não apresenta risco e danos aos tecidos e acidentes; 27G; Projetadas para auxiliar a limpeza das raízes canais. Embalagem com 100 unidades. Agulha Descartável p/Irrigação 0,40 x 25 mm.				
10	AGULHA ODONTOLÓGICA – CURTA – AGULHA DESCARTÁVEL CURTA Material: Aço Inoxidável Siliconizado Aplicação: Gengival / Anestesia Dimensão: 30G Curta Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre Tipo Uso: Estéril, Descartável Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule Conteúdo da embalagem: 1 cx com 100 unidades; Tamanho: 0,3 x 21 mm; Calibre: 30 g, curta; Estéril.	442145	52842-442145	CX	400
11	AGULHA ODONTOLÓGICA – EXTRA CURTA – AGULHA DESCARTÁVEL EXTRA CURTA Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado Aplicação: Gengival / Anestesia Dimensão: 30 G Extra Curta Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre Tipo Uso: Estéril, Descartável Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule Conteúdo da embalagem: 1 cx com 100 unidades; Tamanho: 0,3 x 16 mm; Calibre: 30 g, extracurta; Estéril; Material: aço inox.	442142	52842-442142	CX	120
12	AGULHA ODONTOLÓGICA – LONGA – AGULHA DESCARTÁVEL LONGA Material: Aço Inoxidável Siliconizado Aplicação: Gengival / Anestesia Dimensão: 30 G Longa Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule Tipo Uso: Estéril, Descartável Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre Conteúdo da embalagem: 1cx com 100 unidades;	443788	52842-443788	CX	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Tamanho: 0,3 x 30 mm; Calibre: 30 g, longa; Estéril.				
13	ALAVANCA ODONTOLÓGICA – Nº 3 (ADULTA) - ALAVANCA HELDBRINK Nº 3 (ADULTA) Alavanca Odontológica Material: Aço Inoxidável Tipo: Heldbrink Características Adicionais: Raízes Tamanho: Nº 3 Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes. Possui as pontas finas para extração de raízes residuais. Embalagem com 1 unidade.	363776	52843-363776	UN	50
14	ALAVANCA ODONTOLÓGICA – Nº 2 (ADULTA) – ALAVANCA HELDBRINK ESQUERDA Nº 2 (ADULTA) Alavanca Odontológica Material: Aço Inoxidável Tipo: Heldbrink Tamanho: Nº 2 Características Adicionais: Raízes Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes. Possui as pontas finas para extração de raízes residuais. Embalagem com 1 unidade.	363775	52843-363775	UN	50
15	ALAVANCA ODONTOLÓGICA – Nº 1 (ADULTA) - ALAVANCA HELDBRINK DIREITA Nº 1 (ADULTA) Alavanca Odontológica Material: Aço Inoxidável Tipo: Heldbrink Tamanho: Nº 1 Características Adicionais: Raízes Instrumento Cirúrgico não articulado não cortante. Produzido em aço inoxidável. Utilizado para extração de dentes. Possui as pontas finas para extração de raízes residuais. Embalagem com 1 unidade.	363774	52843-363774	UN	50
16	ALAVANCA SELDIN ADULTO DIREITA Nº 1 Alavanca Odontológica Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Características Adicionais: Direita Esterilidade: Autoclavável Embalagem com 1 unidade. Utilizadas para auxiliar em cirurgias, extrações, remoção de pontas de raízes e espículas ósseas Aço inox.	413384	52843-413384	UN	30
17	ALAVANCA SELDIN ADULTO ESQUERDA Nº 1	413385	52843-413385	UN	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Alavanca Odontológica Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Características Adicionais: Esquerda Esterilidade: Autoclavável Embalagem com 1 unidade. Utilizadas para auxiliar em cirurgias, extrações, remoção de pontas de raízes e espículas ósseas Aço inox.				
18	ALAVANCA SELDIN ADULTO Nº 2 RETA Alavanca Odontológica Referência: Nº 2 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Tamanho: Adulto Características Adicionais: Reta Esterilidade: Autoclavável Embalagem com 1 unidade. Utilizadas para auxiliar em cirurgias, extrações, remoção de pontas de raízes e espículas ósseas Aço inox.	413388	52843-413388	UN	30
19	ALAVANCA SELDIN INFANTIL ESQUERDA Alavanca Odontológica Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Tamanho: Infantil Características Adicionais: Esquerda Esterilidade: Autoclavável Embalagem com 1 unidade. Utilizadas para auxiliar em cirurgias, extrações, remoção de pontas de raízes e espículas ósseas Aço inox. Autoclavável.	413387	52843-413387	UN	30
20	ALAVANCA SELDIN INFANTIL DIREITA Alavanca Odontológica Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Tamanho: Infantil Características Adicionais: Direita Esterilidade: Autoclavável Embalagem com 1 unidade. Utilizadas para auxiliar em cirurgias, extrações, remoção de pontas de raízes e espículas ósseas Aço inox.	413386	52843-413386	UN	30
21	ALAVANCA SELDIN INFANTIL Nº 2 RETA Alavanca Odontológica Referência: Nº 2 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Tamanho: Infantil Características Adicionais: Reta Esterilidade: Autoclavável Embalagem com 1 unidade. Utilizadas para auxiliar em cirurgias, extrações, remoção de pontas de raízes e espículas ósseas Aço inox. Autoclavável.	426060	52843-426060	UN	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

22	ALGINATO USO ODONTOLÓGICO Tipo: Tipo I Características Adicionais: Presa Rápida Apresentação: Pó Indicado para moldagem em pontes e coroas provisórias, próteses removíveis, modelo de estudo, e como antagonista da prótese fixa e removível. TIPO I, Conteúdo da embalagem: 1 embalagem com 453g; Cor do alginato: Lilás; Aroma: Mangostão (fruta asiática); Tempo de mistura: Inferior a 30 segundos; Tempo de trabalho: 1 minuto e 5 segundos; Tempo de permanência na boca (mínimo): 45 segundos; Tempo de endurecimento: 1 minuto e 50 segundos; Tempo total de trabalho: 1 minuto e 40 segundos; Altíssima estabilidade dimensional (até 120 horas); Consistência homogênea; Composição: Terra diatomácea, Sulfato de cálcio, Alginato de potássio, Pirofosfato de sódio, Fluorotitanato de potássio, Hidróxido de magnésio, Vaselina, Pigmentos e Aromas.	428490	52844-428490	UN	200
23	MATERIAL ISOLAMENTO DENTAL DIQUE DE BORRACHA – ALICATE AINSWORTH Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha Material: Aço Inoxidável Tipo: Instrumental, Perfurador De Ainsworth Indicado para perfurar lençol de borracha (Dique de borracha) para isolamento absoluto. Aço inox, perfura o lençol com 5 diâmetros diferentes, autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	442190	52845-442190	UN	50
24	ALICATE ORTODÔNTICO – REMOVEDOR DE BRAQUETE Alicate Ortodôntico Material: Polietileno Modelo: Tipo Pistola Tipo: Removedor De Braquete É um alicate fabricado em polietileno e ideal para a remoção de bráquetes metálicos. Embalagem com 1 unidade.	432398	52846-432398	UN	50
25	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO – AMALGAMADOR Tipo: Vibrador De Cápsulas Pré-Dosificadas. Aspecto Físico: Motor De Bancada Indicação: Amálgama E Ionômero De Vidro Fonte: Bivolt Característica Adicional: Digital Tampa de proteção em acrílico transparente de alto impacto. Temporizador eletrônico digital até 99 segundos – conserva o tempo pré-determinado para uma nova operação. Bivolt automático nas voltagens 127/220V.	413141	52299-413141	UN	06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Seleção de baixa e alta velocidade. Corpo injetado em ABS. Grande amplitude e frequência da haste, em forma de oito. Biela de transmissão com rolamento de dupla blindagem. Sistema de amortecedores, anulando as vibrações transmitidas pela frequência da haste. Base em ABS com apoios emborrachados garantindo uma perfeita estabilidade. Silencioso e de fácil limpeza. Temporizador eletrônico digital microprocessado. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
26	BENZOCAÍNA – ANESTÉSICO TÓPICO GEL Concentração: 20% Uso: Gel Tópico Anestésico Tópico Gel com Benzocaína 20% - 12 g - Tutti Frutti.	272913	52849-272913	UN	200
27	APLICADOR ODONTOLÓGICO – HIDRÓXIDO DE CÁLCIO Aplicador Odontológico Material: Aço Inoxidável Aplicação: P/ Cimento Hidróxido De Cálcio Tipo Ponta: Ponta Angulada Características Adicionais: Cabo Longo, Duplo Instrumental em aço inoxidável duplo, embalagem com 1 unidade.	429359	52850-429359	UN	30
28	ARCO ODONTOLÓGICO – ARCO DE YOUNG Arco Odontológico Material: Aço Inoxidável Forma: U Tipo: Young Características Adicionais: P/ Isolamento Absoluto Utilizado para fixar o lençol de borracha, proporcionando o isolamento absoluto. Embalagem com 1 unidade.	424873	52851-424873	UN	30
29	AUTOCLAVE – 54 LITROS Material: Aço Inox Modelo: Vapor Saturado Volume Câmara: Cerca De 55 L Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança Outros Componentes: Com 3 Bandejas, 1 Porta Tipo*: Horizontal, Bancada Operação: Automática, Digital Composição: Sensores Temperatura E	479193	52852-479193	UN	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Pressão, Alarmes Desenvolvida para a esterilização de artigos e instrumentos termorresistentes embalados e desembalados utilizando vapor saturado sob pressão. Ideal para consultórios odontológicos (implantodontia e cirurgia), clínicas médicas (ginecologia e cirurgia plástica), clínicas veterinárias, laboratórios e ambulatórios hospitalares e médicos. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Porta com sistema de abertura e travamento motorizados. Avisos com datas de manutenção preventiva e monitoramento biológico. Relatório dos parâmetros dos ciclos de esterilização salvo em pen drive (pdf). Atualização de software por meio da porta USB. Sistema de diagnóstico de falhas. 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos / Secagem Extra. Voltagem 220V. Capacidade 54 litros. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Possui indicação de falta de água no reservatório. Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. Cor: Branca com Teclado de controle azul. Câmara: Aço inoxidável. Capacidade: 54 litros. Quantidade de água por ciclo: 1.000 ml de água destilada. Potência 3.600 Watts. Voltagem: 220 V. Obs.: A instalação deve ocorrer pela empresa ganhadora da licitação, fornecendo todas as peças necessárias para a instalação correta. INCLUSO INSTALAÇÃO, LAUDO DE CALIBRAÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
30	PROTETOR RADIOLÓGICO – AVENTAL DE CHUMBO ADULTO Modelo: Avental Frente Curto E Ombro Material: Borracha Plumbífera	475753	52858-475753	UN	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Componente 1: C/ Protetor Tireóide Proteção Tecido: Equivalência Frente, Tireóide E Ombro 0,25 MM Adicional 1: Ajustável, Impermeável Tamanhos: Adulto Garantia de 2 anos.				
31	PROTETOR RADIOLÓGICO – AVENTAL DE CHUMBO INFANTIL Protetor Radiológico Modelo: Avental Longo P/ Periapical Material: Borracha Plumbífera Proteção Tecido: Equivalência De 0,50 MM Adicional 1: Ajustável, Impermeável Tamanhos: Infantil Garantia de 2 anos.	475744	52858-475744	UN	02
32	BANDEJA CLÍNICA Bandeja Material: Aço Inoxidável Dimensões: Cerca De 20 X 10 X 1 CM Tipo: Lisa Esterilidade: Esterilizável Embalagem com 1 unidade.	440147	52859-440147	UN	100
33	ISOLANTE USO ODONTOLÓGICO – BARREIRA GENGIVAL Isolante – Uso Odontológico Aspecto Físico: Resina Tixotrópica Composição Básica: Metacrilato Características Adicionais: Fotopolimerizável Apresentação: Seringa C/ 1 – 1,2 G Tipo Uso: Barreira Gengival	413640	52860-413640	EB	100
34	BICARBONATO DE SÓDIO Bicarbonato De Sódio Pureza: Alto Grau De Pureza (Min. 99%) Granulometria: Granulometria Específica Aplicação: Equipamento De Profilaxia Bucal Para uso odontológico, composição: bicarbonato de sódio, anidro silicito, essência, sabor, cada sachê com 40 gramas, caixa com 15 sachês.	SEM CATMAT	53007-1	CX	60
35	MOBILIÁRIO RADIOLÓGICO – BIOMBO CURVO PARA RAIOS-X Tipo: Biombo Curvo Material: Alumínio Revestimento: Blindado Com Chumbo 2 Mm Dimensão: 0,80 X 1,80 M Componentes: Com Rodízio Outros Componentes: Com Visor Plumbífero Dimensão Visor: Cerca De 10 X 15 CM Manual de instruções em português. Garantia: mínimo de 1 ano.	427763	52861-427763	UN	02
36	BOMBA SUCÇÃO ODONTOLÓGICA – BOMBA A VÁCUO Bomba Sucção Odontológica	298026	52862-298026	UN	06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Características Adicionais: Atender 4 Consultórios Simultaneamente; Vazão De Frequência: 50/60 HZ Tensão: 110/220 V Potência Motor: 1 HP Capacidade Sucção: 500 De Hg MM Sistema de sucção de alta potência para consultório odontológico; aspira e drena os residuais do meio bucal através de descarga única diretamente ao esgoto; copo com filtro coletor de detritos na entrada da sucção; duplo sistema de amortecimento com coxins do motor e base com pés antivibração; motor WEG de 1 HP com protetor térmico, eixo central em aço inox; flange, rotor e tampa fabricados em bronze; potência nominal de 1.690 VA (10%) com 3.520 RPM que gira uma turbina em alta rotação; deslocamento/vazão de ar correspondente a 220 L/min; sistema de descarga única dos resíduos, utilizando de um abafador de ruídos; vácuo máximo de 550 mm/Hg, permite a instalação para até 4 consultórios em uso simultâneo, com distância máxima de 15 metros do ponto de sucção; selo mecânico de vedação; consumo de água de 0,400 l/min; filtro de entrada de água; sistema de reciclagem de água através de uma câmara interna; voltagem de alimentação 127/220 VAC, ciclagem 60 Hz. INCLUSO INSTALAÇÃO, LAUDO DE CALIBRAÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
37	BROCA ALTA ROTAÇÃO - BROCA CARBIDE 701 Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica Material: Carbide Característica Adicional: Picotada Numeração Americana 1: Ref. 701 Tipo Haste: Haste Longa Formato: Tronco Cônica Multilaminada 6 lâminas FG nº 701xc. Alta rotação	403387	52869-403387	UN	100
38	BROCA BAIXA ROTAÇÃO – BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 2 PEÇA DE MÃO Referência: Ref. 2 Material: Carboneto De Tungstênio Tipo: Peça Reta Formato: Esférica Ultra resistente a fraturas, melhor balanceamento. Sua composição especial de carboneto de tungstênio e a sua incrível afiação, asseguram a melhor durabilidade. Broca carbide esférica 2 para peça de mão. Produzidas em carbureto de tungstênio. São	426799	52871-426799	UN	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	indicadas para o preparo de cavidades acabamento das margens da cavidade e de restaurações remoção de restaurações antigas. Ajuste correção remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.				
39	BROCA BAIXA ROTAÇÃO – BROCA CARBIDE ESFÉRICA N° 4 PEÇA DE MÃO Referência: Ref. 4 Material: Carboneto De Tungstênio Tipo: Peça Reta Formato: Esférica Ultra resistente a fraturas, melhor balanceamento. Sua composição especial de carboneto de tungstênio e a sua incrível afiação, asseguram a melhor durabilidade. Broca carbide esférica 4 para peça de mão. Produzidas em carbureto de tungstênio. São indicadas para o preparo de cavidades acabamento das margens da cavidade e de restaurações remoção de restaurações antigas. Ajuste correção remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.	426800	52871-426800	UN	50
40	BROCA BAIXA ROTAÇÃO – BROCA CARBIDE ESFÉRICA N°6 PEÇA DE MÃO Referência: Ref. 6 Material: Carboneto De Tungstênio Tipo: Peça Reta Formato: Esférica Ultra resistente a fraturas, melhor balanceamento. Sua composição especial de carboneto de tungstênio e a sua incrível afiação, asseguram a melhor durabilidade. Broca carbide esférica 6 para peça de mão. Produzidas em carbureto de tungstênio. São indicadas para o preparo de cavidades acabamento das margens da cavidade e de restaurações remoção de restaurações antigas. Ajuste correção remoção e separação de próteses e em implantes dentais. Seu formato esférico possibilita a abertura ou retenção em dentística e criação de sulcos de orientação em próteses.	426801	52871-426801	UN	50
41	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA CARBIDE MULTILAMINADA 169 Tipo Corte: Lisa Material: Carbide Numeração Americana 1: Ref. 169	403213	52869-403213	UN	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cônica 6 lâminas FG n 169. Alta rotação.				
42	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA CARBIDE N.º 1557 Tipo Corte: Picotada Material: Carbide Característica Adicional: Topo Arredondado Numeração Americana 1: Ref. 1557 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cilíndrica Para preparo cavitário e polimento e acabamento de procedimentos odontológicos. Para uso em alta rotação.	403222	52869-403222	UN	200
43	BROCA BAIXA ROTAÇÃO – BROCA CONTRA ANGULO N.º.4 Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 4 Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Comum Tipo: Contra Ângulo Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica Contra ângulo 04 – 22,5 mm – Blister com 06 unidades.	403862	52872-403862	EB	400
44	BROCA BAIXA ROTAÇÃO – BROCA CONTRA ANGULO N.º.6 Referência: Ref. 6 Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Comum Tipo: Contra Ângulo Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica Contra ângulo 06 – 22,5 mm – Blister com 06 unidades.	403864	52872-403864	EB	200
45	BROCA BAIXA ROTAÇÃO – BROCA CONTRA ANGULO N.º.2 Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 2 Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Comum Tipo: Contra Ângulo Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica Contra ângulo 02 – 22,5 mm – Blister com 06 unidades.	403859	52872-403859	EB	200
46	BROCA BAIXA ROTAÇÃO – BROCA CONTRA ANGULO N.º.8 Referência: Ref. 8 Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Comum Tipo: Contra Ângulo Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	403865	52872-403865	EB	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Contra ângulo 08 – 22,5 mm. Blister com 06 unidades.				
47	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA DIAMANTADA 1016 HASTE LONGA Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1016 Tipo Haste: Haste Longa Formato: Esférica	403374	52869-403374	UN	200
48	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA DIAMANTADA 1016 Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1016 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	402949	52869-402949	UN	200
49	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA DIAMANTADA 1019 Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1019 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	402950	52869-402950	UN	200
50	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA DIAMANTADA 1062 Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Característica Adicional: Topo Plano Numeração Americana: 1062 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Tronco Cônica	402958	52869-402958	UN	120
51	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA DIAMANTADA 1190 Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Característica Adicional: Topo Ogival Numeração Americana: 1190 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cônica	402978	52869-402978	UN	200
52	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA DIAMANTADA 3018 HASTE LONGA Tipo Corte: Cirúrgica Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 3018 Tipo Haste: Haste Longa Formato: Esférica	419675	52869-419675	UN	200
53	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA DIAMANTADA 3018	403376	52869-403376	UN	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 3018 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica				
54	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA DIAMANTADA N.º 1011 Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1011 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	402944	52869-402944	UN	200
55	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA DIAMANTADA N.º 1012 – HASTE LONGA Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1012 Tipo Haste: Haste Longa Formato: Esférica	403372	52869-403372	UN	150
56	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA DIAMANTADA N.º 1012 Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1012 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	402945	52869-402945	UN	300
57	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA DIAMANTADA N.º 1014 – HASTE LONGA Broca Alta Rotação Tipo Corte: Cirúrgica Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1014 Tipo Haste: Haste Longa Formato: Esférica	403373	52869-403373	UN	150
58	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA DIAMANTADA N.º 1014 Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1014 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	402947	52869-402947	UN	300
59	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA DIAMANTADA N.º 1034 Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1034	402998	52869-402998	UN	150



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cone Invertido				
60	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA DIAMANTADA N.º 1036 Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1036 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cone Invertido	403000	52869-403000	UN	150
61	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA DIAMANTADA N.º 1090 Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1090 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cilíndrica	405971	52869-405971	UN	150
62	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA ENDO Z FG 21 MM Broca Alta Rotação Tipo Corte: Corte Médio Material: Carbide Característica Adicional: Topo Inativo Numeração Americana 1: Ref. 219 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Tronco Cônica Ponta segura, sem risco de acidentes. Laminas de corte especialmente desenvolvidas para diminuir o tempo operatório. 21 mm. Indicada para a abertura da câmara pulpar, facilitando o acesso aos canais radiculares.	403394	52869-403394	UN	300
63	BROCA BAIXA ROTAÇÃO – BROCA GATES N.º 2 – 32MM Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 2 Material: Aço Inoxidável Comprimento: 32 MM Tipo: Contra Ângulo Formato: Gates Broca Gates nº 2-32 mm. Indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio. Fabricadas em aço inoxidável. Ponta ausente de capacidade de corte. Baixa Rotação. Blister com 6 unidades.	403610	52872-403610	EB	15
64	BROCA BAIXA ROTAÇÃO – BROCA GATES N.º 3 – 32MM Referência: Ref. 3 Material: Aço Inoxidável Comprimento: 32 MM Tipo: Contra Ângulo	403611	52872-403611	EB	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Formato: Gates Indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio. Fabricadas em aço inoxidável. Ponta ausente de capacidade de corte, baixa rotação. Blister com 6 unidades.				
65	BROCA BAIXA ROTAÇÃO – BROCA GATES N.º 4 – 32MM Referência: Ref. 4 Material: Aço Inoxidável Comprimento: 32 MM Tipo: Contra Ângulo Formato: Gates Broca Gates nº 4-32 mm. Indicadas como auxiliares do preparo químico-cirúrgico dos canais radiculares, devendo ser empregadas apenas nos terços cervical e médio. Fabricadas em aço inoxidável. Ponta ausente de capacidade de corte. Baixa Rotação. Blister com 6 unidades.	403613	52872-403613	EB	15
66	BROCA ALTA ROTAÇÃO - BROCA MULTILAMINADA P/ REMOÇÃO DE ADESIVO ORTODÔNTICO. Broca Alta Rotação Material: Carbide Característica Adicional: Multilaminada Numeração 2: 24 Lâminas Formato: Cônica Possuem lâminas invertidas para preservação dos esmaltes dos dentes; São fabricadas com Carbetto de Tungstênio; Broca de Alta Rotação: 24 Lâminas.	437731	52869-437731	UN	50
67	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA ZEKRYA 199Z 23MM Referência: Ref. 199 Tipo Corte: Zekrya Material: Carbide Característica Adicional: Topo Arredondado Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cônica Longa	403876	52869-403876	UN	300
68	BROCA ALTA ROTAÇÃO – BROCA ZEKRYA FG 151 23MM Broca Alta Rotação Referência: Ref. 151 Tipo Corte: Zekrya Material: Carbide Característica Adicional: Topo Arredondado Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cônica Longa	403874	52869-403874	UN	300
69	BROQUEIRO Material: Alumínio, Modelo: Estojo Aberto, Capacidade: Cerca De 60 Brocas, Indicação: P/ Esterilização, Autoclavável.	446765	52875-446765	UN	70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

70	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO – N° 01 Brunidor Odontológico Referência: N° 1 Material: Aço Inoxidável Aplicação: Tipo "Z" Características Adicionais: Duplo Tipo Uso: Autoclavável Embalagem com 1 unidade.	426749	52876-426749	UN	100
71	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO – N° 04 Brunidor Odontológico Referência: N° 4 Material: Aço Inoxidável Aplicação: Tipo "Z" Características Adicionais: Duplo Tipo Uso: Autoclavável Embalagem com 1 unidade.	426752	52876-426752	UN	100
72	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO – N°02 Brunidor Odontológico Referência: N° 2 Material: Aço Inoxidável Aplicação: Tipo "Z" Características Adicionais: Duplo Tipo Uso: Autoclavável Embalagem com 1 unidade.	426750	52876-426750	UN	100
73	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO – N°03 Brunidor Odontológico Referência: N° 3 Material: Aço Inoxidável Aplicação: Tipo "Z" Características Adicionais: Duplo Tipo Uso: Autoclavável Embalagem com 1 unidade.	426751	52876-426751	UN	100
74	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO – N°33 Brunidor Odontológico Referência: N° 33 Material: Aço Inoxidável Aplicação: Acabamento Em Restaurações De Amálgama. Embalagem com 1 unidade.	246317	52876-246317	UN	100
75	CABO ESPELHO BUCAL Cabo Espelho Bucal Material: Alumínio Formato: Redondo Tipo Uso: Autoclavável Tamanho: 13 cm, Desenvolvido em cabo oco, mais leve e mais grosso para melhor empunhadura. Embalagem com 1 unidade.	413302	52877-413302	UN	150
76	CALCADOR / CONDENSADOR USO ODONTOLÓGICO – 6332 OITAVADO Material: Aço Inoxidável Modelo: 6332 Características Adicionais: Pontas Duplas Tamanho: 16 cm	437875	52878-437875	UN	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Embalagem com 1 unidade.				
77	CALCADOR / CONDENSADOR USO ODONTOLÓGICO – 6335 OITAVADO Material: Aço Inoxidável Modelo: 6335 Características Adicionais: Pontas Duplas Tamanho: 16 cm Embalagem com 1 unidade.	437876	52878-437876	UN	100
78	CALCADOR / CONDENSADOR USO ODONTOLÓGICO – 6337 OITAVADO Material: Aço Inoxidável Modelo: 6337 Características Adicionais: Pontas Duplas. Tamanho: 16 cm Embalagem com 1 unidade.	437877	52878-437877	UN	100
79	CONDENSADOR – USO ODONTOLÓGICO – CALCADOR DE PAIVA Nº 1 Condensador – Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Paiva Tamanho: Nº 1 Tipo Uso: Autoclavável Indicado para condensação vertical em diâmetros compatíveis com os do canal. Embalagem com 1 unidade.	420125	52889-420125	UN	10
80	CONDENSADOR – USO ODONTOLÓGICO – CALCADOR DE PAIVA Nº 2 Condensador – Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Paiva Tamanho: Nº 2 Tipo Uso: Autoclavável Indicado para condensação vertical em diâmetros compatíveis com os do canal. Embalagem com 1 unidade.	420126	52889-420126	UN	10
81	CONDENSADOR – USO ODONTOLÓGICO – CALCADOR DE PAIVA Nº 3 Condensador – Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia Tipo: Paiva Tamanho: Nº 3 Tipo Uso: Autoclavável Indicado para condensação vertical em diâmetros compatíveis com os do canal. Embalagem com 1 unidade.	420127	52889-420127	UN	10
82	CONDENSADOR – USO ODONTOLÓGICO – CALCADOR DE PAIVA Nº 4 Condensador – Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Aplicação: Endodontia	420128	52889-420128	UN	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Tipo: Paiva Tamanho: Nº 4 Tipo Uso: Autoclavável Indicado para condensação vertical em diâmetros compatíveis com os do canal. Embalagem com 1 unidade.				
83	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Material Rolamento: Rolamento Cerâmica Refrigeração: 3 Ou Mais Furos Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb) Tipo Conexão: Conexão 2 Furos Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Maior 400.000 RPM Tipo Cabeça: Cabeça Padrão Push Button: Fixação da broca de forma fácil, prática e segura. Cabeça Standard: Tamanho reduzido, ideal para procedimentos em dentes posteriores e em locais de difícil acesso. Diâmetro da cabeça: 10,6 mm; Spray triplo: São três jatos de água direcionados simetricamente para a ponta da broca, formando uma névoa úmida densa, garantindo uma refrigeração eficiente na área de trabalho; Rolamentos com esferas cerâmicas: Maior resistência ao desgaste e baixo coeficiente de atrito lhe garantem alto desempenho e durabilidade; Rotor balanceado eletronicamente: Reduz o nível de ruído proporcionando maior conforto ao usuário e paciente. E ainda estabiliza o rotor evitando vibrações, aumentando a sua vida útil; Corpo confeccionado em alumínio anodizado: Proporciona peso reduzido (apenas 32 gr); Possui camadas de anodização dura, garantindo resistência aos processos de autoclavagem; Cabeça em liga metálica de cobre e zinco: Maior resistência mecânica a impactos, como quedas ou batidas; Autoclaváveis até 135°C; Spray triplo ventilado. Características: Conexão: Borden (2 furos); Diâmetro da cabeça: 10,6 mm; Rotação: 360.000 à 420.000 rpm; Pressão de trabalho (bar): 2,2 bar = 220 Kpa = 32 psi, Consumo de ar: 34 l/min. Nível sonoro: 65 Db; Torque: 0,11 N.cm; Peso Líquido: 32 gr; Peso Bruto: 102 gr. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	427588	52879-427588	UN	40
84	AMÁLGAMA – CÁPSULA DE AMÁLGAMA Amálgama Componentes: Liga + Mercúrio	391257	52865-391257	UN	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Tipo: Baixo Teor De Prata Apresentação: Cápsula EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.				
85	CERA ODONTOLÓGICA – CERA 7 Cera Odontológica Cor: Vermelha/Rosa Tipo: 7 Apresentação: Caixa 18 Lâminas Peso: Cerca De 220 G Placas macias e flexíveis. Tamanho: 13,5 cm(comp.) X 69 cm(Larg.) X 1 mm (Espe.) Embalagem com 18 unidades. Indicado para moldagem de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida.	406791	52882-406791	UN	30
86	CERA PARA OSSO Tipo Uso: Hemostático, Estéril, Descartável Composição: Cera De Abelhas E Palmitato Isopropílico Embalagem 2,5 g – Cera para hemostasia óssea. Atua como barreira mecânica na hemostasia local. Mistura opaca e estéril de cera de abelha. Parafina e diluentes. Não possui atuação bioquímica e é minimamente absorvível. Cera para Osso Envelope Individual.	273052	52883-273052	UN	10
87	CERA ODONTOLÓGICA – CERA UTILIDADE Cera Odontológica Cor: Vermelha/Branca Tipo: Utilidade Apresentação: Caixa 5 Lâminas Peso: Cerca De 220 G Indicado para o enceramento de peças para prótese. Cor rosa. Embalagem com 5 unidades.	406785	52889-406785	UN	20
88	CIMENTO ODONTOLÓGICO – CIMENTO ENDODÔNTICO Cimento Odontológico Aspecto Físico: Pó + Líquido Tipo: Permanente, Tipo li Apresentação: Conjunto Completo Composição: Óxido De Zinco E Eugenol Cimento obturador de canal, a base de oxido de zinco e eugenol, com boa tolerância pelos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Possuir fina granulação para uma mistura homogênea e bom escoamento. Kit com 1 frasco de pó com 12 g+1 frasco com líquido contendo 10ml.	441493	52886-441493	UN	60
89	CIMENTO ODONTOLÓGICO – CIMENTO FOSFATO ZINCO PÓ E LÍQUIDO Cimento Odontológico Aspecto Físico: Pó + Líquido Apresentação: Conjunto Completo	404541	52886-404541	UN	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Composição: Fosfato De Zinco Produto utilizado para cimentar restaurações metálicas fundidas, restaurações cerâmicas, coroas, pontes e para uso como cimento de base ou forro cavitário. Também é indicado para: - Fixação de incrustações, coroas e pontes; - Forração de cavidades; - Restaurações dentárias provisórias. Embalagem com 10ml. Composição: Fosfato De Zinco Aspecto Físico: Pó + Líquido Apresentação: Conjunto Completo				
90	CIMENTO IONÔMERO VIDRO CONDEN Cimento De Ionômero De Vidro Aspecto Físico: Pó + Líquido Ativação: Autopolimerizável Tipo: Forração Apresentação: Conjunto Completo Cimento ionômero de vidro condensável, para uso na técnica ART. Produto específico para restaurações em dentes posteriores. Deverá promover alta resistência a compressão, alta resistência a flexão, dureza de superfície e baixo abrasão. Produto quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco, pó contendo Ácido Poliacrílico desidratado e líquido contendo Ácido Poliacrílico e Ácido Tartárico; que promova liberação contínua de flúor; Apresentações: (1)-Caixa com 10g de pó de cor Universal A3 + 8mL de líquido, colher medidora e bloco para espatulação.	404570	52884-404570	UN	50
91	CIMENTO IONÔMERO VIDRO RESTAURADOR Aspecto Físico: Pó + Líquido Característica Adicional: Erosão Máxima 0,17 Mm Componente Adicional: Primer + Glazer Ativação: Fotopolimerizável Tempo De Presa: Máximo 5 MIN Tipo: Restauração Apresentação: Conjunto Completo Para restauração e forramentos, fotoativado, com cura tripla, radiopaco, indicado para todas as classes em dentes decíduos e permanentes, cor A3. Apresentação: Estojo com 5 g de pó, 2,5ml de líquido, 2,5 de primer, 5ml de glazeador, colher medidora e bloco de espatulação.	406250	52884-406250	UN	300
92	CLOREXIDINA DIGLUCONATO – 0,12% Colutório a 0,12% de Digluconato de Clorhexidina. 500ml para bochechos.	341174	52887-341174	FR	400
93	CLOREXIDINA DIGLUCONATO – 2 % Clorexidina Digluconato Forma Farmacêutica: Solução Alcoólica	444051	52887-444051	FR	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Concentração: 2% (frasco 100 ml) - Indicado para desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas, inlays, anti-sepsia das mãos do profissional, do pessoal auxiliar, na antisepsia extra-oral prévia em áreas que sofrerão intervenção cirúrgica, das superfícies e instrumentos.				
94	PRILOCAÍNA – CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA Prilocaina Apresentação: Injetável Composição: Associada Com Felipressina Dosagem: 3% + 0,03ui/ml Cloridrato de prilocaína com felipressina 0,03 UI/ml, contendo 50 tubetes de cristal com 1,8 ml e êmbolos siliconizados.	269833	52993-269833	CX	10
95	ESCAVADOR – USO ODONTOLÓGICO – COLHER DE DENTINA 11 1/2 Escavador – Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 11,5 Característica Adicional: P/ Dentina Esterilidade: Autoclavável Formato: Duplo Instrumental em aço inoxidável, embalagem com 1 unidade. Comprimento: 16 cm. Utilizado na limpeza da câmara pulpar e na remoção de dentina cariada. Embalagem com 1 unidade.	426708	52931-426708	UN	100
96	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO – COMPRESSOR 40 LITROS Capacidade: 2 consultórios com Bomba de Vácuo; 1 consultórios sem Bomba de Vácuo. Tecnologia: Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. Reservatório: Capacidade de 40 litros; Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática); Possui aberturas laterais, para futuras inspeções; Reservatório de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsório). Motor: Com 1,2 HP e dois cabeçotes; Novo modelo e design, com maior refrigeração e componentes internos confeccionados em cerâmica; Possui reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruído e aumentando seu rendimento e vida útil. Silencioso: Novo motor, com maior tecnologia, possui reduzido nível de ruído: 54B (A). Dispositivos de Segurança: Pressostato com chave geral liga/desliga; Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão; Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor	413208	52888-413208	UN	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. Outras Características: Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar; Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar; Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização; Ventoinha de refrigeração no motor; Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório); Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil; Válvula de alívio (solenóide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. Especificações Técnicas: Dimensões: Largura: 33 cm; Altura: 60,0 cm; Comprimento: 54,2 cm. Peso Líquido: 30,5 Kg; Peso Bruto c/ Embalagem: 37,0 Kg; Alimentação: 220 V Monofásico; Fluxo de ar (vazão efetiva): 220 l/min. (7,8 pc/min.); Capacidade do reservatório: 40 litros; Nível de ruído: 54B(A)/1 m; Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa); Potência (motor): 1,2 HP 850 W. INCLUSO INSTALAÇÃO, LAUDO DE CALIBRAÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
97	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO – COMPRESSOR 51 LITROS Compressor De Ar Odontológico Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva. Voltagem: 220 V 5 consultórios com Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada); 3 consultórios sem Bomba de Vácuo (até 2 sugadores simultâneos cada). Tecnologia: Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. Reservatório: Capacidade de 51 litros; Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática); Possui aberturas laterais, para futuras inspeções; Reservatório de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsório). Motor: Com 2 motores de 2,0 HP cada (total 4,0 HP e quatro cabeçotes); Possui componentes internos confeccionados em cerâmica,	SEM CATMAT	52888-1	UN	05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	reduzindo atrito, diminuindo consideravelmente o ruído e aumentando seu rendimento e vida útil. Silencioso: Baixo nível de ruído: 70 Db a um metro de distância. Dispositivos de Segurança: Pressostato com chave geral liga/desliga; Válvula de segurança. Dispositivo de alívio do excesso de pressão; Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. Outras Características: Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar; Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar; Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de acesso superior e fácil localização; Ventoinha de refrigeração nos motores; Rodízios para transporte. Possuem a função de auxiliar no transporte do compressor; Filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório); Mangueira do motor metálica e flexível. Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil; Válvula de alívio (solenóide) cuja função é a despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. Especificações Técnicas: Alimentação: 220 V – Monofásico; Fluxo de ar (vazão efetiva): 640 l/min. (22,6 pc/min.); Capacidade do reservatório: 51 litros; Pressão máxima de trabalho: 120 psi (0,83 MPa); Potência (motor): 4,0 HP 2900 W (2 x 2,0 HP 1450 W); Frequência do Motor: 60 Hz; Consumo de energia: 2,9 KW/hora; Corrente nominal: 14A (220 V); Velocidade de rotação do motor: 1750 r.p.m.; Número de pólos do motor: 4 polos; Número de pistões (cabeçotes): 4 pistões; Número de motores: 2 motores. INCLUSO INSTALAÇÃO, LAUDO DE CALIBRAÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
98	PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO – CONE INDICATOR DIGITAL Cone Indicator Digital – Posicionador	SEM CATMAT	53008-1	UN	20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Radiográfico utilizado nas diversas áreas odontológicas onde existe a necessidade de executar radiografias para diagnósticos ou transoperatórias durante os tratamentos clínicos. Para sensor digital Enquadramento perfeito e praticidade Permite a execução de radiografias periapicais e interproximais com rapidez e precisão Digital compatível com os sensores: Schick CDR, Schick Elite, Uwandy, Sky, Dabi e Kodak, Produto autoclavavel, ITENS INCLUSOS: 01 POSICIONADOR SUPERIOR ESQUERDO/INFERIOR DIREITO (A) 01 POSICIONADOR SUPERIOR DIREITO/INFERIOR ESQUERDO (B)01 POSICIONADOR PARA INCISIVOS CENTRAIS, SUPERIOR E INFERIOR 01 BITE WING03 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA 01 POTE AUTOCLAVÁVEL 18 fixadores de sensores, abrangendo assim uma grande variedade de aparelhos existentes.				
99	CONJUNTO ACADÊMICO USO ODONTOLÓGICO COMPONENTE: ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO AÇO INOXIDÁVEL, 400.00 RPM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 FUROS, SACA BROCA, CABEÇA PADRÃO COMPONENTES 1: MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA CARACTERÍSTICA PEÇAS DE BAIXA ROTAÇÃO: TRANSMISSÃO 1:1, C/REFRIGERAÇÃO EXTERNA TIPO ENCAIXE: CONEXÃO BORDEN (2 FUROS)APRESENTAÇÃO: ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO ACESSÓRIOS: ÓLEO LUBRIFICANTE PEÇA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO; PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA BROCA DE FORMA FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA; CABEÇA TORQUE: PROPORCIONA FORÇA E TORQUE NECESSÁRIO PARA UM CORTE E DESBASTE EFICIENTES; DIÂMETRO DA CABEÇA: 12,3 MM; SPRAY TRIPLO VENTILADO: TRÊS JATOS DE ÁGUA DIRECIONADOS SIMETRICAMENTE PARA A PONTA DA BROCA, FORMANDO UMA NÉVOA ÚMIDA Densa, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO; TRÊS JATOS DE AR QUE PREVINEM O REFLUXO DE NÉVOA CONTAMINADA PARA O INTERIOR DA TURBINA; ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS: MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO LHE GARANTEM ALTO DESEMPENHO E DURABILIDADE; ROTOR BALANCEADO	427291	52918-1	UN	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

ELETRONICAMENTE: REDUZ O NÍVEL DE RUÍDO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO E PACIENTE; PEÇA DE MÃO CORPO E CABEÇA CONFECCIONADOS EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS; TRATAMENTO SUPERFICIAL: POSSUI CAMADAS DE NÍQUEL E CROMO, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM; COR: PRATA; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO; SPRAY EXTERNO; CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CORPO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM; ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS; ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM; REGULAGEM DA VELOCIDADE E SENTIDO DE GIRO (HORÁRIO OU ANTI-HORÁRIO) NO CORPO DO MICROMOTOR; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C; CORES: PRATA ACETINADO. CONTRA ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO; PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA BROCA DE FORMA FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA. SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO; CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CORPO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM; CABEÇA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS; ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS; ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C; CORES: PRATA ACETINADO. PEÇA RETA DE BAIXA ROTAÇÃO; FIXAÇÃO DA BROCA: ATRAVÉS DE GIRO DE ANEL; SPRAY ÚNICO EXTERNO: DIRECIONADO PARA A PONTA DA BROCA, GARANTINDO UMA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DE TRABALHO; CORPO CONFECCIONADO				
---	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	EM ALUMÍNIO: PROPORCIONA PESO REDUZIDO; TRATAMENTO SUPERFICIAL DO CORPO: POSSUI CAMADAS DE ANODIZAÇÃO DURA, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM; PONTEIRA EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS; ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL): COM GIRO DE 360 GRAUS; ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
100	CONJUNTO DE BANHO – CONJUNTO HIGIENE ADULTO Conjunto De Banho Tipo Embalagem: Em Bolsa Plástica Com Fecho De Botão Ou Zípper Uso: Adulto Composição: Escova Dental Adulto. Dentrifício C/Fluor (90gr)	280590	52919-280590	UN	500
101	CONJUNTO DE BANHO – CONJUNTO HIGIENE INFANTIL Conjunto De Banho Uso: Infantil, Composição: Escova Dental Infantil, Dentrifício C/Fluor(90gr)Tipo Embalagem: Em Bolsa Plástica Com Fecho De Botão Ou Zípper.	280591	52919-280591	UN	500
102	CONJUNTO ODONTOLÓGICO Equipo: Equipo Acoplado, Bandeja, 3 Terminais Borden Tipo Refletor: Led Tipo Unidade Auxiliar: Cuba, 2 Sugadores, Seringa Tríplice Material Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática Tipo Encosto: Cabeceira Biarticulada Tipo Revestimento: Pvc Laminado S/ Costura Tipo Controle: Comando Pedal P/ Cadeira E Refletor Composto por: Cadeira odontológica: Cadeira para a acomodação do paciente durante o tratamento odontológico, com movimentos automáticos, ambidestra (atende a destros e canhotos), acionada por motorreductor de baixa tensão proporcionando baixo nível de ruído. Braco de apoio para o paciente rebatível 90. Possui pedal de comando multifuncional com acionamento do refletor, movimentação do encosto e	416184	23290-1	UN	06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

assento, volta a zero e posições de trabalho programáveis pelo Profissional. Design arrojado com linhas arredondadas. Encosto curvo envolvente, que além de proporcionar conforto ao paciente, permite maior aproximação ao campo operatório. Estrutura construída em aço macico, com tratamento anticorrosivo e capas em ABS injetado com proteção anti-UV, proporcionando maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Base com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Perfeita estabilidade, não necessita ser fixada ao piso, porém, caso opte por fixar ao piso, a cadeira já dispõem de furos para este fim. Possui caixa de ligação integrada. Estofamento amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido em couro* ou com material laminado, sem costura, atóxico e antichamas. Cor azul. Refletor odontológico: Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1 LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alca que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620. Unidade odontológica: Produzido em ABS Injetad. Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água. Sistema de regulação da vazão da água: Permite a regulação fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90°, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Terminal Sugador Bomba de Vácuo. Terminal Sugador Venturi. Equipo odontológico: Braco com trava pneumática. Equipo com 01 Seringa tríplice, 01 terminal sem spray para baixa rotação, 01 terminal para alta rotação. Produzido em ABS Injetado. Bracos articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o				
--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível: Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência a corrosão. Puxador Bilateral. Mocho odontológico: Mocho com sistema de elevação a gás que possibilita total ajuste das posições. Encosto anatômico com ajuste de aproximação e apoio lombar, proporcionando maior conforto ao profissional. Base com 5 rodízios, resistente, proporciona excelente estabilidade e fácil mobilidade. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e anti-deformante. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores, que permite agradável sensação ao sentar-se e facilita a hemodinâmica, ou seja, permite que a circulação sanguínea ocorra de forma natural. Acabamento liso com cantos arredondados, altura regulável permitindo que os profissionais de diferentes alturas sentem-se corretamente, respeitando-se a hemodinâmica, ou seja, quando sentado o profissional deve estar com a coxa paralela ao solo e a planta dos pés apoiados no chão. Cor azul. Obs.: Todos os equipamentos que compõem o consultório devem ser da mesma marca e a montagem deve ocorrer pela empresa ganhadora da licitação fornecendo todas as peças para montagem, como conexões, reduções. INCLUSO INSTALAÇÃO, LAUDO DE CALIBRAÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
103	CONTRA – ÂNGULO Caneta Baixa Rotação Aplicação: Motor Pneumático Relação Transmissão: Transmissão 1:1 Troca De Broca: Trava Lt/Fg Refrigeração: C/ Refrigeração Externa Tipo: Contra Ângulo Tipo Cabeça: Cabeça Padrão que tenha a sensibilidade perfeita para os procedimentos odontológicos. Com ranhuras antiderrapantes, formato anatômico e de fácil manuseio, ele garante movimentos mais precisos para o cirurgião-dentista e produz pouco ruído de trabalho. Corpo Contra – Ângulo Design arrojado com linhas arredondadas; Fabricado em Alumínio	407106	23291-1	UN	40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	com tratamento anodizado; Autoclavável a até 135C. Fácil Acoplamento sistema INTRA giratório Spray Externo Simples Utiliza-se uma mangueira de silicone externa a peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada. Direcionado a ponta da broca. Rotação Transmissão 1:1 Peso Ideal, Peso líquido inferior a 49,0 gramas, Baixo Ruído de Trabalho, Formato Ergonômico Compacta, possui ranhuras antiderrapantes; Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais. Eixos montados com 6 rolamentos. Utiliza brocas Standard, haste tipo 1. Esterilização, Autoclavável até 135C, Transmissão 1:1. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
104	DENTIFRÍCIO – CREME DENTAL ADULTO Dentifrício Composição Básica: Creme Dental Com Fluor Ativo De (1100 Ppm) Aplicação: Higiene Dental Capacidade: 90 G Tipo: Adulto Sabor: Menta. Embalado em caixa de papel individualmente.	481318	52923-481318	UN	8.000
105	DENTIFRÍCIO – CREME DENTAL INFANTIL Dentifrício Composição Básica: Creme Dental Com Fluor Ativo (1000 Ppm) Aplicação: Higiene Dental Capacidade: 50 G Tipo: Infantil Sabor: Tutti-Frutti Embalado em caixa de papel individualmente.	452037	52923-452037	UN	4.000
106	CUNHA ODONTOLÓGICA – CUNHA DE MADEIRA Cunha Odontológica Material: Madeira Aplicação: Restauração Interproximal Tipo: Anatômica Tipo Ponta: Fina Características Adicionais: Seção Triangular, Lisa, Cores Sortidas Anatômica sortida de madeira, cores variadas, embalagem com 100 unidades.	338641	52920-338641	EB	200
107	CIMENTO ODONTOLÓGICO – CURATIVO ALVEOLAR Aspecto Físico: Pasta Característica Adicional: Sem Eugenol Tipo: Tampão Alveolar C/ Ação Cicatrizante frasco contendo 10ml.	430905	52886-430905	FR	35
108	CURETA PERIODONTAL – CURETA MCCALL	419093	52921-419093	UN	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	N 04-08 Cureta Periodontal Material: Aço Inoxidável Modelo: 4-8 Tipo: Mccall Características Adicionais: Cabo Oco Indicado para raspagens e alisamento supra e subgingival. Embalagem com 1 unidade.				
109	CURETA PERIODONTAL – CURETA MCCALL N 07-09 Cureta Periodontal Material: Aço Inoxidável Modelo: 7-9 Tipo: Mccall Características Adicionais: Cabo Oco Indicado para raspagens e alisamento supra e subgingival. Embalagem com 1 unidade.	419094	52921-419094	UN	100
110	CURETA PERIODONTAL – CURETA MCCALL N 11-12 Cureta Periodontal Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 11-12 Tipo: Mccall Indicado para raspagens e alisamento supra e subgingival. Embalagem com 1 unidade.	427566	52921-427566	UN	100
111	CURETA PERIODONTAL – CURETA MCCALL N 13-14 Cureta Periodontal Material: Aço Inoxidável Modelo: 13-14 Tipo: Mccall Características Adicionais: Cabo Oco Indicado para raspagens e alisamento supra e subgingival. Embalagem com 1 unidade.	427812	52921-427812	UN	100
112	CURETA PERIODONTAL – CURETA MCCALL N 17-18 Cureta Periodontal Material: Aço Inoxidável Modelo: 17-18 Tipo: Mccall Características Adicionais: Cabo Oco Indicado para raspagens e alisamento supra e subgingival. Embalagem com 1 unidade.	427723	52921-427723	UN	100
113	DENTE ARTIFICIAL – ANTERIORES SUPERIORES A25 Tipo: Tripla Prensagem, Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas(CI)Região: Dentes Anteriores Superiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes COR 60 TAMANHO A 25	407422	52922-1	CARTELA	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

114	DENTE ARTIFICIAL – ANTERIORES SUPERIORES A26 Tipo: Tripla Prensagem, Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas(CI)Região: Dentes Anteriores Superiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes COR 60 TAMANHO A 26	407422	52922-2	CARTELA	10
115	DENTE ARTIFICIAL – ANTERIORES SUPERIORES A38 Tipo: Tripla Prensagem, Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas(CI)Região: Dentes Anteriores Superiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes COR 60 TAMANHO A 38	407422	52922-3	CARTELA	10
116	DENTE ARTIFICIAL – ANTERIORES SUPERIORES A25 Tipo: Tripla Prensagem, Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas(CI)Região: Dentes Anteriores Superiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes COR 62 TAMANHO A 25	407422	52922-4	CARTELA	10
117	DENTE ARTIFICIAL – ANTERIORES SUPERIORES A26 Tipo: Tripla Prensagem, Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas(CI)Região: Dentes Anteriores Superiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes COR 62 TAMANHO A 26	407422	52922-5	CARTELA	10
118	DENTE ARTIFICIAL – ANTERIORES SUPERIORES A38 Tipo: Tripla Prensagem, Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas(CI)Região: Dentes Anteriores Superiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes COR 62 TAMANHO: A 38	407422	52922-6	CARTELA	10
119	DENTE ARTIFICIAL – ANTERIORES SUPERIORES A25 Tipo: Tripla Prensagem, Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas(CI)Região: Dentes Anteriores Superiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes COR 66 TAMANHO A 25	407422	52922-7	CARTELA	10
120	DENTE ARTIFICIAL – ANTERIORES SUPERIORES A26	407422	52922-8	CARTELA	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Tipo: Tripla Prensagem, Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas(CI)Região: Dentes Anteriores Superiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes COR 66 TAMANHO A 26				
121	DENTE ARTIFICIAL – ANTERIORES SUPERIORES A38 Tipo: Tripla Prensagem, Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas(CI)Região: Dentes Anteriores Superiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes COR 66 TAMANHO: A 38	407422	52922-9	CARTELA	10
122	DENTE ARTIFICIAL – ANTERIORES SUPERIORES A25 Tipo: Tripla Prensagem, Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas(CI)Região: Dentes Anteriores Superiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes COR 69 TAMANHO A 25	407422	52922-10	CARTELA	10
123	DENTE ARTIFICIAL – ANTERIORES SUPERIORES A26 Tipo: Tripla Prensagem, Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas(CI)Região: Dentes Anteriores Superiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes COR 69 TAMANHO A 26	407422	52922-11	CARTELA	10
124	DENTE ARTIFICIAL – ANTERIORES SUPERIORES A38 Tipo: Tripla Prensagem, Material: Resina Acrílica C/ Ligações Cruzadas(CI)Região: Dentes Anteriores Superiores, Apresentação: Placa C/ 6 Dentes COR 69 TAMANHO: A 38	407422	52922-12	CARTELA	10
125	DESCOLADOR ODONTOLÓGICO – DESCOLADOR DE MOLT Descolador Odontológico Material: Aço Inox Modelo: 2-4 Indicação: Periodontia Tipo Formato: Molt Embalagem com 1 unidade. Descolador Molt. N 2-4 bolinha, Autoclavável. Utilizado para descolar retalhos em cirurgias implantodônticas e periodontais. Embalagem com 1 unidade.	392982	52924-392982	UN	25
126	DESTILADO ÁGUA – DESTILADOR Material: Aço Inoxidável Aplicação: Uso Odontológico	452823	52925-452923	UN	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Capacidade: 4 L/H Características Adicionais: Potência 550 W / Dimensões Aproximadas 27x33x2,60 Voltagem: 127/220 V Desenvolvido para destilar água para uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Não necessita instalação hidráulica. Prático e econômico. Baixo consumo de energia. Tempo para destilar 150 ml de água: 19 minutos. Tempo para destilar 300 ml de água: 37 minutos. 1 ano de garantia. Cor Branca, Capacidade 4 litros, Potencia 127 V – 550 Watts / 220 V – 450 Watts, Voltagem 127 V ou 220 V, Frequência 50/60 Hz. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
127	SOLUÇÃO LIMPEZA – DETERGENTE DESINCRUSTANTE PARA SUGADORES Solução Limpeza Composição Básica: Ácido Fosfórico A 13,6%, Álcool Isopropílico Características Adicionais: Concentrada Dissolve resíduos sólidos como sangue coagulado, saliva, géis fluretados, materiais de moldagem, restos de cimentos e resinas compostas, diminuem a necessidade de limpeza ou troca de sifão, aumenta a sucção pela desobstrução dos dutos, libera um agradável aroma, emoliente. Não espumante, concentrado, previne entupimentos, elimina resíduos depositados nas mangueiras e nos separadores de detrito. Frasco com 1L. Princípio ativo: ácido fosfórico 13,6%, rende até 33 limpezas, dilui 30ml em 1 litro de água.	418366	52997-418366	FR	600
128	DISCO – USO ODONTOLOGIA – DISCO DE FELTRO P/POLIMENTO Disco – Uso Odontologia Material: Aveludado Tipo Do Encaixe: Encaixe De Polímero P/ Mandril Denteado Diâmetro: Cerca De 12 MM Tipo: P/ Polimento Tipo Uso: Descartável Com mandril, embalagem com 24 discos de feltro (8 mm e/ou 12 mm), 1 mandril, indicado para o polimento e o brilho final de restaurações. Sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril. Sem partes metálicas na superfície do disco. São discos flexíveis utilizados para suportar pastas e abrasivos para polimento de materiais restauradores e do esmalte dental.	438133	52927-438133	UN	300



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

129	DISCO – USO ODONTOLOGIA – DISCO LIXA DE POLIMENTO RESINA – EB Tipo: Lixa Material: Poliéster + Óxido De Alumínio Tipo Face: Monoface Diâmetro: Cerca De 3/8 POL Tipo Do Encaixe: Encaixe De Ilhós P/ Mandril De Pressão Tipo Uso: Descartável Com Mandril de Pressão	438120	52927-438120	UN	100
130	ACESSÓRIO PARA POLIMENTO DE PRÓTESES – DISCO PARA POLIMENTO DE PRÓTESES – PELO SINTÉTICO Tipo: Escova, Material*: Pêlo Sintético, Modelo: Centro De Madeira, Diâmetro: Cerca De 100 MM	438308	52963-438308	UN	20
131	ACESSÓRIO PARA POLIMENTO DE PRÓTESES – DISCO PARA POLIMENTO DE PRÓTESES – FLANELA Tipo: Disco / Roda, Material: Flanela, Modelo: Com Costura, Diâmetro: Cerca De 100 MM	438304	52963-438304	UN	20
132	ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO – ESCOVA DE ROBSON CÔNICA Uso: Contra-Ângulo Cor: Branca Tipo Ponta: Cônica Indicada para pré-polimento de resina na face oclusal, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral, cônica, branca, para contra-ângulo.	404892	52932-404892	UN	500
133	ESCOVA DE ROBSON USO ODONTOLÓGICO – ESCOVA DE ROBSON PLANA Uso: Contra-Ângulo Cor: Branca Tipo Ponta: Taça Indicada para pré-polimento de resina na face oclusal, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral, plana, branca, para contra-ângulo.	404894	52932-404894	UN	500
134	ESCOVA DENTAL – ESCOVA DENTAL INFANTIL Escova Dental Modelo: Macio Material Cerdas: Náilon E Poliéster Aplicação: Infantil Tipo Cabo: Curto E Anatômico Material Cabo: Plástico Tipo Cabeça: Pequeno Escova dental infantil, com cabeça pequena, arredondada, adequada a boca da criança,	304407	52933-304407	UN	10.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	cerdas macias (aproximadamente 28 tufos, cabo reto com apoio)-tamanho aproximado 15 cm.				
135	ESCOVA DENTAL P/ADULTOS. Material Cerdas: Sintético Tipo Cerdas: Macia, Mínimo De 4 Fileiras E 34 Tufos Aplicação: Adulto Características Adicionais: Cantos Arredondados Material Cabo: Plástico Escova dental, uso adulto, com cerdas macias, tipo comum, modelo anatômico, funcionamento manual, em embalagem apropriada que garanta a integridade do produto.	438150	52933-438150	UN	20.000
136	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA – ESPÁTULA PARA MANIPULAÇÃO Nº 24 Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável Modelo: Comum Comprimento: 17 CM Tamanho: Nº 24 Características Adicionais: Autoclavável Tipo Uso: Manipulação Embalagem com 1 unidade.	283194	52943-283194	UN	50
137	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA – ESPÁTULA PARA MANIPULAÇÃO Nº 70 Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável Modelo: Duplo Tamanho: Nº 70 Tipo Uso: Manipulação Embalagem com 1 unidade.	391936	52943-391936	UN	50
138	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA – ESPÁTULA RESINA TITÂNIO Nº 06 Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável Com Pontas Em Titânio Modelo: Nº 06 Esterilização: Autoclavável Características Adicionais: Duplo, Cabo C/ Silicone Tipo Uso: P/ Aplicação E Escultura De Resina Composta Espatula resina titânio silicato, leve, resina não gruda na espátula, autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	427839	52943-427839	UN	50
139	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA – ESPÁTULA RESINA TITÂNIO Nº 04 Material: Aço Inoxidável E Titânio Modelo: Duplo Tamanho: Nº 4 Tipo Uso: Aplicação De Compósitos	251246	52943-251246	UN	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Características Adicionais: Com Ponta Angulada Comprimento: 17 CM Espátula resina titânio silicato, leve, resina não gruda na espátula, autoclavável. Embalagem com 1 unidade.				
140	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA – ESPÁTULA RESINA TITÂNIO Nº 01 Espátula Odontológica Material: Aço Inoxidável Com Pontas em Titânio Modelo: Nº 01 Esterilização: Autoclavável Características Adicionais: Duplo, Cabo C/ Silicone Tipo Uso: P/ Aplicação E Escultura De Resina Composta Espátula resina titânio silicato, leve, resina não gruda na espátula, autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	427840	52943-427840	UN	50
141	HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL – ESPONJA HEMOSTÁTICA Hemostático Absorvível Material: Esponja De Gelatina Liofilizada Características Adicionais: Em Cubo, 1 Cm Esterilidade: Estéril De colágeno hidrolizado (gelatina) liofilizada, caixa com 40 unidades – Especialmente indicada na cirurgia devido ao seu grande poder hemostático e cicatrizante.	417242	52961-417242	CX	300
142	CIMENTO ODONTOLÓGICO – EUGENOL Material Restaurador Provisório; Eugenol é obtido através do Óleo de Cravo; É um líquido amarelo-claro; Praticamente insolúvel na água; Solúvel no álcool, clorofórmio, éter e em óleos; Tem uma ação anódina (calmante) sobre a polpa, por isso é muito utilizado como curativo de espera para restaurações; Apresenta qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. Frasco com 20ml.	SEM CATMAT	53009-1	FR	50
143	EVIDENCIADOR DENTAL – EVIDENCIADOR DE PLACA Evidenciador Dental Aplicação: P/ Placa Bacteriana Apresentação: Solução Embalagem com 10ml. Cora placa antiga e a placa nova, Fácil remoção. Gotejador econômico. Não deixa os dentes pigmentados após enxágue. Revela a placa bacteriana para facilitar sua remoção. Para 80 aplicações (3 gotas por aplicação).	425848	52944-425848	UN	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

144	LIMA USO ODONTOLÓGICO – EXTIRPA NERVOS 25MM Material: Aço Inoxidável Componentes: C/ Cursor Modelo: Extirpa Polpa Aplicação: Digital Comprimento: 25 MM Apresentação: Conjunto C/ Diferentes Diâmetros. N 20-40 SORTIDO COM 10 UNIDADES, Contem 01 embalagem com 10 unidades com tamanhos Sortidos 20/25/30/35/40. O extirpa nervos e um instrumental farpado de endodontia n 20 – 40 com cores sortidas, estéril.	430431	52971-430431	EB	50
145	FIO DE SUTURA AGULHADO – FIO ABSORVÍVEL ÁCIDO POLIGL. Fio De Sutura Agulhado Modelo Agulha: Cilíndrica Modelo Fio: Multifilamentar Material Fio: Ác. Poliglicólico Violeta Apresentação: Embalagem Individual Comprimento Fio: Cerca De 70 CM Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo Comprimento Agulha: Cerca De 16 MM Esterilidade: Estéril Diâmetro Fio: 4-0 Caixa com 24 envelopes	487355	52945-487355	CX	200
146	FIO DE SUTURA AGULHADO – FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 4.0 Fio De Sutura Agulhado Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida Modelo Fio: Monofilamentar Material Fio: Nylon / Poliamida Preto Apresentação: Embalagem Individual Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo Comprimento Agulha: Cerca De 16 MM Esterilidade: Estéril Diâmetro Fio: 4-0 Caixa com 24 envelopes	487422	52945-487422	CX	400
147	FIO DE SUTURA AGULHADO – FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 5.0 Fio De Sutura Agulhado Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida Modelo Fio: Monofilamentar Material Fio: Nylon / Poliamida Preto Apresentação: Embalagem Individual Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo Comprimento Agulha: Cerca De 16 MM Esterilidade: Estéril Diâmetro Fio: 5-0 Caixa com 24 envelopes	487411	52945-487411	CX	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

148	FIO DE SUTURA AGULHADO – FIO DE SUTURA NYLON 6.0 Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida Modelo Fio: Monofilamentar Material Fio: Nylon / Poliamida Preto Apresentação: Embalagem Individual Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo Comprimento Agulha: Cerca De 16 MM Esterilidade: Estéril Diâmetro Fio: 6-0 Caixa com 24 envelopes	487403	52945-487403	CX	12
149	FIO DENTAL 25 m Fio dental confeccionado em poliamida, cera e aroma, eficaz na remoção da placa bacteriana interproximal, embalagem pocket, com tampa flip, rolo de 25 metros, embalados individualmente saquinhos plásticos.	238050	52946-238050	UN	8.000
150	FIO DENTAL 500 m Material: Poliamida Comprimento: 500 M Características Adicionais: Com Cera Mineral, Aromatizado FIO DENTAL MENTA COM 500 METROS. É um produto descartável fabricado em poliamida. É utilizado para remover a placa bacteriana e restos de alimentos que se encontram entre os dentes.	342052	52946-342052	UN	500
151	FIO ORTODÔNTICO – FIO ORTODÔNTICO 0.10 Material: Cromo Níquel Tipo: Amarelo, Formato: Redondo, Diâmetro: 0,10 MM	289216	52947-289216	ROLO	35
152	FIO ORTODÔNTICO – FIO ORTODÔNTICO 0.08 Material: Cromo Níquel Diâmetro: 0,08 MM Tipo: Amarelo Formato: Redondo	289218	52947-289218	ROLO	35
153	INDICADOR QUÍMICO – FITA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE A VAPOR Indicador Químico Classe: Classe I Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor Apresentação: Fita Adesiva Tipo Uso: Externo Embalagem com 1 unidade. 19mmx30m.	332343	52967-332343	UN	400
154	FLUORETO DE SÓDIO – FLUOR GEL	428103	52948-428103	UN	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Fluoreto De Sódio Característica Adicional: Neutro Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico Concentração: 2% Frasco de 200ml.				
155	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO – FÓRCEPS 151 INFANTIL Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável Número: 151 Tipo: Infantil Características Adicionais: Dentes E Raízes Inferiores Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	427546	52949-427546	UN	10
156	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO – FÓRCEPS ADULTO 151 Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável Número: 151 Tipo: Adulto Características Adicionais: Pré-Molares, Incisivos E Raízes Inferiores Tipo Uso: Autoclavável Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	413522	52949-413522	UN	10
157	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO – FÓRCEPS ADULTO 18R Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável Número: 18 R Tipo: Adulto Características Adicionais: Molares Superiores Lado Direito Tipo Uso: Autoclavável Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	413513	52949-413513	UN	10
158	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO – FÓRCEPS INFANTIL 18L Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável Número: 18 L Tipo: Infantil Características Adicionais: Molares Superiores Lado Esquerdo Tipo Uso: Autoclavável Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente	419947	52949-419947	UN	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	autoclavável. Embalagem com 1 unidade.				
159	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO – FÓRCEPS Nº 69 ADULTO Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável Número: 69 Tipo: Adulto Características Adicionais: Raízes Superiores E Inferiores Tipo Uso: Autoclavável Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	413510	52949-413510	UN	10
160	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO – FÓRCEPS Nº 150 ADULTO Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável Número: 150 Tipo: Adulto Características Adicionais: Pré-Molares, Incisivos E Raízes Superiores Tipo Uso: Autoclavável Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	413523	52949-413523	UN	10
161	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO – FÓRCEPS Nº 17 ADULTO Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável Aplicação: Uso Odontológico Número: 17 Tipo: Adulto Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	378164	52949-378164	UN	10
162	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO – FÓRCEPS Nº 18R INFANTIL Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável Número: 18 L Tipo: Infantil Características Adicionais: Molares Superiores Lado Esquerdo Tipo Uso: Autoclavável Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	419947	52949-1	UN	10
163	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO – FÓRCEPS Nº 01 INFANTIL Fórceps Odontológico	413531	52949-413531	UN	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Material: Aço Inoxidável Número: 1 Tipo: Infantil Tipo Uso: Autoclavável Infantil, produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade, garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Embalagem com 1 unidade.				
164	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO – FÓRCEPS Nº 18L ADULTO Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável Número: 18 L Tipo: Adulto Características Adicionais: Molares Superiores Lado Esquerdo Tipo Uso: Autoclavável, liga de aço inoxidável de alta qualidade. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	413514	52949-413514	UN	10
165	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO – FÓRCEPS Nº 150 INFANTIL Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável Número: 150 Tipo: Infantil Características Adicionais: Dentes E Raízes Superiores Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	427547	52949-427547	UN	10
166	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO – FÓRCEPS Nº 16 ADULTO Fórceps Odontológico Material: Aço Inoxidável Número: 16 Tipo: Adulto Características Adicionais: Molares Inferiores Ambos Os Lados Produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Garantia de 2 anos contra defeito de fabricação. Totalmente autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	432452	52949-432452	UN	10
167	FORMOCRESOL USO ODONTOLÓGICO Formocresol Uso Odontológico Veículo: Em Solução Glicerizada Composição: Formaldeído + Orto-Cresol Concentração: 19% + 35% Aproximadamente Embalagem com 10ml.	374821	52950-374821	FR	30
168	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO – FOTOPOLIMERIZADOR	416252	52929-416252	UN	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

Aspecto Físico: Motor De Bancada Material Corpo: Plástico Abs Componentes: Protetor Ocular Fonte: Luz Led Tipo: Fotopolimerizador Instalação: Bivolt Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico Uso eficiente de energia: emissão de luz corresponde a máxima absorção da canforquinona, garantindo uma cura eficiente da maioria dos materiais restauradores fotopolimerizáveis. Modo ramp: durante os primeiros 5 segundos a potência da luz emitida aumenta gradualmente. Este início suave da polimerização minimiza o stress da junção entre a restauração e o esmalte / dentina e reduz os espaços marginais na restauração. Sem fio: permite total liberdade de movimento e controle. Fácil limpeza: a superfície brilhante e lisa do aparelho dificulta a fixação de bactérias, tornando-o fácil e rápido de limpar. Recarga: dispensa recargas constantes. Quando totalmente carregado, permite que você realize 1200 fotopolimerizações de 10 segundos antes de efetuar uma nova recarga. Radiômetro incluso: fornece um teste simples para garantir a funcionalidade da luz. Bateria removível: a bateria pode ser facilmente removida e substituída. Componentes: 1 x Fotopolimerizador, 1 x carregador, 1 x Plugs para o carregador, 100 x proteções plásticas, 3 x reposições de protetores de lentes, 1 x filtro de luz, 5 x barreiras do led. Unidade fotopolimerizadora (bateria, painel de controle e ponteira de luz LED padrão) intervalo do comprimento de onda: 440 nm 480 nm intervalo do pico do comprimento de onda: 460 nm RAMP para intensidade total: 5 segundos intensidade da luz: 1200 mW/cm2 (pico) tempo de uso contínuo: 60 segundos, tempo de uso contínuo com carga total: 2 horas, dimensões: 22 mm diâmetro x 243 mm comprimento, peso: 144 g / 5,1 oz bateria: 2 x 4,2 V Lítio 1200 mAh, Plugue voltagem de entrada: 90 264 V 50/60 Hz, voltagem de saída: 12 V DC corrente de saída: 750 m, Dimensões: 70 mm altura x 45 mm largura x 50 mm comprimento peso: 80 g / 2,82 oz, Carregador tempo para carregar a bateria: 60 / 180 minutos temperatura de operação: 10C 40C altura total da unidade com o carregador: 255 mm dimensões: 70 mm largura x 40 mm altura x 130 mm comprimento peso: 84 g / 3oz. Principais Benefícios Leve, Design ergonômico Sem fio, Fácil limpeza, Bateria durável, Sem ruídos. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO				
---	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
169	GESSO – USO ODONTOLÓGICO – GESSO ESPECIAL Gesso – Uso Odontológico Tipo: Pedra Especial Tipo IV Embalagem 1 kg.	428417	52952-428417	UN	160
170	GESSO – USO ODONTOLÓGICO – GESSO PEDRA Gesso – Uso Odontológico Tipo III amarelo, embalagem de 1 kg, material de presa rápida para modelos, de boa resistência mecânica.	428415	52952-428415	UN	160
171	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO PARA ISOLAMENTO 26 Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 26 Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto, embalagem com 1 unidade de cada.	246018	52953-246018	UN	50
172	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO PARA ISOLAMENTO W8A Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: W8a Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto, embalagem com 1 unidade de cada.	246025	52953-270037	UN	50
173	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO PARA ISOLAMENTO 200 Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 200 Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto, embalagem com 1 unidade de cada.	270037	52953-270037	UN	50
174	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO PARA ISOLAMENTO 201 Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 201 Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto, embalagem com 1 unidade de cada.	270034	52953-270034	UN	50
175	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO PARA ISOLAMENTO 202	246021	52953-246021	UN	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 202 Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto, embalagem com 1 unidade de cada.				
176	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO PARA ISOLAMENTO 203 Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 203 Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto, embalagem com 1 unidade de cada.	247809	52953-247809	UN	50
177	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO PARA ISOLAMENTO 204 Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 204 Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto, embalagem com 1 unidade de cada.	266930	52953-266930	UN	50
178	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO PARA ISOLAMENTO 205 Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 205 Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto, embalagem com 1 unidade de cada.	247808	52953-247808	UN	50
179	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO PARA ISOLAMENTO 206 Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 206 Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto, embalagem com 1 unidade de cada.	246024	52953-246024	UN	50
180	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO PARA ISOLAMENTO 207 Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 207 Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto, embalagem com 1 unidade de cada.	266929	52953-266929	UN	50
181	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO PARA ISOLAMENTO 208	247810	52953-247810	UN	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 208 Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto, embalagem com 1 unidade de cada.				
182	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO PARA ISOLAMENTO 209 Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 209 Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto, embalagem com 1 unidade de cada.	266931	52953-266931	UN	50
183	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO PARA ISOLAMENTO 211 Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 211 Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto, embalagem com 1 unidade de cada.	247811	52953-247811	UN	50
184	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO PARA ISOLAMENTO 212 Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 212 Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto, embalagem com 1 unidade de cada.	246020	52953-246020	UN	50
185	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO PARA ISOLAMENTO N 13 Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 13 Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto 13A, embalagem com 1 unidade de cada.	307927	52953-307927	UN	50
186	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO PARA ISOLAMENTO N 14 Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 14 Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto 14A, embalagem com 1 unidade de cada.	246017	52953-246017	UN	50
187	GRAMPO USO ODONTOLÓGICO – GRAMPO	247813	52953-247813	UN	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	PARA ISOLAMENTO N 210 Grampo Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Tamanho: 210 Tipo Uso: Reutilizável Isolamento absoluto, embalagem com 1 unidade de cada.				
188	CONE ENDODÔNTICO – GUTA PERCHA MF Cone Endodôntico Material: Guta-Percha Comprimento: 28 MM Tipo: Acessório Apresentação: Estojo 120 Pontas Calibre: MF Embalagem com 100 unidades, 28 mm.	438277	52890-5	EB	50
189	CONE ENDODÔNTICO – GUTA PERCHA PROT. UNIVERSAL F3 Cone Endodôntico Material: Guta-Percha Comprimento: 28 MM Tipo: Principal Apresentação: Estojo C/ 60 Pontas Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória F3, embalagem com 60 unidades, tamanho 28 mm, radiopaco.	419440	52890-419440	EB	70
190	CONE ENDODÔNTICO – GUTA PERCHA PROTAPER UNIVERSAL F2 Cone Endodôntico Material: Guta-Percha Comprimento: 28 MM Tipo: Principal Apresentação: Estojo C/ 60 Pontas Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória F2, embalagem com 60 unidades, tamanho 28 mm, radiopaco.	419440	52890-6	EB	50
191	CONE ENDODÔNTICO – GUTA PERCHA ACESSÓRIA 28MM EL Cone Endodôntico Material: Guta-Percha Comprimento: Cerca De 28 MM Tipo: Acessório Embalagem com 120 pontas, Tamanho extra-large-extra-grande.	438278	52890-1	EB	06
192	CONE ENDODÔNTICO – GUTA PERCHA ACESSÓRIA 28MM F Cone Endodôntico Material: Guta-Percha Comprimento: Cerca De 28 MM Tipo: Acessório Embalagem com 120 pontas, tamanho F-	438278	52890-2	EB	08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	fina.				
193	CONE ENDODÔNTICO – GUTA PERCHA ACESSÓRIA 28MM FF Material: Guta-Percha Comprimento: 28 MM Tipo: Acessório Apresentação: Estojo 120 Pontas Calibre: Pp(FF) tamanho FF-fina fina.	419184	52890-419184	EB	08
194	CONE ENDODÔNTICO – GUTA PERCHA ACESSÓRIA 28MM FM R4 Cone Endodôntico Material: Guta-Percha Comprimento: Cerca De 28 MM Tipo: Acessório Embalagem com 120 pontas, tamanho fino média. Extra longo.	438278	52890-3	EB	30
195	CONE ENDODÔNTICO – GUTA PERCHA ACESSÓRIA 28MM L Cone Endodôntico Material: Guta-Percha Comprimento: Cerca De 28 MM Tipo: Acessório Embalagem com 120 pontas, Tamanho Large grande.	438278	52890-4	EB	06
196	CONE ENDODÔNTICO – GUTA PERCHA ACESSÓRIA 28MM M Material: Guta-Percha Comprimento: 28 MM Tipo: Acessório Apresentação: Estojo 120 Pontas Calibre: M Embalagem com 120 pontas, Tamanho M-média.	419013	52890-419013	EB	06
197	CONE ENDODÔNTICO – GUTA PERCHA ACESSÓRIA 28MM MF Cone Endodôntico Material: Guta-Percha Comprimento: 28 MM Tipo: Acessório Calibre: Mf Embalagem com 120 pontas, Tamanho MF-média fina.	438277	52890-438277	EB	06
198	CONE ENDODÔNTICO – GUTA PERCHA ISO CALIBRADA N 55 Cone Endodôntico Material: Guta-Percha Comprimento: 28 MM Tipo: Calibrado Calibre: Nº 55 Gutapercha ISO calibrada nº 55, embalagem com 120 pontas.	419446	52890-419446	EB	04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

199	CONE ENDODÔNTICO – GUTA PERCHA ISO CALIBRADA N 60 Cone Endodôntico Material: Guta-Percha Comprimento: 28 MM Tipo: Calibrado Apresentação: Refil (Tubo) Calibre: Nº 60 Gutapercha ISO calibrada nº 60, embalagem com 120 pontas.	418965	52890-418965	EB	04
200	GUTA PERCHA PROTAPER UNIVERSAL F1 Cone Endodôntico Material: Guta-Percha Comprimento: 28 MM Tipo: Principal Apresentação: Estojo C/ 60 Pontas Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória F1, embalagem com 60 unidades, tamanho 28 mm, radiopaco.	419440	52890-7	EB	10
201	HEMOSTÁTICO TÓPICO Princípio Ativo: Cloreto De Alumínio, Aspecto Físico: Líquido. Frasco 10ML. Contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um adstringente.	422554	52962-422554	UN	100
202	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO – HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CIMENTO Tipo: Cimento, Aspecto Físico: Base + Catalisador, Apresentação: Conjunto Completo. Cimento de hidróxido de cálcio, composição da base: éster glicol salicilato, fosfato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais – tubo de 13 g; composição do catalisador: etiltolueno sulfonamida, hidróxido de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais, tubo de 11 g.	404562	52963-404562	EB	200
203	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO – HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA Aspecto Físico: Pó Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora; Frasco 10 gramas.	404585	52963-404585	EB	200
204	INDICADOR BIOLÓGICO Indicador Biológico Espécie: Bacillus Stearothermophilus Aplicação: Para Esterilização A Vapor Componentes Adicionais: Com Indicador Químico E Controle De Processo Adicionais: Pacote Para Teste	340941	52965-340941	CX	600



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Tipo: Terceira Geração Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura Indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Composição: Frasco plástico contendo tira de papel com esporos de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> e ampola de vidro selada com meio de cultura. Caixa com 10 unidades.				
205	INDICADOR QUÍMICO / EMULADOR Indicador Químico Classe: Classe Vi Tipo: Simulador Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor Apresentação: Tira De Papel Tipo Uso: Interno Emulador/integrador Classe 6 Autoadesivo. Para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Embalagem com 25 fitas de integradores de controle autoadesivos.	339652	52966-1	EB	500
206	IODOFÓRMIO Aspecto Físico: Pó Ou Cristal Lustroso Amarelo, Odor Desagradável Peso Molecular: 393,73 G/MOL Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% Fórmula Química: CHI_3 (Tri-Iodometano) Número De Referência Química: Cas 75-47-8 Frasco de 10 gramas. Uso odontológico.	419258	52968-419258	FR	30
207	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO – REST. CÁPSULA Cimento De Ionômero De Vidro Aspecto Físico: Pó + Líquido Ativação: Autopolimerizável Tipo: Modificado Com Resina Apresentação: Cápsula Ionômero de vidro restaurador em capsula, radiopaco, fotopolimerizável e reforçado com resina ISO 9917-2 Cimento a base de ionômero de vidro, fotoativado e radiopaco. Conteúdo mínimo líquido por capsula: 0,42 g de pó e 0,14 g (0,12 ml) de líquido. Perfeito para a prevenção de microinfiltração em longo prazo, excelente estética, liberação de flúor e adere quimicamente a estrutura dental, alta resistência a flexão garante a redução de trincas e falhas quando em flexão. Contendo 50 cápsulas por embalagem.	417244	52884-417244	CX	20
208	ISOLANTE USO ODONTOLÓGICO – ISOLANTE PARA RESINA ACRÍLICA Composição Básica: Alginato De Sódio E Água	428472	52860-428472	EB	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Aplicação: Para Gessos E Acrílicos. Embalagem com 500ml. Isolante para resinas acrílicas, forma uma fina película sobre modelos o que facilita sua separação da resina.				
209	BROCA ALTA ROTAÇÃO – KIT ACABAMENTO DE RESINA Broca Alta Rotação Referência: Ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195 Tipo Corte: Corte Extra Fino Material: Aço Inoxidável Diamantada, Característica Adicional: Conjunto	404491	52870-404491	KT	50
210	KIT ACABAMENTO POLIM. UNIVERSAL Kit para Acabamento e Polimento Universal para acrílico – Indicado para corte, desgaste, preparo, polimento e brilho final em cerâmica, metal e acrílico, Sequência completa para desgaste universal; Validade: Indeterminada. O kit contém 1 fresa maxicut formato pera 1251; 1 fresa minicut formato tronco-conica 1520; 1 fresa maxicut formato agulha 1571; 3 polidores para metal formato roda (granulometria grossa, media e fina); 3 polidores de cerâmica formato lentilha (granulometria grossa, media e fina); 4 polidores de acrílico formato chama (granulometria extragrossa, grossa, media e fina); 1 disco diamantado dupla-face; 1 escova scotch brithes amarela; 1 escova scotch brithes vermelha, 1 escova de aço dourada; 1 escova pelo de cabra estrela; 1 escova de algodão; 1 broqueiro de acrílico.	SEM CATMAT	48288-1	KT	06
211	CONJUNTO ACADÊMICO USO ODONTOLÓGICO – KIT HIPER BOCÃO Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Material: Acrílico Finalidade: Material Educativo Odontológico Aplicação: Treinamento Tipo: Macroarcada/Macro Cárie/Macro Periodontal Características Adicionais: Macroescova Dental Composto O Kit Odontológico. Especificações (objetos e características do kit): Macro-arcada: modelo de dentes em escala maior, com dimensões aproximadas de 12,5 cm x 12,5 cm x 21 cm, confeccionada em resina, com arcada superior, arcada inferior, língua em material emborrachado flexível, gengiva em material emborrachado flexível e articulador de metal flexível duplo e base plástica rígida para sustentação do conjunto, 32 dentes na cor branca/marfim sendo: 16 no arco superior e 16 no arco	309298	52918-3	UN	06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	inferior. Os dentes deverão ser inseridos individualmente na arcada para possibilitar demonstração de uso de fio dental em todos os dentes e regiões da arcada. Os dentes deverão ser inseridos nos pontos de fixação com pressão suficiente para o manuseio sem que se soltem indevidamente. A língua e a gengiva deverão ter variações da tonalidade rosa. Macro-cáries: Conjunto composto por base plástica rígida para perfeito encaixe e sustentação dos modelos de dente e 04 modelos de dentes confeccionados em resina plástica em escala maior com lesões cáries em evolução sendo: dente hígido, dente com cárie inicial de esmalte, dente com cárie de dentina e dente com cárie profunda com exposição pulpar. Cada dente é dividido em duas partes. Dimensões da base 25CMX8CMX8CM. Dimensões de cada dente 9 cm x 5 cm x 4,5 cm. Os dentes são encaixados individualmente na base e podem ser retirados e recolocados a qualquer momento para demonstração. Arcadas dentárias periodontais funcionais confeccionadas em resina plástica. Três arcadas funcionais que demonstram a gengiva (quando aberta) e os dentes (quando fechada) demonstrando através de Três estágios, a evolução das lesões e avanço da doença periodontal/gengiva sendo: gengiva saudável, gengivite, e doença periodontal com retração gengival e perda óssea. Dimensões em tamanho aproximado de 8 x 5,5 x 4 cm (cada estágio). Macro-escova dental: modelo em escala maior, medindo 29 cm, e peso inferior a 100 gramas; Cor clara, confeccionada em plástico rígido e cerdas de nylon. Acondicionados em caixa plástica Dimensões da caixa: 29 x 17 x 23 cm.				
212	UNIDADE AUXILIAR ODONTOLÓGICA – KIT SUCTOR BOMBA A VÁCUO Material: Estrutura C/ Pintura Eletrostática Acionamento: Automático, Com Regulagem De Sucção Componentes: 2 Sugadores, 6 E 11 Mm De Diâmetro Componentes Adicionais: Filtro, Ponteiras Removíveis Autoclaváveis Características Adicionais: Uso Em Bomba De Vácuo. Acompanha o produto todos os niples, mangueiras, cabos e acessórios para instalação. Para cada kit deve acompanhar dois sugadores de alta potência, removíveis, giratórios e autoclaváveis. Led indicativo de funcionamento; Fixada na coluna do refletor ou armário; Confeccionado em chapa de aço fosfatizado com pintura em poliuretano,	450973	53004-450973	KIT	14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	resistente à oxidação; Filtro de resíduos: prático, eficiente e de fácil remoção para limpeza. Indicações de uso: Aspiração de saliva, sangue e resíduos em uso clínico e cirúrgico. Acessório para bomba a vácuo. Comprimento mangueira do registro suctor saliva: 1,60 m Comprimento mangueira do registro suctor sangue: 1,60 m Comprimento mangueira corrugada: 3,00 m. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
213	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO – LASER PORTÁTIL 1 Caneta Laser Duo portátil; 1 Óculos escuro de proteção para o paciente e 1 Óculos Azul de proteção para o profissional, que barra os dois comprimentos de onda vermelho e infravermelho; 1 Pulseira ILIB; Base carregadora; Fonte de alimentação; Manual de instruções. Comprimento de onda: 660 nm (Laser vermelho) e 808 nm (Laser infravermelho); Área do feixe laser de saída no BICO da caneta laser: 3 mm ² ; Emissor de luz: Laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP); Alimentação: Bateria de Li-Ion 7,6 V/650mA; Autonomia da bateria em uso contínuo com carga total: 3 horas; Tempo para carga completa: 60 – 120 minutos; Alimentação Carregador de Bateria: Entrada: 100-220V; Saída: 9 V/1,2A; GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	SEM CATMAT	52929-2	UN	04
214	MATERIAL ISOLAMENTO DENTAL DIQUE DE BORRACHA – LENÇOL DE BORRACHA Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha Material: Látex Natural Dimensão: Cerca De 14 X 14 CM Tipo Uso*: Uso Único, Descartável Tipo: Lençol De Borracha Pré-Cortado. Aromatizado embalado individualmente (14 cm x 14 cm). O Lençol de Borracha é indicado para isolamento absoluto durante o tratamento do canal. Cada unidade e embalada individualmente, com embalagem selada, asséptica, e de fácil abertura. O Lençol possui agradável aroma de Tutti Frutti, altamente resistente a	442191	52845-442191	UN	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	tração, e dificilmente rasgado. Embalagens com 26 unidades.				
215	LIDOCAÍNA 2% COM VASO Lidocaína Cloridrato Apresentação: Injetável Composição: Associada Com Epinefrina Dosagem: 2% + 1:100.000 Anestésico injetável local, com cada mL contendo 20 mg de Cloridrato de Lidocaína, 10 microgramas de Epinefrina, também conhecida como Adrenalina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blisteres lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: caixas com 50 tubetes.	269851	52969-269851	CX	1.500
216	LIMA USO ODONTOLÓGICO – K-FLEX 10 – 21MM Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Componentes: C/ Cursor Modelo: Tipo Kerr Flexível Aplicação: Digital Comprimento: 21 MM Tamanho: Nº 10 Blister com 6 unidades com 21 mm de comprimento, tamanho 10.	419474	52971-419474	EB	50
217	LIMA USO ODONTOLÓGICO – K-FLEX 10 – 25MM Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Componentes: C/ Cursor Modelo: Tipo Kerr Flexível Aplicação: Digital Comprimento: 25 MM Tamanho: Nº 10 Blister com 6 unidades com 25 mm de comprimento, tamanho 10.	419457	52971-419457	EB	200
218	LIMA USO ODONTOLÓGICO – K-FLEX 10 – 31MM Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Componentes: C/ Cursor Modelo: Tipo Kerr Flexível Aplicação: Digital Comprimento: 31 MM Tamanho: Nº 10 Blister com 6 unidades com 31 mm de comprimento, tamanho 10.	427164	52971-427164	EB	50
219	LIMA USO ODONTOLÓGICO – K-FLEX 15 – 25MM	419461	52971-419461	EB	200



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Componentes: C/ Cursor Modelo: Tipo Kerr Flexível Aplicação: Digital Comprimento: 25 MM Tamanho: Nº 15 Blister com 6 unidades com 25 mm de comprimento, tamanho 15.				
220	LIMA USO ODONTOLÓGICO – K-FLEX 15 – 40 31 MM Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Componentes: C/ Cursor Modelo: Tipo Kerr Flexível Aplicação: Digital Comprimento: 31 MM Tamanho: 1ª Série/15 A 40 Apresentação: Conjunto Completo Blister com 6 unidades com 31 mm de comprimento, tamanho 15 a 40.	419496	52971-419496	EB	30
221	LIMA USO ODONTOLÓGICO – K-FLEX 15 A 40 21 MM Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Componentes: C/ Cursor Modelo: Tipo Kerr Flexível Aplicação: Digital Comprimento: 21 MM Tamanho: 1ª Série/15 A 40 Apresentação: Conjunto Completo Blister com 6 unidades com 21 mm de comprimento, tamanho de 15 a 40.	419489	52971-419489	EB	80
222	LIMA USO ODONTOLÓGICO – K-FLEX 15 A 40 25 MM Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Componentes: C/ Cursor Modelo: Tipo Kerr Flexível Aplicação: Digital Comprimento: 25 MM Tamanho: 1ª Série/15 A 40 Apresentação: Conjunto Completo Blister com 6 unidades com 25 mm de comprimento, tamanho 15 a 40.	419472	52971-419472	EB	200
223	LIMA USO ODONTOLÓGICO – LIMA MANUAL K-FLEX 20 – 25MM Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Componentes: C/ Cursor Modelo: Tipo Kerr Flexível Aplicação: Digital Comprimento: 25 MM Tamanho: Nº 20 Blister com 6 unidades com 25 mm de comprimento, tamanho 20.	419458	52971-419458	EB	60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

224	LIMA USO ODONTOLÓGICO – K-FLEX 45 A 80 25 MM Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Componentes: C/ Cursor Modelo: Tipo Kerr Flexível Aplicação: Digital Comprimento: 25 MM Tamanho: 2ª Série/45 A 80 Apresentação: Conjunto Completo Blister com 6 unidades com 25 mm de comprimento, tamanho 45 a 80.	419473	52971-419473	EB	30
225	LIMA USO ODONTOLÓGICO – LIMA MANUAL K-FLEX 8 – 21MM Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Componentes: C/ Cursor Modelo: Tipo Kerr Flexível Aplicação: Digital Comprimento: 21 MM Tamanho: Nº 08 Blister com 6 unidades com 21 mm de comprimento, tamanho 8.	419477	52971-419477	EB	50
226	LIMA USO ODONTOLÓGICO – K-FLEX 8 – 25MM Lima Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Componentes: C/ Cursor Modelo: Tipo Kerr Flexível Aplicação: Digital Comprimento: 25 MM Tamanho: Nº 08 Blister com 6 unidades com 25 mm de comprimento, tamanho 8.	419460	52971-419460	EB	200
227	LIMA USO ODONTOLÓGICO – ROTATÓRIA SEQUENCE 15/04 Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio Componentes: C/ Cursor Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatório Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação Embalagem com 4 unidades, limas rotatórias em NiTi CM (controle de memória), Blue 25 mm, altamente flexíveis, excelente resistência e poder de corte, possuem tratamento térmico de superfície. Ponta inativa para manter a luz do canal.	438252	52971-2	EB	100
228	LIMA USO ODONTOLÓGICO – ROTATÓRIA SEQUENCE 20/06 Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio Componentes: C/ Cursor Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatório Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação Embalagem com 4 unidades, limas	438252	52971-1	EB	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	rotatórias em NiTi CM (controle de memória), Blue 25 mm, altamente flexíveis, excelente resistência e poder de corte, possuem tratamento térmico de superfície. Ponta inativa para manter a luz do canal.				
229	LIMA USO ODONTOLÓGICO – ROTATÓRIA SEQUENCE 25/06 Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio Componentes: C/ Cursor Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatório Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação Embalagem com 4 unidades, limas rotatórias em NiTi CM (controle de memória), Blue 25 mm, altamente flexíveis, excelente resistência e poder de corte, possuem tratamento térmico de superfície. Ponta inativa para manter a luz do canal.	438252	52971-3	EB	100
230	LIMA USO ODONTOLÓGICO – ROTATÓRIA SEQUENCE 35/04 Lima Uso Odontológico Material: Níquel / Titânio Componentes: C/ Cursor Modelo: Endodôntica, Sistema Rotatório Aplicação: Uso Em Motor De Baixa Rotação Embalagem com 4 unidades, limas rotatórias em NiTi CM (controle de memória), Blue 25 mm, altamente flexíveis, excelente resistência e poder de corte, possuem tratamento térmico de superfície. Ponta inativa para manter a luz do canal.	438252	52971-4	EB	100
231	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO – LOCALIZADOR APICAL FORAMINAL Aspecto Físico: Motor Bancada, Painei Lcd, Ajuste Digital Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical Preciso e compacto; Canais secos ou úmidos; Tela LCD 3,5 polegadas; Seleção do limite apical; Alarme sonoro; Multifrequência; Bateria de íon lítio de longa duração. Acompanha: 01un. Cabo do localizador; 02 un. Conector labial; 02 un. Clipe da lima; 01 un. Calibrador; 01 un. Carregador. O localizador e multifrequência e utiliza o método da impedância, frequência dependente para medir o comprimento do canal. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM	450465	52929-450465	UN	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	PORTUGUÊS.				
232	MANDRIL ODONTOLÓGICO – MANDRIL DENTEADO Mandrill Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Denteado Compatibilidade: Para Contra Ângulo Embalagem com 1 unidade de cada.	438664	52973-438664	UN	50
233	MANDRIL ODONTOLÓGICO – MANDRIL PARA DISCO DE LIXA Mandrill Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: De Pressão Compatibilidade: Para Contra Ângulo Mandrill para Contra-ângulo; Produzido em aço inox; Tamanho: 22,0 mm, Indicado para uso em discos e serras. MANDRIL CA DISCO POP-ON	438665	52973-438665	UN	80
234	CIMENTO ODONTOLÓGICO – MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM Cimento Odontológico Aspecto Físico: Pó + Líquido Tipo: Temporário Apresentação: Conjunto Completo Composição: Óxido De Zinco E Eugenol Pó * Cor: Marfim. * Composição Pó: Óxido de Zinco, Poli Metacrilato de Metila. Líquido * Composição Líquido: Eugenol 99,5%, Ácido Acético 0,5%. Restaurador Provisório IRM Embalagem com 38 g de Po + 15ml de Líquido. Durabilidade dos curativos. Alta resistência a compressão.	422120	52886-422120	UN	200
235	MATRIZ ODONTOLÓGICA – MATRIZ AÇO 0,5MM X 5 X 500MM Matriz Odontológica Material: Aço Inoxidável Largura: 5 MM Apresentação: Rolo 50 cm Tipo Uso: Descartável Formato: Fita Embalagem com 1 rolo.	406145	52974-406145	UN	600
236	MATRIZ ODONTOLÓGICA – MATRIZ AÇO 0,5MM X 7 MM X500MM Matriz Odontológica Material: Aço Inoxidável Largura: 7 MM Apresentação: Rolo 50 cm	406146	52974-406146	UN	600



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Tipo Uso: Descartável Formato: Fita Embalagem com 1 rolo.				
237	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO – 3% SEM VASO Mepivacaína Cloridrato Forma Farmacêutica: Solução Injetável Concentração: 3% Anestésico injetável local, com cada mL contendo 30mg de Cloridrato de Mepivacaína, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8 mL e êmbolos siliconizados. Cada tubete devesa estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto devesa estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada; Apresentação: caixas com 50 tubetes.	357788	52975-357788	UN	12
238	CANETA BAIXA ROTAÇÃO – MICROMOTOR Caneta Baixa Rotação Refrigeração: C/ Refrigeração Externa Tipo: Micromotor Conexão: Conexão Borden 2 Furos. Alto torque e baixa emissão de ruídos. Além de ter rotação no sentido horário e anti-horário, ele possui ranhuras antiderrapantes e um corpo ergonômico para facilitar o uso pelo cirurgião-dentista. Micromotor Design arrojado com linhas arredondas; Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado; Autoclavável a até 135°C; Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulação de rotação. Spray Externo Simples Sistema de refrigeração externo padrão, que reduz a possibilidade de entupimento, possibilita a substituição da mangueira de passagem de água, evitando a contaminação cruzada, e refrigera a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando superaquecimento. Conexão Borden Rotação De 5.000 RPM/min a 20.000 RPM/min. Possui regulação de rotação/inversão no corpo do micromotor. Pressão de Ar de Trabalho 40 libras (psi), acoplamento Através do sistema INTRA Peso Ideal Peso líquido inferior a 80 gramas, alto Torque Baixo Ruído de Trabalho Exclusivo Tratamento Eletroquímico Sistema de tratamento de enrijecimento da camada superficial que assegura a durabilidade da rosca. Acompanha adaptador para facilitar a lubrificação. Acoplamento através de sistema INTRA para peça reta ou contra – ângulo. Consumo de Ar 4 l/min, Esterilização Autoclavável até 135°C, Peso Líquido inferior a 80 gramas, Pressão de Trabalho Máxima 275,79 kpa = 40 psi = 2,75 bar, Rotação De 5.000 a 20.000 rpm/min,	407016	52880-407016	UN	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Terminal de encaixe Tipo Borden (02 furos). GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
239	MOCHO ODONTOLÓGICO Material: Estrutura Em Aço, Anti-Corrosão Tipo De Pés: Pés Com 5 Rodízios acabamento Da Estrutura: Estofado, Revestido Em Pvc Laminado Sem Costura Tipo De Assento: Assento Regulável, Sistema À Gas Diâmetro: Pintura Epóxi Ou Eletrostática Possui estofamento em espuma injetada revestido com PVC expandido sem costura para facilitar a limpeza e desinfecção, possuem cinco rodízios duplos que proporcionam estabilidade e ajuste de altura personalizado a cada modelo. Equipamento ergonômico para que o profissional possa trabalhar por longas horas de trabalho sem sentir desconforto, promovendo praticidade e conforto para no dia a dia do profissional Da odontologia, Mocho Odontológico Azul Claro com sistema de elevação a gás que possibilita total ajuste das posições. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	415993	5561-1	UN	10
240	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA – MOLDEIRA ALUMÍNIO RASA 2 S Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Desdentados Total Tamanho: Nº 2 Aplicação: Superior Características Adicionais: Lisa	427697	52976-427697	UN	15
241	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA – MOLDEIRA ALUMÍNIO RASA 3 S Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Desdentados Total Tamanho: Nº 3 Aplicação: Superior Características Adicionais: Lisa	427701	52976-427701	UN	15
242	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA – MOLDEIRA ALUMÍNIO RASA 4 S Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Desdentados Total Tamanho: Nº 4 Aplicação: Superior Características Adicionais: Lisa	427705	52976-427705	UN	15
243	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA – MOLDEIRA ALUMÍNIO RASA 1 S	427693	52976-427693	UN	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Moldeira Odontológica Material: Alumínio Modelo: Desdentados Total Aplicação: Superior Tipo: P/ Moldagem Tamanho: Nº 1 Características Adicionais: Lisa				
244	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA – MOLDEIRA ALUMÍNIO RASA 1 I Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Desdentados Total Tamanho: Nº 1 Aplicação: Inferior Características Adicionais: Lisa	427695	52976-427695	UN	15
245	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA – MOLDEIRA ALUMÍNIO RASA 2 I Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Desdentados Total Tamanho: Nº 2 Aplicação: Inferior Características Adicionais: Lisa	427699	52976-427699	UN	15
246	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA – MOLDEIRA ALUMÍNIO RASA 3 I Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Desdentados Total Tamanho: Nº 3 Aplicação: Inferior Características Adicionais: Lisa	427703	52976-427703	UN	15
247	MOLDEIRA ODONTOLÓGICA – MOLDEIRA ALUMÍNIO RASA 4 I Material: Alumínio Tipo: P/ Moldagem Modelo: Desdentados Total Tamanho: Nº 4 Aplicação: Inferior Características Adicionais: Lisa	427707	52976-427707	UN	15
248	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO – MOTOR DE BANCADA Aspecto Físico: Motor De Bancada Componentes: Base, Micromotor, Peça Reta, Pedal Componentes Adicionais: Cabo, Suporte Acrílico Característica Adicional: Até 30.000 Rpm Fonte: Elétrico Tipo: P/ Prótese Instalação: 127/220 V Tipo: P/ Prótese, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Fonte: Elétrico, Instalação: 127/220 V, Componentes Adicionais: Cabo,	413691	52929-413691	UN	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Suporte Acrílico. Componentes: Base, Micromotor, Peça Reta, Pedal Característica Adicional: Até 30.000 Rpm. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
249	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO – MOTOR DE CIRURGIA/IMPLANTE Tipo: Motor Cirúrgico Fonte: Elétrico Componentes: Base Com Pannel De Controle, Micromotor, Pedal Torque: Torque Máx. 55 N CM Rotação: Máximo Cerca De 40.000 RPM Componentes Adicionais 1: Irrigação C/ Bomba Peristáltica, Suporte P/ Soro Tipo: Motor Cirúrgico Fonte: Elétrico GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	442257	52929-442257	UN	02
250	NEGATOSCÓPIO Material Visor: Visor Acrílico Adicional: Fixação Por Ímã Dimensões: Cerca De 300 X 180 X 5 MM Características Adicionais: Iluminação Em Led Material Estrutura: Chapa Aço Sistema de fixação das radiografias por imã. Leve, prático e de fácil manuseio e higienização. Permite três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado). Possui alta luminosidade sem área de sombra. Iluminação por LED. Visor possui a superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua. Cor: Branco. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	453191	52977-453191	UN	15
251	ÓCULOS DE PROTEÇÃO. Óculos Proteção Cor Lente: Incolor Características Adicionais: Hastes Com Comprimento Regulável Tipo Lente: Com Curva Lateral. Material Armação: Polipropileno Óculos de proteção: óculos de proteção e segurança inteiro, com revestimento antiembaçante, estilo contemporâneo, absorve mais de 99,9% da luz ultravioleta prejudicial a visão, opticamente corretos, não apresentam distorções das imagens, lente incolor que oferece a possibilidade de uso em ambientes internos ou externos. Embalagem com 01 unidade.	601715	52978-601715	UN	80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

252	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO – ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY Lubrificante Odontológico Composição Básica: Óleo Mineral Aplicação: Caneta De Alta E Baixa Rotação Características Adicionais: Sem CFC Apresentação: Refil Refil com 200ml.	417983	52972-417983	UN	200
253	SOLUÇÕES USO ODONTOLÓGICO – OTOSPORIN Soluções – Uso Odontológico Aspecto Físico: Líquido Componentes: Hidrocortisona 10 mg, Sulfato De Neomicina 5 mg, Sul Excipiente: Álcool Cetoestearílico + Metilparno + Polissorbato Aplicação: Odontológica Suspensão otológica – embalagem contendo 10 ml	SEM CATMAT	53011-1	UN	40
254	CIMENTO ODONTOLÓGICO – ÓXIDO DE ZINCO 50G. Cimento Odontológico Aspecto Físico: Pó Tipo: Temporário Composição: Óxido De Zinco Frasco com 50 gramas.	404551	52886-404551	UN	30
255	CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO – PAPEL CARBONO ARTICULAÇÃO Carbono Para Articular Uso Odontológico Material: Em Papel Cor: Dupla Face – 2 Cores Apresentação: Em Folha Tipo Uso: Estéril, Descartável Formato: Formato De Fita Papel carbono para registro dos contatos oclusais – bloco com 12 folhas de carbono dupla face/dupla cor.	406150	52881-406150	EB	400
256	PARAMONOCLOROFENOL USO ODONTOLÓGICO – CANFORADO Uso Odontológico Aspecto Físico: Líquido Associação: Cânfora Medicação curativa e intracanal – frasco com 20 ml	429902	52950-429902	FR	100
257	PASTA ABRASIVA – PASTA P/ POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA Pasta Abrasiva Aplicação: Polimento De Peças Em Geral Tipo: Diamantada Características Adicionais: Acabamento Espelhado Apresentação: Grãos	406244	52891-406244	UN	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Tamanho Grão: 3 A 6 Microns Pasta de Polimento Universal – Utilizada para o polimento de metais, compósitos e resinas acrílicas. Pode ser empregada para o pré-polimento ou polimento em alto-brilho, em combinação com escovas, discos ou rodas do tipo: pelos de cabras, couro, feltro, algodão e flanela. Uso extraoral, Embalagem com 100ml.				
258	PASTA ABRASIVA – PASTA P/ POLIMENTO DIAMANTADA Pasta Abrasiva Aplicação: Polimento Final De Porcelana E Resina Tipo: Diamantada Apresentação: Grãos Tamanho Grão: 2 A 4 Microns Pasta de Polimento Diamantada – Embalagem com 1 seringa. É indicado para polimento de restaurações, elementos dentais e protéticos em clínica odontológica e laboratório dental. Acabamento final da superfície. Pasta de polimento diamantada (partículas de diamante), Pasta Extrafina – 2 a 4 microns. Excelente viscosidade. Fácil espalhamento e cobertura da superfície. Aroma mentolado. Hidrossolúvel.	271377	52891-271377	UN	80
259	PASTA PROFILÁTICA Composição Básica: Pedra Pomes Características Adicionais: Com Flúor Composição: Lauril Sulfato De Sódio Tubo com 90 g – Com flúor. Indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas e polimento, como parte do tratamento profissional de profilaxia de cáries e doenças periodontais.	417702	52983-417702	TU	300
260	PASTA MOLDAGEM – PASTA ZINCOENÓLICA Pasta Moldagem Material Básico: Óxido De Zinco E Eugenol Apresentação *: Conjunto Completo Tipo: Base + Catalisador Destinada a moldagem de bocas totalmente desdentadas. Composição: eugenol 18%, oxido de zinco, resina mineral, óleo vegetal e corante. Caixa contendo 02 bisnagas, peso líquido 120grs.	428740	52892-428740	UN	80
261	PEÇA MÃO ANG. MULTIPLICADORA Peça de Mão angulada multiplicadora, Peça de mão Angulada para Microcirurgia Com Velocidade Multiplicadora em 1:2, Para fresas CA 2,35 mm. Bloqueio de mandril por anel e Velocidade Máxima de 80.000 rpm, corpo em aço inox. Utilizada para cirurgias na cavidade oral. Peça Reta Angulada (em 20°) para Microcirurgia. GARANTIA E	SEM CATMAT	53010-1	UN	02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
262	PEDRA POMES Material: Rocha Magnética Aspecto Físico: Pó Uso: Odontológico Aplicação: Limpeza Dental Cor: Branca Características Adicionais: Extrafino Indicado para polimento de resina acrílica; embalagem de 01 kg; com alta densidade, cor branca, a base de quartzo cristalino de rocha.	233497	52984-233497	EB	06
263	PINÇA ODONTOLÓGICA – PINÇA CLÍNICA 317 Pinça Odontológica Referência: 317 Material: Aço Inoxidável Indicação: Clínica Aplicação: P/ Algodão Tamanho: Cerca De 13 CM Esterilidade: Autoclavável Pinça para algodão, em aço inoxidável, autoclavável. Para uso geral no consultório, empregada para apreensão de objetos tais como gaze, algodão, fios, etc. Embalagem com 01 unidade.	413333	52985-413333	UN	80
264	PINÇA ODONTOLÓGICA – PINÇA PARA CARBONO Material: Aço Inoxidável Tipo: Muller Aplicação: Para Carbono Indicada para segurar o carbono no teste de oclusão.	427616	52985-427616	UN	100
265	PINÇA ODONTOLÓGICA – PINÇA PORTA-GRAMPO Pinça Odontológica Material: Aço Inoxidável Aplicação: Isolamento Absoluto Restaurações Odontológicas Tipo: Porta Grampo Tipo Ponta: Curvo Com Sulco Características Adicionais: Com Trava Palmer, indicado para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto, Aço inoxidável, autoclavável.	252895	52985-252895	UN	90
266	APLICADOR ODONTOLÓGICO – PINCEL MICROBRUSH Aplicador Odontológico Material: Plástico Tipo Ponta: Fina Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes	410557	52866-410557	PT	250



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Tipo Uso: Descartável Tipo Haste: Dobrável Pincel microbrush descartável – minúsculas fibras isentas de fiapos e não absorventes, haste dobrável. Composto de polipropileno e fibras de poliamida – tamanho fino – embalagem com 100 unidades				
267	PINO – USO ODONTOLÓGICO – PINO DE FIBRA DE VIDRO TAM. 1 Material: Fibra De Vidro Componentes: 5 Pinos Dc 1,0 E Broca Dc Aplicação: Núcleo Intra-Radicular Diâmetro: 1 MM Tipo: Intra-Radicular Características Adicionais: Dupla Conicidade E Radiopaco Indicado para apoio de restaurações e coroas protéticas, Alta radiopacidade. TAMANHO 1 Brocas padronizadas com ponta inativa; Alta concentração de fibras; Fibra de vidro especial; Dupla conicidade; Modulo de elasticidade próximo ao da dentina; Cursor delimitador; Uso direto (pré-fabricado); Fibras longitudinais; Excelente identificação radiográfica; Calibração precisa dos pinos com a broca do Kit; Estreita linha de cimentação; Maior resistência mecânica. Alta transmissão de luz; Kit com 5 pinos + Broca.	385439	52986-385439	KT	10
268	PINO – USO ODONTOLÓGICO – PINO DE FIBRA DE VIDRO TAM. 2 Material: Fibra De Vidro Componentes: 5 Pinos Dc 2,0 E Broca Dc Aplicação: Núcleo Intra-Radicular Diâmetro: 2 MM Tipo: Intra-Radicular Características Adicionais: Dupla Conicidade E Radiopaco Indicado para apoio de restaurações e coroas protéticas, Alta radiopacidade. TAMANHO 2, Brocas padronizadas com ponta inativa; Alta concentração de fibras; Fibra de vidro especial; Dupla conicidade; Modulo de elasticidade próximo ao da dentina; Cursor delimitador; Uso direto (pré-fabricado); Fibras longitudinais; Excelente identificação radiográfica; Calibração precisa dos pinos com a broca do Kit; Estreita linha de cimentação; Maior resistência mecânica. Alta transmissão de luz; Kit com 5 pinos + Broca.	385440	52986-385440	KT	10
269	PLACA DE VIDRO – 15CM Aplicação: Uso Odontológico Comprimento: 15 CM Espessura: 10 MM Transmitância: Transparente Largura: 8 CM	419508	52987-419508	UN	60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

270	PONTA MONTADA USO ODONTOLÓGICO – POLIDORES AUTOCLAVÁVEIS. Ponta Montada Uso Odontológico Material: Silicone Aplicação: Resinas Cor: Brancas, Amarelas E Verdes Características Adicionais: Conjunto Completo Compatibilidade: Contra Ângulo Formato: 12 Pontas Sortidas: Ogivas, Torpedos, Taças, Lentilhas Compostos por pontas de borrachas siliconizadas, montadas em hastes de aço inoxidável. Indicada para acabamento e polimento de resina composta. Broqueiro acrílico autoclavável, com pontas de silicone para resina.	480152	52988-480152	KIT	100
271	CONE ENDODÔNTICO – PONTA PAPEL EST.CELL PACK 45 Cone Endodôntico Material: Papel Comprimento: 28 MM Tipo: Absorvente Apresentação: Embalagem C/ 180 Pontas Calibre: Nº 45 Esterilidade: Estéril	423435	52890-423435	EB	150
272	CONE ENDODÔNTICO – PONTA PAPEL EST.CELL PACK N 15 Cone Endodôntico Material: Papel Comprimento: 28 MM Tipo: Absorvente Apresentação: Embalagem C/ 180 Pontas Calibre: Nº 15 Esterilidade: Estéril	423430	52890-423430	EB	30
273	CONE ENDODÔNTICO – PONTA PAPEL EST.CELL PACK N 20 Material: Papel Comprimento: 28 MM Tipo: Absorvente Apresentação: Embalagem C/ 180 Pontas Calibre: Nº 20 Esterilidade: Estéril	423428	52890-423428	EB	30
274	CONE ENDODÔNTICO – PONTA PAPEL EST.CELL PACK N 25 Cone Endodôntico Material: Papel Comprimento: 28 MM Tipo: Absorvente Apresentação: Embalagem C/ 180 Pontas Calibre: Nº 25 Esterilidade: Estéril	423432	52890-423432	EB	30
275	CONE ENDODÔNTICO – PONTA PAPEL EST.CELL PACK N 30	423429	52890-423429	EB	150



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Cone Endodôntico Material: Papel Comprimento: 28 MM Tipo: Absorvente Apresentação: Embalagem C/ 180 Pontas Calibre: Nº 30 Esterilidade: Estéril				
276	CONE ENDODÔNTICO – PONTA PAPEL EST.CELL PACK N 35 Cone Endodôntico Material: Papel Comprimento: 28 MM Tipo: Absorvente Apresentação: Embalagem C/ 180 Pontas Calibre: Nº 35 Esterilidade: Estéril	423431	52890-423431	EB	30
277	CONE ENDODÔNTICO – PONTA PAPEL EST.CELL PACK N 40 Cone Endodôntico Material: Papel Comprimento: 28 MM Tipo: Absorvente Apresentação: Embalagem C/ 180 Pontas Calibre: Nº 40 Esterilidade: Estéril	423434	52890-423434	EB	30
278	CONE ENDODÔNTICO – PONTA PAPEL EST.CELL PACK N 50 Cone Endodôntico Material: Papel Comprimento: 28 MM Tipo: Absorvente Apresentação: Embalagem C/ 180 Pontas Calibre: Nº 50 Esterilidade: Estéril	423433	52890-423433	EB	30
279	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO – PONTA ULTRASSOM PERIO-SUBGENGIVAL Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva, Fina, C/ Refrigeração Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro Compatibilidade: Encaixe Específico DABI Características Adicionais: P/ Região Subgengival	420040	52989-420040	UN	50
280	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO – PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO INTERPROXIMAL Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva C/ Refrigeração Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro Compatibilidade: Encaixe Específico DABI Características Adicionais: P/ Região Interproximal	407078	52989-407078	UN	50
281	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO –	407077	52989-407077	UN	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO SUPRAGENGIVAL Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Lisa C/ Refrigeração Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro Compatibilidade: Encaixe Específico DABI Características Adicionais: P/ Região Supragengival				
282	PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL – MAYO HEGAR Porta-Agulha Instrumental Material: Aço Inoxidável Modelo: Mayo Hegar Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável Embalagem com 1 unidade. 14 cm. Aço inox. Autoclavável. 14 cm. Instrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico.	471145	52991-471145	UN	60
283	PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL – MAYO HEGAR WIDEA Porta-Agulha Instrumental Material: Aço Inoxidável Modelo: Mayo Hegar Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Característica Ponta: C/ Vídea Comprimento Total: Cerca De 14 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Esterilizável Embalagem com 1 unidade. Instrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico.	471152	52991-471152	UN	10
284	ORGANIZADOR CLÍNICO USO ODONTOLÓGICO – PORTA DETRITOS EM INOX Organizador Clínico Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Tipo: Porta Algodão Em Rolete Características Adicionais: Cilíndrico, Com Tampa Portas detritos em aço inoxidável, para guarda e dispensa de algodão e outros materiais; embalagem com 01 unidade.	446326	52970-446326	UN	40
285	PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO – ADULTO Material: Aço Inoxidável Tipo: Tofflemire Tamanho: Adulto, tamanho: 6 cm.	426502	52990-426502	UN	100
286	PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO – INFANTIL	426503	52990-426503	UN	30



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Material: Aço Inoxidável Tipo: Tofflemire Tamanho: INFANTIL, tamanho: 5 cm.				
287	POTE ODONTOLÓGICO – POTE DAPPEN Pote Odontológico Material: Vidro Tipo: Dappen Transmitância: Transparente Tamanho: 4 X 4 Cm Características Adicionais: 2 Cavidades Formato: Cilíndrico Embalagem com 1 unidade.	411437	52992-411437	UN	30
288	RESINA COMPOSTA – RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 3,5 Resina Composta Aspecto Físico: Pastosa Tamanho Partículas: Microhíbrida Tipo: Fotopolimerizável Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, compatível com quaisquer sistemas adesivos, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez; possui consistência macia e não pegajosa.	390513	52994-1	UN	50
289	RESINA COMPOSTA – RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A1 Resina Composta Aspecto Físico: Pastosa Tamanho Partículas: Microhíbrida Tipo: Fotopolimerizável Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, compatível com quaisquer sistemas adesivos, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez; possui consistência macia e não pegajosa.	390513	52994-2	UN	50
290	RESINA COMPOSTA – RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A2 Resina Composta Aspecto Físico: Pastosa Tamanho Partículas: Microhíbrida Tipo: Fotopolimerizável Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, compatível com quaisquer sistemas adesivos, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez; possui consistência macia e não pegajosa.	390513	52994-3	UN	200
291	RESINA COMPOSTA – RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 Resina Composta	390513	52994-4	UN	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Aspecto Físico: Pastosa Tamanho Partículas: Microhíbrida Tipo: Fotopolimerizável Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, compatível com quaisquer sistemas adesivos, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez; possui consistência macia e não pegajosa.				
292	RESINA COMPOSTA – RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL B1 Resina Composta Aspecto Físico: Pastosa Tamanho Partículas: Microhíbrida Tipo: Fotopolimerizável Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, compatível com quaisquer sistemas adesivos, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez; possui consistência macia e não pegajosa.	390513	52994-5	UN	30
293	RESINA COMPOSTA – RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL OA2 Resina Composta Aspecto Físico: Pastosa Tamanho Partículas: Microhíbrida Tipo: Fotopolimerizável Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, compatível com quaisquer sistemas adesivos, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez; possui consistência macia e não pegajosa.	390513	52994-6	UN	200
294	RESINA COMPOSTA – RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL OA3 Resina Composta Aspecto Físico: Pastosa Tamanho Partículas: Microhíbrida Tipo: Fotopolimerizável Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, compatível com quaisquer sistemas adesivos, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez; possui consistência macia e não pegajosa.	390513	52994-7	UN	100
295	RESINA COMPOSTA – RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL P Resina Composta Aspecto Físico: Pastosa Tamanho Partículas: Microhíbrida Tipo: Fotopolimerizável Resina micro-híbrida à base de Bis-GMA,	390513	52994-8	UN	40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas, compatível com quaisquer sistemas adesivos, possui efeitos ópticos naturais (opalescência, fluorescência e translucidez; possui consistência macia e não pegajosa.				
296	CIMENTO ODONTOLÓGICO – RESTAURADOR PROVISÓRIO Cimento Odontológico Aspecto Físico: Pasta Única Tipo: Obturador Provisório Composição: Com Flúor Possui grande aderência garantindo bom isolamento marginal e rápido endurecimento na boca ao contato com a saliva, e um material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante à do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo. Embalagem com 20 g.	404547	52864-404547	UN	200
297	ALGODÃO – ROLINHOS DE ALGODÃO Algodão Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas Tipo: Hidrófilo Apresentação: Em Roleta Esterilidade: Não Estéril Pacote com 100 unidades. Obs.: Os roletes devem apresentar-se em tamanho uniforme.	407961	52864-407961	PT	1.800
298	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO – ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 10 CM X 100 M Material: Papel Grau Cirúrgico Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Rolo Componentes Adicionais: Termosselante Tamanho: Cerca De 10 CM Componentes: C/ Indicador Químico Tipo Uso: Uso Único Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado	442385	52928-442385	UN	150
299	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO – ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100 M Material: Papel Grau Cirúrgico Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Rolo Componentes Adicionais: Termosselante Tamanho: Cerca De 20 CM Componentes: C/ Indicador Químico	442483	52928-442483	UN	70



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Tipo Uso: Uso Único Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado				
300	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO – ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO 30 CM X 100 M Material: Papel Grau Cirúrgico Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Rolo Componentes Adicionais: Termosselante Tamanho: Cerca De 30 CM Componentes: C/ Indicador Químico Tipo Uso: Uso Único Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado	442386	52928-442386	UN	150
301	SELADORA EMBALAGEM – SELADORA Seladora com pedal modelo barra quente com dimensão de área de selagem de 40 cm, com controle de temperatura, indicada para processos de selagens em sequência de diversos tipos de embalagem, selagem rápida e selagem uniforme. Estrutura em aco-carbono, pintura eletrostática epóxi, com tratamento de superfície anti-corrosivo. BIVOLT. Atenção: não será aceito seladora com resistência de teflon. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	466474	52995-466474	UN	10
302	SELANTE – SELANTE INC. FOTOPOLIMERIZÁVEL Selante Característica Adicional: Fotopolimerizável Componente Adicional: Flúor Tipo: Para Fóssulas E Fissuras Selante para fóssulas e fissuras, fotoativado. Tem barreira mecânica formada pela resina. Libera flúor. Fotopolimerizável. Possui 50% em peso de cargas inorgânicas. Excelentes características de trabalho. Embalagem com 5 seringas com 2 g cada, 01 Condicionador Dental Gel 3mL e 20 pontas aplicadoras descartáveis.	390777	52996-390777	KT	50
303	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO – SENSOR DIGITAL EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: SENSOR DIGITAL INTRAORAL, ASPECTO FÍSICO: PORTÁTIL, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO: IMAGENS DE RAO X DIGITAIS INTRAORAIS, FONTE: CONEXÃO USB 2.0, COMPONENTES ADICIONAIS: SOFTWARE ESPECÍFICO, COMPONENTES: SENSOR COM CABO CERCA 3M, SUPORTE SENSOR, PENDRIVE,	480154	52929-480154	UN	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TECNOLOGIA CMOS E FIBRA ÓPTICA). Área ativa: 26,6 x 35,5 mm, dimensão 36,6 x 42,2 mm, sensor plate thickness: 7,3 mm, pixel: 19u. Obs.: A instalação deve ocorrer pela empresa ganhadora da licitação, fornecendo todas as peças necessárias para a instalação correta. INCLUSO INSTALAÇÃO, LAUDO DE CALIBRAÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
304	DESCOLADOR ODONTOLÓGICO – SINDESMÓTOMO OITAVO Descolador Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: Sindesmótomo Tipo Formato: Destaca Periosteio. Indicado para cirurgia, para separar tecidos moles do osso ou dente. Embalagem com 1 unidade. Nº 1.	413450	52924-413450	UN	100
305	DETERGENTE ENZIMÁTICO – SOLUÇÃO ENZIMÁTICA Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease E Lipase Solução concentrada enzimática para limpeza de cuspideiras, mangueiras de sugadores e linhas de evacuação de detritos. Não corrosiva; proporciona um aroma de limão no ambiente; Apresentação: frasco de 1 litro.	328077	52926-328077	EB	700
306	HIPOCLORITO DE SÓDIO – SOLUÇÃO IRRIG. HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5 Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Solução Aquosa Concentração: Até 2,5% De Cloro Ativo. Frasco com 1 litro.	437156	52964-437156	EB	100
307	TENTACÂNULA – SONDA ACANELADA 15CM Tentacânula Material: Aço Inoxidável Comprimento: Cerca 15 CM Esterilidade: Esterilizável Tentacanula ou sonda acanelada de guia, utilizado como guia durante a incisão em cavidades. Material: aço inoxidável, tamanho: 15 cm, embalagem: plástica individual.	601277	53000-601277	UN	10
308	SONDA ODONTOLÓGICA – SONDA EXPLORADORA INFANTIL	413316	52998-413316	UN	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Sonda Odontológica Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 05 Tipo: Exploradora Características Adicionais: Infantil Tipo Cabo: Cabo Maciço Embalagem com 1 unidade.				
309	SONDA ODONTOLÓGICA – SONDA EXPLORADORA Sonda Odontológica Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 05 Tipo: Exploradora Tipo Cabo: Cabo Maciço Sonda exploradora dupla.	425231	52998-425231	UN	30
310	SONDA ODONTOLÓGICA – SONDA MILIMETRADA WILLIAMS Sonda Odontológica Material: Aço Inoxidável Modelo: Williams Tipo: Periodontal Características Adicionais: Milimetrada Tipo Cabo: 2 Pontas Ativas Rombas Indicado para sondar o sulco periodontal e medir a profundidade das bolsas periodontal. Aço inox, marcação ate 10 mm. Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação.	414215	52998-414215	UN	25
311	GÁS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO – SPRAY P/TESTE VITALIDADE – FR Gás Refrigerante Odontológico Temperatura: Cerca De – 50°C Aplicação: Teste De Vitalidade Pulpar Apresentação: Aerosol FRASCO COM 200ML	453232	52951-453232	FR	60
312	SUGADOR – SUGADOR DE SALIVA CIRÚRGICO Sugador Material: Polipropileno Tipo: Descartável Características Adicionais: Embalagem Individual; Para Cirurgia Esterilidade: Estéril Formato: Anatômico Ponteiras exclusivas e transparentes que facilitam a visualização de entupimentos; Ergonomia na angulação e na locação do orifício para aumentar a sucção; Tubo de pvc rígido atóxico; Embalagem com 20 unidades, embaladas individualmente.	269121	52999-269121	CX	450
313	SUGADOR – SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL	406292	52999-406292	PT	2.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Material: Pvc Tipo: Saliva Características Adicionais: C/ Arame Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades Tipo Uso: Estéril, Descartável Sugador de saliva descartável confeccionado com PVC atóxico, não reciclado; com pontas fundidas quimicamente aos tubos através de butanona; tamanho mínimo de 13 cm; fabricado com fio galvanizado para evitar oxidação; Apresentação: Pacote com 40 unidades coloridas.				
314	MOBILIÁRIO RADIOLÓGICO – SUPORTE PARA AVENTAL PLUMBÍFERO DE PAREDE Material: Aço, Componentes: Com Cilindro Em Pvc, Tipo: Suporte Para Avental Plumbífero De Parede	439846	52861-439846	UN	03
315	TESOURA INSTRUMENTAL – TESOURA CIRÚRGICA IRIS CURVA Tesoura Instrumental Material: Aço Inoxidável Haste: Haste Reta Modelo 1: Íris Característica Ponta: Fina Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Curva Esterilidade: Esterilizável Tesoura íris e utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral.	471573	53001-471573	UN	50
316	TESOURA INSTRUMENTAL – TESOURA CIRÚRGICA IRIS RETA Tesoura Instrumental Material: Liga Metálica Haste: Haste Reta Modelo 1: Íris Comprimento Total: Cerca De 12 CM Tipo Ponta: Ponta Reta Esterilidade: Estéril Tesoura íris e utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral.	471571	53001-471571	UN	50
317	MATRIZ ODONTOLÓGICA – TIRA DE POLIÉSTER Matriz Odontológica Material: Poliéster Tipo: Pré-Cortada Largura: 10 MM Apresentação: Envelope 50 Folhas De 10 cm Tipo Uso: Descartável Formato: Fita Tamanho 10 X 120 X 0,05 mm – pacote com 50 unidades.	406147	52974-406147	PT	250
318	TIRA ABRASIVA USO ODONTOLÓGICO – TIRA LIXA PARA AMALGAMA	406288	53002-406288	PT	250



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	Tira Abrasiva – Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Diamantado Comprimento: Cerca De 140 MM Tipo Centro: Centro Neutro Largura: Cerca De 4 MM Tipo Uso: Estéril, Descartável Pacote com 12 unidades.				
319	TIRA ABRASIVA USO ODONTOLÓGICO – TIRA LIXA POLIMENTO RESINA Tira Abrasiva – Uso Odontológico Material: Poliéster + Óxido De Alumínio Comprimento: Cerca De 170 MM Tipo Centro: Centro Neutro Largura: Cerca De 4 MM Tipo Uso: Descartável Tira de lixa para polimento de resina acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro. Caixa com 150 tiras de lixa. Tamanho das tiras: 4 mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e media (branca). Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo).	423570	53003-423570	CX	250
320	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO – ULTRASSOM E JATO BICARBONATO Aspecto Físico: Motor De Bancada Material Corpo: Plástico Abs Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiros, Pedal Indicação: Profilaxia / Periodontia Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável Fonte: Eletro-Pneumático Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom Instalação: Bivolt Aparelho conjugado de ultrassom para profilaxia do calculo e jato de bicarbonato de sódio para remoção do biofilme não mineralizado. Com design vertical, oferece resistência estrutural e equilíbrio. Circuito Eletrônico: Localizado atrás do painel frontal, fica isolado dos demais componentes do aparelho, preservando sua vida útil. Com estabilizador de frequência, não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultrassônica do equipamento. Display indicativo de qual função esta acionada – ultrassom perio, ultrassom endo, ultrassom dentística, bomba peristáltica ou jato de bicarbonato – e qual potência está habilitada. Teclados tipo membrana seletora das funções, para configuração da vazão do líquido irrigante e diminuição ou aumento da potência, teclas de memórias por função e teclas + e – para configuração e seleção da função. Bomba Peristáltica: Com	437845	52929-1	UN	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	micromotor elétrico com eixo central que gira três roletes que pressionam a mangueira contra o cabeçote impulsinando o líquido. A velocidade da rotação do micromotor possibilita a regulação da vazão do líquido irrigante.,com LED para visualização do nível do líquido, permite o uso de água destilada, soro fisiológico ou de soluções anti-sépticas que potencializam o efeito ultrassônico e a ação antibacteriana pela ação cavitacional. A remoção e o formato do tanque facilitam na sua higienização. Peça de Mão do Ultrassom: Leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, permite precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do calculo, pois não é a força aplicada que fará a remoção, mas a vibração ultrassônica aplicada ao dente. Transdutor Cerâmico Piezoelétrico: Com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultrassônicas entre 24 a 30 kHz com a mesma amplitude e frequência; Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 135 °C, elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor a autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações frequentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento. Especificações Técnicas: Altura: 215 mm. Largura: 310 mm. Comprimento: 250 mm. Tensão: 99 a 242 (V). Potência: 36 (W). Frequência: 24 a 30 (KHz). INCLUSO INSTALAÇÃO, LAUDO DE CALIBRAÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
321	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO – ULTRASSOM PEÇA DE MÃO Aspecto Físico: Peça De Mão Indicação: Periodontia Fonte: Pneumático Instalação: Encaixe Borden Componentes Adicionais: Ponteiras Dispositivo que possui ponta que oscila (frequência de 3000-8000 Hz) (pressão de ar: 2,46Kg/cm² = 35 lbs psi) em seu sistema transdutor. encaixe ao equipo se dá através do modelo de conexão borden. O corpo possui diâmetro de 16.5mm e seu comprimento total (sem ponta) é de aproximadamente 116 mm “borden” e 122 mm “midwest”. Instrumento autoclavável a 135 °C, instrumento de mão utilizado no	410409	52929-410409	UN	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	desgaste e remoção de tártaro, na profilaxia dental, na remoção de placas e cálculos supra e subgengivais, na remoção e diminuição do biofilme mineralizado e não mineralizado. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
322	VASELINA SÓLIDA BISNAGA 30G Vaselina Solida e um produto indicado como emoliente. No tratamento de rachaduras da pele, como umectante. Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade. Na odontologia, isola a resina acrílica de tecidos bucais.	SEM CATMAT	48302-1	UN	30
323	VERNIZ DENTÁRIO – VERNIZ COM FLÚOR Verniz Dentário Composição: C/ Fluoreto De Sódio Verniz com flúor contendo 5% de fluoreto de sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma base adesiva de resinas naturais. Solvente: álcool etílico apresentação estojo contendo 1 frasco de vidro com 10 ml/ de verniz com flúor, 1 frasco de plástico contendo 10 ml de solvente para o verniz com flúor e instrução de uso.	428166	53005-428166	FR	150
324	VERNIZ DENTÁRIO – VERNIZ FORRADOR CAVIDADES Verniz Dentário Tipo: Cavitário Composição: Resina E Solvente Líquido claro ou ligeiramente amarelado, volátil, com forte odor característico, composto de 8 g% de nitrocelulose; excipientes: acetato de etila e álcool etílico – cartucho contendo 1 frasco com 15 ml	429586	53005-429586	FR	100
325	EQUIPAMENTO PRÓTESE / ÓRTESE DENTAL – VIBRADOR DE GESSO Aplicação: P/ Gesso/Revestimento Características: Suporte, Controlador De Tempo, 2 Velocidades Tipo: Espatulador Composição: Motor C/ Bomba De Vácuo, Vibrador Mecânico, Cuba Voltagem: 110/220 V Utilizado para eliminar as bolhas de ar, com efeitos vibratórios nos materiais de moldagem e revestimento de gesso. Possui potenciômetro para uma melhor escolha do nível de vibração. Luz piloto indicadora de que o equipamento está ligado. Bandeja removível para facilitar a limpeza após o trabalho. Peso líquido: 1.280 kg. Peso bruto: 1.376 kg. Voltagem: 110 V / 220 V com chave seletora. Frequência: 50/60 hz. Potência: 40w. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE NO MÍNIMO 12 MESES E	419101	52930-419101	UN	01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

	MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.				
--	------------------------------------	--	--	--	--

2. DAS JUSTIFICATIVAS E FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Atualmente, o Setor de Saúde Bucal realiza um conjunto de ações, serviços e estratégias relacionadas a odontologia, de alta relevância para a saúde pública municipal, contemplando diagnósticos, tratamentos e educação em saúde. Esses serviços são ofertados nos 41 (quarenta e um) consultórios distribuídos no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e nas Unidades Básicas de Saúde – UBS.

2.2. A Atenção Primária à Saúde – APS conta hoje com 37 consultórios odontológicos divididos em suas UBS's, que são responsáveis pelos atendimentos de urgências e procedimentos básicos como: restaurações, profilaxias, raspagens, exodontias e educação em saúde bucal, contabilizando uma média de 5.808 atendimentos /mês.

2.3. O CEO – Centro de Especialidades Odontológicas, é responsável pela prestação de serviços aos usuários do SUS que necessitam de serviços especializados odontológicos, por encaminhamento da Unidade Básica de Saúde. O CEO possui 05 especialidades em seu quadro, sendo elas: PNE, periodontia, cirurgia buco maxilofacial, estomatologia, e endodontia, ofertando serviços odontológicos especializados a população, contabilizando 255 atendimentos/mês. O Setor de Saúde Bucal também conta com serviço de prótese dental com 55 atendimentos/mês, e radiologia odontologia com 280 atendimentos/mês.

2.4. O Setor de Saúde Bucal também oferta aos seus usuários serviço de prótese dental e de radiologia odontológica. Por fim, para o abastecimento e funcionamento dos serviços odontológicos, tendo em vista a necessidade em atender o Setor, cujas demandas são contínuas, destaca-se a importância da utilização de materiais, insumos, instrumentos e equipamentos odontológicos que são itens de notória importância e dessa forma faz-se necessário pensar em alternativas para a manutenção do referido setor pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, de modo que não venha faltar nenhum material, evitando assim paralisação dos serviços de saúde bucal pública.

2.5. Após levantamento do mercado reconhece-se que a solução mais vantajosa para a Administração Pública é a AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS, INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS que se constitui, no atual cenário, a melhor opção de contratação para atender as demandas das atividades da Administração Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

2.6. Com a aquisição pretendida, as demandas da Secretaria de Saúde serão atendidas em tempo hábil, evitando assim o desabastecimento da rede e a precariedade nos atendimentos, reduzindo custos com tratamentos odontológicos prolongados e dando mais qualidade na prestação de serviços pelo município.

2.7. Com o intuito de manter a prestação dos serviços e os atendimentos aos usuários do SUS, reforçamos a necessidade de aquisição dos itens constantes na tabela constante no item 1.1 deste Termo, tendo em vista a demanda específica do município.

2.8. Justifica-se a contratação pelo período de 2 (dois) anos por tratar-se de fornecimento de natureza contínua, em conformidade com o art. 106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 107. A opção pela contratação também se dá pelo fato do município já possuir materiais odontológicos em Atas de Registro de Preços decorrentes de licitações realizadas pelo ICISMEP, das quais o município é coparticipante. Portanto, a seleção dos itens a serem adquiridos, suas quantidades, bem como as suas descrições que ficaram a cargo do Setor de Saúde Bucal, foi realizada através de planejamento prévio por meio da racionalização, análise dos saldos das atas vigentes e dos atuais fornecedores, e ainda, do levantamento das demandas, de forma a atender às necessidades do município e evitar a falta ou desabastecimento destes materiais.

2.9. Nos pedidos a serem realizados, quando houver mais de uma opção de ata/contrato, priorizamos pelo menor preço, posto isto, as quantidades aqui previstas foram reduzidas para evitar o desperdício e levando-se em consideração a economicidade.

2.10. A adoção de um prazo de vigência contratual mais extenso se torna mais vantajosa devido a redução do custo administrativo correspondente à instrução de um novo processo licitatório a cada ano e dos processos de prorrogação contratual. No caso de um contrato assinado para vigorar por apenas 12 (doze) meses, a administração teria que efetuar uma prorrogação para atingir 24 (vinte quatro) meses e até 4 (quatro) instruções de renovação (prorrogação) até atingir o limite de 60 (sessenta) meses. Já o contrato com vigência inicial por mais anos, a necessidade de se fazer prorrogações seria reduzida ou dependendo do saldo das quantidades não haveria necessidade de nenhuma prorrogação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

2.11. De mais a mais, quanto maior for a quantidade de prorrogações, maior será o risco de uma empresa se encontrar sancionada justamente durante o período de renovação, o que poderia, a depender da natureza e dos efeitos da penalidade, impedir a prorrogação pretendida pela administração. Em muitos casos, a vigência alongada é extremamente vantajosa, por ex., evita acionar a máquina pública a cada prorrogação, a possibilidade de restrições que impeçam o aditivo, etc. Assim, a adoção de prazos mais dilatados para contratos continuados relacionando-se inclusive com a dimensão social do princípio do desenvolvimento sustentável, compreende uma solução mais eficiente.

2.12. No que se refere ao argumento segundo o qual a contratação por período inicial de 12 (doze) meses permite à administração a utilização da faculdade em prorrogar a avença como instrumento de cobrança de qualidade na prestação do serviço/fornecimento, entendemos que haveria neste caso uma distorção no instrumento da renovação contratual, que não se presta a esse tipo de objetivo. Nos casos em que a administração estiver insatisfeita com a execução do objeto contratual, ela deve se valer dos meios apropriados, previstos no termo de contrato, para impor ao contratado as notificações e, se for o caso, as punições cabíveis, não excluindo a possibilidade de rescisão contratual antecipadamente. Uma vez que a execução do objeto está sendo feita satisfatoriamente é economicamente vantajoso firmar um contrato a longo prazo, para garantir a permanência da empresa contratada, beneficiando ambas as partes.

2.13. O contrato inicial para 2 (dois) anos permitirá a Administração planejar em um prazo mais longo e poder focar nas atividades fins essenciais desenvolvidas por cada setor e secretaria, assim como em melhorias e ampliação em outras áreas sem ter que dispensar tempo, mão de obra entre outras despesas no burocrático processo licitatório referente ao mesmo objeto todo ano, evitando assim, riscos de não lograr êxito nas licitações, pressa para iniciar novos procedimentos, falhas, gastos, desperdícios e na pior das hipóteses desabastecimento e paralisação de atividades essenciais causando transtornos aos usuários e à administração.

2.14. Dessa forma, resta comprovado o benefício desta contratação para a Administração Municipal. Trata-se, portanto, de uma obrigação relacionada ao princípio da eficiência administrativa, na medida em que ao contrário, a administração poderia onerar desnecessariamente os cofres públicos com custos diretos e indiretos que poderiam, talvez, ser reduzidos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

2.15. Podemos complementar justificando dentre as vantagens econômicas vislumbradas na contratação para 2 (dois) anos, em atendimento ao inciso I do art. 106 da Lei, a diluição de custos e economia de escala, o que proporciona uma proposta de menor valor para a Administração Pública, a redução das assimetrias informacionais acerca do contratado e da execução contratual, a ampliação da competitividade no certame, a geração de estabilidade e economia pela amortização de investimentos, o relacionamento duradouro, de parceria e de confiança com o contratado, além da redução dos custos processuais com sucessivas renovações.

2.16. Salientamos que já é de praxe desta Administração, a cada novo exercício, a informação das novas rubricas orçamentárias que custearão os contratos com vigência superior ao ano corrente, em atendimento ao disposto no inciso II do art. 106 da Lei 14.133/2021. A vantagem da manutenção dos créditos orçamentários prevista, entendemos que se dá devido ao fato do planejamento prévio da contratação alongada e sua vantagem já justificada, e ainda, a existência de recursos capazes de garantir a continuidades das despesas, uma vez que conforme disposto no inciso III do mesmo artigo a Administração poderá extinguir tal contrato quando o mesmo não lhe oferecer mais vantagem ou não houver mais orçamento para financiamento do mesmo.

2.17. Justificamos que foram observadas todas as diretrizes previstas no art. 106 da Lei n.º 14.133/2021 referentes à fase de planejamento e declaramos que serão observadas também posteriormente referente à fase de execução dos contratos.

2.18. Justifica-se a não realização DE EXCLUSIVIDADE e DE COTAS RESERVADAS para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, pelo fato de que a exclusividade e/ou separação por cotas **poderá representar prejuízo/fracasso ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado**, e o fracasso desta licitação acarretará grandes prejuízos na prestação de serviços de saúde bucal à população de Pará de Minas atendidos na Rede, podendo inclusive levar a paralisação dos serviços, colocando em risco a saúde da população carente que necessita destes atendimentos pelo SUS.

2.19. Portanto, não se aplicará o disposto no art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006 quando o tratamento diferenciado e simplificado não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado (art. 49, inc. III).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

2.20. Vejamos, o disposto no inciso III do artigo 49 da Lei Complementar n.º 123, que prevê a possibilidade de justificativa a fundamentar a não realização de licitação com tratamento diferenciado:

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:

(...)

III – o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser com tratado;

2.21. Ou seja, apesar da Lei Complementar n.º 123, em seu artigo 48, incisos I e III, preverem a obrigatoriedade, conforme:

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:

I – deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei Complementar n.º 147, de 2014);

(...)

III – deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. (Redação dada pela Lei Complementar n.º 147, de 2014)

2.22. O que se observa é que a Lei Complementar 123/2006 visa ampliar a participação das MPE's nas licitações, mas não elevar a hipossuficiência econômica das mesmas acima do interesse público. Dessa forma, é importante sopesar princípios pertinentes ao presente certame como o da competitividade, da economicidade e da eficiência, buscando-se "assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

vantajoso para a Administração Pública” conforme é vislumbrado no artigo 11, inc. I da Lei n.º 14.133/21.

2.23. Destarte, na presente licitação não desampara as ME/EPP, contemplando o critério de desempate ficto, oportunizando equilíbrio na disputa com as demais empresas: *“Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte”* (art. 44, LC 123/06) e assim *“assegurar tratamento isonômico entre os licitantes”* (art. 11 inc. II. Lei 14.133/21).

2.24. Os produtos a serem adquiridos enquadram-se na classificação para aquisição de bens e serviços comuns, nos termos do artigo 6º inciso XIII da Lei nº 14.133/21, tendo em vista que poderão ser adquiridos com base no preço final, já que, não necessitam de uma avaliação minuciosa. Ademais a descrição e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado, conforme descrito neste Termo de Referência, por outro lado, os bens pretendidos não se enquadram como contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO, nos termos do Art. 28, I c/c Art. 33, I e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

2.25. Justifica-se o parcelamento, tendo em vista o objeto ser divisível e não haver prejuízo para o conjunto a ser contratado, nos termos do art. 47, inciso II, da Lei 14.133/2021. A realização de contratação por itens ou lotes encontra previsão no art. 40, § 2º da Lei nº 14.133/2021, desde que (I) o objeto seja divisível econômica e tecnicamente; (II) não reste comprometida a integridade do objeto da contratação e (III) a divisão não culmine na elevação desproporcional dos preços.

2.26. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto desta aquisição, tendo em vista sua baixa complexidade, nos termos art. 122, § 2º da Lei 14.133/2021, em que se observam os princípios da conveniência e do interesse público.

2.27. A subcontratação do objeto pelo contratado necessita de autorização expressa da Administração, cujas regras devem estar estabelecidas no edital, e em seu parágrafo 2º a Lei permite também a vedação. Neste cenário, a vedação se dá devido ao caráter simples dos objetos e por referir-se a uma contratação por item, sendo que a



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

impossibilidade de subcontratação não está restringindo a competitividade no certame e não traz prejuízos uma vez que há no mercado fornecedores suficientes e capazes de executar os objetos em sua totalidade.

2.28. Não será exigida a prestação de qualquer modalidade de garantia para a execução contratual, entendendo-se que a fiscalização contratual já se revela suficiente para garantir o cumprimento das obrigações assumidas em conformidade com o estabelecido nas especificações do Termo de Referência, edital e contrato, podendo utilizar-se de meios sancionatórios caso haja descumprimento, sendo portanto, dispensada a garantia da execução.

2.29. Os produtos a serem adquiridos enquadram-se na classificação para aquisição de bens e serviços comuns, nos termos do artigo 6º inciso XIII da Lei nº 14.133/21, tendo em vista que poderão ser adquiridos com base no preço final, já que, não necessitam de uma avaliação minuciosa. Ademais a descrição e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, conforme descrito neste Termo de Referência, por outro lado, os bens pretendidos não se enquadram como contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO, nos termos do Art. 28, I c/c Art. 33, I da Lei nº 14.133/2021.

2.30. Justificamos que na execução dos contratos oriundos desta licitação é vedado ao Contratado a subcontratação dos objetos, devido sua natureza comum e caráter simples, e por tratar-se de ato discricionário dependente de autorização da Administração, regulado pelo art. 122, § 2º da Lei 14.133/2021, em que se observam os princípios da conveniência e do interesse público.

2.31. A subcontratação do objeto pelo contratado necessita de autorização expressa da Administração, cujas regras devem estar estabelecidas no edital, e em seu parágrafo 2º a Lei permite também a vedação. Neste cenário, a vedação se dá devido ao caráter simples dos produtos, sendo que a impossibilidade de subcontratação não está restringindo a competitividade dos certames e não traz prejuízos, uma vez que há no mercado número suficiente de fornecedores capazes de executar os objetos em sua totalidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

2.32. Ainda, por tratar-se de contratação de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, não será exigida a prestação de qualquer modalidade de garantia para a execução contratual, entendendo-se que a fiscalização contratual já se revela suficiente para garantir o cumprimento das obrigações assumidas em conformidade com o estabelecido nas especificações do Termo de Referência, edital e contrato, podendo utilizar-se de meios sancionatórios caso haja descumprimento, sendo portanto, dispensada a garantia da execução.

2.33. O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis e ao considerar ainda o interesse e conveniência do Município. Por fim, as medidas aqui previstas se encontram fundamentadas principalmente nos princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da motivação, da competitividade, da celeridade e da economicidade.

3. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E DISPONIBILIDADE DE RECURSO E RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

3.1. Em conformidade com exigência legal, será disponibilizada Tabela de Valores Referenciais, anexa ao edital, baseada nos preços obtidos através de pesquisa de preços realizada em conformidade com o Decreto Municipal n.º 12.371/2022.

3.2. As despesas serão custeadas com recursos de dotação própria do orçamento vigente, a saber:

- Secretaria Municipal de Saúde:
391 – 02.009.10.301.0022.2124.3.3.90.30.00
397 – 02.009.10.301.0022.2124.4.4.90.52.00

3.3. O valor estimado total do processo é de **R\$ 2.842.807,31 (dois milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e sete reais e trinta e um centavos)** para 2 (dois) anos.

4. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO, PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

4.1. Os itens deverão ser entregues em até **15 (quinze) dias** após o recebimento da Solicitação de Fornecimento, no local a ser informado na Solicitação, devendo o fornecedor agendar a entrega pelo telefone (37) 3231-7859, com o Setor Almoxarifado Central da Secretaria de Saúde, localizado na Rua Frei Lourenço, n.º 89, Bairro Providência, no horário de 07:00 às 11:00 e de 12:30 às 15:00 horas.

4.1.1. O fornecedor deverá prestar garantia e assistência técnica de no mínimo 12 meses para todos os equipamentos a partir da data de entrega e instalação.

4.1.2. O fornecedor deverá também fornecer a instalação e calibração, incluindo insumos e peças se necessário, para entregar os equipamentos em perfeito funcionamento.

4.1.3. No ato da instalação dos equipamentos a empresa deverá apresentar Certificado de Responsabilidade Técnica do profissional junto ao Conselho de classe de competência, em situação válida e ativa.

4.1.4. Os fornecedores deverão, nos casos de insumos perecíveis, entregar de forma parcelada.

4.2. O recebimento será efetivado nos seguintes termos:

- **PROVISORIAMENTE:** para efeito de posterior verificação do produto ofertado com as especificações constantes neste Termo de Referência (Conferência da área técnica);
- **DEFINITIVAMENTE:** após a verificação da qualidade e quantidade do produto e consequente aceitação pelo Setor Competente (área técnica da Secretaria).

4.3. Os itens deverão ser entregues em embalagens apropriadas, contendo especificações do fabricante, lote, data de fabricação, validade se for o caso e manual de instruções em português para os equipamentos.

4.4. O prazo de validade dos produtos deverá ser de no mínimo 06 meses a contar da data do seu recebimento.

4.5. O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por conta exclusiva das empresas vencedoras, sem qualquer custo adicional. Caso o produto seja



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em quantidade inferior ao estabelecido, a empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 48 horas.

4.6. No ato do recebimento dos produtos será realizada a conferência de todos os itens fornecidos. Os produtos deverão estar devidamente acondicionados em embalagens lacradas, que garantam o seu perfeito recebimento.

4.7. O fornecedor deverá garantir a substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações. E na sua substituição a reposição deverá ser por outro com especificações técnicas iguais ou superiores, e com aprovação técnica.

4.8. Não serão aceitos produtos com embalagens violadas ou com avarias, ocasionadas durante o seu transporte, devendo estes, serem trocados por outros, em perfeito estado de acordo com as especificações descritas.

4.9. A garantia destes produtos será conforme o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.

4.10. O fornecedor responsabiliza-se pelo fiel cumprimento da entrega no prazo estabelecido neste Termo de Referência, em conformidade com as descrições apresentadas.

4.11. O não cumprimento do estabelecido neste Termo de Referência acarretará ao fornecedor, as penalidades legais cabíveis.

5. DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO(S) CONTRATO(S)

5.1. A Administração Municipal, através dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, designados na Portaria n.º 21.016/2023, terá amplos poderes para acompanhar, inspecionar, fiscalizar e exercer controle sobre as obrigações assumidas pelo fornecedor.

5.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

5.3. O gestor do contrato, será o servidor, com atribuições administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, designado conforme Portaria nº 21.016/2023, e será informado no ato da contratação. É de sua competência, dentre outras:

- I – analisar a documentação que antecede o pagamento;
- II – analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;
- III – analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato;
- IV – analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;
- V – acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado;
- VI – decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços.

5.4. Entende-se que a fiscalização e gestão do contrato serão suficientes para garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, em conformidade com as especificações deste Termo de Referência, podendo a Administração utilizar-se de meios sancionatórios caso haja descumprimento.

6. DA VIGÊNCIA DO(S) CONTRATO(S)

6.1. O(s) contrato(s) decorrente(s) terá(ão) vigência de **2 (dois) anos**, a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado(s) de acordo com o art. 107 da Lei n.º 14.133/2021.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após cada entrega efetivamente realizada, mediante apresentação da Nota Fiscal, conforme Solicitação de Fornecimento, aceitação e atesto do responsável pelo recebimento dos produtos.

8. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

8.1. Receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local, data e horário;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

8.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

8.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através do servidor especialmente designado;

8.5. Efetuar o pagamento no valor correspondente ao fornecimento do objeto, prazo e forma previstos neste Termo de Referência, após a apresentação, aceitação e atesto do(s) responsável(eis) pelo recebimento e conferência dos produtos e emissão de nota fiscal, desde que cumpridas as demais exigências e formalidades previstas em lei e em contrato.

9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1. Entregar o objeto licitado conforme especificações deste Termo, e em consonância com a proposta de preços apresentada, em embalagens apropriadas, bem como com o contrato decorrente do certame, contendo especificações do fabricante, lote, data de fabricação e validade se for o caso;

9.2. Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.3. Substituir imediatamente, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificar vício, adulteração ou incorreção;

9.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao Município e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto deste certame;

9.5. Arcar com todas as despesas com transporte, impostos, sobretudo taxas, ou quaisquer outros acréscimos legais que correrão por conta exclusiva da empresa vencedora;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

9.6. Emitir Nota Fiscal a cada entrega, conforme Solicitação de Fornecimento, constando os dados bancários da empresa, que deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde;

9.7. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante Solicitação de Fornecimento da Unidade Requisitante, a qual poderá ser feita por e-mail ou fax, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, a marca homologada, o local para a entrega e o responsável pela emissão;

9.8. Cumprir todas as condições e prazos fixados no edital ou outros que venham a ser fixados pelo Município, assim como favorecer e garantir a qualidade do objeto;

9.9. Garantir a substituição, troca ou reposição dos equipamentos porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações. E na sua substituição a reposição deverá ser por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores e com aprovação técnica;

9.10. Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do objeto, durante toda a sua vigência;

9.11. Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do objeto;

9.12. Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada no edital, e suas cláusulas, preservando o município de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da Contratada;

9.13. Responsabilizar-se pela carga, descarga e instalação se for o caso dos produtos.

10. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021, quais sejam:

10.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

10.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

10.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

10.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

10.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

10.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

10.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

10.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

10.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subíntes anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

- a) Advertência, que será aplicada exclusivamente pela infração administrativa do subitem 10.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 10.1.1 a 10.1.12;
- c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6 e 10.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.8 a 10.1.12 bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

10.3. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante, conforme previsto no artigo 156, § 9º da Lei nº 14.133/2021.

10.4. Todas as sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme dispõe o artigo 156, § 7º da Lei nº 14.133/21.

10.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, conforme previsto no artigo 156, § 8º da Lei nº 14.133/2021, se for o caso.

10.6. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do artigo 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.7. Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

d) os danos que dela provierem para o Contratante.

10.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do artigo 163 da Lei nº 14.133/2021.

10.9. A aplicação das penalidades acima descritas poderão ser aplicadas sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o capítulo II-B do Título XI do Código Penal.

11. DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto desta aquisição, nos termos art. 122, § 2º da Lei 14.133/2021, em que se observam os princípios da conveniência e do interesse público.

12. DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução derivada deste Pregão Eletrônico, tipificada no artigo 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

13. DA DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.1. De acordo com a complexidade do objeto do futuro contrato, que não se verifica pela simples descrição da contratação, mas pela natureza implícita dos elementos que a compõe, das condições locais gerais e particulares, das necessidades da Administração com fito de garantir a boa prestação dos serviços públicos à sociedade, invocando-se, como fundamento, o art. 37 inciso XXI, da CF, que alude a “exigências de qualificação técnica”, e ao art. 67 da Lei 14.133/2021, é inteiramente razoável a exigência mínima abaixo para a fase de HABILITAÇÃO, devendo as empresas apresentarem a seguinte documentação exigível pela Vigilância em Saúde e prevista na legislação especial:

1 – Alvará de Licença Sanitária ou Documento equivalente, que comprove situação ativa, emitido pela Vigilância Sanitária Municipal ou órgão de competência, do Licitante, para todos os itens contantes na tabela do item 1.1 deste Termo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Dr. Aloísio Procópio Lobato Menezes, n.º 1.046, Bairro Senador Valadares, CEP: 35661-028
Telefone: (37) 3233-5814/3233-5823

2 – Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE expedida pela ANVISA/MS, da Licitante em situação válida e ativa, sendo viável emissão de consulta da base de dados da ANVISA, onde consta a situação, não sendo necessário apresentar cópia de publicação do DOU, **exceto** para o item 253 da tabela do item 1.1 deste Termo de Referência;

3 – Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE expedida pela ANVISA/MS, do Fabricante em situação válida e ativa, sendo viável emissão de consulta da base de dados da ANVISA, onde consta a situação, não sendo necessário apresentar cópia de publicação do DOU, **exceto** para os itens: 25, 32, 35, 36, 169, 170, 204, 205, 239, 250, 252, 269 e 301 da tabela do item 1.1 deste Termo de Referência;

4 – Registro do Produto no Ministério da Saúde, em situação válida, sendo viável emissão de consulta da base de dados da ANVISA/ MS, onde consta a situação, não sendo necessário apresentar cópia de publicação do DOU, **exceto** para os itens: 25, 32, 35, 36, 169, 170, 204, 205, 239, 250, 252, 269 e 301 da tabela do item 1.1 deste Termo de Referência.

Observação: Para itens que possivelmente sejam isentos de quaisquer documentações técnicas aqui exigidas, a empresa deverá apresentar documentação com validade na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou VISA local que comprove a isenção. Essa documentação poderá ser: Legislação, informação disponível no site da ANVISA, protocolo e afins.

Pará de Minas, 13 de novembro de 2023.

Viviane da Silva Santos

Coordenadora Técnica/Setor de Compras-SMS
Responsável pela elaboração do Termo de Referência

Camila Keli Silva

Coordenadora da Saúde Bucal

Wagner Magesty Silveira

Secretário Municipal de Saúde

Assinantes

- ✓ **VIVIANE DA SILVA SANTOS**
Assinou em 24/01/2024 às 12:44:55 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, VIVIANE DA SILVA SANTOS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

- ✓ **Camila Keli Silva**
Assinou em 24/01/2024 às 13:56:51 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, Camila Keli Silva, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

- ✓ **WAGNER MAGESTY SILVEIRA**
Assinou em 24/01/2024 às 16:08:41 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, WAGNER MAGESTY SILVEIRA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

M12**60L****J4K****2Q4**