



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Doutor Olavo Vilaça, 1.121, Senador Valadares
CEP: 35661-045 – Telefone: (37) 3233-5823

Ofício nº 297/2026

Ao Pregoeiro

Senhor Anderson José Guimarães Viana

Prezado Senhor,

Com cordiais cumprimentos, e após o recebimento das amostras referentes aos lotes 04 e 14, encaminhadas pela empresa SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 2.927.876/0001-67, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 03/2026, cujo objeto consiste na aquisição de materiais médico-hospitalares, informa-se que, após análise técnica, foram constatadas divergências entre as amostras apresentadas e os descritivos constantes no Edital.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o instrumento convocatório estabelece que “as amostras deverão ser acondicionadas em suas embalagens originais, devidamente identificadas com: número do lote, número do item, número do processo e nome do fornecedor”.

Entretanto, verifica-se que a empresa não procedeu à devida identificação das amostras entregues, deixando de constar qualquer informação que permita sua correta vinculação ao lote e ao processo licitatório em questão.

Ademais, a empresa também não encaminhou, acompanhado das amostras, a prova de qualidade do produto, conforme expressamente exigido no edital, o que impossibilita a adequada verificação do atendimento aos requisitos técnicos estabelecidos no instrumento convocatório.

Ademais, na análise técnica das amostras, foram constatadas as seguintes divergências:

LOTE 04:

O edital estabelece que as ataduras constantes neste lote deverão ser fabricadas com material 100% algodão. Entretanto, na análise da amostra apresentada, constatou-se que as ataduras ofertadas possuem a seguinte composição: 80% algodão, 4% elastano e 16% poliéster, em desacordo com a especificação expressamente prevista no instrumento convocatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Doutor Olavo Vilaça, 1.121, Senador Valadares
CEP: 35661-045 – Telefone: (37) 3233-5823

Verificou-se, ainda, divergência quanto ao peso das amostras apresentadas em todos os itens do lote, conforme demonstrado a seguir:

ITEM	PESO SOLICITADO NO EDITAL	PESO DAS AMOSTRAS APRESENTADAS
19	13,3gr	6,9gr
20	17,8gr	9,2gr
21	21,8gr	11,5gr
22	26,00gr	13,8gr
23	32,7gr	17,25gr
24	42,8gr	23,00gr

Observa-se que os pesos aferidos nas amostras são significativamente inferiores aos valores estabelecidos no edital, evidenciando inconformidade técnica em relação às especificações previamente definidas.

LOTE 14:

No que se refere aos Itens 58 e 59, o edital estabelece que as compressas deverão possuir 13 fios/cm, entretanto, ao proceder à análise das amostras apresentadas, utilizando-se lupa conta-fios, constatou-se que, em 05 (cinco) compressas analisadas, foi verificada a presença de 12 fios/cm, quantidade inferior à especificação prevista no instrumento convocatório.

Diante das informações supracitadas e das inconformidades constatadas na análise das amostras e da documentação exigida, informa-se que a empresa SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. encontra-se **DECLASSIFICADA** em relação aos lotes 04 e 14, por não atender às exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários e renovo votos de elevada estima e confiança.

Atenciosamente,

Michelle Laila Rodrigues
Enfermeira e Apoio Técnico – SMS



Assinantes

- ✓ MICHELLE LAILA RODRIGUES
Assinou em 03/03/2026 às 11:08:21 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, MICHELLE LAILA RODRIGUES, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o código abaixo:

20W**6GG****YLL****GDY**