



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Doutor Olavo Vilaça, 1.121, Senador Valadares
CEP: 35661-045 – Telefone: (37) 3233-5823

Ofício nº 293/2026

Ao Pregoeiro

Senhor Anderson José Guimarães Viana

Prezado Senhor,

Com cordiais cumprimentos, e após o recebimento das amostras referentes ao Lote 13, encaminhadas pela empresa **PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.888.187/0001-72, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 03/2026, cujo objeto consiste na aquisição de materiais médico-hospitalares, informa-se que, após análise técnica, foram constatadas divergências entre as amostras apresentadas e os descritivos constantes no Edital.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a empresa não encaminhou, acompanhada das amostras, a prova de qualidade do produto, conforme expressamente exigido no instrumento convocatório, impossibilitando a verificação do atendimento aos requisitos técnicos estabelecidos.

Ademais, na análise técnica das amostras, foram constatadas as seguintes divergências:

ITEM 56

O edital estabelece que o produto deve ser “com campo radiopaco”. Entretanto, na análise da amostra apresentada, não foi possível identificar tal característica, não havendo indicação visível ou comprovação que demonstre o atendimento a essa exigência.

No que se refere ao peso unitário, o descritivo prevê que cada unidade deve possuir 25 (vinte e cinco) gramas. Contudo, foram pesadas 03 (três) amostras, obtendo-se os seguintes resultados: 12,9 g; 13,1 g; e 13,0 g, valores que se mostram divergentes do especificado no edital.

Por fim, quanto às dimensões, o produto deveria apresentar medidas de 45 x 50 cm. Todavia, ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Doutor Olavo Vilaça, 1.121, Senador Valadares
CEP: 35661-045 – Telefone: (37) 3233-5823

serem aferidas 03 (três) amostras, foram constatadas as seguintes medidas: 40 x 39 cm; 40 x 40 cm; e 40 x 39 cm, igualmente em desacordo com o descritivo estabelecido.

ITEM 57:

As divergências identificadas neste produto também se referem ao peso e às dimensões exigidas no descritivo técnico.

Conforme previsto no edital, o peso unitário deveria ser de 20 (vinte) gramas. Entretanto, ao serem aferidas 03 (três) amostras apresentadas pela empresa, foram constatados os seguintes pesos: 10,1 g; 10,2 g; e 10,1 g, valores que se mostram significativamente inferiores ao parâmetro estabelecido.

No tocante às dimensões, o descritivo determina que o produto possua medidas de 25 x 28 cm. Todavia, ao proceder à medição de 03 (três) unidades, foram verificadas as seguintes dimensões: 31 x 25 cm; 31 x 24 cm; e 31 x 25 cm, igualmente divergentes da especificação prevista no edital.

Diante das informações supracitadas e das inconformidades constatadas na análise das amostras e da documentação exigida, informa-se que a empresa PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. encontra-se **DESCCLASSIFICADA** em relação ao Lote 13, por não atender às exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários e renovo votos de elevada estima e confiança.

Atenciosamente,

Michelle Laila Rodrigues
Enfermeira e Apoio Técnico – SMS



Assinantes

✓ MICHELLE LAILA RODRIGUES

Assinou em 03/03/2026 às 11:05:23 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, MICHELLE LAILA RODRIGUES, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o código abaixo:

341

RZZ

JV3

G2G