



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Doutor Olavo Vilaça, 1.121, Senador Valadares
CEP: 35661-045 – Telefone: (37) 3233-5823

Ofício nº365 /2026

Ao Pregoeiro

Senhor Anderson José Guimarães Viana

Prezado Senhor,

Com cordiais cumprimentos, e após o recebimento das amostras referentes aos lotes 13 e 14, encaminhadas pela empresa DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA., inscrita no CNPJ sob o nº 20.235.404/0001-71, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 03/2026, cujo objeto consiste na aquisição de materiais médico-hospitalares, informa-se que, após análise técnica, foram constatadas divergências entre as amostras relativas ao lote 14 e as especificações técnicas estabelecidas no Edital.

Ressalta-se que foram analisadas 03 (três) amostras de cada item integrante do lote 14, sendo realizada a verificação comparativa entre os produtos apresentados e os descritivos técnicos constantes no instrumento convocatório.

Durante a análise, foram identificadas as seguintes inconformidades, conforme exposto a seguir:

ITEM 58:

O Edital estabelece que a **COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL** deverá apresentar as seguintes dimensões: 7,5 cm x 7,5 cm quando fechada e 7,5 cm x 30 cm quando aberta.

Entretanto, após a análise das amostras apresentadas pela empresa, constatou-se que as dimensões aferidas divergem das especificações estabelecidas no Edital, tendo sido verificadas medidas aproximadas de 7 cm x 7 cm quando fechadas, portanto inferiores ao mínimo exigido, e 15 cm x 27,5 cm quando abertas, também divergentes das dimensões previstas no instrumento convocatório. Ressalta-se que todas as 03 (três) amostras analisadas apresentaram as mesmas medidas, evidenciando a incompatibilidade do produto ofertado com as especificações técnicas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Doutor Olavo Vilaça, 1.121, Senador Valadares
CEP: 35661-045 – Telefone: (37) 3233-5823

exigidas.

ITEM 59

O Edital estabelece que a **COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL** deverá possuir dimensão de 7,5 cm x 7,5 cm. Contudo, ao proceder à análise das amostras apresentadas, verificou-se que duas amostras apresentaram medidas aproximadas de 7,5 cm x 7,0 cm e uma amostra apresentou medida de 7,5 cm x 6,5 cm, estando, portanto, em desacordo com a dimensão mínima exigida no instrumento convocatório.

Ademais, o Edital também estipula que as compressas deverão possuir densidade de 13 fios/cm. Entretanto, ao realizar a verificação por meio de lupa conta-fios, constatou-se que nas amostras analisadas foi verificada a presença de apenas 09 e 10 fios/cm, quantitativo inferior ao especificado no Edital.

Diante das informações supracitadas e das inconformidades constatadas na análise das amostras e da documentação exigida, informa-se que a empresa DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA encontra-se **CLASSIFICADA** para o lote 13 e **DESCLASSIFICADA** em relação ao lote 14, por não atender às exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários e renovo votos de elevada estima e confiança.

Atenciosamente,

Michelle Laila Rodrigues
Enfermeira e Apoio Técnico – SMS



Assinantes

✓ MICHELLE LAILA RODRIGUES

Assinou em 16/03/2026 às 08:00:50 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, MICHELLE LAILA RODRIGUES, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o código abaixo:

ZQ9

100

EYP

O90