

Folha: 1

Número da Cotação:000074 - 2024		Elaborada por: rodrigo				
Data de Início: 25/04/2024		Tipo de Apuração:Menor Preço - Item		Data da Apuração: 08/05/2024		
Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos						
				Valor Médio		Valor Médio
Item	Código	Descrição do Produto	Propostas	Unitário	Quantidade	Total
0001	01018212	AUTOCLAVE- 21L -	Consumo	1	3.450.0000	27.600.0000
Especificação: AUTOCLAVE- 21L - CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO E AÇO INOX, SEM RISCO DE OXIDAÇÃO.* CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX, ISOLADA COM MANTA DE LÃ DE VIDRO.* ESPAÇO SUFICIENTE PARA ESTERILIZAÇÃO DE CAIXAS E EMBALAGENS CIRÚRGICAS.* SUPORTE COM DUAS BANDEJAS EM ALUMÍNIO, PERFURADAS, REMOVÍVEIS.* EFICIÊNCIA BASEADA EM TRÊS FATORES: TEMPERATURA DO VAPOR SATURADO DA ÁGUA, TEMPO DE EXPOSIÇÃO E PRESSÃO DE EFEITO LETAL PARA QUALQUER MICROORGANISMO.* PORTA DA CÂMARA EM ALUMÍNIO FOSCO, RESISTENTE À PRESSÃO.* SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA COM GUARNIÇÃO DE SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, RESISTENTE À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA E PRESSÃO.* PORTA COM BARREIRA EXTERNA QUE EVITA O CONTATO COM PARTES QUENTES E VAPORES.* ABASTECIMENTO MANUAL DA CÂMARA. * VÁLVULA COM ABERTURA AUTOMÁTICA CASO A PRESSÃO DA CÂMARA ULTRAPASSE VALOR DE SEGURANÇA.* SENSOR DE AQUECIMENTO QUE DESLIGA A RESISTÊNCIA CASO A TEMPERATURA ULTRAPASSE O LIMITE AJUSTADO.* PAINEL DE COMANDO QUE INDICA ABERTURA DA PORTA E FUNCIONAMENTO DA RESISTÊNCIA.* ALIMENTAÇÃO: 127/220 V~ (COM CHAVE REVERSORA)* FREQUÊNCIA: 50/60 HZ.* PROTEÇÃO ELÉTRICA: FUSÍVEIS.* POTÊNCIA: 1700 W.* CORRENTE NOMINAL: 12A.* PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO: 1,7KGF/CM2 +- 0,4 (1,3 A 2,1KGF/CM2)* TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 128°C +- 5 (123 A 133°C)* TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO: 16 MINUTOS.* TEMPO DO CICLO COMPLETO: 60 MINUTOS APROXIMADAMENTE.* SISTEMA ELETRÔNICO: MICROCONTROLADO (TEMPO E TEMPERATURA).* QUANTIDADE DE ÁGUA NECESSÁRIA PARA CADA CICLO DE ESTERILIZAÇÃO: 350ML.* PROTEÇÃO SOBREPRESSÃO: SELO DE SEGURANÇA.* PROTEÇÃO SUBPRESSÃO: VÁLVULA DE ANTIVÁCUO.* INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANÔMETRO (PRESSÃO/TEMPERATURA)* PAINEL DE COMANDO: POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICA OPERAÇÕES/TECLAS DE COMANDO).* ABERTURA DA PORTA: SISTEMA DE DESPRESSURIZAÇÃO POR ALAVANCA.* DIÂMETRO DA CÂMARA: 240MM.* PROFUNDIDADE DA CÂMARA: 450MM.* ALTURA AUTOCLAVE: 410MM.* LARGURA AUTOCLAVE: 435MM.* PROFUNDIDADE AUTOCLAVE: 580MM.* PESO BRUTO: 33KG.* GARANTIA: 12 MESES.						
0002	01018215	BOMBA A VÁCUO -	Consumo	1	1.900.0000	5.700.0000
Especificação: BOMBA A VÁCUO - BOMBA A VÁCUO- PARA SUCÇÃO DE DETRITOS ODONTOLÓGICOS, CONJUNTO DE SUCÇÃO FALANGE+ROTOR+TAMPA, TENSÃO 110V , 127V , FILTRO LOCALIZADO NA ENTRADA DO VÁCUO, FILTRO DE SAÍDA DE DEJETOS . -SUGESTÃO GG EQUIPAMENTOS MÉDICOS , SUPERIOR OU SIMILAR.						
0003	01018231	BROCA CARBIDE 21MM CA - ESFÉRICA Nº 4	Consumo	1	5.2000	416.0000
Especificação: BROCA CARBIDE 21MM CA - ESFÉRICA Nº 4						
0004	01018232	BROCA CARBIDE 21MM CA - ESFÉRICA Nº 6	Consumo	1	5.8000	464.0000
Especificação: BROCA CARBIDE 21MM CA - ESFÉRICA Nº 6						
0005	01018227	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA ALTA ROTAÇÃO Nº 6 -	Consumo	1	8.5000	680.0000
Especificação: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA ALTA ROTAÇÃO Nº 6 -						
0006	01018228	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA ALTA ROTAÇÃO Nº 8 -	Consumo	1	8.7000	696.0000
Especificação: BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA ALTA ROTAÇÃO Nº 8 -						
0007	01018226	BROCA CHAMA DE ALTA ROTAÇÃO PONTA DIAMANTADA ESTERILIZADA EM AÇO INOX Nº 1190 FF -	Consumo	1	4.0000	320.0000
Especificação: BROCA CHAMA DE ALTA ROTAÇÃO PONTA DIAMANTADA ESTERILIZADA EM AÇO INOX Nº 1190 FF -						
0008	01018224	BROCA CHAMA DE ALTA ROTAÇÃO PONTA DIAMANTADA ESTERILIZADA EM AÇO INOX Nº 3118 FF -	Consumo	1	5.9000	472.0000
Especificação: BROCA CHAMA DE ALTA ROTAÇÃO PONTA DIAMANTADA ESTERILIZADA EM AÇO INOX Nº 3118 FF -						

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação:000074 - 2024 Elaborada por: rodrigo
Data de Início: 25/04/2024 Tipo de Apuração:Menor Preço - Item Data da Apuração: 08/05/2024
Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos

				Valor Médio		Valor Médio
Item	Código	Descrição do Produto	Propostas	Unitário	Quantidade	Total
0009	01018225	BROCA CHAMA DE ALTA ROTAÇÃO PONTA DIAMANTADA ESTERILIZADA EM AÇO INOX Nº 3195 FF - Especificação: BROCA CHAMA DE ALTA ROTAÇÃO PONTA DIAMANTADA ESTERILIZADA EM AÇO INOX Nº 3195 FF -	Consumo 1	3.8000	80.0000	304.0000
0010	01018220	BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO - Nº 02 Especificação: BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO - Nº 02 EMB. COM 5 - BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO - Nº 02 EMB. COM 5	Consumo 1	7.9000	20.0000	158.0000
0011	01018221	BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO - Nº 04 Especificação: BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO - Nº 04 EMB. COM 5 - BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO - Nº 04 EMB. COM 5	Consumo 1	7.9000	20.0000	158.0000
0012	01018222	BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO - Nº 06 Especificação: BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO - Nº 06 EMB. COM 5 - BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO - Nº 06 EMB. COM 5	Consumo 1	7.9000	20.0000	158.0000
0013	01018223	BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO - Nº 08 Especificação: BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO - Nº 08 EMB. COM 5 - BROCA DE AÇO PARA BAIXA ROTAÇÃO - Nº 08 EMB. COM 5	Consumo 1	7.9000	20.0000	158.0000
0014	01018233	BROCA DIAMANTADA Nº 1014 - PARA ALTA ROTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA, E LACRADA EM SISTEMA BLISTER. 1 UNIDADE Especificação: BROCA DIAMANTADA Nº 1014 - PARA ALTA ROTAÇÃO EM EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA, E LACRADA EM SISTEMA BLISTER. 1 UNIDADE	Consumo 1	3.9000	80.0000	312.0000
0015	01018230	BROCA ZEKRYA - BROCA CIRÚRGICA ZECRYA, 28 MM Especificação: BROCA ZEKRYA - BROCA CIRÚRGICA ZECRYA, 28 MM, LONGA, FORMATO TRONCO CÔNICO, PONTA ATIVA, PARA ALTA ROTAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL; INDICADA PARA CIRURGIAS ORAIS. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE	Consumo 1	14.2000	80.0000	1.136.0000
0016	01018229	BROCA ZEKRYA - BROCA CIRÚRGICA ZECRYA, 31 MM Especificação: BROCA ZEKRYA - BROCA CIRÚRGICA ZECRYA, 31 MM	Consumo 1	48.0000	80.0000	3.840.0000
0017	01018210	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) Especificação: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO (COM CADEIRA, EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR); - PEDAL COM AÇIONAMENTO DE COMANDO INTEGRADO COM LIBERDADE DE MOVIMENTOS; -ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BIARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL. - EQUIPO FIXO COM MÍNIMO TRÊS TERMINAIS E PUXADOR BILATERAL: 01 SERINGA TRÍPLICE (BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL) 01 TERMINAL SEM SPRAY PARA BAIXA ROTAÇÃO 01 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO (MANGUEIRAS: ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS) - UNIDADE DE ÁGUA AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA COM CUBA EM CERÂMICA, FORMA ARREDONDADA E REMOVÍVEL, PODENDO OFERECER OPÇÕES DE UM OU DOIS SUGADORES NA UNIDADE AUXILIAR. - REFLETOR COM LÂMPADA HALÓGENA, MONOFOCAL, INTENSIDADE DE 8.000 A 25.000 LUX (TOLERÂNCIA +/- 20%); COM PUXADOR BILATERAL ERGONÔMICO E BRAÇO MULTIARTICULADO; DUPLA PROTEÇÃO DO ESPELHO, EM MATERIAL RESISTENTE, TRANSPARENTE; CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE, COM GIRO DE 620º; - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127 OU 220V – FREQUÊNCIA: 50/60HZ; - AMBIDESTRO; - CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO: CARGA DISTRIBUÍDA DE MÍNIMO 200KG; - MODO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUA, COM CARGA INTERMITENTE (1 MINUTO DE TRABALHO E 4 MINUTOS DE DESCANSO). - PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA.	Consumo 1	9.5000	3.0000	28.5000

Folha: 3

Número da Cotação:000074 - 2024		Elaborada por: rodrigo			
Data de Início: 25/04/2024		Tipo de Apuração:Menor Preço - Item		Data da Apuração: 08/05/2024	
Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos					
Item	Código	Descrição do Produto	Propostas	Valor Médio Unitário	Valor Médio Quantidade Total
0018	01018216	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO -	Consumo 1	220.0000	20.0000 4.400.0000
Especificação: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SPRAY TRIPLO CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO TORQUE 0,13 NCM ENCAIXE UNIVERSAL BORDEN SISTEMA SACA BROCA (FG- FRICTION GRIP) ROTOR BALANCEADO ROLAMENTO EM CERÂMICA AUTOLAVÁVEL A 135 (CALOR) DESIGN ERGONÔMICO ÓTIMA EMPUNHADURA (SUGESTÃO DE MARCA- KAVO)					
0019	01018217	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO -	Consumo 1	260.0000	20.0000 5.200.0000
Especificação: CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO- O CONTRA ÂNGULO 500 POSSUI GIRO LIVRE DE 360 GRAUS. O SRAY EXTERNO A ACOPLAMENTO INTRAMATICO, O INSTRUMENTO UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM E BROCA DEALTA ROTAÇÃO DE 1,6MM (COM UTILIZAÇÃO DO ACESSORIO MANDRIL). BAIXO NIVEL DE RUIDO E VIBRAÇÃO, SPRAY ÚNICO E EXTERNO. DISTRIBUIÇÃO SIMÉTRICA, EVITA O SUPERAQUECIMENTO NA REGIÃO DE CORTE DA BROCA. ENCAIXE INTRAMATICO UNIVERSAL, FÁCIL MANUSEIO, PERMITE GIRO LIVRE DE 360 GRAUS. ERGONOMIA. A ANGULAÇÃO DA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO FAVORECE A PEGA DURANTE OS PROCEDIMENTOS EVITANDO AMOVIMENTAÇÃO DESNECESSÁRIA DA MÃO DO DENTISTA. (SUGESTÃO DE MARCA KAVO)					
0020	01018218	CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO -	Consumo 1	3.800.0000	20.0000 76.000.0000
Especificação: CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO - CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO - FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL - SISTEMA DE FIXAÇÃO DA BROCA PUSH BUTTON - TRANSMISSÃO: 1:1 - AUTOCLAVÁVEL - ROTAÇÃO MÁXIMA: 40.000 RPM - "GNATUS X1 PB" OU SIMILAR:					
0021	01018214	FOTOPOLIMERIZADOR -	Consumo 1	329.9900	5.0000 1.649.9500
Especificação: FOTOPOLIMERIZADOR - FOTOPOLIMERIZADOR: FONTE DE ALIMENTACAO: AC ENTRADA 127-220VC~~ SELECAO AUTOMATICA "BIVOLT" FREQUENCIA:50/60 HZ BATERIA ION-LITIO COM PACIDADE=2200MAH FONTE LUMINOSA:1 LED AZUL COMPRIMENTO DE ONDA: 420-480NM CICLOS DE POLIMERIZACAO: TEMPOS AJUSTAVEIS PARA 10,20,40 E 60 SEGUNDOS, ABRANGENDO MAIOR NUMERO DAS FAIXAS DE POLIMERIZACAO RECOMENDADAS NAS RESINAS. OS TEMPOS DE 20 E 40 SEGUNDOS APRESENTAM PRE-AQUECIMENTO, REDUZINDO O EFEITO DA CONTRACAO DURANTE A POLIMERIZACAO DA RESINA. NO MODO DE POTENCIA MAXIMA OS TEMPOS DE 10 E 60 SEGUNDOS, SAO UTILIZADOS PARA COLAGEM DE BRACKET E POLIMERIZACAO FINAL(HOMOGEINIZACAO DAS CAMADAS) PARA RESINA.PONTEIRAS(CONDUTORES DE LUZ): FIBRA OTICA 8MM"AUTOCLAVEL" POTENCIA IRRADIADA:1100MW/CM² PESO LIQUIDO DA PECA DE MAO COM PONTEIRA: 168G PESO LÍQUIDO DO PRODUTO:680G TEMPERATURA DE OPERACAO: 42°C(A TEMPERATURA AMBIENTE DE 20°C). PROTETOR OCULAR A BASE DE CARREGADOR EM MATERIAL ABS-ASA COM UV INDICADOR DE TEMPO SONORO A CADA 10 SEGUNDOS GIRO DA PONTEIRA					
0022	01018219	MICROMOTOR -	Consumo 1	1.115.2000	20.0000 22.304.0000
Especificação: MICROMOTOR - 35.00 RPM POTENCIA: 45 W TENSAO ELETRICA: BIVOLT TOQUE MAXIMO:300 GF - CM / 2,94N ADAPTADOR DE CONTRA-ANGULO (OPCIONAL) PEDAL LIGA/DESLIGA E SISTEMA PARA PROTEÇAO DE SOBRECARGA GARANTIA DE 6 MESES. INDICADO PARA TRABALHOS EM LABORATORIO DE PROTESE. PSSUI REGULAÇÃO DE VELOCIDADE COM ACELERAÇÃO IMEDIATA, PODENDO SER ACIONADO MANUALMENTE ATRAVES DO BOTAO NO EQUIPAMENTO QUANTO ATRAVES O PEDAL INCLUSO.					
0023	01018213	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO -	Consumo 1	1.220.0000	9.0000 10.980.0000
Especificação: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO. UNIDADE COM BOMBA. BIVOLT.EQUIPAMENTO MODERNO E ARROJADO.* TRANSDUTOR ULTRASSOM: SISTEMA PIEZOELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ.* BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA.* RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL.CARACTERÍSTICAS DA PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO* AUTOCLAVÁVEL.* REMOVÍVEL.* MISTURA DE AR, ÁGUA E BICARBONATO A UMA PEQUENA DISTÂNCIA DA PONTA ATRAVÉS DO DIFUSOR CONCÊNTRICO PARA EVITAR O ENTUPIMENTO.* TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATOE FÁCIL LIMPEZA. CARACTERÍSTICAS DO PAINEL* SELETORES DIGITAIS DE OPERAÇÃO.* SELETOR DIGITAL DE FUNÇÃO COM OPÇÃO DE 3 FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS (PERIO, ENDO SCALLING).* AJUSTE FINO DO AR COM REGISTRO EXCLUSIVO PARA REGULAGEM FINA DO FLUXO DE AR DO JATO DE BICARBONATO.* AJUSTE FINO DA ÁGUA NOS PROCEDIMENTOS COM REFRIGERAÇÃO. MAS TAMBÉM PERMITE A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS A SECO (CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS,					

UF: MG
Município: AIMORES
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

COTAÇÕES DE PREÇOS
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação:000074 - 2024		Elaborada por: rodrigo			
Data de Início: 25/04/2024		Tipo de Apuração:Menor Preço - Item		Data da Apuração: 08/05/2024	
Objeto: 01.164 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Odontológicos					

				Valor Médio	Valor Médio
Item	Código	Descrição do Produto	Propostas	Unitário	Quantidade Total
ETC).* AJUSTE FINO DA POTÊNCIA, ADEQUADO A CADA TIPO DE PROCEDIMENTO.* TECLA DE LIGAR/DESLIGAR COM LED DE INDICAÇÃO NO PAINEL.INFORMAÇÕES TÉCNICAS* DIMENSÕES APROXIMADAS: 37 X 39,5 X 27 CM.* PESO APROXIMADO: 5 KG.* ALIMENTAÇÃO: 127V/220V.* POTÊNCIA: 60 VA.* CONSUMO: 0,43 A.* FUSÍVEL: 1A (127/220 V~).* CAPACIDADE DE LÍQUIDO NO RESERVATÓRIO: 1 LITRO.* FREQUÊNCIA DAS VIBRAÇÕES DO ULTRASSOM: 30.000 HZ.* PRESSÃO DE ENTRADA DE AR COMPRIMIDO: MÁXIMA 80 PSI / MÍNIMA 70 PSI.* CONSUMO MÁXIMO DE AR: 80 L/MIN.* TEMPERATURA MÁXIMA DO TIP EM UTILIZAÇÃO NORMAL: 114,2°C.* GARANTIA: 1 ANO PELO FABRICANTE.					

Total Geral 12.444.2900

Total Geral do Valor Médio: 163.134.4500

Observações: