



UF: MG  
Município: AIMORES  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 05/03/2026 10:34:33  
Folha: 1

COTAÇÕES DE PREÇOS  
REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000020 - 2026

Elaborada por: rodrigo

Data de Início: 21/01/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 02/03/2026

Objeto: 01.303 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO MÉDICO

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0001	01026671	APARELHO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS	UN	1	25.840,0000	2,0000	51.680,0000

Especificação: APARELHO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS PARA UTILIZAÇÃO EM TRIAGEM AUDITIVA PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS PORTÁTIL, NÃO NECESSITA DE COMPUTADOR PARA OPERAÇÃO. APARELHO DEVERÁ CONTER: DISPLAY INDICAÇÃO VISUAL PARA FORNECER O ESTADO DO TESTE PARA O OPERADOR. TECLADO PARA CONTROLAR AS FUNÇÕES DO EQUIPAMENTO. MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE 200 TESTES, NO MÍNIMO. BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 200 TESTES OU 10 HORAS, NO MÍNIMO. FAIXA DE FREQUÊNCIA DE EOAPD DE 1,5 KHZ A 10 KHZ, NO MÍNIMO. FAIXA DE FREQUÊNCIA TEOAE DE 0,7 KHZ A 4 KHZ, NO MÍNIMO. FAIXA DE INTENSIDADE DE ESTÍMULO EOAPD DE 40 A 70 DB SPL. FAIXA DE INTENSIDADE DE ESTÍMULO TEOAE DE 80 DB SPL. RUÍDO DO SISTEMA DE MICROFONE: -20 KHZ DB SPL PARA 3 KHZ -13 KHZ DB SPL PARA 1 KHZ. O APARELHO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DE: MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. SOFTWARE PARA USO DO EQUIPAMENTO. 04 (QUATRO) BATERIAS RECARREGÁVEIS. BASE PARA CARREGAMENTO DO EQUIPAMENTO. 220V/60 HZ. IMPRESSORA TÉRMICA COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CABO DE FORÇA. CABO PARA CONEXÃO DA IMPRESSORA. 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL PARA IMPRESSORA TÉRMICA. 04 (QUATRO) SONDAS EXTERNAS PARA USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. CABO DE EXTENSÃO PARA SONDA. 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE CADA UM DOS TAMANHOS DE PONTA DE PROVA NEONATAIS. ESTOJO PARA TRANSPORTE. O APARELHO DEVERÁ TER AS SEGUINTES CONDIÇÕES: FORNECER CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO. FORNECER TODOS OS ACESSÓRIOS, CABOS, CONEXÕES, BATERIAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, SE HOUVER EXIGÊNCIA PARA O ITEM. GARANTIA MÍNIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA PEÇAS E SERVIÇOS, A CONTAR DA DATA DE INSTALAÇÃO. FORNECER A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. FORNECER TREINAMENTO OPERACIONAL. FORNECER MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS.

0002	01026683	Microscópio Biológico Binocular.	UN	1	8.052,0000	2,0000	16.104,0000
------	----------	----------------------------------	----	---	------------	--------	-------------

Especificação: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, Descrição: Microscópio Biológico Binocular com óptica corrigida ao infinito, de Campo Claro. Revólver porta objetivas giratório para 5 posições (quíntuplo), com objetivas plana-cromáticas de alto contraste, com aumentos de 40x a 1000x. Toda ótica em cristal de alta qualidade. Ajuste macro e micrométricos coaxiais e independentes (bilateral). Estativa e todas as engrenagens são confeccionadas em metal. Dotado de alça para transporte incorporado a estativa. Ajustes de tensão e charriot em posição privilegiada, que facilita o comando. Estativa mecânica com comando do charriot à direita. Ajuste graduado para diferentes dioptrias \_ 5 em ambas oculares. O botão que liga e desliga é o mesmo do ajuste da intensidade luminosa, o que obriga o usuário a reduzir a intensidade luminosa antes de desligar o equipamento, prolongando a vida útil da lâmpada. Dotado de fonte externa para proteção do equipamento contra incêndios oriundos de descarga elétrica e/ou sobre tensão de corrente. Tubo de observação binocular de livre compensação tipo Siedentopf, inclinado a 30°, rotação de 360° no plano horizontal e trava de segurança. 220V ou Bivolt. Ajuste da distância interpupilar de 48 a 75mm.

Total Geral: 33.892,0000 67.784,0000

Observações: