



Licitação - Prefeitura de Moeda <licitacao@moeda.mg.gov.br>

RES: Esclarecimento para este pregão PE 027/2024**lc2@medmax.com.br** <lc2@medmax.com.br>

11 de outubro de 2024 às 11:14

Para: lc1@medmax.com.br, licitacao@moeda.mg.gov.br, licitacao@medmax.com.br

Bom dia!

Solicitamos esclarecimento para o último e penúltimo item do lote 04 (Reagentes para aparelho MAX ÍONS): "Kit para manutenção preventiva semestral do aparelho de BIOQUÍMICO MAX IONS - Med Max (lâmpada, tubulação peristáltica, bloco secador, tubulações internas e cabo do braço) - Inclusa instalação".

Acreditamos que houve um erro na montagem do processo, pois parte do descritivo de manutenção se refere ao Analisador Bioquímico e não ao MAX IONS. Os itens de manutenção do MAX IONS são: O-rings, tubulação da bomba peristáltica, solução de preenchimento ISE e solução de preenchimento de referência.

A lâmpada, o bloco secador, as tubulações internas e o cabo do braço pertencem ao Analisador Bioquímico, que não tem relação com o MAX IONS.

Com essa compreensão mais clara, gostaríamos de saber se, em caso de ajustes, poderemos fornecer apenas os itens de manutenção do MAX IONS (O-rings, tubulação da bomba peristáltica, solução de preenchimento ISE e solução de preenchimento de referência).

Agradecemos a atenção!

Att;



BORIS CHERTACH
LICITAÇÕES

live:cid.281b39536ce40993
(11) 94717-3841
lc2@medmax.com.br



MEDMAX

Visite-nos na

Hospitalar SBAC SBPC/ML Pet

De: lc1@medmax.com.br <lc1@medmax.com.br>**Enviada em:** sexta-feira, 11 de outubro de 2024 10:57**Para:** lc2@medmax.com.br**Assunto:** ENC: Esclarecimento para este pregão PE 027/2024