


## Pedido de Esclarecimento - PE 006/2026 - Processo 038/2026

 **De** Maria Clara Galego de Lima <maria.lima@labtest.com.br>  
**Para** <licitacao@saojosedogoiabal.mg.gov.br>  
**Cópia** Licitação Labtest <licitacao@labtest.com.br>  
**Data** 2026-03-11 09:30

Prezados, bom dia!

Com relação ao **Item 1**, especificamente no que se refere ao volume de reação, solicitamos, por gentileza, o seguinte esclarecimento:

O descritivo estabelece que o equipamento deve possuir volume de reação na faixa de **150 a 500 µL**. No entanto, nosso equipamento atende plenamente às demais especificações técnicas exigidas, porém operam com faixa de volume de reação **de 120 a 450 µL**, mantendo desempenho, precisão e confiabilidade compatíveis com a finalidade do equipamento.

Assim, solicitamos esclarecer se **serão aceitos equipamentos com faixa de volume de reação de 120 a 450 µL**, desde que atendidas todas as demais especificações técnicas e de desempenho previstas no edital.

Desde já, agradecemos a atenção e aguardamos breve retorno.

Atenciosamente,

**Maria Clara Galego de Lima**

Auxiliar de Licitações  
Labtest Diagnóstica S.A.

[maria.lima@labtest.com.br](mailto:maria.lima@labtest.com.br)

[labtest.com.br](http://labtest.com.br)



**Labtest**   
A VIRTUE COMPANY

Informações: 0800 031 3411  
[sac@labtest.com.br](mailto:sac@labtest.com.br)

[labtest.com.br](http://labtest.com.br)



Certifications

