

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90578/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Acessório bomba insulina

Descrição Detalhada: Acessório Bomba Insulina Tipo Acessório: Conjunto De Infusão, Material: Polímero, Componente: Catéter Cerca 60 Cm C/ Conector Luer Lock, Componente I: C/ Cânula Infusão Cerca 17 Mm, Componente Ii: Suporte, Tampa E Adesivo Protetor, Característica Adicional: P/ Inserção Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 216
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.370,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 216
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (216)

2 - Acessório Bomba Insulina

Descrição Detalhada: Acessório Bomba Insulina Tipo Acessório: Cânula Infusão Cerca 6 Mm, Material: Polímero, Componente: C/ Agulha Introdutora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 312
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.370,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 312
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (312)

3 - Acessório bomba insulina

Descrição Detalhada: Acessório Bomba Insulina Tipo Acessório: Conjunto De Infusão, Material: Polímero, Componente: Catéter Cerca 60 Cm C/ Conector Luer Lock, Componente I: C/ Cânula Infusão Cerca 6 Mm, Componente Ii: Suporte, Tampa E Adesivo Protetor, Característica Adicional: P/ Inserção C/ Aplicador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 24
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.370,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 24
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (24)

4 - Acessório bomba insulina

Descrição Detalhada: Acessório Bomba Insulina Tipo Acessório: Reservatório, Material: Polipropileno Transparente, Componente: Tipo Seringa Cerca 3 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 552
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 230,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 552
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 0

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (552)

5 - Sensor uso médico

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria, Hemoglobina, Metahemoglobina, Modelo: Em "L", Componentes: C/ Cabo, Tamanho: Tamanho Neonatal, Tipo De Fixação: Adesivo, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.310,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (72)

6 - Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado/Modular, Parâmetros: Pni, Spo2, Temp, Glicose Capilar, Tipo De Tela: Tela Lcd/Led Cerca De 8", Características Adicionais: C/ Entrada Leitor Código P/ Identificação Paciente, Características Adicionais 01: Interface S/ Fio E Ethernet, Componentes: Memória, Bateria Recarregável, Uso: De Neonatal A Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 384

Quantidade Mínima Cotada: 384

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.310,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (384)

7 - Transmissor

Descrição Detalhada: Transmissor Frequência: 246,875/246,950MHZ, Alimentação: 12VDC, Características Adicionais: Supervisão E Controle - Categoria Ii, Aplicação: Central De Monitoramento, Tipo: Transmissor De Sinais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.770,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (6)

8 - Transmissor

Descrição Detalhada: Transmissor Frequência: 246,875/246,950MHZ, Alimentação: 12VDC, Características Adicionais: Supervisão E Controle - Categoria Ii, Aplicação: Central De Monitoramento, Tipo: Transmissor De Sinais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.770,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (14)

9 - Transmissor

Descrição Detalhada: Transmissor Frequência: 246,875/246,950MHZ, Alimentação: 12VDC, Características Adicionais: Supervisão E Controle - Categoria II, Aplicação: Central De Monitoramento, Tipo: Transmissor De Sinais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.770,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (18)