



licitações PMU &lt;licitacoespmu@uberlandia.mg.gov.br&gt;

**ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 621/2024**

1 mensagem

**Débora Dias** <licitacao4@neohosp.com.br>

9 de janeiro de 2025 às 14:04

Para: licitacoespmu@uberlandia.mg.gov.br

Cc: licitacao@neohosp.com.br, licitacao3@neohosp.com.br, Felipe | Neo Hospitalar &lt;felipe@neohosp.com.br&gt;

Prezados, ótima tarde!

Gostaríamos de manifestar nosso interesse em participar do Pregão Eletrônico Nº621/2024. No entanto, verificamos os descritivos dos itens de nosso interesse 3, 4, 5, 6, 7 e 14 e gostaríamos de solicitar os seguintes esclarecimentos:

**Quanto aos itens: 03, 04, 05 e 06:**

- A espuma multicamadas deverá ter borda adesiva ou não?
- Se sim, qual tipo de adesivo?

**Quanto aos itens: 07 e 14:**

- Descritivo fala do produto estéril, porém, atualmente no Brasil constata-se que não existe nenhuma solução de PHMB efetivamente estéril. Desta forma, diante da inexistência da solução que atenda ao termo Estéril, o descritivo em questão torna-se impraticável.
- Solicitamos que seja avaliada e exposta a necessidade da exigência de que a solução seja estéril e que este ponto seja retirado do descritivo deste item no edital permitindo a concorrência de não apenas um único produto que alega possuir esta característica, permitindo assim a competitividade nos itens.
- Gostaríamos de confirmar se será aceito outras marcas com qualidade igual/superior, tendo em vista que os pontos citados acima.

Atenciosamente,

Neo Hospitalar



