



# Prefeitura Municipal de Santa Vitória

Estado de Minas Gerais

Mediana Grupos/Licitação

Licitação: 15/2024

Ítem	Mercadoria	Unid.	Qtde.	Vir. Médiana Unit.	Valor Médiana
1	CONSULTORIO ODONTOLOGICO - COMPOSTO, NO MINIMO, POR:	UNID	3	23518,0000	70554,0000

a) CADEIRA: estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. base antiderrapante de forma que possa dispensar fixação no piso. caixa de ligação integrada. botão on/off de fácil acesso do profissional. estofamento com sistema de remoção do encosto para higienização, cor a escolher posteriormente. altura máxima e mínima: aproximada do chão entre 45 e 90cm braço de apoio articulável para paciente, rebatível em 90°, com estrutura interna de metal. posição de trendelemburg. pedal de comando: pedal de comando único para acionamento dos movimentos da cadeira (encosto e assento). deve possuir, no mínimo, três programações de trabalho com volta automática à posição zero. sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. tensão de alimentação 220v ~ 50/60hz. encosto da cabeça: anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca.

b) EQUIPO: seringa tríplice, 01 terminais com spray para alta rotação, 01 terminal com spray para micromotor pneumático. braços articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão. pedal progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo. seringa tríplice. bico giratório, removível e autoclavável. mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. suporte das pontas com acionamento pneumático individual. tampo de inox removível e fácil de limpar. tratamento anticorrosivo. puxador bilateral. painel de comando no equipo com as funções da cadeira, equipo, unidade auxiliar e refletor. negatoscópio acoplado ao equipo.

c) UNIDADE AUXILIAR com acionamento da válvula de água da cuspeira por sensor, cuba profunda removível e rebatível em 90°, com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. filtro de detritos localizado na base do consultório. sistema de regulagem da vazão da água. sucores de saliva a ar e terminal sucores para conexão com bomba de vácuo. sistema porta copos e seringa tríplice.

d) REFLETOR: tecnologia de iluminação com sensor de proximidade, e sistema óptico, mínimo, de 3 leds com intensidade, mínima de 8.000 a 25.000 lux. protetor frontal removível -garantia mínima de 1 (um) ano.

\*OBS: no valor deve estar incluído o serviço de entrega e instalação.

**Valor Total:** 70.554,00