



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

À empresa

F. Soares de Carmargo Filho LTDA

Referente a pergunta itens 8 e 9 do Processo nº 203/2025, Edital nº 129/2025, segue abaixo a resposta do questionamento apresentado:

Parâmetros de Capnografia, Oximetria e Pressão Não Invasiva:

Confirmamos que os parâmetros de capnografia, oximetria e pressão não invasiva são requisitos obrigatórios para este processo licitatório, assim como os demais citados devem estar presentes.

Faixa de Frequência do Marcapasso:

A faixa de frequência de 40 a 170 ppm proposta está dentro dos parâmetros exigidos na descrição do equipamento no edital. Portanto, essa faixa é aceitável e atende à especificação.

Patrocínio, 14 de outubro de 2025.

Luciana Rocha Nunes Nogueira
Secretária Municipal de Saúde