

COMUNICADO- ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS

Pregão Eletrônico nº 001/2026

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de itens destinados a procedimentos de curativos, voltados para o atendimento das necessidades dos municípios integrantes do Conisul.

Na qualidade de agente público responsável pelo Pregão Eletrônico nº 001/2026, informo a todos os interessados que foi concluída a análise técnica das propostas comerciais e respectivas fichas técnicas apresentadas pelas empresas licitantes, conforme solicitado à Comissão de Farmácia e Terapêutica – CFT.

A análise foi formalizada por meio da Nota Técnica nº 006/2026/CFT/CONISUL, elaborada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do CONISUL, a qual avaliou:

- A validade dos registros dos produtos junto à ANVISA;
- A conformidade dos descritivos técnicos apresentados com as especificações constantes no Edital e seus anexos.

Conforme consignado na referida Nota Técnica, foram considerados aprovados os itens que atenderam integralmente às exigências editalícias e aos critérios técnicos estabelecidos, especialmente quanto à regularidade do registro sanitário e à correspondência entre as especificações ofertadas e o descritivo técnico exigido.

Por outro lado, os itens que apresentaram divergências quanto às dimensões, composição, concentração ou demais características técnicas exigidas no instrumento convocatório foram devidamente reprovados, com a respectiva fundamentação técnica individualizada.

A íntegra da Nota Técnica encontra-se anexa, bem como juntada aos autos do processo administrativo de nº 15/2025, garantindo-se a transparência, a motivação dos atos administrativos e a observância aos princípios que regem as contratações públicas.

Dessa forma, dá-se ciência aos licitantes acerca do resultado da análise técnica, para fins de prosseguimento regular do certame, nos termos do edital.

Maceió/AL, 03 de março de 2026.

Pregoeiro responsável pelo certame

NOTA TÉCNICA Nº 006/2026/CFT/CONISUL

- 1. ASSUNTO:** Análise Técnica das Propostas do Pregão de Curativos nº 001/2026.
- 2. OBJETIVO:** Verificar a validade dos registros dos produtos junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a conformidade dos descritivos com as especificações do edital.
- 3. METODOLOGIA DE ANÁLISE:** Foram utilizados os seguintes critérios para realização da análise técnica das propostas apresentadas pelas empresas participantes do certame:
 - 3.1 Validade dos registros na ANVISA:** Consultamos o sistema de consultas públicas da ANVISA¹ para verificar a situação atual dos registros dos produtos ofertados, sendo observado se estão ativos.
 - 3.2 Conformidade dos descritivos com o Edital:** Comparamos as especificações técnicas dos produtos ofertados com os requisitos estabelecidos no edital, assegurando que atendam aos padrões exigidos.
- 4. RESULTADO DA ANÁLISE:**
 - 4.1** O quadro abaixo descreve a análise técnica dos itens:

Quadro 1. Relação dos itens que foram realizadas as análises técnicas.

ITEM	DESCRIÇÃO	ARREMATANTE	REGISTRO ATIVO NA ANVISA	CONFORMIDADE COM O EDITAL	STATUS	JUSTIFICATIVA
1	Bandagem; Tipo: Sistema De 2 Camadas; Material: Malhas De Tecido Sintético Acolchoado E Elástica; Componente Adicional: Indicador De Compressão; Dimensão: Cerca De 10 Cm X 3 M E 10 Cm X 3 M; Cor: C/ Cor; Embalagem: Conjunto C/	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA	SIM	NÃO	REPROVADO	A DIMENSÃO DESCRITA NOS DOCUMENTOS ENVIADOS NÃO CORRESPONDE A DIMENSÃO DO EDITAL.

¹ <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/>

	2 Rolos; Tipo Uso: Uso Único					
2	Bota De Unna; Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão; Composição Adicional:; Impregnada C/ Pasta Óxido De Zinco E Associações; Dimensões: Cerca De 10 Cm X 9 M; Embalagem: Em Rolo, Embalagem Individual; Tipo Uso: Estéril, Uso Único	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	SIM	SIM	APROVADO	
3	Compressa Gaze; Material: 100% Algodão; Modelo: Curativo; Características Adicionais: Preenchida C/ Manta De Algodão; Dimensões: Cerca De 15 X 30 CM Esterilidade*: Estéril, Uso Único; Embalagem: Embalagem Individual.	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGE M MÉDICA LTDA	SIM	NÃO	REPROVADO	A DIMENSÃO DESCRITA NA FICHA TÉCNICA ENVIADA NÃO CORRESPONDE À DIMENSÃO DO EDITAL.
4	Compressa Gaze; Material: Algodão; Largura: Cerca De 15 CM; Comprimento: Cerca De 15 CM; Características Adicionais: Impregnado Com; Poliexametileno Biguanida	PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	SIM	NÃO	REPROVADO	A DIMENSÃO DESCRITA NA FICHA TÉCNICA ENVIADA NÃO CORRESPONDE À DIMENSÃO DO EDITAL.
5	Curativo / Cobertura; Aplicação: P/ Ferida; Aspecto Físico: Frasco C/ Gel; Composição: À Base De Hidrogel; Componente 2: C/ Alginato; Esterilidade: Estéril	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA	SIM	SIM	APROVADO	
6	Curativo / Cobertura; Aplicação: P/ Ferida; Aspecto Físico: Frasco	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	SIM	SIM	APROVADO	

	C/ Gel; Composição: À Base De Hidrogel; Esterilidade: Estéril	LTDA				
7	Curativo / Cobertura; Aplicação: P/ Ferida; Aspecto Físico: Malha / Gaze; Composição: À Base De Celulose; Componente 1: C/ Acetato De Celulose / Rayon; Componente 2: C/ Petrolato; Dimensão: Cerca De 7,5 X 7,5 CM; Esterilidade: Estéril	PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	SIM	SIM	APROVADO	
8	Curativo / Cobertura; Aplicação: P/ Ferida; Aspecto Físico: Malha / Gaze; Composição: À Base De Cmc E Partículas Lipofílicas;; Componente 1: C/ Poliéster; Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM; Esterilidade: Estéril	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	SIM	SIM	APROVADO	
9	Curativo/Cobertura; Aplicação: P/ Ferida; Aspecto Físico: Placa; Composição: À Base De Alginato; Componente 2: C/ Cmc; Componente 4: C/ Prata; Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM; Esterilidade: Estéril	PADRAO DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA	SIM	NÃO	REPROVADO	A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO APRESENTADO NA FICHA TÉCNICA ENVIADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL.
10	Curativo / Cobertura; Aplicação: P/ Ferida; Aspecto Físico: Placa; Composição: À Base De Alginato; Dimensão: Cerca De 10 X 20 CM;	KORAL HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	APROVADO	

	Esterilidade: Estétil.					
11	Curativo / Cobertura; Aplicação: P/ Ferida;; Aspecto Físico: Placa; Composição: À Base De; Carvão Ativado; Componente 4: C/ Prata;; Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM; Esterilidade: Estétil	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	SIM	SIM	APROVADO	
15	Curativo / Cobertura; Aplicação: P/ Ferida; Aspecto Físico: Placa Multicamada C/ Borda; Composição: À Base De Espuma Pu / Hidropolímero / Hidrocelular; Componente 1: C/ Película Pu / Polietileno; Componente 3: C/ Silicone; Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM; Esterilidade: Estétil	KORAL HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	APROVADO	
17	Curativo / Cobertura; Aplicação: P/ Ferida; Aspecto Físico: Placa Multicamada C/ Borda; Composição: À Base De Espuma Pu / Hidropolímero / Hidrocelular; Componente 1: C/ Película Pu / Polietileno; Componente 3: C/ Silicone; Formato: Sacral, Tamanho G; Esterilidade: Estétil	GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	SIM	SIM	APROVADO	
19	Curativo; Tipo: Hidropolímero; Material: Poliuretano;	TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR	SIM	NÃO	REPROVADO	A DIMENSÃO DESCRITA NA FICHA

	Revestimento: Preenchido Com; Poliacrilato De Sódio; Dimensão: Cerca De 15 X 20 CM; Componentes: Não Aderente; Característica Adicional: Recortável; Esterilidade: Estéril; Embalagem: Embalagem Individual	LTDA				TÉCNICA ENVIADA NÃO CORRESPONDE À DIMENSÃO DO EDITAL.
20	Película Protetora; Tipo: Adesiva; Composição: À Base De Poliamida; Componente 1: C/Silicone; Dimensão: Cerca De 7,5 X 10 CM; Esterilidade: Estéril	TECNICA DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA	SIM	SIM	APROVADO	
21	Película Protetora; Tipo: Adesiva; Composição: À Base De Poliuretano (Pu); Dimensão: Cerca De 10 CM; Apresentação: Em Rolo; Esterilidade: Uso Único	PURAH MEDICAL & CO LTDA	SIM	SIM	APROVADO	
22	Polihexanida; Composição: Associada À Undecilaminopropil Betaína; Concentração: 0,1% + 0,1%; Forma Farmacêutica: descritivo complementar: Material: Solução limpeza de feridas polihexanida com betaína; Composição: 0,1% de undecilaminopropil	C. O DE SOUZA	SIM	NÃO	REPROVADO	A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO APRESENTADO NA FICHA TÉCNICA ENVIADA NÃO CORRESPONDE AO DESCRITIVO DO EDITAL.

	betaína ou cocoamidopropil betaína, 0,1% de poliaminopropil biguanida (polihexanida), 99.8% de água purificada; Quantidade: 350 ml ; Formato: Frasco Esterilidade: Estéril; Característica adicional: Pode conter hidróxido de sódio					
23	Protetor Cutâneo; Aspecto Físico: Em Creme Composição: Parafina, Trietanolina, Petrolato, Glicerol, Outros; Uso: Tipo Barreira Protetora	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGE M MÉDICA LTDA	NÃO	NÃO	REPROVADO	A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO APRESENTADO NA FICHA TÉCNICA ENVIADA NÃO CORRESPOND E AO DESCRITIVO DO EDITAL.
24	Solução Uso Médico; Tipo: À Base De Biguanida (Phmb); Concentração: 0,2%; Aplicação: Uso Tópico	C. O DE SOUZA	SIM	NÃO	REPROVADO	A CONCENTRAÇÃO DO PRODUTO APRESENTADO NA FICHA TÉCNICA NÃO CORRESPOND E AO DESCRITIVO DO EDITAL.

5. CONCLUSÃO

Após análise criteriosa dos itens propostos, constatou-se que a maioria atendeu aos requisitos técnicos de conformidade com os registros ANVISA e especificações do

editais, sendo aprovados para o certame. No entanto, itens que não atenderam às especificações estabelecidas foram reprovados, garantindo o compromisso com a segurança, qualidade e conformidade regulamentar.

Sugere-se a publicação desta Nota Técnica.

Maceió, 03 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br SAVIO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA
Data: 03/03/2026 14:45:36-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Sávio Ricardo de Oliveira Silva
Farmacêutico, CRF/AL Nº 3973
Coordenador da Comissão de Farmácia e Terapêutica - CONISUL