

Assunto **Pedido de Esclarecimento P.E. nº 002/2026 - CORRELATOS -  
Parte 01 - GAROAMED**



De <carlalins@conisul.al.gov.br>  
Para Cftconisul <cftconisul@gmail.com>, Saviosilva  
<saviosilva@conisul.al.gov.br>  
Data 2026-03-03 15:48

- 
- EDITAL P.E. 002.2026 - RETIFICADO.pdf(~2,8 MB)
  - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - GAROAMED.pdf(~587 KB)
- 

À Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT,

A empresa GAROAMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 58.690.444/0001-86, apresentou pedido de esclarecimento através do sistema Portal de Compras Públicas, acerca do descritivo do item 95 (Espéculo).

Segue pedido de esclarecimento pela empresa supramencionada, Edital e anexos do pregão eletrônico nº 002/2026, referente ao Registro de Preços para futura e eventual aquisição de correlatos e insumos para saúde - parte 01.

Deixo expresso que o presente pregão eletrônico realizar-se-á dia 11/03/2026, às 09:01, ressalto que o envio da resposta de esclarecimento deverá ocorrer até o dia 05/03/2026, às 23:59.

Desde já agradeço a atenção e permaneço no aguardo do esclarecimento.

At.te,

Carla Lins  
Pregoeira - CONISUL

**ILUSTRÍSSIMA SENHORA SRA. CARLA CARVALHO DE ALBUQUERQUE LINS, PREGOEIRA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS – CONISUL**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8/2025**

**GAROAMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita sob o CNPJ/MF nº 58.690.444/0001-86, localizada: Loteamento Parque Alvorada Ampliação Liquidra 2C e Lote 13, Boa Vista – Garanhuns – PE, CEP: 55292-272, por seu representante legal, nos autos do procedimento licitatório em referência, vem, respeitosa e tempestivamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento nas disposições do Edital da Lei nº 14.133/21 apresentar seu

#### **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

às disposições do Edital, pedido de esclarecimento para realização do certame, nos termos do quanto segue.

#### **DAS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E FUNDAMENTOS**

O presente edital tem por objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de correlatos e insumos para saúde – parte 01 destinados ao atendimento das necessidades dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas – CONISUL.

Em detrimento do quantitativo dos Espéculos Vaginais licitados dos itens 90 ao 95, gerou dúvida na descrição do item 95.

**Grifos do edital.**

| Item      | Quant.         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>90</b> | <b>123.231</b> | Espéculo Uso Médico. Aplicação: Vaginal. Modelo: Collin. Tamanho: Grande. Adicional 1: C/ Lubrificante. Travamento: C/ Trava Tipo Rosca. Material: Polímero. Esterilidade: Estéril, Uso Único. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.<br>CATMAT: 479751            |
| <b>91</b> | <b>126.600</b> | Espéculo Uso Médico. Aplicação: Vaginal. Modelo: Collin. Tamanho: Grande. Travamento: C/ Trava Tipo Rosca. Material: Polímero. Esterilidade: Estéril, Uso Único. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade. Descrição complementar: Sem lubrificante<br>CATMAT: 479747 |
| <b>92</b> | <b>186.410</b> | Espéculo Uso Médico. Aplicação: Vaginal. Modelo: Collin. Tamanho: Médio. Adicional 1: C/ Lubrificante. Travamento: C/ Trava Tipo Rosca. Material: Polímero. Esterilidade: Estéril, Uso Único. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.<br>CATMAT: 479752             |
| <b>93</b> | <b>213.350</b> | Espéculo Uso Médico. Aplicação: Vaginal. Modelo: Collin. Tamanho: Médio. Travamento: C/ Trava Tipo Rosca. Material: Polímero. Esterilidade: Estéril, Uso Único. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.<br>CATMAT: 479748                                           |
| <b>94</b> | <b>130.400</b> | Espéculo Uso Médico. Aplicação: Vaginal. Modelo: Collin. Tamanho: Pequeno. Adicional 1: C/ Lubrificante. Travamento: C/ Trava Tipo Rosca. Material: Polímero. Esterilidade: Estéril, Uso Único. Embalagem: Embalagem Individual. Apresentação: Unidade.<br>CATMAT: 479753           |
| <b>95</b> | <b>209.100</b> | Espéculo Uso Médico. Aplicação: Vaginal. Modelo: Collin. Tamanho: Pequeno. Adicional 2: <b>C/ Ducto Aspirador</b> . Travamento: C/ Trava Tipo Rosca. Material: Polímero. Esterilidade: Estéril, Uso Único. Embalagem: Embalagem                                                     |

|  |  |                                                                                                          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Individual. Apresentação: Unidade. Descrição complementar:<br>Sem lubrificante.<br><b>CATMAT: 479755</b> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fornecemos para esta renomada Instituição em eventos anteriores espéculo Vaginal Lubrificado tamanho Pequeno, Médio e Grande, bem como espéculo Vaginal Estéril tamanho Pequeno, Médio e Grande para realização de exame especular ou coleta de Papanicolau.

Solicitamos esclarecimento quanto a descrição do **item 95, que** por sua vez chamou atenção no quantitativo sendo espelho com Ducto Aspirador, conforme descrito em edital: Espéculo Uso Médico. Aplicação: Vaginal. Modelo: Collin. Tamanho: Pequeno. Adicional 2: **C/ Ducto Aspirador**.

O Espéculo Vaginal com Ducto Aspirador, de acordo com descrição do fabricante é para realização de cirurgia de alta frequência, conforme abaixo: Espéculo vaginal médio descartável estéril com ducto aspirador para Cirurgia de Alta Frequência. Material em poliestireno cristal, largura da Valva 28mm, comprimento da valva 112mm e comprimento total 156mm. Uso único, embalado em filme e papel grau cirúrgico.

### **CONCLUSÃO E PEDIDO**

À vista das razões acima elencadas, solicitamos que esta renomada Instituição esclareça se o item 95 do presente edital, trata-se de Espéculo Vaginal Pequeno Estéril ou Espéculo Vaginal com Ducto Aspirador? Além disso, de acordo nomenclatura e ficha técnica do fabricante o Espéculo com Ducto Aspirador consta somente no tamanho Médio e Grande.

Termos em que,

Pede e aguarda deferimento.

Garanhuns, 03 de março de 2026

---

GAROAMED COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA

MARIA IZABEL DE  
MOURA  
DANTAS:11748396439

Assinado de forma  
digital por MARIA  
IZABEL DE MOURA  
DANTAS:11748396439



DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO

1. DADOS DO PRODUTO

Nome do produto: ESPÉCULO PARA CAF DESCARTÁVEL

NCM: 9018.90.99

Códigos Produto:

| PRODUTO                     | ANVISA      | CÓDIGO REFERÊNCIA | CÓDIGO SIMPRO | CÓDIGO TUSS |
|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
| Espéculo para CAF<br>Médio  | 10237610059 | 10.1395           | 345581        | 78228379    |
| Espéculo para CAF<br>Grande |             | 10.1396           | 345582        | 78228379    |

2. IMAGEM



3. DESCRIÇÃO

Espéculo vaginal descartável modelo Collin, com ducto aspirador. Indicado para realização de conização, cirurgia de alta frequência (CAF) ou LEEP.



## DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO

### 4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Instrumental atóxico, com ducto de 8 níveis de diâmetro progressivo para conexão em borracha de aspiração aderido na valva oposta ao parafuso.

Matéria prima valvas: poliestireno na cor branca

Parafuso: polietieno na cor verde

Dimensões:

| TAMANHOS | LARGURA DA VALVA | COMPRIMENTO DA VALVA | COMPRIMENTO TOTAL |
|----------|------------------|----------------------|-------------------|
| MÉDIO    | 28 mm            | 112 mm               | 156mm             |
| GRANDE   | 33,5 mm          | 116 mm               | 166 mm            |

### 5. ESTERILIZAÇÃO, EMBALAGEM E APRESENTAÇÃO COMERCIAL

| PRODUTO | ESTERILIZAÇÃO | TIPO DE EMBALAGEM                     | APRESENTAÇÃO COMERCIAL | MÚLTIPLO DE EXPEDIÇÃO | QUANTIDADE POR CAIXA |
|---------|---------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 10.1395 | Estéril ETO   | Papel grau cirúrgico e filme plástico | Peça                   | 10                    | 120                  |
| 10.1396 | Estéril ETO   | Papel grau cirúrgico e filme plástico | Peça                   | 10                    | 100                  |

### 6. INSTRUÇÕES DE USO

De acordo com a técnica de domínio do profissional de saúde para realização dos procedimentos de conização e cirurgia de alta frequência (CAF).

### 7. ARMAZENAMENTO

Armazenar em local fechado, temperatura ambiente, livre de umidade, elevado do solo

### 8. VALIDADE PRODUTO E ESTERILIZAÇÃO

Dois (2) anos ou até abertura da embalagem e/ou violação da mesma.

### 9. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

- Verifique a integridade da embalagem antes de usar. Não utilizar se a embalagem estiver violada, danificada ou molhada.
- Variações de tonalidade podem ocorrer nas partes do espécúlo devido ao processo de pigmentação, sem impacto na segurança, funcionalidade ou desempenho do produto
- Produto de uso único, descartável, destruir após o uso. O descarte deve seguir as normas de biossegurança para lixo hospitalar contaminado.
- A escolha do tamanho do espécúlo está diretamente relacionada com exame físico e/ou toque vaginal anterior.



## DESCRIPTIVO TÉCNICO DE PRODUTO



- Conectar delicadamente o aspirador no ducto do espéculo.
- Não há contraindicações conhecidas.

### 10. CERTIFICAÇÕES

Empresa com controle e garantia total de qualidade de acordo com as normativas nacionais da RDC 665/2022 e internacionais da ISO 13.485:2016

### 11. FABRICANTE

Kolplast CI

Estrada Municipal Benedito de Souza, 418. Bairro da Mina, Itupeva – SP.

Indústria Brasileira