



CALCULO VALOR DE REFERÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3	PREÇO MÉDIO	TOTAL
				Pref. Mun. de Martinho Campos	Pref. Mun. de Coimbra	Pref. Mun. de Cachoeira de Minas		
1	<p>Aparelho medidor de glicemia capilar (glicosímetro) digital, portátil, destinado à determinação quantitativa de glicose em sangue total, com resultado rápido e de fácil leitura.</p> <p>Especificações mínimas:</p> <p>Compatível com tiras reagentes utilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, oriundas do Processo Licitatório nº 68/2025 (Pregão Eletrônico), referentes ao modelo Accu-Chek Active ou equivalente técnico que utilize insumos previamente padronizados pela administração;</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema de codificação automática, sem necessidade de inserção manual de código;• Tempo de leitura de até 5 (cinco) segundos;• Display com visor ampliado, de fácil visualização dos resultados;• Capacidade de memória mínima para 500 (quinhentos) resultados, com data e hora;• Possuir marcadores de eventos (pré e pós-prandial);• Volume de amostra de sangue entre 1 e 2 µL;• Permitir utilização com diferentes tipos de amostras: capilar, venosa, arterial e neonatal;• Alimentação por bateria, preferencialmente modelo CR2032 ou equivalente;• Equipamento leve, portátil e de fácil transporte, acompanhado de estojo;	UNI	70	69,90	62,98	88,81	73,89	5.172,30



	<ul style="list-style-type: none">Garantia mínima de 12 (doze) meses. <p>Composição mínima do kit:</p> <ul style="list-style-type: none">01 monitor (glicosímetro);01 lancetador compatível;10 (dez) ou mais lancetas estéreis;10 (dez) ou mais tiras reagentes compatíveis;01 bateria;01 estojo para transporte;Manual de instruções em língua portuguesa.							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	COTAÇÃO 1	COTAÇÃO 2	COTAÇÃO 3	PREÇO MÉDIO	TOTAL
				Pref. de Gonçalves	Pref. Mun. de Igaratinga	Pref. Mun. de Cachoeira de Minas		
2	<p>Oxímetro de dedo portátil para medição não invasiva da saturação periférica de oxigênio (SpO₂) e frequência cardíaca, destinado ao uso clínico, ambulatorial, hospitalar e atendimentos domiciliares.</p> <p>Especificações Técnicas Mínimas</p> <ul style="list-style-type: none">Equipamento portátil tipo dedo, compacto, leve e de fácil operação.Medição não invasiva de:<ul style="list-style-type: none">Saturação periférica de oxigênio (SpO₂);Frequência cardíaca/pulso.Display digital em tecnologia OLED, LED ou similar de alta visibilidade.Exibição simultânea dos valores de SpO₂ e frequência cardíaca.	UNI	70	239,00	106,99	90,00	145,33	10.173,10



	<ul style="list-style-type: none">• Apresentação de onda pletismográfica e/ou indicador gráfico de intensidade de pulso.• Faixa mínima de medição:<ul style="list-style-type: none">○ SpO₂: 70% a 100%;○ Frequência cardíaca: 30 a 250 bpm.• Precisão mínima:<ul style="list-style-type: none">○ SpO₂: ±2% na faixa de 80% a 100%;○ Frequência cardíaca: ±2 bpm ou ±2%.• Tempo de resposta rápido, com leitura em até 10 segundos.• Funcionamento por pilhas AAA, bateria recarregável ou tecnologia equivalente.• Autonomia mínima de 20 horas de uso contínuo.• Desligamento automático após período de inatividade.• Indicação de bateria fraca no visor.• Equipamento resistente a pequenos impactos e adequado para uso contínuo.• Peso máximo aproximado de 100 g com baterias.• Operação simples com acionamento por botão único.• Grau de proteção mínimo IP22 ou superior.• Produto registrado na ANVISA.• Atender às normas de segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética aplicáveis. <p>Acessórios Mínimos Inclusos</p> <ul style="list-style-type: none">• 01 oxímetro de dedo;• Cordão ou capa de transporte;• Manual de instruções em português;• Pilhas ou cabo de carregamento, conforme modelo ofertado.						
--	--	--	--	--	--	--	--



	<p>Garantia e Assistência Técnica</p> <ul style="list-style-type: none">• Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.• Assistência técnica autorizada no Brasil. <p>Critérios de Aceitação</p> <ul style="list-style-type: none">• Produto novo, sem uso e acondicionado em embalagem original.• Equipamento de qualidade comprovada e adequado para uso profissional.• Deverá apresentar catálogo, ficha técnica ou prospecto para comprovação das especificações ofertadas.							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Lagoa Dourada-MG, 21 de maio de 2026

Juliana Silvestre Barreto Pinto
Secretária Municipal de Saúde