



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Monte Carmelo, 04 de Setembro de 2025

Órgão: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO**

Sector requisitante (Unidade/Setor/Departamento): **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Responsável pela Demanda: **Katiene Batista Neves**

E-mail: **imunizamontecarmelo@gmail.com**

Telefone: **(34) 3819-1313**

Objeto: **Aquisição de câmara fria para sala de vacina do Psf Jardim Oriente**



**ILUSTRAÇÃO:**

**JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:** A implantação da sala de vacina no novo PSF Jardim Oriente requer a aquisição de uma câmara fria para garantir a adequada conservação e armazenamento dos imunobiológicos enviados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Portanto, a aquisição da câmara fria para o PSF Jardim Oriente é uma medida indispensável para assegurar a qualidade, a eficácia e a continuidade das ações de imunização, fortalecendo a rede de atenção primária à saúde e promovendo a proteção da comunidade contra doenças imunopreveníveis.

### Descrições e quantidades

| Item | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO | UND | QUANTIDADE |
|------|-------------------------|-----|------------|
| 1    | CAMARA FRIA CSV 120     | UND | 1          |



A câmara fria CSV 120 é um equipamento com capacidade de 120 litros, que opera entre 2°C e 8°C, ideal para a conservação de vacinas. Possui gabinete em aço inoxidável e aço galvanizado, porta com sistema anti-embacamento, sistema de alarme com bateria, degelo automático e registro de temperatura via USB.

**Características Gerais**

- **Tipo:** Vertical.
- **Capacidade:** 120 litros.
- **Faixa de Temperatura:** +2°C a +8°C, com controle e homogeneização.
- **Gabinete:** Interno em aço inoxidável (para assepsia e resistência) e externo em aço galvanizado.
- **Porta:** De vidro com sistema anti-embacamento.
- **Degelo:** Automático seco.

**Tecnologia e Segurança**

- **Controle de Temperatura:** Homogêneo, garantindo a qualidade dos materiais termolábeis.
- **Alarme:** Sistema de alarme sonoro e visual para temperaturas fora da faixa, porta aberta e falta de energia.
- **Bateria de Backup:** Garante a autonomia do sistema de comando eletrônico e alarmes em caso de falta de energia, com autonomia de 24 a 72 horas.
- **Registro de Temperatura:** Memória com registro criptografado das temperaturas (máxima, mínima) e eventos.
- **Saída USB:** Para registro e armazenamento dos dados de temperatura.
- **Certificação:** Calibrada pelo INMETRO (RBC) e em conformidade com as normas da ANVISA.

**Funcionalidades Adicionais**


- **Fechamento Automático da Porta:** Para manter a temperatura interna estável.
- **Filtro contra Ruídos:** Protege o sistema microprocessado de interferências eletromagnéticas da rede elétrica.
- **Assistência Técnica:** Credenciada e disponível em todo o território nacional.


Prazo de Entrega/ Execução: Em até 10 (dez) dias corridos após a Assinatura do Contrato e/ou a Emissão da Autorização do Fornecimento.



Local da Entrega/Execução: **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Prazo para pagamento: **30 DIAS APÓS RECEBIMENTO. Poderá ser pago com recursos da Resolução 8888.**

  
**KATIENE BATISTA NEVES**  
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DFD

  
**Carlos Antonio Resende**  
Chefe de Departamento  
Secretaria Municipal de Saúde  
**CARLOS ANTONIO DE RESENDE**  
AUTORIDADE DA ÁREA REQUISITANTE - GESTOR

  
**DAIANE FURTADO DE CASTRO**  
Chefe de Departamento  
Secretaria Municipal de Saúde  
**DAIANE FURTADO DE CASTRO**  
COORDENADORA DE CONTRATAÇÃO