



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Órgão Requisitante: Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H

2. Informações Básicas:

Processo Digital número: 22.809

Equipe de planejamento:

Renata Sena Banhato – Matrícula: 83494-5

Jadher Silva Rios - Matrícula: 89795

Responsável pela fiscalização administrativa:

Isaías Vieira Costa - Matrícula: 88942

Responsável pela fiscalização técnica:

Alexandra Rodrigues Alves - Matrícula: 35633

Este Estudo Técnico Preliminar – ETP tem por objetivo assegurar a viabilidade técnica e a razoabilidade da aquisição de materiais médicos para atender a demanda da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

3. Descrição da necessidade.

A contratação para a aquisição de materiais médicos é fundamental para assegurar a continuidade e a eficácia dos serviços prestados pela Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H da Secretaria Municipal de Saúde. Estes materiais são essenciais para a realização de intervenções de saúde e para o atendimento emergencial oferecido pela unidade. A falta desses insumos pode comprometer gravemente a capacidade de atendimento da UPA, afetando a qualidade dos serviços e a segurança dos pacientes.

A fundamentação legal para a aquisição de materiais médicos para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H é baseada na Lei nº 14.133/2021, que regulamenta as licitações e contratos administrativos. Esta lei determina a necessidade de garantir a continuidade e a eficiência dos serviços públicos por meio da aquisição adequada de bens e serviços essenciais, incluindo insumos médicos. Para a UPA 24H, a disponibilidade desses materiais é essencial para manter a qualidade do atendimento emergencial e assegurar a capacidade da unidade de responder adequadamente às necessidades da população, tanto em situações emergenciais quanto em variações sazonais. A contratação visa garantir que a unidade possa oferecer um atendimento eficaz e contínuo à comunidade, alinhando-se às exigências legais e assegurando o cumprimento da missão pública na área da saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

A opção pela terceirização foi feita visando a eficiência e qualidade na gestão dos materiais, permitindo acesso a fornecedores especializados e flexibilidade diante das variações da demanda. Além disso, a terceirização pode proporcionar uma melhor relação custo-benefício, uma vez que os fornecedores terceirizados muitas vezes possuem estruturas logísticas mais eficientes e podem oferecer preços mais competitivos.

O quantitativo proposto para a aquisição dos materiais foi determinado com base em uma análise detalhada da demanda anual da UPA 24H. Consideramos o histórico de atendimentos, as projeções de demanda e as variações sazonais para garantir um estoque estratégico adequado. Essa abordagem visa minimizar o risco de desabastecimento em situações críticas e assegurar que a unidade possa manter seu padrão de atendimento, alinhando-se às responsabilidades da gestão pública em promover a saúde da comunidade de maneira eficiente e eficaz.

4. Previsão no Plano Anual de Contratações

O Plano Anual de Contratação está sendo elaborado.

5. Requisitos da Contratação

Analisando a demanda apresentada, foram identificados os seguintes requisitos básicos:

Em caso de divergência entre a descrição dos itens e o descrito no CATMAT, deve prevalecer a descrição detalhada, dos itens no Termo de Referência.

- O prazo para a entrega dos materiais médicos é de 15 dias úteis, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento pelo setor de compras da Secretaria Municipal de Saúde. A entrega será realizada de forma PARCELADA, conforme especificado na ordem de compra e de acordo com as necessidades da Secretaria.
- Se a empresa não conseguir cumprir o prazo de entrega estabelecido, deverá comunicar as razões com pelo menos 7 dias de antecedência. A solicitação de prorrogação de prazo será avaliada, exceto em casos de força maior ou eventos imprevistos.
- Os locais e horários de entrega são estabelecidos conforme a ordem de compra emitida, podendo ocorrer na Av. Wanderley Luiz Maia, 105 – Campo Belo/MG – CEP 37.270-000, ou no endereço especificado na Ordem de Compra, durante o horário das 07:00 h às 11:00 h ou 13:00 h às 17:00 h, mediante confirmação prévia com o setor licitante.
- A Secretaria de Saúde pode alterar quantidades, dias e locais de entrega com aviso prévio de 5 dias úteis. O transporte dos produtos é de responsabilidade da Contratada.
- O transporte para remoção dos materiais médicos será de responsabilidade da Contratada.
- Todos os custos relacionados ao frete, transporte, descarregamento dos produtos e quaisquer outras despesas necessárias para a execução completa do contrato serão de responsabilidade da empresa vencedora. Nenhum custo adicional será aceito além do que foi apresentado na proposta de preços.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

- Os pedidos realizados serão ajustados com base no controle de estoque e poderão ser modificados em quantidade conforme a necessidade da unidade e autorização da Direção e do setor solicitante, que são responsáveis pela fiscalização do contrato.
- A entrega dos materiais será fiscalizada por um funcionário designado, mas a responsabilidade pela qualidade, validade, estado das embalagens e qualquer outro aspecto relevante permanece com a Contratada.
- Os materiais médicos devem ser entregues em embalagens íntegras e dentro do prazo de validade estabelecido.
- As embalagens externas devem garantir as condições adequadas de armazenamento, incluindo proteção contra umidade e empilhamento.
- As embalagens devem apresentar o número do lote, data de fabricação e prazo de validade.
- Os produtos devem ter, no mínimo, 75% de seu prazo de validade total restante a partir da data de fabricação. Serão aceitos apenas produtos que não tenham ultrapassado 25% de seu prazo de validade.
- Os produtos poderão ser rejeitados total ou parcialmente se não atenderem às especificações do Termo de Referência e da proposta. A substituição deve ser feita no prazo de 7 dias a partir da notificação da Contratada, às suas próprias custas, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.
- A contratada deve atender aos critérios de sustentabilidade e normas da ANVISA, garantir a qualidade dos materiais, e reparar ou substituir produtos defeituosos. É responsável por todos os tributos e despesas, cumprir as leis trabalhistas, e entregar os produtos conforme o Edital, com verificação de qualidade.

A Licitante deverá apresentar os documentos complementares:

- Alvará de Licença Sanitária, expedido pela entidade de domicílio ou sede da licitante, quando for o caso ou documento atualizado que dispense tal exigência para o item, emitido pelo órgão competente.
- Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante da licitação (emitido pela ANVISA), quando for o caso ou documento atualizado que dispense tal exigência emitido pela Entidade para o respectivo item.

6. Estimativas das quantidades

A estimativa das quantidades de insumos médicos foi realizada com base na demanda histórica e projeções de uso, garantindo que a UPA 24H tenha os materiais necessários para fornecer um atendimento seguro e eficaz. As quantidades incluem uma margem de segurança para cobrir variações na demanda, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

ITEM	PRODUTO	DESCRIPTIVO/ ESPECIFICAÇÕES	CATMAT	QUANTIDADE
1	Abaixador de Língua em madeira	Em madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura e 0,5 mm de espessura. Pacote com 100 unidades. Pacote.	423465	300 pacotes
2	Ácido Peracético 0,2% Pronto para uso Galão 5 litros	Desinfetante químico de alto nível para desinfecção laboratorial e hospitalar em geral, a base de Ácido Peracético 0,2%, peróxido de hidrogênio e ácido acético com amplo espectro de ação, desenvolvido para a desinfecção de artigos semicríticos como: equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex. Produto pronto para uso. Registro na Anvisa. Galão de 5 litro. Galão.	348040	80 galões de 5 litros
3	Ácido Peracético 5% Concentrado Galão de 5 litros	Desinfetante químico de alto nível para desinfecção laboratorial e hospitalar em geral, a base de Ácido Peracético 5%, peróxido de hidrogênio e ácido acético com amplo espectro de ação, desenvolvido para a desinfecção de artigos semicríticos como: equipamentos em geral, endoscópios, tubos corrugados, kits de micronebulização, nebulizadores de oxigênio, aço inox, aço cirúrgico, alumínio, plástico, acrílico e látex. Produto Concentrado. Registro na Anvisa. Galão de 5 litros. Galão.	445470	30 galões de 5 litros

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (082.416.856-03) EM 19/09/2024 10:07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

4	Algodão Hidrófilo 500g	Algodão hidrófilo, não estéril, inodoro, homogêneo, sem impurezas e grânulos, 100% algodão alvejado, branco, neutro, macio, com boa capacidade de absorção e retenção de líquidos. Embalado em rolos de 500g. Embalagem constando externamente dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade. Rolo 500g. Rolo.	407961	1.000 rolos
5	Atadura de Crepe (10cm x 1,80m)	Atadura de crepe, tamanho 10cm x 1,80m, 13 fios, tipo I com fios 100% algodão ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no mínimo 21,8g conforme NBR 14056. Acabamento uniforme, com bordas devidamente acabadas, maciez, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e absorvência adequada. Identificação da embalagem conforme Portaria nº 265/2021 do Inmetro. Cada rolo é envolvido em embalagem individual. Pacote com 12 unidades.	444355	1.500 pacotes
6	Atadura de Crepe (15cm x 1,80m)	Atadura de crepe, tamanho 15cm x 1,80m, 13 fios, tipo I com fios 100% algodão ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no mínimo 32,7g conforme NBR 14056. Acabamento uniforme, com bordas devidamente acabadas, maciez, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e absorvência adequada. Identificação da embalagem conforme Portaria nº 265/2021 do Inmetro. Cada rolo é envolvido em embalagem individual. Pacote com 12 unidades.	444365	1.000 pacotes
7	Atadura de Crepe (20cm x 1,80m)	Atadura de crepe, tamanho 20cm x 1,80m, 13 fios, tipo I com fios 100% algodão ou misto, com elasticidade, dimensões, massa por unidade, pesando no mínimo 42,8g conforme	444371	500 pacotes

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (092.416.856-03) EM 19/09/2024 10:07





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		NBR 14056. Acabamento uniforme, com bordas devidamente acabadas, maciez, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e absorvência adequada. Identificação da embalagem conforme Portaria nº 265/2021 do Inmetro. Cada rolo é envolvido em embalagem individual. Pacote com 12 unidades.		
8	Bolsa Coletora de Urina Sistema Fechado	Bolsa coletora de urina em sistema fechado, capacidade 2000 ml, frente transparente, escala de volume impressa, verso leitoso, suporte de fixação com haste rígida (tipo cabide). Alça cordão com 40 cm e tubo de PVC aproximadamente 110 cm, transparente, atóxico, flexível, isento de dobras, com pinça corta fluxo. Ponto coleta de urina com membrana de látex auto vedante, conector universal ajuste para sondas vesicais, tampa protetora atóxica, apirogênica e descartável. Embalada individualmente, em papel grau cirúrgico e blister de filme plástico termo formável com abertura em pétala. Esterilizada em óxido de etileno. Embalagem deve conter todos os dados do material como lote e validade. Unidade.	419392	3.000 unidades
9	Braçadeira para Aparelho de Pressão Adulto	Braçadeira para aparelho de pressão adulto, em nylon com velcro, resistente, com manguito e circunferência de aproximadamente 18 cm a 35 cm. Embalagem com identificação do fabricante e lote. Unidade.	434229	100 unidades
10	Braçadeira para Aparelho de Pressão Adulto Para Obeso	Braçadeira para aparelho de pressão adulto especial para obeso, em nylon com velcro, resistente, com manguito e circunferência de aproximadamente 35 cm a 51 cm. Embalagem com identificação do fabricante e lote.	435624	20 unidades

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		Unidade.		
11	Braçadeira para Aparelho de Pressão Infantil	Braçadeira para aparelho de pressão infantil, em nylon com velcro, resistente, com manguito e com circunferência de aproximadamente 10 cm a 18 cm Embalagem com identificação do fabricante e lote. Unidade.	432472	10 unidades
12	Cabos para Eletrocardiógrafo Original Bionet	Aplicação em monitores de ECG. Cabos divididos em: cabos únicos (cabo tronco + vias), cabos troncos e vias blindados, cabo de 5 vias através de botão de pressão, garra tipo neo pinch. Compatível com os eletrocardiógrafos da Bionet. Unidade.	617454	6 unidades
13	Cadarço 100% algodão (Rolo 10m)	Cadarço sarjado, 100% algodão e alvejado. Largura 10mm e comprimento 10m. Rolo.	459034	30 rolos
14	Cadarço 100% algodão (Rolo 50m)	Cadarço sarjado, 100% algodão e alvejado. Largura 10mm e comprimento 50m. Rolo.	442291	15 rolos
15	Cateter Nasal Adulto	Cateter nasal tipo óculos adulto, para oxigênio terapia, confeccionado em PVC atóxico e flexível, com conector universal a redes de oxigênio. Com dispositivos para adaptação nas narinas do paciente, transparente e flexível. Regulador em polietileno com estrias aderentes. Embalado unitariamente em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação e validade. Esterilizado a gás oxido de etileno. Unidade.	603972	3.000 unidades
16	Cateter Nasal Infantil	Cateter nasal tipo óculos infantil para oxigênio terapia, confeccionado em PVC atóxico e flexível, com conector universal a redes de oxigênio. Com dispositivo para adaptação nas	603973	1.000 unidades

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		narinas do paciente, transparente e flexível. Regulador em polietileno com estrias aderentes. Embalado unitariamente em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala. Embalagem com dados de identificação, data de fabricação e validade. Esterilizado a gás oxido de etileno. Unidade.		
17	Coletor de Urina e Secreções Sistema Aberto	Coletor de urina e secreções tipo garrafa, sistema aberto 1200 ml, forma cilíndrica, de polietileno, escala de volume com marcações em traços horizontais a cada 50 ml, reservatório em plástico transparente e atóxico, tubo de drenagem com conector cônico e universal. Etiqueta de identificação do usuário, com pinça corta fluxo, cordel para sustentação. Embalado unitariamente contendo todas as informações conforme norma vigente. Unidade.	460850	500 unidades
18	Coletor para Material Perfurocortante (20 litros)	Caixa coletora para resíduo perfurocortante com capacidade para 20 litros, confeccionado em papelão ondulado e resistente a perfuração, na cor amarela, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alça dupla para transporte, sistema de abertura e fechamento, isento de ruptura e trava de segurança para o fechamento após o uso. Descartável e de uso único. Atender as recomendações da RDC 222/2018 e CONAMA 358. Unidade.	363485	2.500 unidades
19	Compressa Cirúrgica não estéril (45cm x 50cm)	Compressa cirúrgica não estéril do tipo campo operatório, tecida em quatro camadas de gaze sobrepostas, confeccionada com fios 100% algodão, com cadarço e fio radiopaco, medindo 45cm x 50cm, laterais devidamente costuradas de forma a evitar desfiamentos.	441585	500 pacotes

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (092.416.856-03) EM 19/09/2024 10:07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		Branqueadas, pré lavadas, isentas de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina, corretivos colorantes. Pacote contendo 50 unidades. Pacote.		
20	Compressa de Campo Operatório Estéril 25cm x 28cm	Compressa de Campo Operatório Estéril 25cm x 28cm, fabricada em tecido hidrófilo 100% algodão. Tecido quádruplo sobreposto tipo tela, neutro e altamente absorvente. Estéril, apresenta em uma das extremidades um cadarço/alça duplo, com filamento radiopaco, atóxico e apirogênico. Embalagem deve conter todas as informações do produto como lote e validade. Pacote com 5 unidades. Pacote.	615985	200 pacotes
21	Compressa de Gaze 13 fios	Compressa de gaze hidrófila estéril, tipo I, 100% algodão em tecido tipo tela, 13 fios, branqueadas, isentas de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina e corretivos colorantes. Com dimensões fechadas de 7,5 x 7,5cm e quando aberta 15x30cm. Características conforme NBR 13843. Esterilizada por óxido de etileno, embalada em pacote individual contendo 10 unidades de papel grau cirúrgico e filme nylon/polietileno. Pacote.	615986	30.000 pacotes
22	Detergente Enzimático Produto Concentrado	Detergente Enzimático à base de quatro enzimas dos grupos das amilases, proteases, lipases e carboidrases. Concentração total mínima de 35%, com álcool isopropílico, água purificada, estabilizante, detergente não iônico. Biodegradável, atóxico, não corrosivo, nem irritante dérmico ou ocular, com pH neutro. Indicado para limpeza e remoção de resíduos orgânicos em equipamentos, artigos e instrumentos hospitalares, como sangue, muco, secreções e	328077	50 galões de 5 litros

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.atende.net/p66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (082.416.856-03) EM 19/09/2024 10:07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		gorduras. Produto concentrado. Registro na Anvisa. Galão de 5 litros. Galão.		
23	Eletrodo Descartável AMPLA PARTICIPAÇÃO	Eletrodo descartável para eletrocardiograma e monitorização cardíaca de curta ou longa duração (04 dias). Dorso de espuma, com gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável, contrapino de Cloreto de Prata. Pacote contendo 50 unidades. Pacote.	461243	4.500 pacotes
24	Eletrodo Descartável EXCLUSIVO ME, EPP E EQUIPARADAS	Eletrodo descartável para eletrocardiograma e monitorização cardíaca de curta ou longa duração (04 dias). Dorso de espuma, com gel sólido, adesivo acrílico hipoalergênico, pino de aço inoxidável, contrapino de Cloreto de Prata. Pacote contendo 50 unidades. Pacote.	461243	500 pacotes
25	Eletrodo Cardiológico Precordial	Eletrodo cardiológico Precordial adulto com Pêra de silicone. (Sucção + Pêra ECG). Pacote com 6 unidades. Pacote.	461258	12 pacotes
26	Equipo Macrogotas com Injetor Lateral AMPLA PARTICIPAÇÃO	Equipo Macrogotas, estéril, ponta perfurante, tampa protetora, câmara flexível gotejadora em macrogotas, tubo em PVC, atóxico e apirogênico, pinça rolete para dosagem de volume, 20 gotas=1mL. Conexão luer lock, com injetor lateral, filtro de partícula, válvula de ar. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade. Registro na ANVISA. Unidade.	610307	90.000 unidades
27	Equipo Macrogotas com Injetor Lateral EXCLUSIVO ME,	Equipo Macrogotas, estéril, ponta perfurante, tampa protetora, câmara flexível gotejadora em macrogotas, tubo em PVC, atóxico e apirogênico, pinça rolete para dosagem de	610307	10.000 unidades

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (082.416.856-03) EM: 19/09/2024 10:07





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	EPP E EQUIPARADAS			
		volume, 20 gotas=1mL. Conexão luer lock, com injetor lateral, filtro de partícula, válvula de ar. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade. Registro na ANVISA. Unidade.		
28	Equipo Macrogotas Fotoprotetor	Equipo Macrogotas para infusão de soluções fotossensíveis. Ponta perfurante trifacetada acompanhado de tampa protetora, tubo flexível, câmara de gotejamento, filtro, pinça rolete ou regulador de fluxo e entrada de ar. Estéril, atóxico e apirogênico. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo todos os impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade. Registro na ANVISA. Unidade.	610306	100 unidades
29	Equipo Microgotas com Injetor Lateral	Equipo microgotas com injetor lateral, estéril, ponta perfurante, tampa protetora, câmara flexível gotejadora em microgotas, tubo em PVC, atóxico e apirogênico, pinça rolete para dosagem de volume, 60 gotas=1mL, conexão Luer Lock, com injetor lateral, filtro de partícula, válvula de ar. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade. Registro na ANVISA. Unidade.	609505	50 unidades
30	Equipo Multivia com Clamp	Equipo Multivia com Clamp, 2 conectores luer lock fêmea universal com tampas, tubo flexível e transparente em PVC, 2 clamp corta fluxo, um conector luer slip macho/luer lock rotativo universal com protetor, esterilizado a óxido de etileno atóxico e apirogênico.	609505	50.000 unidades

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade. Registro na ANVISA. Unidade.		
31	Equipo para Nutrição Enteral	Equipo para Nutrição Enteral Estéril, fabricado em PVC flexível, possui ponta perfurante com tampa protetora, câmara de gotejamento, válvula de ar e pinça rolete. Atóxico, apirogênico, de uso único e estéril. Tubo Azul, que evita a conexão acidental com o acesso venoso. Conector escalonado. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo todos os impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade. Registro na ANVISA. Unidade.	610251	500 unidades
32	Esfigmomanômetro (Aparelho de Pressão Adulto)	Esfigmomanômetro convencional adulto com precisão absoluta na medição da pressão arterial. Braçadeira com circunferência de aproximadamente de 18 a 35cm, confeccionada em nylon antialérgico e impermeável, de alta resistência e durabilidade. Manguito e bulbo em látex puro, altamente resistente ao manuseio, flexível, válvula de descarga de ar muito sensível na regulagem e vedação, com fecho de velcro e acabamento em nylon. Faixa de medição entre 20 e 300 MmHg. Unidade.	485445	50 unidades
33	Esfigmomanômetro (Aparelho de Pressão Infantil)	Esfigmomanômetro convencional infantil com precisão absoluta na medição da pressão arterial. Braçadeira com circunferência de aproximadamente 10 cm a 18 cm, confeccionada em nylon antialérgico e impermeável, de alta resistência e durabilidade. Manguito e bulbo em látex puro, altamente resistente ao	432474	5 unidades

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		manuseio, flexível, válvula de descarga de ar muito sensível na regulagem e vedação, com fecho de velcro e acabamento em nylon. Unidade.		
34	Espaçador Valvulado	Espaçador Valvulado, utilizado para administrar medicamentos aerossol. Atóxico e formato anatômico, com adaptador flexível que se adapta em todos os aerossóis disponíveis no mercado e máscara adaptável em tubo endotraqueal ou traqueostomia. Máscara com tamanho único. Uso adulto e infantil. Unidade.	473659	300 unidades
35	Esparadrapo Impermeável 100% algodão (10cm x 4,5m)	Esparadrapo impermeável 10cm x 4,5m, branco, tecido 100% algodão, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, bordas serrilhadas, enrolado em carretéis plásticos, com abas. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, resistente a água e excelente aderência Protegido por capa que contenha identificação, lote e validade. Unidade.	446603	3.000 unidades
36	Estetoscópio	Estetoscópio portátil, com tubos flexíveis em poliuretano, resistente, flexível, com pavilhão único contendo auscultador em aço inox, com diafragma suspenso, para monitorização de altas e baixas frequências, leve e compacto. Olivas em termoplásticos, macias, que ofereça vedação de ruídos externos, ajuste ao canal auditivo, tubulação de alta resistência, hastes em aço inox. Embalagem individual, contendo identificação do fabricante e do produto. Unidade.	609094	30 unidades
37	Fita Adesiva Autoclave	Fita adesiva para autoclave, medindo aproximadamente 19mm x 30m, confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, uma das	332343	300 unidades

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.atende.net/p66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (082.416.856-03) EM 19/09/2024 10:07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		faces em massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas, outra face com camada impermeabilizante de resina acrílica, indicadora de esterilização através das listas diagonais de tinta termoreativa. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade. Unidade.		
38	Fita Crepe Adesiva Hospitalar	Fita crepe adesiva hospitalar, medindo aproximadamente 19mm x 50m, confeccionada com dorso de papel crepado tratado com látices de estireno butadieno, uma das faces com massa adesiva à base de borracha natural e resina e outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas, esterilizada pelo processo a gás óxido de etileno, cor branca aceita escrita em lápis ou caneta, sem borrar. Unidade.	441600	500 unidades
39	Fita Micropore	Fita Micropore, medindo aproximadamente 25mm x 10m, porosa, confeccionada com substrato de não- tecido à base de fibras de viscosa, resina acrílica e massa adesiva à base de poliácrlato hipoalergênico, de finíssima espessura e excelente fixação. Protegida por capa que contenha identificação, lote e validade. Unidade.	452355	1.000 unidades
40	Fixador de Cateter Venoso	Fixador estéril para cateter periférico e central composto por filme transparente que permite a visualização do sítio de inserção, adesivo hipoalergênico, permeável a trocas gasosas e impermeável a líquidos e fluidos corporais, que forma barreira viral e microbiana. Possuir boa aderência e sistema de fixação fácil e guia centralizador, duas tiras em TNT estéril e aderente. Unidade.	483406	1.000 unidades

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

41	Frasco para Dieta Enteral	Frasco para Dieta Enteral em polietileno, graduado com escala de 10ml, com trava de segurança e alça de sustentação. Produto higiênico, não-estéril, de uso único. Produto embalado individualmente. Volume 300ml. Unidade.	395538	1.000 unidades
42	Indicador Biológico de Leitura Rápida	Indicador Biológico para esterilização a vapor, do tipo autocontido, com tempo de resposta de no máximo 3 horas, por método de fluorescência para o monitoramento Biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão. Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada) acondicionada em uma ampola plástica termo-resistente, contendo uma ampola de vidro com caldo nutriente próprio para crescimento dos microrganismos. Cada ampola deve possuir um rótulo externo que informa o nome do produto, lote, prazo de validade, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não-processadas. O ganhador do item deverá fornecer em consignado 1 incubadora. Unidade.	340941	1.000 unidades
43	Kit Cateter Venoso Central (Adulto)	Cateter venoso central adulto, duplo lúmen 7FR x 20 cm com oclusores, com aba de sutura, abraçadeira, fio guia (pontas reta e J) 0.32"x60cm com dispensador, seringa de 5 ml luer-lock com agulha hipodérmica 30x7, agulha 18gax7cm para introdução do fio guia, tampas luer	437297	300 unidades

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		lock, dilatador de vaso 8frx4". Esterilizado a óxido de etileno, acondicionado em embalagem individual termo selado. Embalagem contendo todos os dados conforme legislação vigente. Unidade.		
44	Kit Cateter Venoso Central (Infantil)	Cateter venoso central infantil, duplo lúmen 4FRx13cm com oclusores, com aba de sutura, abraçadeira, fio guia (pontas reta e J) 0.18"x45cm com dispensador, agulha 21gax5cm para introdução do fio guia, seringa de 5 ml luer-lock com agulha hipodérmica 5.5x20mm, dilatador de vaso 5FRx2". Esterilizado a óxido de etileno, acondicionado em embalagem individual termo selado. Embalagem contendo todos os dados conforme legislação vigente. Unidade.	462126	10 unidades
45	Kit para Inalação Adulto	Kit para nebulização adulto com corpo e copo em material inquebrável, injetor de polipropileno, conexão de extensão adaptável em oxigênio, máscara plástica branca translúcida, lavável, resistente, flexível e durável, extensão de PVC, de 1,30 m de comprimento e atóxico. Embalado individualmente. Unidade.	454604	500 unidades
46	Kit para Inalação Infantil	Kit para nebulização infantil com corpo e copo em material inquebrável, injetor de polipropileno, conexão de extensão adaptável em oxigênio, máscara plástica branca translúcida, lavável, resistente, flexível e durável, extensão de PVC, de 1,30 m de comprimento, atóxico. Embalado individualmente. Unidade.	454605	500 unidades
47	Lancetas de Segurança Automática (28G)	Dispositivo estéril, apirogênico e não tóxico, para obter amostra de sangue capilar para teste sanguíneo, com acionamento automático por contato, de disparo único e retração automática após o uso. Agulha trifacetada e estéril com calibre	338605	2.000 caixas

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (092.416.856-03) EM 19/09/2024 10:07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		(28G). Material de uso único. Descartável. Caixa com 100 unidades. Caixa.		
48	Luva de Procedimento Nitrílica - G (sem pó)	Luva de procedimento tamanho G, confeccionada em borracha nitrílica, sintética, para procedimento não cirúrgico, não estéril, ambidestra, uso único e sem pó. Cor azul ou branca. Caixa com 100 unidades. Caixa.	208740	2.000 caixas
49	Luva de Procedimento Nitrílica - M (Sem pó) AMPLA PARTICIPAÇÃO	Luva de procedimento tamanho M, confeccionada em borracha nitrílica, sintética, para procedimento não cirúrgico, não estéril, ambidestra, uso único e sem pó. Cor azul ou branca. Caixa com 100 unidades. Caixa.	208788	3.150 caixas
50	Luva de Procedimento Nitrílica - M (Sem pó) EXCLUSIVO ME, EPP E EQUIPARADAS	Luva de procedimento tamanho M, confeccionada em borracha nitrílica, sintética, para procedimento não cirúrgico, não estéril, ambidestra, uso único e sem pó. Cor azul ou branca. Caixa com 100 unidades. Caixa.	208788	350 caixas
51	Luva de Procedimento Nitrílica - P (Sem pó) AMPLA PARTICIPAÇÃO	Luva de procedimento tamanho P, confeccionada em borracha nitrílica, sintética, para procedimento não cirúrgico, não estéril, ambidestra, uso único e sem pó. Cor azul ou branca. Caixa com 100 unidades. Caixa.	208828	2.700 caixas
52	Luva de Procedimento Nitrílica - P (Sem pó) EXCLUSIVO ME, EPP E EQUIPARADAS	Luva de procedimento tamanho P, confeccionada em borracha nitrílica, sintética, para procedimento não cirúrgico, não estéril, ambidestra, uso único e sem pó. Cor azul ou branca. Caixa com 100 unidades. Caixa.	208828	300 caixas
53	Luva Estéril Nº 6.5 - Par	Luva Estéril nº 6.5, confeccionada em látex natural, com espessura mínima	620081	500 pares

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		0,10mm, comprimento mínimo de 280mm, esterilizado por raio gama cobalto 60, lubrificada com pó bioabsorvível, anatômica. Embalada individualmente, com identificação de direita e esquerda. Par.		
54	Luva Estéril Nº 7.0 - Par	Luva Estéril nº 7.0, confeccionada em látex natural, com espessura mínima 0,10mm, comprimento mínimo de 280mm, esterilizado por raio gama cobalto 60, lubrificada com pó bioabsorvível, anatômica. Embalada individualmente, com identificação de direita e esquerda. Par.	620082	2.000 pares
55	Luva Estéril Nº 8.0 - Par	Luva Estéril nº 8.0, confeccionada em látex natural, com espessura mínima 0,10mm, comprimento mínimo de 280mm, esterilizado por raio gama cobalto 60, lubrificada com pó bioabsorvível, anatômica. Embalada individualmente, com identificação de direita e esquerda. Par.	620084	2.000 pares
56	Luva Estéril Nº 8.5 - Par	Luva Estéril nº 8.5, confeccionada em látex natural, com espessura mínima 0,10mm, comprimento mínimo de 280mm, esterilizado por raio gama cobalto 60, lubrificada com pó bioabsorvível, anatômica. Embalada individualmente, com identificação de direita e esquerda. Par.	620085	500 pares
57	Luva de Procedimento Látex (P/M/G) AMPLA PARTICIPAÇÃO	Luvas de procedimento em látex com pó para a proteção do profissional de saúde em procedimentos não invasivos. Tamanhos: P, M e G. Caixa com 100 unidades. Caixa.	450458	7.200 caixas
58	Luva de Procedimento Látex (P/M/G) EXCLUSIVO ME, EPP E EQUIPARADAS	Luvas de procedimento em látex com pó para a proteção do profissional de saúde em procedimentos não invasivos. Tamanhos: P, M e G. Caixa com 100 unidades. Caixa.	450458	800 caixas

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

59	Luva Estéril Nº 7.5 - Par	Luva Estéril nº 7.5, confeccionada em látex natural, com espessura mínima 0,10mm, comprimento mínimo de 280mm, esterilizado por raio gama cobalto 60, lubrificada com pó bioabsorvível, anatômica. Embalada individualmente, com identificação de direita e esquerda. Par.	620083	2.000 pares
60	Máscara de Alto Fluxo de O2 Adulto	Máscara de Alto Fluxo de O2 Adulto, atóxica, estéril e apirogênica, com tubo de O2 e reservatório. Máscara em PVC, resistente, com válvula anti retorno, em material translúcido, com fixador nasal e elástico. Unidade.	454574	500 unidades
61	Máscara de Alto Fluxo de O2 Infantil	Máscara de Alto Fluxo de O2 Infantil, atóxica, estéril e apirogênica, com tubo de O2 e reservatório. Máscara em PVC, resistente, com válvula anti retorno, em material translúcido, com fixador nasal e elástico. Unidade.	454575	500 unidades
62	Mononylon 2.0 (Agulha 3/8 - 20mm)	Mononylon 2-0, não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, monofilamento de superfície lisa e uniforme, resistente a tração, ótima fixação do nó cirúrgico. Monofilamento preto, comprimento de 45 cm, com agulha 3/8 cirúrgica em aço inox, triangular, 20mm. Esterilizado com raios gama cobalto 60. Caixa com 24 unidades. Caixa.	487449	50 caixas
63	Mononylon 2.0 (Agulha 3/8 - 30mm)	Mononylon 2-0, não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, monofilamento de superfície lisa e uniforme, resistente a tração, ótima fixação do nó cirúrgico. Monofilamento preto, comprimento de 45 cm, com agulha 3/8 cirúrgica em aço inox, triangular, 30mm. Esterilizado com raios gama cobalto 60. Caixa com 24 unidades. Caixa.	487452	50 caixas

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.atende.net/p66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (082.416.856-03) EM 19/09/2024 10:07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

64	Mononylon 3.0 (Aguilha 3/8 - 20mm)	Mononylon 3-0, não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, monofilamento de superfície lisa e uniforme, resistente a tração, ótima fixação do nó cirúrgico. Monofilamento preto, comprimento de 45 cm, com agulha 3/8 cirúrgica em aço inox círculo, triangular, 20mm. Esterilizado com raios gama cobalto 60. Caixa com 24 unidades. Caixa.	487443	50 caixas
65	Mononylon 3.0 (Aguilha 3/8 - 30mm)	Mononylon 3-0, não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, monofilamento de superfície lisa e uniforme, resistente a tração, ótima fixação do nó cirúrgico. Monofilamento preto, comprimento de 45 cm, com agulha 3/8 cirúrgica em o inox círculo, triangular, 30mm. Esterilizado com raios gama cobalto 60. Caixa com 24 unidades. Caixa.	487445	50 caixas
66	Mononylon 4.0 (Aguilha 3/8 - 20mm)	Mononylon 4-0, não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, monofilamento de superfície lisa e uniforme, resistente a tração, ótima fixação do nó cirúrgico. Monofilamento preto, comprimento de 45 cm, com agulha 3/8 cirúrgica em aço inox círculo, triangular, 20mm. Esterilizado com raios gama cobalto 60. Caixa com 24 unidades. Caixa.	487427	50 caixas
67	Mononylon 4.0 (Aguilha 3/8 - 30mm)	Mononylon 4-0, não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, monofilamento de superfície lisa e uniforme, resistente a tração, ótima fixação do nó cirúrgico. Monofilamento preto, comprimento de 45 cm, com agulha 3/8 cirúrgica em aço inox círculo, triangular, 30mm. Esterilizado com raios gama cobalto 60. Caixa com 24 unidades. Caixa.	487429	50 caixas

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (082.416.856-03) EM 19/09/2024 10:07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

68	Mononylon 5.0 (Agulha 3/8 - 20mm)	Mononylon 5-0, não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, monofilamento de superfície lisa e uniforme, resistente a tração, ótima fixação do nó cirúrgico. Monofilamento preto, comprimento de 45 cm, com agulha 3/8 cirúrgica em aço inox círculo, triangular, 20mm. Esterilizado com raios gama cobalto 60. Caixa com 24 unidades. Caixa.	487416	50 caixas
69	Mononylon 6.0 (Agulha 3/8 - 20mm)	Mononylon 6-0, não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, monofilamento de superfície lisa e uniforme, resistente a tração, ótima fixação do nó cirúrgico. Monofilamento preto, comprimento de 45 cm, com agulha 3/8 cirúrgica em aço inox círculo, triangular, 20mm. Esterilizado com raios gama cobalto 60. Caixa com 24 unidades. Caixa.	487408	50 caixas
70	Oxímetro de Dedo Portátil (Adulto)	Oxímetro de Dedo Portátil Adulto que mede e mostra valores confiáveis da SpO2 (oxigênio no sangue) e da frequência cardíaca com curva pletismografia. Indicador de pulso, botão único de liga/desliga, visor grande de fácil visualização (LED); compacto, portátil e iluminado. Deve medir mesmo com o dedo gelado e com as unhas pintadas. Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA". Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade. Inclui cordão para o pescoço. Registro na Anvisa. Manual em português. Unidade.	441981	50 unidades
71	Oxímetro de Dedo Portátil Pediátrico	Oxímetro de Dedo Portátil Pediátrico que mede e mostra valores confiáveis da SpO2 (oxigênio no sangue) e da frequência cardíaca com curva pletismografia. Indicador de pulso,	441981	20 unidades

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.atende.net/p66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (082.416.856-03) EM 19/09/2024 10:07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		botão único de liga/desliga, tela de fácil visualização; compacto, portátil e iluminado. Deve medir mesmo com o de do gelado e com as unhas pintadas. Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA". Dispositivo desliga automaticamente após alguns segundos sem uso. Inclui cordão para o pescoço. Registro na Anvisa. Manual em português e Unidade.		
72	Papel ECG (216mm x 30m)	Papel ECG termo sensível bobina com medidas 216mm x 30m, reticulado, para uso em eletrocardiógrafos compatível com a marca Bionet como CardioCare 2.000. Parte termo sensível externa. Bobina.	438061	300 bobinas
73	Papel Grau Cirúrgico (15cm x 100m)	Papel grau cirúrgico 15cm x 100m, produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster e polipropileno), permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistente ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, filme azul transparente. Contém indicador químico que muda de cor após esterilização, com indicador de sentido correto de abertura na embalagem, com impressão de dados na área externa, evitando migração da tinta durante o processo de esterilização. Embalagem em rolo. Rolo.	462298	50 rolos
74	Papel Grau Cirúrgico (40cm x 100m)	Papel grau cirúrgico 40cm x 100m, produzido em papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster e polipropileno), permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistente ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, filme azul transparente. Contém indicador	443097	20 rolos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		químico que muda de cor após esterilização, com indicador de sentido correto de abertura na embalagem, com impressão de dados na área externa, evitando migração da tinta durante o processo de esterilização. Embalagem em rolo. Rolo.		
75	Reanimador Manual Adulto	Reanimador manual adulto tipoambu, tamanho 1600ml, composto por balão de silicone translúcido de grau farmacêutico (ISO 10.993) de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização, válvula inferior e unidirecional confeccionadas em policarbonato e máscara em silicone autoclavável, válvula anti-reinalação, diafragma do tipo bico de pato, válvula de segurança. Reservatório de O ² com capacidade para 2,5 litros. Unidade.	456408	20 unidades
76	Reanimador Manual Infantil	Reanimador manual infantil tipoambu, tamanho 500ml, composto por balão de silicone translúcido de grau farmacêutico (ISO 10.993) de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização, válvula inferior e unidirecional confeccionadas em policarbonato e máscara em silicone autoclavável, válvula anti-reinalação, diafragma do tipo bico de pato, válvula de segurança. Reservatório de O ² com capacidade para 1 litro. Unidade.	456410	10 unidades
77	Reservatório para Reanimador Manual Adulto	Com conexão direta, capacidade de armazenamento de 2500ml, balão em silicone básico, não autoclavável e sem extensão (tubo). COMPATÍVEL COM O ITEM 75.	456408	100 unidades

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (092.416.856-03) EM 19/09/2024 10:07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

78	Reservatório para Reanimador Manual Infantil	Com conexão direta, capacidade de armazenamento de 1000ml, balão em silicone básico, não autoclavável e sem extensão (tubo). COMPATÍVEL COM O ITEM 76.	456410	10 unidades
79	Seringa 10 mL (Sem agulha)	Seringa descartável 10ml sem agulha, bico Luer lock. Em polipropileno para seringas Plastipak™, que proporciona maior transparência. Siliconização interna para melhor deslize do êmbolo. Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Produto estéril, atóxico e apirogênico. Embalado individualmente com material que promova barreira microbiana, de abertura asséptica, contendo dados de procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Unidade.	439641	100.000 unidades
80	Seringa 20 mL (Sem agulha) (Bico Luer slip)	Seringa 20ml. Bico Luer slip. Sem agulha. Em polipropileno para seringas Plastipak™, que proporciona maior transparência. Siliconização interna para melhor deslize do êmbolo. Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Produto estéril, atóxico e apirogênico. Embalado individualmente com material que promova barreira microbiana, de abertura asséptica, contendo dados de procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Unidade.	455596	20.000 unidades
81	Seringa 20 mL (Sem agulha)	Seringa 20ml. Bico Luer lock. Sem agulha. Em polipropileno para seringas Plastipak™, que proporciona maior transparência. Siliconização interna para melhor deslize do êmbolo. Cilindro com anel	455596	40.000 unidades

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://c.atende.net/p66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (082.416.856-03) EM 19/09/2024 10:07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração. Produto estéril, atóxico e apirogênico. Embalado individualmente com material que promova barreira microbiana, de abertura asséptica, contendo dados de procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Unidade.		
82	Seringa 3 mL (Sem agulha)	Seringa descartável 3 ml sem agulha, bico Luer-Lock, confeccionado em plástico atóxico, cilindro e haste em polipropileno atóxico e apirogênico, pistão em borracha termoplástica atóxica e apirogênica, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição legíveis e isentos de falhas até o momento da utilização, sendo a escala numerada em traços longos a cada 0,5ml e a secundária a cada 0,1ml, feitas com tinta atóxica em azul ou preta. Embolo no final da seringa não se desprende por possuir anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias, com protetor plástico. Esterilizada por óxido de etileno. Embalada individualmente em invólucro apropriado de fácil abertura contendo todos os dados conforme legislação vigente. Unidade.	440373	100.000 unidades
83	Seringa 5 mL (Sem agulha)	Seringa descartável 5 ml sem agulha, bico Luer-Lock, confeccionado em plástico atóxico, cilindro e haste em polipropileno atóxico e apirogênico, pistão em borracha termoplástica atóxica e apirogênica, com alto grau de precisão, traços e números de inscrição legíveis e isentos de falhas até o momento da utilização, sendo a escala numerada em traços longos a cada 1ml e a secundária a cada 0,2ml, feitas com tinta atóxica em azul ou preta. Embolo no final da seringa	439726	100.000 unidades

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		não se desprende por possuir anel de retenção, evitando acidentes e perdas de substâncias, com protetor plástico. Esterilizada por óxido de etileno, embalada individualmente em invólucro apropriado de fácil abertura contendo todos os dados conforme legislação vigente. Unidade.		
84	Seringa 60mL (Bico Cateter sonda ou slip)	Seringa de 60ml, bico cateter sonda ou slip, descartável, sem agulha. Cilíndrico, altamente transparente, permite a visualização nítida do fluido aspirado, apresenta anel de retenção que impede o desprendimento do êmbolo. Pistão confeccionado em TPE, atóxico, livre de látex. Escala de graduação, apresenta alto grau de precisão, traços e números de inscrição legíveis. Embalada em invólucro apropriado, garantindo a integridade e esterilidade do produto durante o armazenamento e até o momento do uso, de abertura asséptica, contendo dados de procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Esterilizada a óxido de etileno. Unidade.	439632	50 unidades
85	Seringa de Insulina 100UI (com Agulha Fixa)	Seringa de insulina com agulha fixa aproximadamente 0,8mm x 0,30mm. Capacidade de 1ml ou 100UI, estéril, fabricada em polipropileno, corpo transparente, possui êmbolo cônico. Seringas graduadas em unidades internacionais (UI). Lubrificada, cinto com anel de retenção, atóxica e apirogênica. Descartável e de uso único. Pistão composto por borracha natural. Marcação impressa de forma legível. Embalada em invólucro apropriado, garantindo a integridade e esterilidade do produto durante o armazenamento e até o momento do uso, de abertura asséptica, contendo dados de procedência, número do lote, data de fabricação e validade.	469169	10.000 unidades

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		Unidade.		
86	Seringa de Insulina 100UI (sem Agulha)	Seringa de insulina sem agulha, capacidade de 1ml ou 100UI, estéril, fabricada em polipropileno, corpo transparente, possui êmbolo cônico e bico luer lock. Seringa graduada em unidade internacional (UI). Lubrificada, cinto com anel de retenção, atóxica e apirogênica. Descartável e de uso único. Pistão composto por borracha natural. Marcação impressa de forma legível. Embalada em invólucro apropriado, garantindo a integridade e esterilidade do produto durante o armazenamento e até o momento do uso, de abertura asséptica, contendo dados de procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Unidade.	469169	10.000 unidades
87	Sonda de Alimentação Enteral	Sonda de Alimentação Enteral, com Tubo da sonda em poliuretano radiopaco com escala de graduação, estéril, dupla entrada em "Y", fio guia em aço- inox, pré-lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada. Tamanho 12FR x 120cm. Esterilizada por óxido de etileno. Embalada unitariamente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo todos os dados conforme legislação vigente. Unidade.	438984	500 unidades
88	Sonda Foley Nº 10	Sonda foley duas vias nº 10, feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática, fácil inserção no canal uretra, balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Atóxico e apirogênico. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, contendo todos os dados de identificação, lote, data de fabricação e validade. Esterilizado em Óxido de Etileno. Unidade.	436008	50 unidades

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (082.416.856-03) EM 19/09/2024 10:07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

89	Sonda Endotraqueal N° 3.0	Sonda endotraqueal nº 3.0, com balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 2 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Unidade.	451191	10 unidades
90	Sonda Endotraqueal N° 4.0	Sonda endotraqueal nº 4.0, com balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 2 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Unidade.	451198	10 unidades
91	Sonda Endotraqueal N° 6.0	Sonda endotraqueal nº 6.0, com balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 2 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Unidade.	451203	50 unidades
92	Sonda Endotraqueal N° 6.5	Sonda endotraqueal nº 6.5, com balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 2 orifícios alternados em	451205	50 unidades

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Unidade.		
93	Sonda Endotraqueal Nº 7.0	Sonda endotraqueal nº 7.0, com balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 2 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Unidade.	451275	200 unidades
94	Sonda Endotraqueal Nº 7.5	Sonda endotraqueal nº 7.5, com balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 2 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Unidade.	451194	400 unidades
95	Sonda Endotraqueal Nº 8.0	Sonda endotraqueal nº 8.0, com balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 2 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Unidade.	451206	300 unidades

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

96	Sonda Endotraqueal N° 9.0	Sonda endotraqueal nº 9.0, com balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 2 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Unidade.	451199	50 unidades
97	Sonda Endotraqueal N° 3.5	Sonda endotraqueal nº 3.5, com balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 2 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Unidade.	451436	10 unidades
98	Sonda Endotraqueal N° 5.0	Sonda endotraqueal nº 5.0, com balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 2 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Unidade.	451196	10 unidades

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (092.416.856-03) EM 19/09/2024 10:07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

99	Sonda Endotraqueal N° 5.5	Sonda endotraqueal nº 5.5, com balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 2 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Unidade.	451202	10 unidades
100	Sonda Endotraqueal N° 8.5	Sonda endotraqueal nº 8.5, com balão, tubo em PVC atóxico, flexível transparente com a superfície rigorosamente lisa, com uma ponta arredondada aberta no lado proximal do tubo e 2 orifícios alternados em lados opostos. Conector perfeitamente adaptável a seringas no lado distal do tubo. Esterilização a óxido de etileno e embalados individualmente, em Papel Grau Cirúrgico ou Plástico. Unidade.	451200	300 unidades
101	Sonda Foley 3 Vias N° 22	Sonda Foley 3 Vias nº 22, em látex, siliconada. Tubo com aproximadamente 30 a 40 cm, com um ou mais olhos laterais. Embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico. Orifícios adequados, eficientes e bem acabados, ponta distal atraumática. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso. Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxico e apirogênico, de uso único e estéril por ETO. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, contendo todos os dados de identificação, lote, data de fabricação e validade. Válvula de fácil	436013	25 unidades

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		manipulação. Unidade.		
102	Sonda Foley 3 Vias Nº 24	Sonda Foley 3 Vias nº 24, em látex, siliconada. Tubo com aproximadamente 30 a 40 cm, com um ou mais olhos laterais. Embalagem tipo blister em papel grau cirúrgico. Orifícios adequados, eficientes e bem acabados, ponta distal atraumática. Balão resistente a alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso. Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora. Atóxico e apirogênico, de uso único e estéril por ETO. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, contendo todos os dados de identificação, lote, data de fabricação e validade. Válvula de fácil manipulação. Unidade.	436013	25 unidades
103	Sonda Foley Nº 20	Sonda foley duas vias nº 20, feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática, fácil inserção no canal uretra, balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Atóxico e apirogênico. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, contendo todos os dados de identificação, lote, data de fabricação e validade. Esterilizado em Óxido de Etileno. Unidade.	464227	50 unidades
104	Sonda Foley Nº 12	Sonda foley duas vias nº 12, feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática, fácil inserção no canal uretra, balão resistente à alta pressão, fácil	436009	100 unidades

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/pp66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (082.416.856-03) EM 19/09/2024 10:07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976



Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		insuflação e enchimento simétrico. Atóxico e apirogênico. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, contendo todos os dados de identificação, lote, data de fabricação e validade. Esterilizado em Óxido de Etileno. Unidade.		
105	Sonda Foley Nº 14	Sonda foley duas vias nº 14, feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática, fácil inserção no canal uretra, balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Atóxico e apirogênico. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, contendo todos os dados de identificação, lote, data de fabricação e validade. Esterilizado em Óxido de Etileno. Unidade.	436002	500 unidades
106	Sonda Foley Nº 16	Sonda foley duas vias nº 16, feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática, fácil inserção no canal uretra, balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Atóxico e apirogênico. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, contendo todos os dados de identificação, lote, data de fabricação e validade. Esterilizado em Óxido de Etileno. Unidade.	436007	500 unidades
107	Sonda Foley Nº 18	Sonda foley duas vias nº 18, feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumática, fácil inserção no canal uretra, balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico. Atóxico e apirogênico. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica, contendo todos os dados de identificação, lote, data de fabricação e validade. Esterilizado	436003	500 unidades

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

		em Óxido de Etileno. Unidade.		
108	Teste Bowie & Dick	Indicador químico pacote pronto para uso (ISO 11140 - 1:2014, Tipo 2 ISSO 11140 - 4:2007) para monitoramento diário do sistema de pré-vácuo em esterilizadores a vapor com bomba de vácuo. Indicado para detectar a presença de ar residual, gases não condensáveis, vazamentos na câmara, avaliar a penetração de vapor e detectar falhas no funcionamento da bomba de vácuo. Parâmetros Críticos de Processo Temperatura: 121° C –Tempo: 15 minutos Temperatura: 134° 137° C – Tempo: 3,5 minutos de exposição. Pacote pronto para uso. Pacote.	332344	1.000 pacotes

7. Levantamento de Mercado

Com base nos requisitos definidos, foram realizados levantamentos para identificar quais soluções existentes no mercado atendem aos requisitos estabelecidos, de modo a alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidade da contratação. Os respectivos preços estimados, levam-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização. O principal objetivo desse processo foi identificar alternativas viáveis para a aquisição de materiais médicos e seguir critérios técnicos e econômicos com o intuito de justificar a escolha da solução mais adequada.

Após analisar os itens demandados e os requisitos delineados, a equipe de planejamento realizou uma abrangente pesquisa de preços de mercado, buscando garantir a compatibilidade das propostas apresentadas. Esse levantamento foi conduzido de forma ampla, utilizando fontes diversas, como consultas online em sites especializados e contato direto com fornecedores via telefone e e-mail. Durante essa fase, foram obtidos orçamentos de empresas distintas que atendiam plenamente todos os requisitos essenciais para avançar com o processo.

No âmbito deste estudo, também foram examinados processos de contratações semelhantes realizadas por outros órgãos e entidades. Isso incluiu a análise de editais para identificar possíveis novas metodologias, tecnologias ou inovações que pudessem melhor atender às necessidades da UPA 24. Observou-se que não houve variações significativas na execução do objeto em relação ao papel da empresa a ser contratada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

Após a análise do mercado, as seguintes características foram identificadas:

Das soluções:

Solução 1 - Analisar processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de sempre estar com um bom estoque para melhor atender às necessidades conforme a demanda da saída de materiais médicos da UPA 24H;

Solução 2 - Realizar uma análise dos processos a serem iniciados em diferentes órgãos com o intuito de formalizar a intenção para participar do processo a fim de realizar a aquisição de materiais médicos, visando garantir o abastecimento contínuo na unidade;

Solução 3 - Aquisição de materiais médicos atendendo a todas especificações dos itens.

Das formas:

Solução 1 - Buscar atas de registro de preços compatíveis com a descrição dos itens desejados que estão disponíveis para a realização de adesão;

Solução 2 - Registrar intenção de registro de preços junto a outro órgão, na condição de participante, cujo a descrição dos itens atende a necessidade da instituição;

Solução 3 - Realizar licitação própria.

Da análise:

Solução 1 - Não foi identificado atas de registro de preço correspondentes aos descritivos dos itens do tópico 6 para realizar adesão;

Solução 2 - Não há Pregões para registrar intenção de Registro de Preços junto a outro órgão;

Solução 3 - É possível a realização de licitação coordenada pelo setor administrativo da UPA 24H, junto ao setor de licitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Da conclusão:

Diante das considerações apresentadas, esta equipe conclui que a implementação da **Solução 3** é a opção mais adequada. Esta escolha é respaldada pela inviabilidade de adquirir os itens por meio de atas de outros órgãos, devido à especificidade dos itens necessários para cada tipo de unidade. Além disso, a garantia de que a demanda será totalmente atendida reforça a justificativa dessa decisão, uma vez que a Solução 3 aborda todas as necessidades específicas da UPA 24H de forma abrangente.

A implementação desse sistema proporciona um controle mais preciso das solicitações de fornecimento e demonstra eficiência no gerenciamento de estoque, oferecendo uma abordagem eficaz para a aquisição dos materiais médicos necessários. Ao optar pela Solução 3, a UPA 24H estará investindo em um modelo que

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

não apenas atende às demandas imediatas, mas também estabelece uma base sólida para a gestão de suprimentos no futuro.

8. Estimativa de valor (Sigiloso)

O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas, conforme demonstrado no item 06.

Justificativa:

- O Agente de contratação irá trabalhar com os valores estimados: onde os mesmos já foram orçados conforme Instrução Normativa vigente e servirão de parâmetros no momento das negociações, dando base de cálculo para valor inexequível ou no valor excedente.
- O orçamento será sigiloso devido a possível variação de preços significativa nas amostras colhidas nos orçamentos do setor solicitante, da variação de mercado e com isso dando maior segurança ao Agente de contratação para negociar com preço real com o Licitante.
- Evitar o efeito âncora: O fato é que, a depender do mercado, a publicação do orçamento estimado da contratação ocasiona o chamado efeito âncora, elevando os preços das propostas ao mais próximo possível do valor de referência da Administração. Nessas situações, a consagração de princípios próprios da Administração Pública (interesse público, economicidade e eficiência, sobretudo) solicitamos que o preço orçado pela Administração seja mantido sob sigilo até o fim da disputa pelo contrato/ata de registro de preços.
- Dessa forma, entende-se que a pertinência do orçamento sigiloso é uma forma de “forçar” os fornecedores a apresentar a sua melhor proposta sem estar vinculado aos orçamentos que foram realizados pelo setor solicitante.
- A divulgação, conforme disposto no item anterior, é fundamentada no § 3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no art.24 da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021,

Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso:

I - O sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo.

- No art.12 da Instrução Normativa nº de 30 de setembro de 2022.:

§ 1º Para fins do disposto no caput, o orçamento estimado para a contratação não será tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas, observado o § 1º do art. 30.

OBS: Toda a pesquisa de mercado realizada pelo setor solicitante está disponível para os órgãos de controle interno e externo e se tornará pública para **todos os interessados imediatamente após o encerramento do envio de lances.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

9. Descrição da solução

Solução: Aquisição de materiais médicos para a UPA 24H por meio de Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, utilizando o Sistema de Registro de Preços.

Vantagens:

- Garante a pronta disponibilidade de materiais médicos essenciais, evitando faltas e assegurando um atendimento de urgência eficaz.
- Permite flexibilidade na aquisição conforme a demanda, sem a necessidade de processos licitatórios a cada reposição de estoque.

Desvantagens:

- Dependendo do mercado, pode haver uma restrição na variedade de fornecedores, impactando a competitividade.
- Requer um monitoramento constante para garantir que o Sistema de Registro de Preços e o Pregão Eletrônico continuem atendendo às necessidades da UPA 24H.

Justificativa:

A aquisição de materiais médicos para a UPA 24H por meio de Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, utilizando o Sistema de Registro de Preços, é uma estratégia essencial para garantir a disponibilidade imediata dos itens necessários para o atendimento de urgência. Esta abordagem permite que a UPA 24H mantenha um estoque adequado de materiais médicos, prevenindo faltas que poderiam comprometer a eficácia dos atendimentos. Além disso, a flexibilidade proporcionada por este sistema permite ajustar as aquisições conforme a demanda, eliminando a necessidade de novos processos licitatórios para cada reposição de estoque, o que agiliza a operação e reduz burocracias.

Entretanto, é importante considerar as desvantagens. A restrição na variedade de fornecedores, dependendo do mercado, pode impactar a competitividade e a qualidade dos produtos adquiridos. Além disso, a utilização do Sistema de Registro de Preços e do Pregão Eletrônico requer um monitoramento constante para assegurar que continuam atendendo às necessidades específicas da UPA 24H. Apesar dessas desvantagens, os benefícios de garantir um fornecimento contínuo e ágil de materiais médicos essenciais superam os desafios, tornando esta solução a mais adequada para assegurar um atendimento de urgência eficaz e de qualidade na UPA 24H.

10. Justificativa para o parcelamento ou não da contratação

A opção pelo parcelamento da contratação se justifica em razão da validade dos produtos, aprimorando o gerenciamento de estoque e garantindo o atendimento diário da demanda dos pacientes na UPA 24H, resultando em uma gestão eficiente dos recursos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





11. Resultados pretendidos

Os resultados pretendidos com a aquisição de materiais médicos para atender à demanda da UPA 24H incluem:

- **Garantia de pronta disponibilidade:** A aquisição assegura a disponibilidade contínua de materiais médicos essenciais, prevenindo faltas e permitindo um atendimento de urgência eficiente e imediato.
- **Flexibilidade na aquisição:** Através do Sistema de Registro de Preços, será possível ajustar as compras conforme a demanda real, evitando processos licitatórios adicionais para cada reposição e otimizando a gestão de estoque.
- **Gestão eficiente de recursos:** A aquisição parcelada, alinhada à validade dos produtos, contribuirá para uma administração eficiente dos recursos, evitando desperdícios e garantindo que os insumos estejam sempre dentro do prazo de validade.
- **Melhoria na qualidade do atendimento:** Com materiais médicos sempre disponíveis e de qualidade, a UPA 24H poderá realizar procedimentos de forma segura e eficaz, impactando positivamente a recuperação e satisfação dos pacientes.
- **Eficiência na resposta às emergências:** A aquisição contínua e bem gerida permitirá que a UPA 24H responda prontamente a emergências, mantendo a qualidade dos serviços e a capacidade de atendimento a situações críticas.
- **Segurança no procedimento:** Fornecer materiais de qualidade e adequados para garantir a segurança durante a administração de medicamentos, minimizando o risco de contaminação ou acidentes com perfurações.

12. Providências da Administração

Para garantir o adequado cumprimento e a eficácia do contrato firmado, a fiscalização e gestão são atribuídas a profissionais designados especificamente para essas funções.

O **Sr. Isaias Vieira Costa** será responsável pela **fiscalização administrativa**, cuidando da verificação das condições de habilitação da contratada, acompanhando empenhos, pagamentos, garantias e solicitando documentos necessários.

Por outro lado, a **Sra. Alexandra Rodrigues Alves** será a responsável pela **fiscalização técnica**, garantindo que a execução do contrato atenda a todos os requisitos estabelecidos. Ela irá registrar todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e emitir notificações em caso de inexistências ou irregularidades, garantindo assim a qualidade e o cumprimento das obrigações contratuais.

Além disso, o **Sr. Isaias Vieira Costa** também desempenhará o papel de **gestor do contrato**, coordenando toda a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização. Ele elaborará relatórios detalhados da execução do contrato, garantindo a comunicação eficaz entre os fiscais e a autoridade superior, além de tomar medidas para a formalização de processos administrativos, se necessário.





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

13. Contratações correlatas

Após pesquisa de contratações anteriores no município, verificou-se a existência de contratações relacionadas à demanda em análise.

14. Impactos ambientais

A aquisição de materiais médicos para atender à demanda da UPA 24H pode ter impactos ambientais significativos. Esses materiais, frequentemente descartáveis, geram resíduos que precisam ser manejados de forma adequada para evitar contaminação e riscos à saúde pública.

O principal impacto ambiental é o aumento de resíduos hospitalares, que requerem processos específicos de coleta, transporte e descarte, geralmente através de incineração ou tratamentos que eliminam agentes patogênicos. A má gestão desses resíduos pode levar à poluição do solo e da água, além de representar um risco biológico.

Portanto, a UPA 24H deve implementar um sistema rigoroso de gerenciamento de resíduos sólidos, seguindo as normas regulamentares, para mitigar esses impactos. Além disso, sempre que possível, a utilização de materiais recicláveis ou reutilizáveis deve ser considerada como uma estratégia para reduzir o impacto ambiental.

15. Parecer Conclusivo

Após uma análise minuciosa do estudo técnico preliminar sobre a aquisição de materiais médicos para a UPA 24H, fica evidente a importância estratégica desta aquisição para a eficácia dos serviços de saúde emergenciais prestados pela unidade. Garantir a disponibilidade contínua e adequada de insumos médicos é essencial para a operação eficiente da UPA 24H, onde a agilidade e a precisão no atendimento são essenciais.

O objetivo deste parecer é avaliar a viabilidade e os benefícios da aquisição desses materiais médicos. A análise destaca a necessidade premente de manter um estoque adequado para atender às demandas urgentes dos pacientes e como uma gestão eficaz desses materiais contribui para a segurança dos pacientes e a otimização dos recursos disponíveis.

A aquisição dos materiais médicos é justificada pela necessidade de assegurar um fornecimento regular e confiável desses insumos. A realização de uma licitação por meio do Pregão Eletrônico e do Sistema de Registro de Preços oferece vantagens consideráveis, como a agilidade na aquisição, flexibilidade conforme a demanda e economia de recursos. Essa abordagem garante não apenas a cobertura das necessidades imediatas, mas também estabelece uma base sólida para uma gestão eficiente dos materiais médicos no futuro.

Portanto, considerando a relevância estratégica desta aquisição para a manutenção da qualidade e eficiência dos serviços oferecidos pela UPA 24H, recomenda-se fortemente a continuidade do processo de aquisição. Essa medida garantirá o abastecimento contínuo e adequado dos materiais médicos, assegurando o atendimento eficiente e seguro aos pacientes e promovendo a eficácia geral da unidade.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

Campo Belo, 19 de setembro de 2024



19/09/2024 10:56:05
112.456.906-55
JADHER SILVA RIOS

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Jadher Silva Rios - Matrícula: 89795

Membro da Equipe de Planejamento



19/09/2024 10:23:05
036.559.106-81
RENATA SENA BANHATO

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Renata Sena Banhato – Matrícula: 83494

Membro da equipe de planejamento



Assinado por ISAIAS VIEIRA
COSTA 038.068.066-16 em
19/09/2024 11:43:04

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Isaías Vieira Costa - Matrícula: 88942

Responsável pela fiscalização administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (092.416.856-03) EM 19/09/2024 10:07





Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS



Assinado por ALEXANDRA
RODRIGUES ALVES
092.416.856-03 em
19/09/2024 10:07:46

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-
Brasil.

Alexandra Rodrigues Alves - Matrícula: 35633

Responsável pela fiscalização técnica

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.



Assinado por JOSE
ASSUNCAO:28347153604
Secretário 283.471.536-04
em 19/09/2024 14:07:24

José Assunção – Matrícula: 15001

Secretário Municipal de Saúde

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 19/09/2024 10:07 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p66ec22265a92f>.
POR ALEXANDRA RODRIGUES ALVES - (092.416.856-03) EM 19/09/2024 10:07



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Expedicionário Boavidir Massote, 520, Campo Belo - MG, 37270-000 -
Telefone: (35) 3831-7976