

Pregão eletrônico nº 121/2024
Processo administrativo nº 56/2024

Ao Setor de Licitação,

Assunto: Desclassificação das empresas Globalmix distribuidora de medicamentos e correlatos da LTDA; Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar LTDA; Saframed Hospitalar LTDA; Vita Soluções em Engenharia Clínica LTDA; Porto Saúde Comércio de Produtos Hospitalares LTDA; Medicentro Comercio de Medicamentos LTDA; JN Diagnóstica LTDA; Vitalli Comercio e Importação LTDA e Lifepar Distribuidora LTDA do Pregão Eletrônico nº 121/2024

Prezados,

Em resposta ao recurso do fornecedor Asclépios Equipamentos Hospitalares LTDA, inscrito sob o CNPJ nº 33.068.320/0001-32, com relação ao item nº 36 – Estetoscópio do Termo de Referência do Edital de licitação - Pregão Eletrônico nº 121/2024 e Processo administrativo nº 56/2024, verificou-se após uma segunda análise dos itens ofertados dos licitantes classificados em 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7, 8º e 9º lugar que:

- **Para o fornecedor Globalmix distribuidora de medicamentos e correlatos da LTDA – 1º colocado – Marca Getch**
 - Conforme especificações do Termo de Referência anexo I do edital:
 - 1) Estetoscópio contendo auscultador e hastes em aço inox
 - Conforme especificações do fabricante da marca ofertada:
 - 1) Estetoscópio contendo auscultador de liga de alumínio
- **Para o fornecedor Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar LTDA – 2º colocado – Marca Solidor**
 - Conforme especificações do Termo de Referência anexo I do edital:
 - 1) Estetoscópio contendo auscultador e hastes em aço inox


- Conforme especificações do fabricante da marca ofertada:
 - 1) Estetoscópio não possui auscultador e hastes em aço inox
- **Para o fornecedor Saframed Hospitalar LTDA – 3º colocado – Marca Premium**
 - Conforme especificações do Termo de Referência anexo I do edital:
 - 1) Estetoscópio contendo auscultador e hastes em aço inox
 - Conforme especificações do fabricante da marca ofertada:
 - 1) Estetoscópio contendo auscultador de liga de alumínio
- **Para o fornecedor Vita Soluções em Engenharia Clinica LTDA – 4º colocado – Marca Premiun**
 - Conforme especificações do Termo de Referência anexo I do edital:
 - 1) Estetoscópio contendo auscultador e hastes em aço inox
 - Conforme especificações do fabricante da marca ofertada:
 - 1) Estetoscópio contendo auscultador de liga de alumínio
- **Para o fornecedor Porto Saúde Comercio de Produtos Hospitalares LTDA – 5º colocado – Marca Premiun**
 - Conforme especificações do Termo de Referência anexo I do edital:
 - 1) Estetoscópio contendo auscultador e hastes em aço inox
 - Conforme especificações do fabricante da marca ofertada:
 - 1) Estetoscópio contendo auscultador de liga de alumínio
- **Para o fornecedor Medicentro Comercio de Medicamentos LTDA: 6º colocado – Marca Avantice**
 - Conforme especificações do Termo de Referência anexo I do edital:
 - 1) Estetoscópio contendo auscultador e hastes em aço inox
 - Conforme especificações do fabricante da marca ofertada:
 - 1) No manual não traz nenhuma informação sobre a fabricação do auscultador e hastes em aço inox.
- **Para o fornecedor JN Diagnóstica LTDA – 7º colocado – Marca Wiltex**
 - Conforme especificações do Termo de Referência anexo I do edital:
 - 1) Estetoscópio contendo auscultador e hastes em aço inox
 - Conforme especificações do fabricante da marca ofertada:
 - 1) Estetoscópio contendo auscultador de liga de alumínio

- **Para o fornecedor Vitalli Comercio e Importação LTDA – 8º colocado – Marca Gtech**
 - Conforme especificações do Termo de Referência anexo I do edital:
 - 1) Estetoscópio contendo auscultador e hastes em aço inox
 - Conforme especificações do fabricante da marca ofertada:
 - 1) Estetoscópio contendo auscultador de liga de alumínio
- **Para o fornecedor Lifepar Distribuidora LTDA – 9º colocado – Marca Premiun**
 - Conforme especificações do Termo de Referência anexo I do edital:
 - 1) Estetoscópio contendo auscultador e hastes em aço inox
 - Conforme especificações do fabricante da marca ofertada:
 - 1) Estetoscópio contendo auscultador de liga de alumínio

Diante disso, solicito a Desclassificação das Empresas: **Globalmix distribuidora de medicamentos e correlatos da LTDA; Perola Importadora e Distribuidora Hospitalar LTDA; Saframed Hospitalar LTDA; Vita Soluções em Engenharia Clinica LTDA; Porto Saúde Comercio de Produtos Hospitalares LTDA; Medicentro Comercio de Medicamentos LTDA; JN Diagnóstica LTDA; Vitalli Comercio e Importação LTDA e Lifepar Distribuidora LTDA** cujo item ofertado não atendem às especificações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 121/2024.

Atenciosamente,

Campo Belo, 13 de novembro de 2024


Alexandra Rodrigues Alves
Responsável pela fiscalização técnica
Campo Belo-MG