

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Audiômetro

Descrição Detalhada: Audiômetro Tipo: 2 Canais, Faixa De Frequência: De 125 Hz À 8000 Hz, Faixa De Intensidade: Até 120 Dbhl, Tipo De Medição: Recrutamento, Perda Cóclea/Retrocóclea, Não Orgânica, Tipo Impressora: Térmica Interna C/Porta P/Opcional Externa, Acessórios: Fone Ouvido, Tdh49, Vibrador P/Condução Óssea, Características Adicionais: Audiometria De Multifrequência 10,20,50 E 100 Hz, Tipo Monitor: Display Lcd 640 X 200 Pixels

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (2)

2 - Audiômetro

Descrição Detalhada: Audiômetro Tipo: 2 Canais, Faixa De Frequência: De 125 Hz À 8000 Hz, Faixa De Intensidade: Até 120 Dbhl, Tipo De Medição: Recrutamento, Perda Cóclea/Retrocóclea, Não Orgânica, Tipo Impressora: Térmica Interna C/Porta P/Opcional Externa, Acessórios: Fone Ouvido, Tdh49, Vibrador P/Condução Óssea, Características Adicionais: Audiometria De Multifrequência 10,20,50 E 100 Hz, Tipo Monitor: Display Lcd 640 X 200 Pixels

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (2)

3 - Otoscópio

Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Portátil, Características Adicionais: Com Lâmpada De Fibra Ótica E Lente De Aumento, Alimentação: Pilha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (3)

4 - Cabine acústica p, audiometria

Descrição Detalhada: Cabine Acústica P/ Audiometria Material: Visor Triplo Vidro, Tipo Fechamento: Porta Com Borracha Vedação, Isolamento Acústico, Dimensões: 2 X 1,7 X 2M, Características Adicionais: Controles Elétricos Externos, Luz Interna, Revestimento: Revestimento Externo/Interno Madeira Ou Cortiça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1)