



# Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

## ANEXO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

**Órgão:** Secretaria Municipal de Saúde

**Setor requisitante:** CEO – Centro de Especialidades Odontológicas

**Responsável pela Demanda:** Isaias Vieira Costa

**Matrícula:** 88942

**E-mail:** ceo@campobelo.mg.gov.br

**Telefone:**  
**(35) 3832-7950**

### 1. Identificação da demanda

Registro de preço para futura e eventual aquisição de insumos e instrumentais odontológicos para atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde e do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, setor da Secretaria Municipal de Saúde.

### 2. Justificativa da necessidade da contratação

A presente contratação tem por objetivo atender à demanda contínua por insumos e instrumentais odontológicos destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e aos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (UBS), que integram a rede municipal de atenção à saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde.

Esses materiais são indispensáveis para a realização de atendimentos odontológicos preventivos, clínicos e especializados, permitindo a execução de procedimentos rotineiros e de média complexidade. A disponibilidade regular desses insumos é fundamental para garantir a continuidade dos serviços, evitando interrupções nos atendimentos e prejuízos à assistência prestada à população.

As UBSs atuam como porta de entrada da atenção à saúde bucal, realizando atendimentos primários e ações preventivas, enquanto o Centro de Especialidades Odontológicas é responsável pelos atendimentos especializados. Dessa forma, ambos os serviços dependem da disponibilidade permanente desses materiais para o adequado funcionamento das atividades assistenciais.

A adoção do sistema de Registro de Preços possibilita maior flexibilidade no atendimento da demanda, permitindo que as aquisições sejam realizadas conforme a necessidade do serviço ao longo do período de vigência da ata, contribuindo para a adequada gestão dos estoques e para a continuidade da assistência odontológica.

### 3. Quantidade a ser contratada

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Anestésico 2% Cloridrato de lidocaína 20 mg/ml + hemitartrato de epinefrina 0,02 mg/ml. Solução injetável estéril de cloridrato de lidocaína 20 mg/ml com	Caixa	1500





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	hemitartrato de epinefrina 0,02 mg/ml com 1,8ml cada. Caixa com 50 tubetes de plástico. Registro Anvisa.		
02	Aplicador Porta Dical  Aplicador dical, Aço inox AISI 420, 14cm - cabo Oco de 8 mm. Garantia 3 anos.	Unidade	200
03	Auto Clave 21 L  Autoclave digital 21 litros; Programa de esterilização; Ciclo único; Tempo de aquecimento: 10 a 60 min. Temperatura de esterilização: 129 a 132°C; Pressão de esterilização: 1,7 a 1,9 kgf/cm <sup>2</sup> ; Tempo de esterilização: 16 min.; Tempo de secagem: 40 min. Secagem extra; Tempo de secagem: 15 min. Especificações Técnicas Capacidade: 21 litros. Dimensões externas da autoclave (L x A x P): 38 x 38 x 59 cm. Dimensões da câmara (D x P): 24,6 x 45,2 cm. Peso Bruto: 26 kg. Potência: 1.600 Watts. Frequência: 50/60 Hz. Secagem: Porta entreaberta. Bivolt automático - 127/220V, que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V. Garantia: 2 anos pelo fabricante (contra defeito de fabricação). Registro INMETRO; Registro ANVISA; Capacidade da câmara (vaso de pressão); Utilizando as bandejas: 12 envelopes (10 x 23 cm). Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm). Utilizando 2 suportes: 26 envelopes (10 x 23 cm). Peso máximo (instrumental embalado e desembrado): 2,1 kg. Peso máximo (algodão, tecidos): 1,0 kg.	Unidade	20
04	Auto Clave 54 litros  Auto Clave Inox - Câmara: Aço Inoxidável - Capacidade: 54 Litros. Quantidade de Água por Ciclo: 1.000 ml de água destilada; Potência: 3.600 Watts; Frequência: 50/60 Hz; Dimensões: Autoclave: 54 x 60,8 x 80 cm (L x A x P) Câmara: 34 x 66 cm (D x P) Peso Bruto: 89,5 kg; Dimensões das Bandejas: 28 x 2,5 x 47 cm (L x A x P); Porta com sistema de abertura e travamento motorizados. Avisos com datas de manutenção preventiva e monitoramento biológico; Relatório dos parâmetros dos ciclos de esterilização salvo em pen drive (pdf). Atualização de software por meio da porta USB. Sistema de diagnóstico de falhas. 6 Programas: Instrumental Embalado / Instrumental Desembrado / Plásticos e Algodão /	Unidade	2





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos / Secagem Extra. Voltagem 220V. Capacidade 54 litros. 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada. Possui indicação de falta de água no reservatório. Conta com 26 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência. 2 anos de garantia.		
05	Bisturi 12  Lâmina de Bisturi Aço Carbono N°12 - Registro Anvisa. Caixa com 100 unidades.	Caixa	50
06	Cimento Cirúrgico Líquido  Cimento Cirúrgico Líquido - Cimento cirúrgico a base de óxido de zinco e eugenol. Embalagem com 1 frasco com 20ml.	Vidro	50
07	Cimento Cirúrgico Pó  Cimento cirúrgico a base de óxido de zinco e eugenol para uso após cirurgias periodontais. Cimento Cirúrgico em Pó - Embalagem com 1 frasco com 50g.	Vidro	50
08	Cimento Endodôntico  Cimento Endodôntico - (12g Base + 18g Catalisador) - Embalagem com 1 tubo de Pasta Base (12g) e 1 tubo de Pasta Catalisadora (18g). Peso Total Líquido: 30g de produto. Composição (Base): Óxido de zinco, resina polimérica e hidróxido de cálcio. Composição (Catalisador): Salicilato de isobutila, trióxido de bismuto, dióxido de titânio e pigmentos. Tempo de Trabalho: 15 a 20 segundos de manipulação. Presa Inicial: Aproximadamente 60 minutos. Presa Final: 24 horas (variável conforme umidade, temperatura e condições de armazenamento).	Frasco	20
09	Clorexidina Gel 2% - Seringas de 3g	Seringa	500
10	Colher Dentina  Escavador / Colher de Dentina, Maciço, 5,5 mm, octagonal, Aço inox, 16 cm. Garantia 10 anos.	Unidade	100
11	Cureta 11/12  Cureta Gracey Padrão - Hu-Friede - N 11/12	Unidade	5
12	Cureta 13/14  Cureta Gracey Padrão - Hu-Friede - N 13/14	Unidade	5





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

13	Cureta 15/16 Cureta Gracey Padrão - Hu-Friedy - N 15/16	Unidade	5
14	Cureta 17/08 Cureta Gracey Padrão - Hu-Friedy - N 17/18	Unidade	5
15	Cureta 5/6 Cureta Gracey Padrão - Hu-Friedy - N 5/6	Unidade	5
16	Cureta 9/10 Cureta Gracey Padrão - Hu-Friedy - N 9/10	Unidade	5
17	Detergente Enzimático  Detergente Enzimático 1 litro. Exclusivamente de uso profissional. Possui 4 enzimas. pH neutro. Comprovadamente com ação bacteriostática. Eficaz contra a matéria orgânica. Possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga.	Litro	300
18	Enxaguante Bucal  Enxaguante Bucal 1 Litros - Conteúdo da embalagem: 1 Unidade de enxaguante; Sabor: Hortelã; Sem álcool; Hálito fresco; Gluconato de clorexidina 0,12%; Reduz até 99% das bactérias na boca;	Litro	100
19	Esculpidor Hollembach 3S Aço  Esculpidor Hollembach 3S aço inox autoclavável. Garantia 5 anos.	Unidade	50
20	Espátula de Resina Dupla N° 2 Com Calcador  Espátula Calcador de Resina N° 2, Aço inox AISI 420, cabo Oco de 8 mm. Garantia 3 anos.	Unidade	50
21	Espátula Resina N2  Espátula de Resina N° 2, Aço inox AISI 420, cabo Oco de 8 mm. Garantia 3 anos.	Unidade	30
22	Eugenol Líquido  Apresentação: Frasco gotejador (geralmente 20ml). Composição: Líquido oleaginoso incolor ou amarelo, de odor forte e aromático de cravo, obtido do óleo de cravo. Pureza: Alto grau de pureza (geralmente ~99%). Finalidade: Uso odontológico (obturador de canais, curativos sedativos, cimento cirúrgico).	Frasco	200
23	Hipoclorito de Sódio 2,5%	Litro	200





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	Hipoclorito de sódio 2,5 composta por hipoclorito de sódio 2,5%, estabilizante e água destilada, garantindo características físico-químicas adequadas para uso profissional odontológico. Galão 1 litro.		
24	Kit de Curetas  Kit de curetas periodontais (kit em aço inoxidável, autoclaváveis, com garantia mínima de 24 meses, composto por 1 pedra de afiar tipo arkansas) kit de curetas periodontais em aço inoxidável, autoclaváveis, com garantia mínima de 24 meses, 1 pedra de afiar tipo arkansas 1 foice ponta morse 0-00 1 cureta gracey 5-6 1 cureta gracey 7-8 1 cureta gracey 11-12 1 cureta gracey 13-14 1 cureta mccall 13- 14 1 cureta mccall 17-18 garantia de 24 meses.	Kit	2
25	LIMA TIPO K 1ª SÉRIE 21MM.  KITC/6.	Kit	30
26	LIMA TIPO K 1ª SÉRIE 25MM.  KIT C/ 6 UNID.	Kit	30
27	LIMA TIPO K 2ª SÉRIE 21MM.  KIT C/ 06 UNID.	Kit	30
28	LIMA TIPO K Nº 10 DE 21MM.  KIT COM 06 UNIDADES.	Kit	30
29	LIMA TIPO K Nº 15 DE 21MM.  KIT C/ 6 UNIDADES.	Kit	30
30	LIMA TIPO K Nº20 DE 21MM.  KIT COM 06 UNIDADES.	Kit	30
31	Kit Lima Hedstroem 1ª Série - 25 mm –  Kit de 15/40.	Kit	30
32	Kit Lima Hedstroem 2ª Série - 25 mm –  Kit de 45/80.	Kit	30
33	LIMA TIPO K Nº6 DE 25MM.  KIT COM 06 UNIDADES.	Kit	30
34	Lima Reciprocante 25.08 25 mm;  Limas estéreis; Flexíveis; Resistentes; com núcleo em NiTi; Possuem secção transversal variável.	Kit	100





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	Movimento Horário e Anti-horário. Kit com 6 unidades.		
35	Lima Reciprocante 15.04 25 mm;  Limas estéreis; Flexíveis; Resistentes; com núcleo em NiTi; Possuem secção transversal variável. Movimento Horário e Anti-horário. Kit com 6 unidades.	Kit	30
36	Lima Reciprocante 35.06 25 mm;  Limas estéreis; flexíveis; resistentes; com núcleo em NiTi; possuem secção transversal variável. Movimento Horário e Anti-horário. Kit com 6 unidades.	Kit	30
37	INCUBADORA BIOLÓGICA  Incubadora Bivolt Capacidade: Até 4 indicadores biológicos simultaneamente. Dimensões (A x D): 8,7 x 7,6 cm. Dimensão do orifício para o indicador (D x P): 10 x 37 mm. Peso Bruto: 300 g. Temperatura máxima de incubação: 60 °C. Potência: 10 Watts. Voltagem: 127 / 220 V - Bivolt Automático. Frequência: 50/60 Hz. Registro ANVISA.	Unidade	20
38	Motor Endodôntico  Motor Endodôntico - Wireless (sem fio) na preparação do canal radicular. Contra ângulo com iluminação por LED: Garantindo a máxima visualização do campo de trabalho 2 sistemas de funcionamento: Preparação do Canal Radicular. Função Integrada (Preparação + Medida do Comprimento do Canal Radicular). Com múltiplos modos de instrumentação contínua e reciprocante. Acionamento do motor na peça de mão. Bateria da peça de mão de alta capacidade. Medição do comprimento de trabalho não influenciada pela espessura da lima. Reversão automática de sentido de giro por torque e por *aproximação do ápice apical. Ampla faixa de rotação: 100-1000RPM. Possibilidade de ajuste manual no sentido de rotação, horário/anti-horário. Redução da velocidade de giro por aproximação do ápice apical e início de funcionamento automático na detecção da entrada do canal radicular. Sistemas de lima pré-definidos facilitando a utilização, permitindo também a personalização de parâmetros do equipamento como torque e velocidade de rotação. Dispensa a utilização de métodos	Unidade	4





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>convencionais radiográficos. Menor tempo para a obtenção do comprimento de trabalho. Visor OLED de alta resolução. Modo Standby automático de economia de energia da peça de mão. Botões de controle com excelente resposta. Corpo da peça de mão e base de apoio injetados em ABS de alto impacto. Indicador sonoro quando a lima é colocada no canal da raiz dentária. Base com indicadores de carregamento da bateria. Peça de mão com indicador de bateria. Peça de mão em funcionamento com baixo nível de ruído e vibração, proporcionando maior conforto ao paciente e operador. Quando conectado ao Localizador Apical Finepex Link. CONTRA ÂNGULO: Sistema Push Button. Transmissão 1:1. Removível e auto clavável até 135°C. Cabeça com dimensões reduzidas para melhor visualização do campo de trabalho. Rotação de 360° para posicionamento adequado do contra ângulo. VISOR OLED – Organic Light-Emitting Diode Tela com 1,0" de alto contraste. Garantia: 12 meses.</p>		
39	<p>Óxido Zinco</p> <p>Pó Óxido de Zinco 50 g confeccionado com matéria-prima de qualidade para maior teor de pureza. Apresenta efeito isolante. Efeito anódino e contração mínima. pH praticamente neutro. Produto de uso exclusivo por Cirurgiões Dentistas. Composição: Óxido de Zinco (99 a 100,5%). Pó que deve ser misturado ao Eugenol utilizado principalmente como restaurador temporário e forramento. Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade ao produto. Certificação: ISO 9001/2000, ISO 13485/2003, CE 0120. Registro ANVISA.</p>	Pote	100
40	<p>Régua Endodôntica Alumínio 40mm.</p>	Unidade	20
41	<p>Seladora Bivolt</p> <p>Seladora para selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterilização em autoclaves a vapor. Possui suporte para rolos que acomoda até dois tubulares de papel grau cirúrgico. Resistência blindada com tecnologia PTC (Positive Temperature Coefficient), garante o controle eficaz da temperatura. Aquece em aproximadamente três minutos e sela em apenas 6 segundos. Selagem por alavanca com trava. Sistema integrado de corte em ambas as direções. Bivolt automático. Sistema de avisos com LEDs e</p>	Unidade	20





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

	bips sonoros que indicam: Ligada e desligada / Aquecendo / Pronta para uso / Selagem completa. Área de selagem (comprimento): 30 cm. Largura de selagem: 12 mm. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. A Seladora cumpre as diretivas e normas internacionais ISO 13485:2016 e CE (Diretiva 2014/30/UE, EN55014-1 e EN55014-2). Garantia de 2 anos.		
42	Seringa Carpule Com Refluxo  Seringa Aço inox autoclavável, com refluxo para Anestesia odontológica.	UNIDADE	30
43	Sugador Cirúrgico Inox  Sugador Inox Odontológico. Instrumento não cortante, não articulado, produzido em aço inox AISI 420. Dimensão: Comprimento – 160 mm Diâmetro externo da ponta ativa – 3,5mm, Diâmetro interno da ponta ativa – 2 mm.	Unidade	30
44	Sugador Descartável Endodontico  Tubo em PVC macio, atóxico, com fio de aço, PVC colorido, vazada, Aprox. 10,7–11,3 cm · Ø 7 mm, Aprox. 28,7–29,3 g por unidade, garantia de 3 anos a partir da fabricação.	Pacote	500
45	Tesoura Iris Reta  Tesoura Íris Reta de 12 cm, fabricado em aço Inoxidável para suportar desinfecção e esterilização.	Unidade	100
46	Teste Biológico  Teste Biológico caixa com 10; utilizado para monitoramento de ciclos de esterilização à vapor. Contém uma população do Bacillus Stearothermophilus. A população está incubada em uma tira de papel, presente dentro do frasco termoplástico que servirá como ambiente de cultura. Também está contida no frasco, uma ampola de vidro quebrável, contendo meio de cultura que, corretamente incubado, muda de cor na presença de esporos viáveis. Disponível em BLISTER com 10 unidades. Esporos Autocontidos: Geobacillus stearothermophilus Caixa: 10 unidades Garantia: 2 anos. Treinamento Incluso.	Caixa	1000
47	Ultrassom Jato Bicarbonato  Ultrassom e Jato de Bicarbonato - Frequência: 24 a 30 KHz. Potência: 36W. Tensão de alimentação	Unidade	2





99 a 242 V. Peça de mão de bicarbonato de sódio. Peça de mão de ultrassom. Painel de controle. Chave de liga/desliga a seleção das funções ultrassom e jato de bicarbonato de sódio. Chave seletor de potência de ultrassom. Faixa laranja indicadora do limite de potência recomendado para Tips Endo. Faixa laranja+marrom indicadoras do limite de potência Tips Perio. Chave da bomba peristáltica (liga/desliga) e controle de vazão do líquido. Circuito eletrônico com estabilizador de frequência. Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultrassônicas de 30 kHz  $\pm$  5 com a mesma amplitude e frequência. Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 134° C. Ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm. Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 134° C. Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro. Válvula dupla pneumática que atua com ar e água; abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento. Pedal único de acionamento para ultrassom e jato de bicarbonato de sódio. Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador. Garantia 24 meses. Registro Anvisa.

#### 4. Estimativa preliminar do valor total da contratação:

O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.

**Justificativa:**





## Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

O Agente de contratação irá trabalhar com os valores estimados: onde os mesmos já foram orçados conforme Instrução Normativa vigente e servirão de parâmetros no momento das negociações, dando base de cálculo para valor inexequível ou no valor excedente.

O orçamento será sigiloso devido a possível variação de preços significativa nas amostras colhidas nos orçamentos do setor solicitante, da variação de mercado e com isso dando maior segurança ao Agente de contratação para negociar com preço real com o Licitante.

Evitar o efeito âncora: O fato é que, a depender do mercado, a publicação do orçamento estimado da contratação ocasiona o chamado efeito âncora, elevando os preços das propostas ao mais próximo possível do valor de referência da Administração. Nessas situações, a consagração de princípios próprios da Administração Pública (interesse público, economicidade e eficiência, sobretudo solicitamos que o preço orçado pela Administração seja mantido sob sigilo até o fim da disputa pelo contrato/ata de registro de preços.

Dessa forma, entende-se que a pertinência do orçamento sigiloso é uma forma de “forçar” os fornecedores a apresentar a sua melhor proposta sem estar vinculado aos orçamentos que foram realizados pelo setor solicitante.

A divulgação, conforme disposto no item anterior, é fundamentada no § 3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no art. 24 da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021;

Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso:

I - O sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo.

No art.12 da Instrução Normativa nº de 30 de setembro de 2022.:

§ 1º Para fins do disposto no caput, o orçamento estimado para a contratação não será tornado público antes de definido o resultado do julgamento das propostas, observado o § 1º do art. 30.

OBS: Toda a pesquisa de mercado realizada pelo setor solicitante está disponível para os órgãos de controle interno e externo e se tornará pública para todos os interessados imediatamente após o encerramento do envio de lances.

### 5. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou aquisição

A aquisição está prevista para ter início após a conclusão do processo licitatório e a devida assinatura do contrato.

### 6. Grau de prioridade: ( x ) Alto ( ) Médio ( ) Baixo

### 7. Vinculação ou dependência com outra contratação:

Não se vislumbra neste momento nenhum processo vinculante ou dependente.

### 8. Alinhamento ao PCA (Plano de Contratação Anual):

- **Item:** 128 (PCA 2026)
- **Prioridade:** Alta
- **Descrição do objeto:** Aquisição de Insumos e Instrumentais
- **Justificativa:** Aquisição de insumos e instrumentais odontológicos para atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde e do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, setores da Secretaria Municipal de Saúde.





# Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

- **Fonte de recurso:** Próprio

## 9. Designação da Equipe de Planejamento

### Membro da equipe de planejamento:

Jadher Silva Rios – Matrícula: 89795

## 10. Equipe de Gestão e Fiscalização do contrato

### Gestor Titular:

Isaias Vieira Costa – Matrícula: 88942

### Gestor Suplente:

Márcio Oliveira Rodrigues – Matrícula: 40737

### Fiscal Titular:

Fabyelle Karolline Marques – Matrícula: 91.023

### Fiscal Suplente:

Najla Rios Cardoso Silva - Matrícula: 90229

**Campo Belo-MG, 14 de maio de 2026**



Assinado digitalmente por:

\*\*\*.456.906-\*\*  
JADHER SILVA RIOS  
15/05/2026 09:17:27

Assinatura digital avançada.

Jadher Silva Rios – Matrícula: 89795

**Membro da Equipe de Planejamento**



Assinado digitalmente por:

\*\*\*.068.066-\*\*  
ISAIAS VIEIRA COSTA  
14/05/2026 16:01:44

Assinatura digital avançada.

Isaias Vieira Costa – Matrícula: 88.942

**Gestor Titular**



Assinado digitalmente por:

\*\*\*.160.106-\*\*  
MARCIO OLIVEIRA  
RODRIGUES  
15/05/2026 10:35:09

Assinatura digital avançada.

Márcio Oliveira Rodrigues – Matrícula: 40737



Assinado digitalmente por:

\*\*\*.427.326-\*\*  
FABYLLE KAROLLINE  
MARQUES  
14/05/2026 16:13:04

Assinatura digital avançada.

Fabyelle Karolline Marques – Matrícula: 91.023

**Fiscal Titular**



Assinado digitalmente por:

\*\*\*.554.966-\*\*  
NAJLA RIOS CARDOSO SILVA  
15/05/2026 10:20:12

Assinatura digital avançada.

Najla Rios Cardoso Silva - Matrícula: 90229





# Prefeitura Municipal de Campo Belo

ESTADO DE MINAS GERAIS

**Gestor Suplente**

**Fiscal Suplente**

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.



Assinado digitalmente por:

\*\*\*.519.696.\*\*

DARCY EDUARDO MAIA

15/05/2026 10:33:20

Assinatura digital avançada.

Darcy Eduardo Maia – Matrícula: 20413  
**Secretário Municipal de Saúde**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/05/2026 16:01 -03:00 -03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/p31081172ec66a>



Assinado digitalmente por:

\*\*\*.160.106.\*\*

MARCIO OLIVEIRA

RODRIGUES

14/05/2026 16:11:38

Assinatura digital avançada.