

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90100/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Sistema computadorizado para teste ergométrico

Descrição Detalhada: Sistema Computadorizado Para Teste Ergométrico Tipo Do Aparelho Para Teste De Esforço: Esteira Ergométrica Uso Médico, Características: C/ Elevação E Velocidade Ajustáveis, Capacidade: Mínimo 120KG, Número Traçados No Monitor: 3, 6 E 12, Recursos Adicionais Mínimos: Ecg Repouso/Estresse, Fc Alvo, Pa, Spo2 E Vo2, Componente: Software Básico, Capacidade De Armazenamento: Até 2 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1)

2 - Maca Clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Carbono, Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo, Comprimento: Até 1,80M, Largura: Cerca De 0,60M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 250KG, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1)

3 - Desfibrilador Externo

Descrição Detalhada: Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Automático De Acesso Público - Dap, Modo De Funcionamento: Automático E Semiautomático, Forma De Onda: Retilíneo Bifásico, Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 200 Choques, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1)

4 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado, Parâmetros: Ecg, Pni, 2 Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Registros: 2 Canais, Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolução, Características Adicionais 01: Ecg Mínimo 7 Derivações, Componentes: Alarmes, Módulos: Espectrofotometria/Plestismografia, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campo Belo/MG (1)