



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 079/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 120/2024

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1 LOTE 01

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POÇOS	CNPJ/CPF: 00.331.788/0030-53
Email: suellen.reis@airliquide.com	Telefone: (11) 96481-4063
Data/hora de envio 21/10/2024 17:19:54	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3	144,00	M³	73,05

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

2 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M3

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M3	168,00	M³	26,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

3 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 4M3

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 4M3	96,00	M³	13,67

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

4 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M3

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M3	5.400,00	M³	16,50

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Descrição Comprador			
5 - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 a 10M3			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 a 10M3	720,00	UNIDADE	44,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Fornecedor: Comercial Pitia Ltda	CNPJ/CPF: 21.942.511/0001-00		
Email: comercialpitia@yahoo.com.br	Telefone: (35) 3214-1183		
Data/hora de envio 16/10/2024 10:46:40	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3	144,00	M³	73,05
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M3			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M3	168,00	M³	26,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 4M3			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 4M3	96,00	M³	13,67
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M3			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 10M3	5.400,00	M³	16,50
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 a 10M3			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 a 10M3	720,00	UNIDADE	44,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Lote 2
LOTE 02

Fornecedor: OXIMEDI COMERCIO DE GASES MEDICINAIS LTDA EPP

CNPJ/CPF: 26.959.683/0001-00

Email: oximedi2@gmail.com

Telefone: (33) 98893-5548

Data/hora de envio 21/10/2024 09:44:09

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO de alta performance que funcionem pela rede elétrica, Acompanhado de CILINDRO DE BACKUP DE NO MÍNIMO 3M3, com suporte regulador de pressão e fluxômetro. Acompanhado de máscara ou cateter nasal, extensão (conexão) e frasco umidificador, a uma concentração variável de 90% a 95% dependendo do fluxo prescrito. Alimentação: 127v ou 220v. Dimensões aproximadas: 58 x 38 x 24cm. Peso aproximado: 16kg. Nível de ruído: até 52 dba. Fluxo aproximado: 0,5 a 5 l/m (litros/minuto). Pressão de saída mínima: 5,5 psi. Equipamento montado sobre rodízios.

Descrição do Fornecedor

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO de alta performance que funcionem pela rede elétrica, Acompanhado de CILINDRO DE BACKUP DE NO MÍNIMO 3M3, com suporte regulador de pressão e fluxômetro. Acompanhado de máscara ou cateter nasal, extensão (conexão) e frasco umidificador, a uma concentração variável de 90% a 95% dependendo do fluxo prescrito. Alimentação: 127v ou 220v. Dimensões aproximadas: 58 x 38 x 24cm. Peso aproximado: 16kg. Nível de ruído: até 52 dba. Fluxo aproximado: 0,5 a 5 l/m (litros/minuto). Pressão de saída mínima: 5,5 psi. Equipamento montado sobre rodízios.

300,00

UNIDADE

400,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

2 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3M3 a 10M3 para o CILINDRO BACKUP DOS CONCENTRADORES.

Descrição do Fornecedor

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3M3 a 10M3 para o CILINDRO BACKUP DOS CONCENTRADORES.

1.008,00

M³

60,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POÇOS

CNPJ/CPF: 00.331.788/0030-53

Email: suellen.reis@airliquide.com

Telefone: (11) 96481-4063

Data/hora de envio 21/10/2024 17:19:54

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO de alta performance que funcionem pela rede elétrica, Acompanhado de CILINDRO DE BACKUP DE NO MÍNIMO 3M3, com suporte regulador de pressão e fluxômetro. Acompanhado de máscara ou cateter nasal, extensão (conexão) e frasco umidificador, a uma concentração variável de 90% a 95% dependendo do fluxo prescrito. Alimentação: 127v ou 220v. Dimensões aproximadas: 58 x 38 x 24cm. Peso aproximado: 16kg. Nível de ruído: até 52 dba. Fluxo aproximado: 0,5 a 5 l/m (litros/minuto). Pressão de saída mínima: 5,5 psi. Equipamento montado sobre rodízios.

Descrição do Fornecedor

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.668.376/0001-34
AV. FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS, 453 - CENTRO.
FONE: (35) 3573 - 6800

LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO de alta performance que funcionem pela rede elétrica, Acompanhado de CILINDRO DE BACKUP DE NO MÍNIMO 3M3, com suporte regulador de pressão e fluxômetro. Acompanhado de máscara ou cateter nasal, extensão (conexão) e frasco umidificador, a uma concentração variável de 90% a 95% dependendo do fluxo prescrito. Alimentação: 127v ou 220v. Dimensões aproximadas: 58 x 38 x 24cm. Peso aproximado: 16kg. Nível de ruído: até 52 dba. Fluxo aproximado: 0,5 a 5 l/m (litros/minuto). Pressão de saída mínima: 5,5 psi. Equipamento montado sobre rodízios.	300,00	UNIDADE	401,92
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3M3 a 10M3 para o CILINDRO BACKUP DOS CONCENTRADORES.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3M3 a 10M3 para o CILINDRO BACKUP DOS CONCENTRADORES.	1.008,00	M³	60,06
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 23 de Outubro de 2024, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 24 de Outubro de 2024.

Venício Ribeiro Neto – Pregoeiro(a)