



Pouso Alegre, 01 de agosto de 2024.

Pregão Eletrônico 34/2024, referente à AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS HOSPITALARES DO SISTEMA DIGESTÓRIO E INSUMOS ESPECIAIS PARA TERAPIA ENDOVENOSA DOMICILIAR.

DO CATÁLOGO:

Conforme descritivo referente ao item 0001, do referido certame: **SONDA PARA ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL ADULTO – 10FR X 110-120 CM** APROXIMADAMENTE. CONFECCIONADA EM POLIURETANO MACIO E **SILICONE**, 100% RADIOPACO. FLEXÍVEL, MALEÁVEL E DURÁVEL. NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM PH DO ESTÔMAGO. POSSUI **OGIVA DISTAL DE TUNGSTÊNIO** E FIO GUIA PRÉ-INSERIDO, PARA FACILITAR POSICIONAMENTO. CONECTOR EM FORMA DE Y, FEITO DE PVC ATÓXICO. PRODUTO ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. SEGUIR NORMA TÉCNICA NBR ISO 594-1/2003.

Em análise do catálogo apresentado pela empresa SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 16.586.871/0002-50, ao descrever o insumo, o documento não aponta qual material é confeccionada a OGIVA DISTAL e sua composição é exclusivamente em PVC. A marca SOLUMED, apesar da ausência na especificação, é sabido tecnicamente que sua ogiva é feita em AÇO INOX, não corresponde ao solicitado.

Portanto, está REPROVADA.


Ana Cristina da Silva - Matrícula 16382
Enfermeira Estomaterapeuta



Pouso Alegre, 07 de agosto de 2024.

Pregão Eletrônico 34/2024, referente à AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS HOSPITALARES DO SISTEMA DIGESTÓRIO E INSUMOS ESPECIAIS PARA TERAPIA ENDOVENOSA DOMICILIAR.

DO CATÁLOGO:

Conforme descritivo referente ao item 0002, do referido certame: **SONDA PARA ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL ADULTO** – 12FR X 110-120 CM APROXIMADAMENTE. CONFECCIONADA EM POLIURETANO MACIO E **SILICONE**, 100% RADIOPACO. FLEXÍVEL, MALEÁVEL E DURÁVEL. NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM PH DO ESTÔMAGO. POSSUI **OGIVA DISTAL DE TUNGSTÊNIO** E FIO GUIA PRÉ-INSERIDO, PARA FACILITAR POSICIONAMENTO. CONECTOR EM FORMA DE Y, FEITO DE PVC ATÓXICO. PRODUTO ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. SEGUIR NORMA TÉCNICA NBR ISO 594-1/2003.

Em análise ao documento/catálogo apresentado pela empresa CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 04.063.331/0001-21, ao descrever o insumo, o documento não aponta qual material é confeccionada a OGIVA DISTAL e sua composição aponta ser EXCLUSIVAMENTE em PVC. A marca MAXY/MARKMED, não corresponde ao solicitado.

Portanto, está REPROVADA.


Ana Cristina da Silva - Matrícula 16382
Enfermeira Estomaterapeuta



Pouso Alegre, 07 de agosto de 2024.

Pregão Eletrônico 34/2024, referente à AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS HOSPITALARES DO SISTEMA DIGESTÓRIO E INSUMOS ESPECIAIS PARA TERAPIA ENDOVENOSA DOMICILIAR.

DO CATÁLOGO:

Conforme descritivo referente ao item 0003, do referido certame: **SONDA PARA ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL ADULTO – 06FR X 51-60 CM** APROXIMADAMENTE. CONFECCIONADA EM POLIURETANO MACIO E **SILICONE**, 100% **RADIOPACO**. FLEXÍVEL, MALEÁVEL E DURÁVEL. NÃO SOFRE ALTERAÇÃO EM CONTATO COM PH DO ESTÔMAGO. POSSUI **OGIVA DISTAL DE TUNGSTÊNIO**, PARA FACILITAR POSICIONAMENTO. CONECTOR EM FORMA DE Y, FEITO DE PVC ATÓXICO. PRODUTO ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. SEGUIR NORMA TÉCNICA NBR ISO 594-1/2003.

Em análise do catálogo apresentado pela empresa SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 16.586.871/0002-50, ao descrever o insumo, o documento não aponta qual material é confeccionada a OGIVA DISTAL e sua composição é exclusivamente em PVC. Sua especificação, não corresponde ao solicitado.

Portanto, está REPROVADA.


Ana Cristina da Silva - Matrícula 16382
Enfermeira Estomaterapeuta



Pouso Alegre, 07 de agosto de 2024.

Pregão Eletrônico 34/2024, referente à AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS HOSPITALARES DO SISTEMA DIGESTÓRIO E INSUMOS ESPECIAIS PARA TERAPIA ENDOVENOSA DOMICILIAR.

DO CATÁLOGO:

Conforme descritivo referente ao item 0004, do referido certame: **SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 06** - SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE, COM 1,20M DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE, ATÓXICA, ESTERILIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60, DESCARTÁVEL, COM 04 ORIFÍCIOS LATERAIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO. REGISTRO MS. ANVISA E INMETRO.

Em análise do DOCUMENTO TÉCNICO apresentado pela empresa YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ: 51.740.794/0001-60, suas especificações, atendem ao solicitado.

Portanto, está APROVADA.


Ana Cristina da Silva - Matrícula 16382
Enfermeira Estomaterapeuta



Pouso Alegre, 07 de agosto de 2024.

Pregão Eletrônico 34/2024, referente à AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS HOSPITALARES DO SISTEMA DIGESTÓRIO E INSUMOS ESPECIAIS PARA TERAPIA ENDOVENOSA DOMICILIAR.

DO CATÁLOGO:

Conforme descritivo referente ao item 0005, do referido certame: **SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 10** - SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE, COM 1,20M DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE, ATÓXICA, ESTERILIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60, DESCARTÁVEL, COM 04 ORIFÍCIOS LATERAIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO. REGISTRO MS. ANVISA E INMETRO.

Em análise do DOCUMENTO TÉCNICO apresentado pela empresa SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 16.586.871/0002-50, suas especificações, atendem ao solicitado.

Portanto, está APROVADA.


Ana Cristina da Silva - Matrícula 16382
Enfermeira Estomaterapeuta



Pouso Alegre, 07 de agosto de 2024.

Pregão Eletrônico 34/2024, referente à AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS HOSPITALARES DO SISTEMA DIGESTÓRIO E INSUMOS ESPECIAIS PARA TERAPIA ENDOVENOSA DOMICILIAR.

DO CATÁLOGO:

Conforme descritivo referente ao item 0006, do referido certame: **SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 12** - SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE, COM 1,20M DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE, ATÓXICA, ESTERILIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60, DESCARTÁVEL, COM 04 ORIFÍCIOS LATERAIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO. REGISTRO MS. ANVISA E INMETRO.

Em análise do DOCUMENTO TÉCNICO apresentado pela empresa SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 16.586.871/0002-50, suas especificações, atendem ao solicitado.

Portanto, está APROVADA.


Ana Cristina da Silva - Matrícula 16382
Enfermeira Estomaterapeuta



Pouso Alegre, 07 de agosto de 2024.

Pregão Eletrônico 34/2024, referente à AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS HOSPITALARES DO SISTEMA DIGESTÓRIO E INSUMOS ESPECIAIS PARA TERAPIA ENDOVENOSA DOMICILIAR.

DO CATÁLOGO:

Conforme descritivo referente ao item 0007, do referido certame: **SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 14 - SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE, COM 1,20M DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE, ATÓXICA, ESTERILIZADA A RAO GAMA COBALTO 60, DESCARTÁVEL, COM 04 ORIFÍCIOS LATERAIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO. REGISTRO MS. ANVISA E INMETRO.**

Em análise do DOCUMENTO TÉCNICO apresentado pela empresa YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ: 51.740.794/0001-60, suas especificações, atendem ao solicitado.

Portanto, está APROVADA.


Ana Cristina da Silva - Matrícula 16382
Enfermeira Estomaterapeuta



Pouso Alegre, 07 de agosto de 2024.

Pregão Eletrônico 34/2024, referente à AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS HOSPITALARES DO SISTEMA DIGESTÓRIO E INSUMOS ESPECIAIS PARA TERAPIA ENDOVENOSA DOMICILIAR.

DO CATÁLOGO:

Conforme descritivo referente ao item 0008, do referido certame: **SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 16** - SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE, COM 1,20M DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE, ATÓXICA, ESTERILIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60, DESCARTÁVEL, COM 04 ORIFÍCIOS LATERAIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO. REGISTRO MS. ANVISA E INMETRO.

Em análise do DOCUMENTO TÉCNICO apresentado pela empresa YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ: 51.740.794/0001-60, suas especificações, atendem ao solicitado.

Portanto, está APROVADA.


Ana Cristina da Silva - Matrícula 16382
Enfermeira Estomaterapeuta



Pouso Alegre, 07 de agosto de 2024.

Pregão Eletrônico 34/2024, referente à AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS HOSPITALARES DO SISTEMA DIGESTÓRIO E INSUMOS ESPECIAIS PARA TERAPIA ENDOVENOSA DOMICILIAR.

DO CATÁLOGO:

Conforme descritivo referente ao item 0009, do referido certame: **SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 18** - SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE, COM 1,20M DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE, ATÓXICA, ESTERILIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60, DESCARTÁVEL, COM 04 ORIFÍCIOS LATERAIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO. REGISTRO MS. ANVISA E INMETRO.

Em análise do DOCUMENTO TÉCNICO apresentado pela empresa SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 16.586.871/0002-50, suas especificações, atendem ao solicitado.

Portanto, está APROVADA.


Ana Cristina da Silva - Matrícula 16382
Enfermeira Estomaterapeuta



Pouso Alegre, 07 de agosto de 2024.

Pregão Eletrônico 34/2024, referente à AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS HOSPITALARES DO SISTEMA DIGESTÓRIO E INSUMOS ESPECIAIS PARA TERAPIA ENDOVENOSA DOMICILIAR.

DO CATÁLOGO:

Conforme descritivo referente ao item 0010, do referido certame: SONDA GÁSTRICA LEVINE Nº 20 - SONDA NASOGÁSTRICA TIPO LEVINE, COM 1,20M DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL TRANSPARENTE, ATÓXICA, ESTERILIZADA A RAIOS GAMA COBALTO 60, DESCARTÁVEL, COM 04 ORIFÍCIOS LATERAIS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME DE POLIETILENO. REGISTRO MS. ANVISA E INMETRO.

Em análise do DOCUMENTO TÉCNICO apresentado pela empresa YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ: 51.740.794/0001-60, suas especificações, atendem ao solicitado.

Portanto, está APROVADA.


Ana Cristina da Silva - Matrícula 16382
Enfermeira Estomaterapeuta



Pouso Alegre, 07 de agosto de 2024.

Pregão Eletrônico 34/2024, referente à AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS HOSPITALARES DO SISTEMA DIGESTÓRIO E INSUMOS ESPECIAIS PARA TERAPIA ENDOVENOSA DOMICILIAR.

DO CATÁLOGO:

Conforme descritivo referente ao item 0024, do referido certame: **SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO DE BAIXO PERFIL FR 18 X 2,5 CM - TUBO PARA GASTROSTOMIA, NÍVEL DA PELE, EM SILICONE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTIRREFLUXO. SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORAS PARA ALIMENTAÇÃO. CONJUNTO COMPLETO COM TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS; SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE 35CC. MARCA: MIC-KEY (AVANOS)**

Em análise do DOCUMENTO TÉCNICO apresentado pela empresa CARLA DE OLIVEIRA CORREA, inscrita no CNPJ: 08.583.229/0001-08, considerando o insumo e suas especificações, atendem ao solicitado.

Portanto, está APROVADA.


Ana Cristina da Silva - Matrícula 16382
Enfermeira Estomaterapeuta



Pouso Alegre, 07 de agosto de 2024.

Pregão Eletrônico 34/2024, referente à AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS HOSPITALARES DO SISTEMA DIGESTÓRIO E INSUMOS ESPECIAIS PARA TERAPIA ENDOVENOSA DOMICILIAR.

DO CATÁLOGO:

Conforme descritivo referente ao item 0026, do referido certame: **SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO DE BAIXO PERFIL FR 18 X 3,0 CM - TUBO PARA GASTROSTOMIA, NÍVEL DA PELE, EM SILICONE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTIRREFLUXO. SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORAS PARA ALIMENTAÇÃO. CONJUNTO COMPLETO COM TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS; SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE 35CC. MARCA: MIC-KEY (AVANOS)**

Em análise do DOCUMENTO TÉCNICO apresentado pela empresa CARLA DE OLIVEIRA CORREA, inscrita no CNPJ: 08.583.229/0001-08, considerando o insumo e suas especificações, atendem ao solicitado.

Portanto, está APROVADA.


Ana Cristina da Silva - Matrícula 16382
Enfermeira Estomaterapeuta



Pouso Alegre, 07 de agosto de 2024.

Pregão Eletrônico 34/2024, referente à AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS HOSPITALARES DO SISTEMA DIGESTÓRIO E INSUMOS ESPECIAIS PARA TERAPIA ENDOVENOSA DOMICILIAR.

DO CATÁLOGO:

Conforme descritivo referente ao item 0029, do referido certame: **SONDA DE GASTROSTOMIA PARA ALIMENTAÇÃO DE BAIXO PERFIL FR 20 X 2,5 CM - TUBO PARA GASTROSTOMIA, NÍVEL DA PELE, EM SILICONE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE, COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, VÁLVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO, E DISPOSITIVO ANTIRREFLUXO. SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORAS PARA ALIMENTAÇÃO. CONJUNTO COMPLETO COM TUBO PARA GASTROSTOMIA, SONDA EXTENSORA COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO EM BOLUS; SERINGA PARA ALIMENTAÇÃO DE 35CC. MARCA: MIC-KEY (AVANOS)**

Em análise do DOCUMENTO TÉCNICO apresentado pela empresa CARLA DE OLIVEIRA CORREA, inscrita no CNPJ: 08.583.229/0001-08, considerando o insumo e suas especificações, atendem ao solicitado.

Portanto, está **APROVADA**.


Ana Cristina da Silva - Matrícula 16382
Enfermeira Estomaterapeuta



Pouso Alegre, 07 de agosto de 2024.

Pregão Eletrônico 34/2024, referente à AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS HOSPITALARES DO SISTEMA DIGESTÓRIO E INSUMOS ESPECIAIS PARA TERAPIA ENDOVENOSA DOMICILIAR.

Para avaliação dos **itens 0011 a 0023, 0025, 0027, 0028, 0030 a 0037** solicito amostra física dos insumos acompanhados de portfólio/catálogo, constando suas especificações técnicas e características. As empresas ganhadoras dos itens relacionados a sondas, com variação apenas em TAMANHO/CALIBRE poderão enviar apenas UMA UNIDADE para análise, desde que não tenha divergência de marca e especificação.

Atenciosamente, a disposição


Ana Cristina da Silva - Matrícula 16382
Enfermeira Estomaterapeuta