



CI 145/SMS/RUE/2025

Pouso Alegre, 03 de Dezembro de 2025.

De: Ana Heloisa Rodrigues Silva- Gerente da Rede de Urgência e Emergência

Para: Licitação- Saúde

Impugnante/Solicitante: Ápice Healthcare Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.

CNPJ: 02.936.819/0001-90

Prezados Senhores,

Em atenção ao pedido de esclarecimento encaminhado pela empresa Ápice Healthcare Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda., referente ao descritivo técnico do item **Eletrocardiógrafo**, passamos aos esclarecimentos:

No termo de referência consta a especificação:

“tela LCD de no mínimo 10” sensível ao toque para visualização de exames e configuração do equipamento”.

Neste ponto, esclarecemos que o requisito correto é uma tela LCD de tamanho mínimo de 10 polegadas, com tecnologia touchscreen. A ausência da unidade de medida no trecho citado decorreu de falha de digitação, mas o entendimento técnico permanece: tela mínima de 10”.

O edital descreve:

“Possibilidade de exportar exames através de formato digital (PDF) via USB/Wi-Fi; comunicação através da conexão TCP/IP, rede Ethernet/LAN e rede Wireless para integração com HIS (Sistema Hospitalar), com envio de dados via HL7 e DICOM.”

Diante do questionamento apresentado, esclarecemos que a funcionalidade de conexão Wi-Fi é obrigatória e deverá ser fornecida e cotada no momento da proposta, uma vez que a integração com o sistema hospitalar ocorrerá desde o início da operação dos equipamentos.

Portanto:

- Não se trata apenas de “capacidade futura”;
- O equipamento deverá sair totalmente funcional, com Wi-Fi habilitado, permitindo comunicação via LAN, Wireless, TCP/IP, HL7 e DICOM, conforme descrito no edital;
- A disponibilidade imediata é necessária para garantir a interoperabilidade com o HIS e fluxo adequado de laudos, registros e transmissão de exames.



Dessa forma, permanecem válidas as especificações estabelecidas no edital, sendo:

- Tamanho mínimo da tela: 10" (dez polegadas);
- Wi-Fi: funcionalidade obrigatória e de fornecimento imediato, devendo constar integralmente na proposta comercial.

Agradecemos a contribuição da empresa e reforçamos que tais esclarecimentos visam assegurar a correta interpretação do edital e a plena competitividade do certame.

Ana Heloisa Rodrigues Silva
Gerente da Rede de Urgência e Emergência

