



LAUDO DE AVALIAÇÃO 1ª FASE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000257/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000090/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Aos dezanove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, os responsáveis técnicos afeto ao Setor de Odontologia da **Secretaria Municipal de Saúde**, após análise da documentação apresentada como catálogos, fichas técnicas das empresas participantes temporariamente vencedoras na disputa do dia da abertura deste certame, emitem laudo de avaliação informando os lotes Aprovados e ou Reprovados para os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12 e 13.

Resumo de Propostas Vencedoras Por Lote

Lote 1 - **APROVADO**

APARELHO DE LASERTERAPIA PORTÁTIL PARA ODONTOLOGIA laser de baixa potência com emissão de luz vermelha e infravermelha para bioestimulação nas áreas de odontologia com emissão de luz laser com comprimento de onda de 660nm (laser vermelho) e 810nm (laser infravermelho). itens que acompanham o produto: 01 suporte da peça de mão, 03 espaçadores, 01 fonte de alimentação, 01 case para transporte, 01 óculos de proteção grande, 01 óculos de proteção pequeno (protetor ocular), 01 termo de garantia e 01 guia do usuário. especificações: tensão de alimentação 90 240 v~, peso 0,300 kg, dimensões 3cm (l) x 5cm (p) x 21cm (a), comprimento de onda laser vermelho 660 nm ± 10 nm, potência útil emissor laser vermelho 100 mw ± 20%, comprimento de onda laser infravermelho 808 nm ± 10 nm, potência útil emissor laser infravermelho 100 mw ± 20%, diâmetro da fibra 600 um, bateria li-íon, duração da bateria 2 horas com aplicação ininterrupta. apresentar catálogo conforme edital.

Fornecedor: D BERLATO & CIA LTDA ME

CNPJ/CPF 12 630 233/0001-57

Data/hora de envio 17/09/2025 22:55:32

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

1 - APARELHO DE LASERTERAPIA PORTÁTIL PARA ODONTOLOGIA Laser de baixa potência com emissão de luz vermelha e infravermelha para bioestimulação nas áreas de odontologia com emissão de luz laser com comprimento de onda de 660nm (laser vermelho) e 810nm (laser infravermelho). Itens que Acompanham o Produto: 01 suporte da peça de mão, 03 espaçadores, 01 fonte de alimentação, 01 case para transporte, 01 óculos de proteção grande, 01 óculos de proteção pequeno (protetor ocular), 01 termo de garantia e 01 guia do usuário. Especificações: Tensão de Alimentação 90 240 V~, Peso 0,300 Kg, Dimensões 3cm (L) x 5cm (P) x 21cm (A), Comprimento de onda laser vermelho 660 nm ± 10 nm, Potência útil emissor laser vermelho 100 mW ± 20%, Comprimento de onda laser infravermelho 808 nm ± 10 nm, Potência útil emissor laser infravermelho 100 mW ± 20%, Diâmetro da fibra 600 um, Bateria Li-íon, Duração da Bateria 2 horas com aplicação ininterrupta. Apresentar catálogo conforme edital.

Descrição do Fornecedor

Quantidade

**Unidade de
Medida**

**Unitário
Proposto**



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



APARELHO DE LASERTERAPIA PORTÁTIL PARA ODONTOLOGIA Laser de baixa potência com emissão de luz vermelha e infravermelha para bioestimulação nas áreas de odontologia com emissão de luz laser com comprimento de onda de 660nm (laser vermelho) e 810nm (laser infravermelho). Itens que Acompanham o Produto: 01 suporte da peça de mão, 03 espaçadores, 01 fonte de alimentação, 01 case para transporte, 01 óculos de proteção grande, 01 óculos de proteção pequeno (protetor ocular), 01 termo de garantia e 01 guia do usuário. Especificações: Tensão de Alimentação 90 240 V~, Peso 0,300 Kg, Dimensões 3cm (L) x 5cm (P) x 21cm (A), Comprimento de onda laser vermelho 660 nm ± 10 nm, Potência útil emissor laser vermelho 100 mW ± 20%, Comprimento de onda laser infravermelho 808 nm ± 10 nm, Potência útil emissor laser infravermelho 100 mW ± 20%, Diâmetro da fibra 600 um, Bateria Li-íon, Duração da Bateria 2 horas com aplicação ininterrupta. Apresentar catálogo conforme edital.	R\$ 4	UN	R\$ 3.090,00
Marca: LASER SMILE	Fabricante: LASER SMILE	Modelo:	

Lote 2 - **APROVADO**

APARELHO ODONTOLÓGICO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO aplicação em periodontia - ultrassom piezoelétrico frequência do ultrassom de 30.000 a 32.000hz e jato de bicarbonato com bomba peristáltica. apresentar capa da caneta de ultrassom removível e autoclavável. aparelho de ultrassom, uso odontológico, com jato de bicarbonato; deve permitir ajuste da potência ultrassônica; caneta/transdutor do ultrassom deve ser autoclavável. ponteiras autoclaváveis: 02 perio sub e 01 perio supra, e chave para ponteiras. acompanhar 02 capas da caneta e 03 ponteiras. alimentação 127/220v (bivolt)acessórios: devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; devem ser entregues os manuais de operação, em português. elétrica - tensão de alimentação do equipamento: bivolt garantia: deve ser apresentado o certificado de garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do e

Fornecedor: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF 54 860 907/0001-50

Data/hora de envio 17/09/2025 22:59:29

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

2 - APARELHO ODONTOLÓGICO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO Aplicação em Periodontia - Ultrassom piezoelétrico frequência do ultrassom de 30.000 a 32.000Hz e jato de bicarbonato com bomba peristáltica. Apresentar capa da caneta de ultrassom removível e autoclavável. Aparelho de ultrassom, uso odontológico, com jato de bicarbonato; deve permitir ajuste da potência ultrassônica; caneta/transdutor do ultrassom deve ser autoclavável. Ponteiras autoclaváveis: 02 Perio Sub e 01 Perio Supra, e chave para ponteiras. Acompanhar 02 capas da caneta e 03 ponteiras. Alimentação 127/220v (Bivolt)ACESSÓRIOS: Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; devem ser entregues os manuais de operação, em português. ELÉTRICA - Tensão de alimentação do equipamento: BIVOLT GARANTIA: Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade. COPIA DO REGISTRO ANVISA: Deve ser apresentada cópia do Registro do equipamento emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / Ministério da Saúde ou comprovação de que é isento de registro/cadastro, quando o for. Apresentar catálogo conforme edital.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNNTTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



APARELHO ODONTOLÓGICO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO Aplicação em Periodontia - Ultrassom piezoelétrico frequência do ultrassom de 30.000 a 32.000Hz e jato de bicarbonato com bomba peristáltica. Apresentar capa da caneta de ultrassom removível e autoclavável. Aparelho de ultrassom, uso odontológico, com jato de bicarbonato; deve permitir ajuste da potência ultrassônica; caneta/transdutor do ultrassom deve ser autoclavável. Ponteiros autoclaváveis: 02 Perio Sub e 01 Perio Supra, e chave para ponteiros. Acompanhar 02 capas da caneta e 03 ponteiros. Alimentação 127/220v (Bivolt)ACESSÓRIOS: Devem ser entregues com o produto todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; devem ser entregues os manuais de operação, em português. ELÉTRICA - Tensão de alimentação do equipamento: BIVOLT GARANTIA: Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 02 (dois) anos a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento está operando dentro de suas condições de normalidade. COPIA DO REGISTRO ANVISA: Deve ser apresentada cópia do Registro do equipamento emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / Ministério da Saúde ou comprovação de que é isento de registro/cadastro, quando o for. Apresentar catálogo conforme edital.	R\$ 25	UN	R\$ 1.200,00
Marca: DENTEMED	Fabricante: DENTEMED	Modelo: PRIME ONE PUMP	

Lote 3 - APROVADO

BANDEJA DE COLUNA GIRATÓRIA permite movimentos giratórios de 360º, adapta em colunas nas medidas de diâmetro 1½ - 2 e 1¾ polegadas, suporta 11kg. marca sugerida prisma ou similar em qualidade. apresentar catálogo conforme edital.

Fornecedor: D BERLATO & CIA LTDA ME

CNPJ/CPF 12 630 233/0001-57

Data/hora de envio 17/09/2025 22:55:32

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

3 - BANDEJA DE COLUNA GIRATÓRIA Permite movimentos giratórios de 360º, adapta em colunas nas medidas de diâmetro 1½ - 2 e 1¾ polegadas, suporta 11kg. Marca sugerida prisma ou similar em qualidade. Apresentar catálogo conforme edital.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
BANDEJA DE COLUNA GIRATÓRIA Permite movimentos giratórios de 360º, adapta em colunas nas medidas de diâmetro 1½ - 2 e 1¾ polegadas, suporta 11kg. Marca sugerida prisma ou similar em qualidade. Apresentar catálogo conforme edital.	R\$ 25	UN	R\$ 272,00
Marca: PRISMA	Fabricante: PRISMA	Modelo:	

Lote 4 - APROVADO

COMPRESSOR DE AR 150 LITROS PARA ODONTOLOGIA SEM ÓLEO características do compressor de ar: isento de óleo, pressostato com chave geral liga/desliga, protetor térmico no motor elétrico, ventoinhas de refrigeração no motor, válvula de segurança, válvula mecânica de alívio do excesso de pressão, manômetro do reservatório, regulador de pressão de saída de ar com manômetro, filtro de aspiração na entrada de ar do cabeçote.especificações técnicas: número de motores: 3 unid (3x 1.500w), potência (motor): 6,0 hp / 4,5 kw, alimentação: 220v (monofásico), corrente nominal: 21 a, velocidade de rotação do motor: 1.680 rpm, capacidade do reservatório: 150 litros, nível de ruído: 72 (db(a)/1m), pressão máxima de trabalho: 8,2 bar / 120 psi, pressão mínima de trabalho: 5,5 bar / 80 psi, fluxo de ar (vazão teórica): 840 l/m / 29,57 pcm / 50,24 m³/h, fluxo de ar (vazão efetiva): 588 l/m / 20,7 pcm / 35,17 m³/h, dimensões do produto (c x l x a): 113 x 61 x 92 cm, peso líquido: 125 kg, garantia: 12 meses



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



Fornecedor: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	CNPJ/CPF 51 659 136/0001-49
Data/hora de envio 18/09/2025 08:53:01	Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

4 - Compressor de Ar 150 Litros para odontologia sem óleo características do compressor de ar: isento de óleo, pressostato com chave geral liga/desliga, protetor térmico no motor elétrico, ventoinhas de refrigeração no motor, válvula de segurança, válvula mecânica de alívio do excesso de pressão, manômetro do reservatório, regulador de pressão de saída de ar com manômetro, filtro de aspiração na entrada de ar do cabeçote.especificações técnicas: número de motores: 3 unid (3x 1.500w), potência (motor): 6,0 hp / 4,5 kw, alimentação: 220v (monofásico), corrente nominal: 21 a, velocidade de rotação do motor: 1.680 rpm, capacidade do reservatório: 150 litros, nível de ruído: 72 (db(a)/1m), pressão máxima de trabalho: 8,2 bar / 120 psi, pressão mínima de trabalho: 5,5 bar / 80 psi, fluxo de ar (vazão teórica): 840 l/m / 29,57 pcm / 50,24 m³/h, fluxo de ar (vazão efetiva): 588 l/m / 20,7 pcm / 35,17 m³/h, dimensões do produto (c x l x a): 113 x 61 x 92 cm, peso líquido: 125 kg, garantia: 12 meses pelo fabricante. marca sugerida: chiaperini ou similar em qualidade. apresentar catálogo conforme edital.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Compressor de Ar 150 Litros para odontologia sem óleo características do compressor de ar: isento de óleo, pressostato com chave geral liga/desliga, protetor térmico no motor elétrico, ventoinhas de refrigeração no motor, válvula de segurança, válvula mecânica de alívio do excesso de pressão, manômetro do reservatório, regulador de pressão de saída de ar com manômetro, filtro de aspiração na entrada de ar do cabeçote.especificações técnicas: número de motores: 3 unid (3x 1.500w), potência (motor): 6,0 hp / 4,5 kw, alimentação: 220v (monofásico), corrente nominal: 21 a, velocidade de rotação do motor: 1.680 rpm, capacidade do reservatório: 150 litros, nível de ruído: 72 (db(a)/1m), pressão máxima de trabalho: 8,2 bar / 120 psi, pressão mínima de trabalho: 5,5 bar / 80 psi, fluxo de ar (vazão teórica): 840 l/m / 29,57 pcm / 50,24 m³/h, fluxo de ar (vazão efetiva): 588 l/m / 20,7 pcm / 35,17 m³/h, dimensões do produto (c x l x a): 113 x 61 x 92 cm, peso líquido: 125 kg, garantia: 12 meses pelo fabricante. marca sugerida: chiaperini ou similar em qualidade. apresentar catálogo conforme edital.	R\$ 1	UN	R\$ 6.850,50

Marca: Fiac	Fabricante: Fiac	Modelo:
--------------------	-------------------------	----------------

Lote 5 - APROVADO

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL consultório odontológico portátil: equipamento câmara composta de conjunto de válvulas e conexões em liga de latão fosforoso 665, 04 saídas de ar acionadas por molas em aço inox helicoidais, mangueiras trançadas com diâmetro interno de 3/16, compartimento portátil com foco do fecho de luz sobre a cabeça.case de fibra de vidro para transporte: caixa estruturada revestida em fibra de vidro reforçada com perfis estampadas de chapa galvanizadas, com 02 rodízios giratórios, alças retráteis nas partes laterais. apresentar catálogo conforme edital.

Fornecedor: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ/CPF 54 860 907/0001-50
Data/hora de envio 17/09/2025 22:59:29	Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

5 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL consultório odontológico portátil: equipamento câmara composta de conjunto de válvulas e conexões em liga de latão fosforoso 665, 04 saídas de ar acionadas por molas em aço inox helicoidais, mangueiras trançadas com diâmetro interno de 3/16, compartimento portátil com foco do fecho de luz sobre a cabeça.case de fibra de vidro para transporte: caixa estruturada revestida em fibra de vidro reforçada com perfis estampadas de chapa galvanizadas, com 02 rodízios giratórios, alças retráteis nas partes laterais. Apresentar catálogo conforme edital.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL consultório odontológico portátil: equipamento câmara composta de conjunto de válvulas e conexões em liga de latão fosforoso 665, 04 saídas de ar acionadas por molas em aço inox helicoidais, mangueiras trançadas com diâmetro interno de 3/16, compartimento portátil com foco do fecho de luz sobre a cabeça.case de fibra de vidro para transporte: caixa estruturada revestida em fibra de vidro reforçada com perfis estampadas de chapa galvanizadas, com 02 rodízios giratórios, alças retráteis nas partes laterais. Apresentar catálogo conforme edital.	R\$ 1	UN	R\$ 7.300,00
Marca: DENTEMED	Fabricante: DENTEMED	Modelo: MAGNUS TRANSPORTATIL PNEUMÁTICO+ACESSORIOS E OPCIONAIS INCLUSOS	

Lote 6 - APROVADO

CUBA ULTRASSÔNICA PARA LIMPEZA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS cuba ultrassônica para limpeza instrumentais odontológicos com estrutura em poliuretano, cuba e cesto em aço inox, com capacidade de até 3 litros, multitensão e frequência do ultrassom de 40hz, sistema de aquecimento acionado separadamente ao ultrassom. marca sugerida cristofoli ou similar em qualidade. apresentar catálogo conforme edital.

Fornecedor: F5 DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF 57 048 285/0001-58

Data/hora de envio 12/09/2025 08:41:09

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

6 - CUBA ULTRASSÔNICA PARA LIMPEZA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS cuba ultrassônica para limpeza instrumentais odontológicos com estrutura em poliuretano, cuba e cesto em aço inox, com capacidade de até 3 litros, multitensão e frequência do ultrassom de 40hz, sistema de aquecimento acionado separadamente ao ultrassom. Marca sugerida cristofoli ou similar em qualidade. Apresentar catálogo conforme edital.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CUBA ULTRASSÔNICA PARA LIMPEZA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS cuba ultrassônica para limpeza instrumentais odontológicos com estrutura em poliuretano, cuba e cesto em aço inox, com capacidade de até 3 litros, multitensão e frequência do ultrassom de 40hz, sistema de aquecimento acionado separadamente ao ultrassom. Marca sugerida cristofoli ou similar em qualidade. Apresentar catálogo conforme edital.	R\$ 25	UN	R\$ 850,00
Marca: vrm	Fabricante: vrm	Modelo: cd4820	

Lote 7 - APROVADO

DESTILADORA DE ÁGUA destiladora de água com capacidade de 4l com desligamento automático para uso da água em autoclave. produz água desmineralizada de alta qualidade, indicada para uso em autoclaves e equipamentos que requerem uma água isenta de impurezas, produção de até 1l de água desmineralizada por hora, tanque em aço inox com capacidade de 4 litros, abastecimento manual, protetor térmico automático contra superaquecimento e termostato de rearme controlado. marca sugerida cristofori ou similar em qualidade. apresentar catálogo conforme edital.

Fornecedor: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

CNPJ/CPF 54 322 844/0001-88

Data/hora de envio 16/09/2025 14:17:00

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNNTTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210
FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



7 - DESTILADORA DE ÁGUA Destiladora de água com capacidade de 4L com desligamento automático para uso da água em autoclave. Produz água desmineralizada de alta qualidade, indicada para uso em autoclaves e equipamentos que requerem uma água isenta de impurezas, produção de até 1l de água desmineralizada por hora, tanque em aço inox com capacidade de 4 litros, abastecimento manual, protetor térmico automático contra superaquecimento e termostato de rearme controlado. Marca sugerida cristofori ou similar em qualidade. Apresentar catálogo conforme edital.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
DESTILADORA DE ÁGUA Destiladora de água com capacidade de 4L com desligamento automático para uso da água em autoclave. Produz água desmineralizada de alta qualidade, indicada para uso em autoclaves e equipamentos que requerem uma água isenta de impurezas, produção de até 1l de água desmineralizada por hora, tanque em aço inox com capacidade de 4 litros, abastecimento manual, protetor térmico automático contra superaquecimento e termostato de rearme controlado. Marca sugerida cristofori ou similar em qualidade. Apresentar catálogo conforme edital.	R\$ 25	UN	R\$ 500,00
Marca: alt	Fabricante: alt	Modelo: aqua	

Lote 8 - APROVADO

FOTOPOLIMERIZADOR POLYWAVE aparelho de foto polimerização, área ativa de 107mm², polywave - 4 leds com 3 picos de comprimento de onda diferentes, com corpo único feito de alumínio aeroespacial. 3 modos de polimerização: standard (1.000mw/cm²), high (1.400mw/cm²) e xtra (3.200 mw/cm²) com tempo de exposição: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 e 20 segundos, amplo espectro para produzir luz de alta intensidade entre 395 e 480nm. embalagem com 4 baterias recarregáveis, 1 carregador, 50 barreiras protetoras, 1 suporte, 1 protetor de luz. marca sugerida valo ultradent ou similar em qualidade. apresentar catálogo conforme edital.

Fornecedor: ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF 54 860 907/0001-50

Data/hora de envio 17/09/2025 22:59:29

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

8 - FOTOPOLIMERIZADOR POLYWAVE aparelho de foto polimerização, área ativa de 107mm², polywave - 4 leds com 3 picos de comprimento de onda diferentes, com corpo único feito de alumínio aeroespacial. 3 modos de polimerização: standard (1.000mw/cm²), high (1.400mw/cm²) e xtra (3.200 mw/cm²) com tempo de exposição: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 e 20 segundos, amplo espectro para produzir luz de alta intensidade entre 395 e 480nm. embalagem com 4 baterias recarregáveis, 1 carregador, 50 barreiras protetoras, 1 suporte, 1 protetor de luz. marca sugerida valo ultradent ou similar em qualidade. apresentar catálogo conforme edital.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
FOTOPOLIMERIZADOR POLYWAVE aparelho de foto polimerização, área ativa de 107mm ² , polywave - 4 leds com 3 picos de comprimento de onda diferentes, com corpo único feito de alumínio aeroespacial. 3 modos de polimerização: standard (1.000mw/cm ²), high (1.400mw/cm ²) e xtra (3.200 mw/cm ²) com tempo de exposição: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 e 20 segundos, amplo espectro para produzir luz de alta intensidade entre 395 e 480nm. embalagem com 4 baterias recarregáveis, 1 carregador, 50 barreiras protetoras, 1 suporte, 1 protetor de luz. marca sugerida valo ultradent ou similar em qualidade. apresentar catálogo conforme edital.	R\$ 2	UN	R\$ 3.980,00
Marca: COXO	Fabricante: FOSHAN COXO MEDICAL INSTRUMENT CO.	Modelo: DB686 HALO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNNTTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



Lote 11 - APROVADO

RAIO X PORTÁTIL ODONTOLÓGICO raio- x portátil - microimagem - odontológico. especificações mínimas: raio- x portátil odontológico de alta frequência. painel/tela de lcd com fácil visualização igual ou superior a 2, 8. tecnologia dc. o produto deve ser leve e compacto. configuração de exposição de raio- x simples e fácil. proteção externa para proteger o operador e o paciente da dispersão de radiação. tecnologia que permita filtragem da radiação para amenizar o efeito ao paciente exposto. tipo de exposição: molar, incisivo e canino. filme ou sensor digital. movimentos livres. categoria: raio- x. informações técnicas: potência de entrada: 600 w. tensão elétrica: 60kv +/- 5%. tempo de exposição: controlado pelo cliente. voltagem: 220v. bateria de alta capacidade igual ou superior a 1500 disparos por carga de bateria, tempo de vida útil da bateria de no mínimo 1 ano, tensão da ampola igual ou superior a 70kv. ponto focal igual ou superior a 0, 4mm. tempo de exposição até 2s. carregador 50-

Fornecedor: Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares LTDA ME

CNPJ/CPF 09 012 033/0001-26

Data/hora de envio 17/09/2025 16:38:37

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

11 - RAO X PORTÁTIL ODONTOLÓGICO raio- x portátil - microimagem - odontológico. especificações mínimas: raio- x portátil odontológico de alta frequência. painel/tela de lcd com fácil visualização igual ou superior a 2, 8. tecnologia dc. o produto deve ser leve e compacto. configuração de exposição de raio- x simples e fácil. proteção externa para proteger o operador e o paciente da dispersão de radiação. tecnologia que permita filtragem da radiação para amenizar o efeito ao paciente exposto. tipo de exposição: molar, incisivo e canino. filme ou sensor digital. movimentos livres. categoria: raio- x. informações técnicas: potência de entrada: 600 w. tensão elétrica: 60kv +/- 5%. tempo de exposição: controlado pelo cliente. voltagem: 220v. bateria de alta capacidade igual ou superior a 1500 disparos por carga de bateria, tempo de vida útil da bateria de no mínimo 1 ano, tensão da ampola igual ou superior a 70kv. ponto focal igual ou superior a 0, 4mm. tempo de exposição até 2s. carregador 50- 60hz. deve acompanhar acessórios, no mínimo: fonte de energia, controle remoto de disparo sem fio, tirante antiquesada, escudo protetor de radiação refletida, tripé de apoio e case de transporte. garantia mínima de 12 meses, selo do inmetro e registro na anvisa. apresentar catálogo conforme edital.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RAIO X PORTÁTIL ODONTOLÓGICO raio- x portátil - microimagem - odontológico. especificações mínimas: raio- x portátil odontológico de alta frequência. painel/tela de lcd com fácil visualização igual ou superior a 2, 8. tecnologia dc. o produto deve ser leve e compacto. configuração de exposição de raio- x simples e fácil. proteção externa para proteger o operador e o paciente da dispersão de radiação. tecnologia que permita filtragem da radiação para amenizar o efeito ao paciente exposto. tipo de exposição: molar, incisivo e canino. filme ou sensor digital. movimentos livres. categoria: raio- x. informações técnicas: potência de entrada: 600 w. tensão elétrica: 60kv +/- 5%. tempo de exposição: controlado pelo cliente. voltagem: 220v. bateria de alta capacidade igual ou superior a 1500 disparos por carga de bateria, tempo de vida útil da bateria de no mínimo 1 ano, tensão da ampola igual ou superior a 70kv. ponto focal igual ou superior a 0, 4mm. tempo de exposição até 2s. carregador 50- 60hz. deve acompanhar acessórios, no mínimo: fonte de energia, controle remoto de disparo sem fio, tirante antiquesada, escudo protetor de radiação refletida, tripé de apoio e case de transporte. garantia mínima de 12 meses, selo do inmetro e registro na anvisa. apresentar catálogo conforme edital.	R\$ 1	UN	R\$ 9.950,00

Marca: SAEVO

Fabricante: SAEVO

Modelo: AIR X RAY

Lote 12 - APROVADO

SELADORA AUTOMÁTICA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO seladora automática continua para papel grau cirúrgico, fácil operação, com selagem tipo esteira, que possibilite embalagem de forma contínua com a mesma qualidade de selagem. para uso hospitalar. características técnicas · largura da solda - 12-15mm · controle de temperatura - 0o a 300o c - digital, arraste da embalagem por correias sincronizadas, velocidade de selagem de 08- 12 m/min., comando de aquecimento e acionamento do motor independentes, alimentação elétrica bivolt resistência da selagem conforme norma abnt 14.990-9 · potência de 250- 280 watts dimensões: 380mm x 280mm x 180mm peso: 14kg registro junto a anvisa ou documento que dispense em conformidade com a resolução: rdc no 185/01. apresentar catálogo conforme edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNNTTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210
FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		CNPJ/CPF 08 380 296/0001-25	
Data/hora de envio 15/09/2025 14:28:15		Avaliação da proposta: Classificado.	
Descrição Comprador			
12 - SELADORA AUTOMÁTICA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO Seladora automática continua para papel grau cirúrgico, fácil operação, com selagem tipo esteira, que possibilite embalagem de forma contínua com a mesma qualidade de selagem. Para uso hospitais. Características técnicas · Largura da solda - 12-15mm · Controle de temperatura - 0o a 300o C - Digital, arraste da embalagem por correias sincronizadas, velocidade de selagem de 08- 12 m/min., comando de aquecimento e acionamento do motor independentes, alimentação elétrica bivolt resistência da selagem conforme Norma ABNT 14.990-9 · Potência de 250- 280 Watts Dimensões: 380mm x 280mm x 180mm Peso: 14kg Registro junto a anvisa ou documento que dispense em conformidade com a Resolução: RDC no 185/01. Apresentar catálogo conforme edital.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SELADORA AUTOMÁTICA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO Seladora automática continua para papel grau cirúrgico, fácil operação, com selagem tipo esteira, que possibilite embalagem de forma contínua com a mesma qualidade de selagem. Para uso hospitais. Características técnicas · Largura da solda - 12-15mm · Controle de temperatura - 0o a 300o C - Digital, arraste da embalagem por correias sincronizadas, velocidade de selagem de 08- 12 m/min., comando de aquecimento e acionamento do motor independentes, alimentação elétrica bivolt resistência da selagem conforme Norma ABNT 14.990-9 · Potência de 250- 280 Watts Dimensões: 380mm x 280mm x 180mm Peso: 14kg Registro junto a anvisa ou documento que dispense em conformidade com a Resolução: RDC no 185/01. Apresentar catálogo conforme edital.	R\$ 28	UN	R\$ 4.900,00
Marca: CETRO		Fabricante: CETRO	
		Modelo: CASM 800H	

Lote 13 - APROVADO

SENSOR DIGITAL INTRAORAL COM POSICIONADOR embalagem com 1 sensor, cabo de 3 metros, área ativa aproximada 20x30mm, sensor cmos, número de pixels 1000x1500, 12 bits. marca sugerida saevo ou similar em qualidade. apresentar catálogo conforme edital.

Fornecedor: ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		CNPJ/CPF 54 322 844/0001-88	
Data/hora de envio 16/09/2025 14:17:00		Avaliação da proposta: Classificado.	
Descrição Comprador			
16 - SENSOR DIGITAL INTRAORAL COM POSICIONADOR embalagem com 1 sensor, cabo de 3 metros, área ativa aproximada 20x30mm, sensor cmos, número de pixels 1000x1500, 12 bits. Marca sugerida saevo ou similar em qualidade. apresentar catálogo conforme edital			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SENSOR DIGITAL INTRAORAL COM POSICIONADOR embalagem com 1 sensor, cabo de 3 metros, área ativa aproximada 20x30mm, sensor cmos, número de pixels 1000x1500, 12 bits. Marca sugerida saevo ou similar em qualidade. apresentar catálogo conforme edital	R\$ 2	UN	R\$ 6.350,00
Marca: alt		Fabricante: alt	
		Modelo: pluto01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNNTTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210
FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



Nada mais havendo, encerra-se esta ata, devidamente assinada, depois de lida e achada conforme, pelos responsáveis técnicos afetos a **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

Extrema, 19 de setembro de 2025.

Cácio Wilham Gomes de Oliveira

Secretaria Municipal de Saúde