



JULGAMENTO TÉCNICO DAS PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000424/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000159/2025

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, a servidora da Área Técnica de Origem, designada para proceder à análise e julgamento das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS COM ANALISADOR EM COMODATO, em conformidade com as disposições do Edital e demais legislações pertinentes.

A presente ata tem por finalidade registrar a avaliação técnica das propostas, com ênfase na análise dos catálogos, fichas técnicas e registros de produto (quando aplicável), apresentados pelas empresas licitantes, de forma a verificar a conformidade com as especificações do Termo de Referência.

Foram observados os seguintes critérios para julgamento técnico: Confronto entre as especificações do Termo de Referência e os elementos constantes dos catálogos e fichas técnicas apresentadas; Verificação da apresentação e validade dos registros obrigatórios (ANVISA, INMETRO, MAPA ou outros, conforme aplicável); Análise de eventuais divergências entre a proposta e as exigências editalícias; Necessidade de diligência a fim de sanar dúvidas quanto às especificações do produto ofertado.

Procedeu-se à análise técnica individualizada dos lotes, conforme segue:

Resumo de Propostas Vencedoras Por Lote

Lote 1

APROVADO

GLOBAL AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL COM ANALISADOR EM COMODATO

Fornecedor: Rodrigues e Goulart

CNPJ/CPF 07 608 000/0001-18

Data/hora de envio 23/01/2026 15:45:48

Avaliação da proposta: Classificado.

Descrição Comprador

1 - PROTEÍNA C REATIVA (PCR) PROTEÍNA C REATIVA (PCR): TESTE QUANTITATIVO PARA DETECÇÃO DO NÍVEL DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR), PELA METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA, UTILIZANDO EURÓPIO COMO MARCADOR, EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL VENOSO E CAPILAR.COM RESULTADO EM ATÉ 3 MINUTOS, NO RANGE DE LEITURA DE 1.0MG/ML A 150MG/ML. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(CV%)MENOR OU IGUAL A 5%.

Descrição do Fornecedor

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



PROTEINA C REATIVA (PCR) PROTEINA C REATIVA (PCR): TESTE QUANTITATIVO PARA DETECÇÃO DO NÍVEL DE PROTEÍNA C REATIVA (PCR), PELA METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA, UTILIZANDO EURÓPIO COMO MARCADOR, EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL VENOSO E CAPILAR.COM RESULTADO EM ATÉ 3 MINUTOS, NO RANGE DE LEITURA DE 1.0MG/ML A 150MG/ML. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(CV%)MENOR OU IGUAL A 5%.		R\$ 3.000	U N	R\$ 18,75
Marca: Eco Diagnostica		Fabricante: Eco Diagnostica		Modelo: Eco F /F200
Descrição Comprador				
2 - RSV AG TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO RSV (VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO) COM RESULTADO EM ÍNDICE DE CORTE (COI) PELA METODOLOGIA FLUORESCÊNCIA E UTILIZA EURÓPIO COMO MARCADOR EM AMOSTRAS DE SWAB DE NASOFARINGE, ASPIRADO/LAVADO DE NASOFARINGE COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS. APRESENTA CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO INTERNOS INCLUSOS NO KIT. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO.				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
RSV AG TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO RSV (VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO) COM RESULTADO EM ÍNDICE DE CORTE (COI) PELA METODOLOGIA FLUORESCÊNCIA E UTILIZA EURÓPIO COMO MARCADOR EM AMOSTRAS DE SWAB DE NASOFARINGE, ASPIRADO/LAVADO DE NASOFARINGE COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS. APRESENTA CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO INTERNOS INCLUSOS NO KIT. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO.	R\$ 3.000	UN	R\$ 44,90	
Marca: Eco Diagnostica		Fabricante: Eco Diagnostica		Modelo: Eco F/F200
Descrição Comprador				
3 - ADENOVÍRUS TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO PARA ADENOVÍRUS COM RESULTADO EM ÍNDICE DE CORTE (COI) PELA METODOLOGIA FLUORESCÊNCIA , UTILIZA EURÓPIO COMO MARCADOR, AMOSTRAS DE SWAB DE NASOFARINGE OU NASAL, COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS. APRESENTA CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO INTERNOS INCLUSOS NOS TESTES, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO.				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
ADENOVÍRUS TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO PARA ADENOVÍRUS COM RESULTADO EM ÍNDICE DE CORTE (COI) PELA METODOLOGIA FLUORESCÊNCIA , UTILIZA EURÓPIO COMO MARCADOR, AMOSTRAS DE SWAB DE NASOFARINGE OU NASAL, COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS. APRESENTA CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO INTERNOS INCLUSOS NOS TESTES, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO.	R\$ 800	UN	R\$ 62,76	
Marca: Eco Diagnostica		Fabricante: Eco Diagnostica		Modelo: Eco F/F200
Descrição Comprador				
4 - DENGUE NS1 DENGUE NS1 TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE COM RESULTADO EM ÍNDICE DE CORTE (COI) , PELA METODOLOGIA FLUORESCÊNCIA E UTILIZA EURÓPIO COMO MARCADOR, AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL VENOSO E CAPILAR, SORO E PLASMA , COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO.				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



DENGUE NS1 DENGUE NS1 TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE COM RESULTADO EM ÍNDICE DE CORTE (COI) , PELA METODOLOGIA FLUORESCÊNCIA E UTILIZA EURÓPIO COMO MARCADOR, AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL VENOSO E CAPILAR, SORO E PLASMA , COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO.	R\$ 2.300	UN	R\$ 27,17
---	-----------	----	-----------

Marca: Eco Diagnostica

Fabricante: Eco Diagnostica

Modelo: Eco F/ F200

Descrição Comprador

5 - INFLUENZA A/B TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO DO VÍRUS DA INFLUENZA TIPO A E TIPO B COM RESULTADO EM ÍNDICE DE CORTE (COI) PELA METODOLOGIA FLUORESCÊNCIA E UTILIZA EURÓPIO COMO MARCADOR, AMOSTRAS DE SWAB NASAL E DE NASOFARINGE, LAVAGEM OU ASPIRADO DE NASOFARINGE COM RESULTADOS EM ATÉ 10 MINUTOS. APRESENTA CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO INTERNOS INCLUSOS NO KIT. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INFLUENZA A/B TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO DO VÍRUS DA INFLUENZA TIPO A E TIPO B COM RESULTADO EM ÍNDICE DE CORTE (COI) PELA METODOLOGIA FLUORESCÊNCIA E UTILIZA EURÓPIO COMO MARCADOR, AMOSTRAS DE SWAB NASAL E DE NASOFARINGE, LAVAGEM OU ASPIRADO DE NASOFARINGE COM RESULTADOS EM ATÉ 10 MINUTOS. APRESENTA CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO INTERNOS INCLUSOS NO KIT. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO.	R\$ 3.000	UN	R\$ 45,09

Marca: Eco Diagnostica

Fabricante: Eco Diagnostica

Modelo: Eco F/ F200

Descrição Comprador

6 - CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOXINA A E B) CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOXINA A E B) TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS TOXINAS A E B DE C. DIFFICILE COM RESULTADO EM ÍNDICE DE CORTE (COI) , PELA METODOLOGIA FLUORESCÊNCIA , AMOSTRAS DE FEZES HUMANAS, COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS. APRESENTA CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO INTERNOS INCLUSOS NO KIT. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOXINA A E B) CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOXINA A E B) TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS TOXINAS A E B DE C. DIFFICILE COM RESULTADO EM ÍNDICE DE CORTE (COI) , PELA METODOLOGIA FLUORESCÊNCIA , AMOSTRAS DE FEZES HUMANAS, COM RESULTADOS EM ATÉ 15 MINUTOS. APRESENTA CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO INTERNOS INCLUSOS NO KIT. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO.	R\$ 800	UN	R\$ 43,13

Marca: Eco Diagnostica

Fabricante: Eco Diagnostica

Modelo: Eco F/F200

Descrição Comprador

7 - TUBERCULOSE TB-FERON (IFN - GAMMA) TUBERCULOSE TB-FERON (IFN - GAMMA) TESTE PARA IDENTIFICAÇÃO TUBERCULOSE (ENSAIO DE LIBERAÇÃO DE INTERFERON GAMMA). PELA METODOLOGIA FLUORESCÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNNTTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210

FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



TUBERCULOSE TB-FERON (IFN - GAMMA) TUBERCULOSE TB-FERON (IFN - GAMMA) TESTE PARA IDENTIFICAÇÃO TUBERCULOSE (ENSAIO DE LIBERAÇÃO DE INTERFERON GAMMA). PELA METODOLOGIA FLUORESCÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO.	R\$ 300	UN	R\$ 184,51
Marca: Eco Diagnostica Fabricante: Eco Diagnostica Modelo: Eco F/ F200			
Descrição Comprador			
8 - D-DÍMERO D-DÍMERO TESTE QUANTITATIVO PARA DETECÇÃO DE D-DÍMERO, PELA METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA UTILIZANDO EURÓPIO COMO MARCADOR, EM AMOSTRAS DE PLASMA, SANGUE TOTAL VENOSO E CAPILAR COM RESULTADO EM ATÉ 7 MINUTOS NO RANGE DE LEITURA DE 25NG/ML FEU A 5.000NG/ML FEU. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(CV%)MENOR OU IGUAL A 5%.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
D-DÍMERO D-DÍMERO TESTE QUANTITATIVO PARA DETECÇÃO DE D-DÍMERO, PELA METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA UTILIZANDO EURÓPIO COMO MARCADOR, EM AMOSTRAS DE PLASMA, SANGUE TOTAL VENOSO E CAPILAR COM RESULTADO EM ATÉ 7 MINUTOS NO RANGE DE LEITURA DE 25NG/ML FEU A 5.000NG/ML FEU. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(CV%)MENOR OU IGUAL A 5%.	R\$ 1.200	UN	R\$ 26,43
Marca: Eco Diagnostica Fabricante: Eco Diagnostica Modelo: Eco F/ F200			
Descrição Comprador			
9 - NT PROBNP NT PROBNP TESTE QUANTITATIVO PARA DETECÇÃO DO NÍVEL DA PORÇÃO N TERMINAL DO PRÓ HORMÔNIO DO PEPTÍDEO NATRIURÉTICO TIPO B (NT -PROBNP), PELA METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA UTILIZANDO EURÓPIO COMO MARCADOR, EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL VENOSO COM RESULTADO EM ATÉ 20 MINUTOS NO RANGE TOTAL DE LEITURA DE 50.0 PG/ML A 25.000 PG/ML. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(CV%)MENOR OU IGUAL A 5%.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
NT PROBNP NT PROBNP TESTE QUANTITATIVO PARA DETECÇÃO DO NÍVEL DA PORÇÃO N TERMINAL DO PRÓ HORMÔNIO DO PEPTÍDEO NATRIURÉTICO TIPO B (NT -PROBNP), PELA METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA UTILIZANDO EURÓPIO COMO MARCADOR, EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL VENOSO COM RESULTADO EM ATÉ 20 MINUTOS NO RANGE TOTAL DE LEITURA DE 50.0 PG/ML A 25.000 PG/ML. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(CV%)MENOR OU IGUAL A 5%.	R\$ 800	UN	R\$ 37,46
Marca: Eco Diagnostica Fabricante: Eco Diagnostica Modelo: Eco F /F200			
Descrição Comprador			
10 - HCG HCG TESTE QUANTITATIVO PARA DETECÇÃO DO NÍVEL DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA SUBUNIDADE (?-HCG), PELA METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA UTILIZANDO EURÓPIO COMO MARCADOR, EM AMOSTRAS DE SORO, SANGUE TOTAL CAPILAR E VENOSO COM RESULTADO EM ATÉ 15 MINUTOS NO RANGE DE LEITURA DE 5MUI/ML A 1.500MUI/ML. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP IDENTIFICAÇÃO. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(CV%)MENOR OU IGUAL A 5%.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto



PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA
AV. DELEGADO WALDEMAR GOMES PINNTO, 1624, BAIRRO PONTE NOVA,
EXTREMA, CEP 37642-210
FONE: (35) 3435-4307 CNPJ: 18.677.591/0001-00



HCG HCG TESTE QUANTITATIVO PARA DETECÇÃO DO NÍVEL DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA SUBUNIDADE β -HCG), PELA METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA UTILIZANDO EURÓPIO COMO MARCADOR, EM AMOSTRAS DE SORO, SANGUE TOTAL CAPILAR E VENOSO COM RESULTADO EM ATÉ 15 MINUTOS NO RANGE DE LEITURA DE 5MUI/ML A 1.500MUI/ML. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP IDENTIFICAÇÃO. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(CV%)MENOR OU IGUAL A 5%.	R\$ 2.000	UN	R\$ 19,67
Marca: Eco Diagnostica Fabricante: Eco Diagnostica Modelo: Eco F/F200			
Descrição Comprador			
11 - TROPONINA I TROPONINA I TESTE QUANTITATIVO PARA DETECÇÃO DO NÍVEL DE TROPONINA I, PELA METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA UTILIZANDO EURÓPIO COMO MARCADOR, EM AMOSTRAS DE SORO E SANGUE TOTAL VENOSO COM RESULTADO EM ATÉ 10 MINUTOS NO RANGE DE LEITURA DE 0.05NG/ML A 20NG/ML. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(CV%)MENOR OU IGUAL A 5%.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TROPONINA I TROPONINA I TESTE QUANTITATIVO PARA DETECÇÃO DO NÍVEL DE TROPONINA I, PELA METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA UTILIZANDO EURÓPIO COMO MARCADOR, EM AMOSTRAS DE SORO E SANGUE TOTAL VENOSO COM RESULTADO EM ATÉ 10 MINUTOS NO RANGE DE LEITURA DE 0.05NG/ML A 20NG/ML. IDENTIFICAÇÃO DO PARÂMETRO, LOTE E VALIDADE NO PRÓPRIO CASSETE, SEM A NECESSIDADE DE TROCA DE CHIP PARA IDENTIFICAÇÃO. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO(CV%)MENOR OU IGUAL A 5%.	R\$ 3.000	UN	R\$ 18,90
Marca: Eco Diagnostica Fabricante: Eco Diagnostica Modelo: Eco F/F200			

Após a devida análise técnica, deliberara a presente que:

O lote que atende integralmente às exigências editalícias está tecnicamente aprovado;

Encaminhe-se a presente Ata à Pregoeira para ciência e adoção das providências cabíveis.

Extrema, 26 de janeiro de 2026.

TÁRCIA LEONOR GODOI
Responsável Técnica
Secretaria Municipal de Saúde