

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº00046/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO
LICITATÓRIO Nº00131/2025.

RELATÓRIO TÉCNICO

Após enviadas as amostras do produto Atadura de Crepom 15 cm X 1.80m pela empresa ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA- CNPJ 18.362.195/0001-85 ao setor de almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, aos 16/01/2026, foram as mesmas avaliadas e de acordo com as descrições exigidas no mencionado certame verificou-se que:

DESCRIÇÃO DO ITEM 22 DO ANEXO I DO EDITAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA (amostras)
Atadura de crepom medindo 15cm de largura x 1,80m Atadura de Crepom 15cm x 1.80m em repouso e alcance de mais de 4,00m esticada. Composição no mínimo 70% algodão, no máximo 22% poliéster e 8% elastano, com densidade de 13 fios cm² e fios alta torção Possui fio amarelo longitudinal. Não estéril, macia, pronta para uso em imobilização de membros, suave compressão, fixação de curativos e confecção de tipoia. Formato de rolo. Pacote com 12 unidades embaladas individualmente. Na embalagem individual deve conter medida, composição do produto em porcentagem, uso e registro na ANVISA.	Atadura de crepom - Na embalagem da amostra apresentada consta a seguinte composição: 52% algodão, 43% poliéster e 5% elastano O produto está em desconformidade do item 22.

Desta forma, ante o exposto, o produto Atadura de crepom medindo 15cm de largura x 1,80m, apresentados para amostra pela referida empresa não atende o edital – pregão eletrônico nº46/2025, notadamente o item 22 ANEXO I, sendo assim **somos pela não aprovação do mesmo.**

Campanha, 20 de janeiro de 2026.

Rita Claudia da Silva Dias
Rita Claudia da Silva Dias
Matrícula 2347