

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº00046/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº00131/2025.

RELATÓRIO TÉCNICO

Após enviadas as amostras do produto Atadura de Crepom Atadura de crepom 10 cm x 1,80m, Atadura de Crepom 15cm x 1,80m e Atadura de crepom medindo 20 cm x1,80m pela empresa Promed Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odontológicos Ltda- CNPJ 53.976.974/0001-71 ao setor de almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, aos 13/02/2026, foram as mesmas avaliadas e de acordo com as descrições exigidas no mencionado certame verificou-se que:

DESCRIÇÃO DOS ITENS 21, 22 E 23 DO ANEXO I DO EDITAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA (amostras)
Atadura de crepom 10 cm de largura x 1,80m. Atadura de Crepom 15cm x 1,80m e Atadura de crepom medindo 20 cm x1,80m em repouso e alcance de mais de 4,00m esticada. Composição no mínimo 70% algodão, no máximo 22% poliéster e 8% elastano, com densidade de 13 fios cm³ e fios alta torção. Possui fio amarelo longitudinal. Não estéril, macia, pronta para uso em imobilização de membros, suave compressão, fixação de curativos e confecção de tipola. Formato de rolo. Pacote com 12 unidades embaladas individualmente. Na embalagem individual deve conter medida, composição do produto em porcentagem, uso e registro na ANVISA.	Atadura de crepom - Na embalagem das amostras apresentadas constam a seguinte as composições composição: 80% algodão, 12 % poliéster e 8% elastano, com densidade de 13 fios cm³. A composição atende as descrições dos itens 21, 22 e 23, inclusive em relação ao desempenho funcional apresentando capacidade de uso adequado. Desta forma, os produtos foram aprovados.

Desta forma, ante o exposto, os produtos dos Itens 21, 22 e 23 do Anexo I apresentados para amostra pela referida empresa atende o edital – pregão eletrônico nº46/2025, sendo assim somos pela aprovação dos mesmos.

Campanha, 13 de fevereiro de 2026.

Rita Cláudia da Silva Dias
Rita Cláudia da Silva Dias
Matrícula 2347