

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº00046/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº00131/2025.

RELATÓRIO TÉCNICO

Após enviadas as amostras do produto **Compressa de gaze hidrófila não estéril**. Embalagem contendo dados de identificação, ou data de fabricação e validade, número e lote pela empresa ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR – CNPJ 18.362.195/0001-85 ao setor de almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, aos 16/10/2025, foram as mesmas avaliadas e de acordo com as descrições exigidas no mencionado certame verificou-se que:

DESCRIÇÃO DO ITEM 52 DO ANEXO I DO EDITAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA (amostras)
Compressa de gaze hidrófila não estéril – em algodão puro, 13 fios/cm ² , 08 dobras; medindo 7,5 x 7,5 cm; 15 X 30 cm aberta, cor branca, isenta de amido, dextrina, corantes corretivos, azulados ópticos, álcalis e ácidos, fios uniformes sem falhas fiapos.	Compressa de gaze hidrófila não estéril - Na embalagem da amostra apresentada consta informações referentes às composições do produto 5 dobras, 8 camadas, medindo 7,5x7,5cm, 13 fios, 100% ALGODÃO. Outrossim, a referida gaze não possui a metragem solicitada, bem como apresentada na embalagem, pois de acordo com a medição realizada a mesma possui 7,5 X 5,5 cm. A quantidade de dobras não atende ao solicitado. O referido produto é bem ralo, não aparentando ser de 13 fios. Pelo tato não vislumbra-se o percentual de 100% de algodão. O produto está em desconformidade do item 52.

Desta forma, ante o exposto, **o produto compressa de gaze hidrófila não estéril**, apresentado para amostra pela referida empresa não atende o edital –



pregão eletrônico nº46/2025, notadamente o item 52 ANEXO I, sendo assim
somos pela não aprovação do mesmo.

Campanha, 03 de novembro de 2025.

Rita Cláudia da Silva Dias
Rita Cláudia da Silva Dias

Matrícula 2347

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº00046/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº00131/2025.

RELATÓRIO TÉCNICO

Após enviadas as amostras do produto **Gaze Tipo Queijo 9 fios**. Embalagem contendo dados de identificação, ou data de fabricação e validade, número e lote pela empresa CAPARAO MEDICAL LTDA – CNPJ 57.218.958//0001-70 ao setor de almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, aos 30/10/2025, foram às mesmas avaliadas e de acordo com as descrições exigidas no mencionado certame verificou-se que:

DESCRIÇÃO DO ITEM 85 DO ANEXO I DO EDITAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA (amostras)
Gaze Tipo Queijo 9 fios: confeccionada com fio 100% algodão, sendo composta por três dobras e oito camadas no formato 9,1cm x91m.	Gaze Tipo Queijo 9 fios: confeccionada com fio 100% algodão, sendo composta por três dobras e oito camada. O produto está em conformidade com o item 85.

Desta forma, ante o exposto, o produto **Gaze Tipo Queijo 9 fios**, apresentados para amostra pela referida empresa atende o edital – Pregão Eletrônico nº46/2025, notadamente o item 85 ANEXO I, sendo assim **somos pela aprovação do mesmo**.

Campanha, 03 de novembro de 2025.


Rita Claudia da Silva Dias
Matrícula 2347

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº00046/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº00131/2025.

RELATÓRIO TÉCNICO

Os itens 0021(atadura de crepom medindo 10 cm largura x 1,80 m) 0022(atadura de crepom medindo 15 cm largura x 1,80m), 0023(atadura de crepom medindo 20cm largura x 1,80m) e 0051(compressa de gaze hidrófila estéril) de acordo com informações do setor de almoxarifado Secretaria Municipal de Saúde não foram encaminhadas as amostras dos referidos produto pelas empresas.

Desta forma, ante o exposto, diante da ausência da apresentação das citadas amostras dos mencionados itens, não atendendo a exigência do certame **somos pela desclassificação dos respectivos fornecedores Imperio Pharma Medicamentos Ltda (itens 0021, 0022, 0023, e MG FLEX Ltda(item 0051).**

Outrossim, **o fornecedor BIOLAB Soluções para Saúde Ltda do item 0017,** que apresentou o aparelho glicosímetro modelo MEDSING não é compatível da tira reagentes para pesquisa de glicemia para uso do aparelho glicosímetro, ora ACCU- CHEK ACTIVE apresentado pelo fornecedor MAT MED HOSPITALAR LTDA ME, portanto **sugerimos que o primeiro fornecedor do item 0017 deve ser desclassificado.**

Campanha, 03 de novembro de 2025.


Rita Claudia da Silva Dias
Matrícula 2347

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº00046/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº00131/2025.

RELATÓRIO TÉCNICO

Após enviadas as amostras dos produtos jelcos nº20, nº22 e nº24 pela empresa LIAMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP– CNPJ 50.694.319/0001-32 ao setor de almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, aos 30/10/2025, foram as mesmas avaliadas e de acordo com as descrições exigidas no mencionado certame verificou-se que:

DESCRIÇÃO DOS ITENS 96, 97 e 98 DO ANEXO I DO EDITAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA (amostras)
Item 96 - Jelco nº 20: cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Cateter radiopaco e flexível. Proporciona maior facilidade de punção e penetração na pele. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer Lok Universal codificado por cores. Câmara de refluxo. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias. Item 97 - Jelco nº 22: cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído por: Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção de e reduz o traumatismo nos tecidos. Cateter radiopaco e flexível. Proporciona maior facilidade de punção e penetração na pele. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer Lok Universal codificado por cores. Câmara de refluxo. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias. Item 98 - Jelco nº 24: cateter periférico do tipo por fora da agulha, estéril, constituído	A composição dos produtos ofertados para amostra atendem a descrição dos itens 96, 97 e 98, portanto estão em conformidade com o solicitado no certame.

por: Agulha siliconizada com bisel b1-angulado e trifacetado. Facilita a punção e reduz o traumatismo nos tecidos. Cateter radiopaco e flexível. Proporciona maior facilidade de punção e penetração na pele. Protetor do conjunto agulha/cateter. Conector Luer Lok Universal codificado por cores. Câmara de refluxo. Tampa da câmara de refluxo com micro estrias

Desta forma, ante o exposto, **os produtos Jelcos nº20, 22 e 24** encaminhados para amostra pela referida empresa atendem o edital – Pregão Eletrônico nº046/2025, notadamente os itens 96, 97 e 98 do ANEXO I, sendo assim **somos pela aprovação dos mesmos.**

Campanha, 07 de novembro de 2025.


Rita Cláudia da Silva Dias
Matrícula 2347

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº00046/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº00131/2025.

RELATÓRIO TÉCNICO

Após enviadas as amostras do produto **Micropore 10 cm x 4,5 m e Micropore 5 cm x 10 m e Esparadrappo – tamanho de 10cm x 4,5m**. Embalagem contendo dados de identificação, ou data de fabricação e validade, número e lote pela empresa Liv Soluções em Saúde – CNPJ 52.284.347/0001-07 ao setor de almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, aos 21/10/2025, foram às mesmas avaliadas e de acordo com as descrições exigidas no mencionado certame verificou-se que:

DESCRIÇÃO DO ITEM 68 DO ANEXO I DO EDITAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA (amostras)
Esparadrappo – tamanho de 10cm x 4,5m , tecido 100% algodão, adesivo a base de borracha natural e resina. Composto de tecido 100% algodão que recebe tratamento especial para proporcionar facilidade de rasgo sem desfilamento, resina acrílica impermeabilizante, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas.	Esparadrappo – tamanho de 100mm x 4,5m - Na embalagem apresentada a composição do tecido é algodão e poliéster, e não de tecido 100% algodão, conforme descrição. O que prejudica o manuseio, sem firmeza, grudando com facilidade ao rasgar para o uso. Não apresenta a descrição adesiva à base de borracha natural e resina. O produto apresentado não atende o produto descrito, portanto está em desconformidade do item 68.
DESCRIÇÃO DO ITEM 128 DO ANEXO I DO EDITAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA (amostras)
Micropore 10 cm x 4,5 m, cor branca , rayon de viscose não tecido, com adesivo acrílico hipoalérgico.	Fita Microporosa Branca 10,0cm x 4,5 m - Na embalagem da amostra apresentada consta informações referentes às composições do produto medindo 10,0 x 4,5cm. Não tecidos a base de fibras de algodão. Adesivo termoplástico. O produto não atende o material descrito do produto, rayon de viscose não tecido. O adesivo é termoplástico

Adilson



	possui fixação maior que o descrito adesivo acrílico hipoalergênico, assim causando mais danos às peles sensíveis. Portanto, o produto quando colocado na pele não possui absorção de umidade, não respirável, não é poroso. O produto está em desconformidade do item 128.
DESCRIÇÃO DO ITEM 129 DO ANEXO I DO EDITAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA (amostras)
Micropore 5 cm x 10 m, cor branca, rayon de viscose não tecido, com adesivo acrílico hipoalérgico	Fita Microporosa Branca 5,0cm x 10 m- Na embalagem da amostra apresentada consta informações referentes às composições do produto medindo 5,0 x 10 cm. Não tecidos a base de fibras de algodão. Adesivo termoplástico. O produto não atende o material descrito do produto, rayon de viscose não tecido. O adesivo é termoplástico possui fixação maior que o solicitado adesivo acrílico hipoalergênico, assim causando mais danos às peles sensíveis. Portanto, o produto quando colocado na pele não possui absorção de umidade, não respirável, não poroso. O produto está em desconformidade do item 129.

Desta forma, ante o exposto, **os produtos Micropore 10 cm x 4,5 m,m Micropore 5 cm x 10 m e Esparadrapo – tamanho de 10cm x 4,5m**, apresentados para amostra pela referida empresa não atende o edital – Pregão Eletrônico nº46/2025, notadamente o itens 68, 128 e 129 do ANEXO I, sendo assim **somos pela não aprovação do mesmo.**

Campanha, 03 de novembro de 2025.

Rita Claudia da Silva Dias
Rita Claudia da Silva Dias
Matrícula 2347