

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº00059/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº00170/2025.

RELATÓRIO TÉCNICO

Após análise de conformidade das propostas dos itens dos equipamentos e materiais permanentes com as descrições exigidas no mencionado certame verificou-se os itens 1/17, 19/30 e 32/41 apresentados atendem o edital - Pregão Eletrônico nº00059/2025 – Processo Administrativo Licitatório nº00170/2025.

Contudo, ressalte-se que, o item 31 não houve proposta e o item 18 não foi aprovado, haja vista que as especificações técnicas propostas não estão em conformidade com a descrição/especificação exigida, senão vejamos:

DESCRIÇÃO DO ITEM 18 DO ANEXO I DO CERTAME	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OFERTADO PELA EMPRESA (catálogo)
Detector Fetal Digital Tipo tecnologia display faixa de medição alimentação grau de proteção: portátil digital lcd colorido mínimo de 2.4 30 a 240bpm bateria ou pilha sonda ipx7	De acordo com as especificações técnicas a tela de exibição apresenta 1.7 polegadas em desacordo com a descrição solicitada de no mínimo 2.4 polegadas. A frequência cardíaca apresenta 50 BPM- 240BPM em desacordo com a descrição 30 a 240 BPM. O produto está em desconformidade do item 18.

Desta forma, ante o exposto, os itens 1/17, 19/30 e 32/41 atendem ao edital, sendo assim somo pela aprovação dos mesmos.

Outrossim, o item 18 referida não atende o edital – pregão eletrônico nº59/2025, sendo assim somos pela não aprovação do mesmo.

Campanha, 12 de janeiro de 2026.



Bianca Nunes Costa Scarpelli
Chefe da Seção Atenção Básica