

1235

Memorando nº 04/2025

Betim, 09 de Janeiro de 2025.

DE: Divisão de Farmácia e Suprimentos

PARA: Seção de Licitação da Saúde- CPL/Saúde

A/C: Tatiane Flávia Silva Luz

REF: Pregão Eletrônico nº 25/2024 – PAC nº 63/2024 – RP nº 16/2024 PROT. 50403/24.

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição material médico GERAL

Informamos que após a análise das amostras e folders técnicos referentes ao PAC nº 63/2024, e PE nº 25/2024, em resposta ao memorando nº 182/2024, emitido pela Seção de licitação da Saúde, emitimos o parecer técnico dos seguintes itens:

- **SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA.: ITEM “02”.** Avaliação através de folder técnico/prospecto da marca. Curativo Adesivo Hipoalergênico marca: STOPPER, Fab: PROINLAB, ANVISA: 10426950002. **ATENDE às especificações do edital.**

- **GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.: ITENS “18, 19, 21, 30 e 31”.** Avaliação através folder técnico/prospecto : **ATENDEM às especificações do edital.**

- **RM TRADE SOLUÇÃO EM NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA.: ITEM “25”:** Avaliação através de folder técnico/prospecto da marca: M-TEC Missner, FAB: Pharmaplast. S.A. ANVISA: 80269330016. **ATENDE às especificações do edital.**

- **SOLUÇÕES EM LIMPEZA FÊNIX LTDA.: ITEM “29”.** Avaliação através de folder técnico/prospecto da marca. HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL tela confeccionada de celulose, marca: ASSULT EUROPA, FAB: Equimedical BV- HOLANDA, ANVISA: 80262280009. **ATENDE às especificações do edital.**

Atenciosamente,

Alessandro Fortunato
Enfermeiro Coren-MG 92.128
Divisão de Farmácia e Suprimentos

Ana Paula Souza Silva
Gerente Divisão de Farmácia e Suprimentos
Hospital Regional de Betim
Ana Paula Souza Silva
Gerente

Divisão de Farmácia e Suprimentos

MEMO DAFI / INS Nº 10/2025

Betim, 27 de janeiro de 2025.

1236
PS

DE: Diretoria de Assistência Farmacêutica e Insumos

PARA: Seção de Licitação da Saúde – CPL / Saúde

A/C: Tatiane Flávia Silva Luz

REF: PE 25/2024 – PAC 63/2024 – RP 16/2024

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de curativos e coberturas especiais,

Informamos que após a análise das documentações, propostas, amostras e folders técnicos referente ao PE 25/2024, PAC 63/2024, RP 16/2024, em resposta ao memorando nº 182/2024 encaminhado a Diretoria de Assistência Farmacêutica e Insumos em 25/11/2024 pela Seção de Licitação da Saúde – CPL / Saúde emitimos o parecer técnico dos itens:

- **ESF II PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, no lote "08, código ARES 92449"** - Avaliação através da amostra e folder técnico da marca **CURATEC (CÓDIGO BK 301010) ATENDE** às especificações do edital.

- **ESF II PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, no lote "27, código ARES 26542"** - Avaliação através da amostra e folder técnico da marca **CURATEC (COM ALGINATO 30 GRAMAS - CÓDIGO K 260030) ATENDE** às especificações do edital.

- **GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote "14, código ARES 26965"**
- Avaliação através da amostra e folder técnico da marca **PHARMAPLAST (MODELO PHARMACOLL – EXTRA T 100100) ATENDE** às especificações do edital.

- **GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote "24, código ARES 92450"**
- Avaliação através da amostra e folder técnico da marca **PHARMAFIX (MODELO FIX PU 15010000) ATENDE** às especificações do edital.

- **INDAPHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEA, no lote "13, código ARES 92465"** - Avaliação através da amostra e folder técnico da marca **COLOPLAST (BIATAIN 15 X 15 REF. 3715) ATENDE** às especificações do edital.

- **MAXXI VIX COMÉRCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO LTDA, no lote "23, código ARES 92450"**
- Avaliação através da amostra e folder técnico da marca **PHARMAFIX (APRESENTAÇÃO EM ROLO COM TAMANHO DE 15CM X 10 M) ATENDE** às especificações do edital.

- **MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES**, no lote "12, código ARES 92465" - Avaliação através da amostra e folder técnico da marca CASEX (ALGICARE) ATENDE às especificações do edital.

- MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA- ME, no lote "32, código ARES 26243" - empresa desclassificada por não apresentar amostra conforme especificação do edital.

- **PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, no lote "16, código ARES 19731" - Avaliação através da amostra e folder técnico da marca CURITY (COVIDIEN - MODELO 6113) ATENDE às especificações do edital.

- **PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, no lote "04, código ARES 53606" - Avaliação através da amostra e folder técnico da marca CASEX (CURATIVO COM ALGINATO) ATENDE às especificações do edital.

- PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no lote "07, código ARES 72681" – empresa desclassificada por não apresentar amostra conforme especificação do edital.

- **PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, no lote "11, código ARES 39292" - Avaliação através da amostra e folder técnico da marca CASEX (CURATIVO HIDROFIBRA COM PRATA) ATENDE às especificações do edital.

- **PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, no lote "26, código ARES 92486" - Avaliação através da amostra e folder técnico da marca CASEX (CLEAN – HEX GEL COM PHMB 0,2%) ATENDE às especificações do edital.

- **PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, no lote "28, código ARES 93327" - Avaliação através da amostra e folder técnico da marca COREGEL (CURATIVO HIDROGEL EM TUBO) ATENDE às especificações do edital.

- RM TRADE SOLUÇÃO EM NEGÓCIO E SERVIÇOS LTDA, no lote "03, código ARES 53602" – empresa desclassificada por não apresentar amostra conforme especificação do edital.

- RM TRADE SOLUÇÃO EM NEGÓCIO E SERVIÇOS LTDA, nos lotes "05 e 06, código ARES 92466 (insumos com mesmo código" - Avaliação através da amostra e folder técnico da marca MISSNER (Curativo hidrofibra Extra) NÃO ATENDE às especificações do edital.

Solicitado no descritivo “.. composta com carboximetilcelulose (CMC) com alginato de cálcio, com prata ...”. Conforme folder técnico em anexo, o produto licitado é composto por fibras de CMC, não atendendo as especificações do decriptivo.

- **RM TRADE SOLUÇÃO EM NEGÓCIO E SERVIÇOS LTDA**, nos lotes "09 e 10, código ARES 32562 (insumos com mesmo código" - Avaliação através da amostra e folder técnico da marca MISSNER (CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA M-TEC) ATENDE às especificações do edital.

1231
—
OK

- SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, no lote "01, código ARES 85246" – empresa desclassificada por não apresentar amostra conforme especificação do edital.

- SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA, no lote "15, código ARES 92447" - Avaliação através da amostra e folder técnico da marca VITAMEDICAL (CURATIVO HIRDOCOLÓIDE KANGLI DERM) ATENDE às especificações do edital.

Ressalto que as empresas desclassificadas por não apresentar amostra, não atenderam a especificação do edital (ANEXO I - Termo de referência, Item 4 – Dos requisitos da contratação, subitem 4.5 - Da apresentação de amostras e/ou folder técnico/manual/prospecto, página 29 (especificação sobre envio das amostras) conforme print infracitado:

4.5 - Da apresentação de amostras e/ou folder técnico/manual/prospecto.

4.5.1 - Para aferir a compatibilidade do item ofertado pelos licitantes com as especificações exigidas no Termo de Referência, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, é obrigatória apresentação pelos licitantes, juntamente com a proposta, de folder ou documento que contenha minimamente as seguintes informações de cada item ofertado:

4.5.1.1 - Registro ANVISA do produto;

4.5.1.2 - Fabricante do produto;

4.5.1.3 - Marca do produto;

4.5.1.4 - Modelo ou referência do produto;

4.5.1.5 - Imagem ou fotografia do produto.

4.5.2 - Caso seja aferida a compatibilidade do item do folder com a especificação, mas não seja possível aferir os padrões de qualidade e desempenho, poderá ser solicitada apresentação de amostras ao participante provisoriamente classificado em primeiro lugar, na quantidade de no máximo 4 unidades.

4.5.3 - Os produtos que já tiverem histórico de aprovação em aquisições anteriores e não tiverem notificações que resultaram em retirada de uso poderão ser dispensados do envio de amostra para análise;

4.5.4 - A amostra deverá estar devidamente identificada com a razão social, e-mail e telefone do licitante, número da licitação e a indicação de a que item da licitação se refere (código e descrição), conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso. Deve dispor na embalagem as informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, número de registro na ANVISA, código de referência do produto/modelo.


4.5.5 - As amostras serão fornecidas sem despesas para o contratante.

4.5.6 - O envio/postagem das amostras deverá se dar no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da convocação, no horário de 07:30 h as 17:30 h, no Setor de Suprimentos do Hospital Público Regional de Betim. Endereço: Avenida Edmeia Matos Lazarotti, 3800, bairro Jardim Brasília, Betim/MG. CEP: 32630-080 sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega;


4.5.7 - É facultada a prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação devidamente justificada pelo interessado, antes de findo o prazo;

Devido a especificidade e uso do insumo, o parecer técnico dos lotes subcitados será emitido pela Divisão de Farmácia e Suprimentos - HPRB :
Lotes: 02, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 31.

Atenciosamente.


enfermeira
COREN 147129

Paula Letícia Silva
Enfermeira – COREN MG 147129
Seção de estratégia de programação e aquisição


Ângela Dias Moraes
Diretora de Assistência
Farmacêutica e Insumos
Matrícula: 023021721
Prefeitura Municipal de Betim
Diretoria da Assistência Farmacêutica e Insumos