

Betim, 20 de março de 2025.

DE: Diretoria de Assistência Farmacêutica e Insumos

PARA: Seção de Licitação da Saúde – CPL / Saúde

A/C: Tatiane Flávia Silva Luz

Assunto: Resposta ao Pedido de Esclarecimento realizado pela empresa Laboratórios B. Braun S.A.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO nº 56/2024- PAC nº 112/2024- RP nº 41/2024

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos gravitacionais, dispositivos e equipamentos com fornecimento de bombas de infusão em comodato, a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde de Betim.

Informamos que após a análise do pedido de esclarecimento realizado pela empresa Laboratórios B. Braun S.A., CNPJ 31.673.254/0010-95, encaminhado via e-mail em 14/03/2025, venho expor:

QUESTIONAMENTO DA INTERESSADA:

2.2. Neste sentido, servimo-nos do presente para apresentar pedido de esclarecimento quanto a seguinte especificação:

Da exigência do injetor lateral para o Lote 05 Item 09 e a proposição de cronograma de entrega das bombas.

3.6 Assim, vimos consultar vossa senhoria acerca da possibilidade de alteração das especificações do referido item para a EXCLUSÃO DA REFERÊNCIA AO INJETOR LATERAL; ou, alternativamente, na hipótese de não ser possível a alteração do descritivo, que seja incluída a permissão para que sejam fornecidos equipamentos COM OU SEM injetor lateral.

OUTROSSIM, CONSIDERANDO O QUANTITATIVO DE BOMBAS SOLICITADOS, QUESTIONAMOS SE, CASO A EMPRESA SAGRE-SE VENCEDORA DO CERTAME, SERIA POSSÍVEL A PROPOSIÇÃO DE CRONOGRAMA (cláusula 13.3.9.5) DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS CONSIDERANDO O PRAZO DE 10 DIAS PRORROGÁVEIS POR MAIS 10 DIAS, A SER DEFINIDO ENTRE AMBAS AS PARTES.

RESPOSTA SOBRE O QUESTIONAMENTO:

O Equipamento de infusão fotossensível é um produto foto-protetor indicado para a infusão de medicamentos fotossensíveis (medicamentos que sofrem reações de degradação (fotólise), tais como oxidação ou hidrólise, em decorrência da exposição à luz). O injetor lateral do equipamento é uma parte do dispositivo que permite administração simultânea de medicamentos ou soluções quando

admissível. Ademais, o injetor lateral permite remover ar do sistema quando presente, sem a necessidade de desconectar o equipo do dispositivo do acesso venoso periférico evitando assim expor o paciente ao risco de contaminação pela manipulação dos dispositivos.

Diante do exposto, o item licitado deverá atender as especificações do edital conforme print infracitado (página 48, Anexo II – Modelo de proposta de preço).

AP	UNIDADE.	UNIDA	S.000
0009	948633035	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO DE SISTEMA PERISTÁLTICO LINEAR TIPO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL (COR AMBAR). CARACTERÍSTICAS - CÂMERA COM TUBO EM PVC COM COMPOSTO FILTRANTE DE RADIAÇÕES LUMINOSAS, COM APROXIMADAMENTE 2,00 M DE COMPRIMENTO, PONTA PERFURANTE (QUE PERMITA CONEXÃO A TODOS OS TIPOS DE RECIPIENTES PARENTERAIS COMO FRASCOS OU BOLSAS FLEXÍVEIS) E TAMPA DE PROTEÇÃO, CÂMERA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRA E PADRÃO 20 GOTAS/ML PINÇA TIPO ROLETE, RESPIRO COM FILTRO DE AR E TAMPA REVERSÍVEL, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, EXTREMIDADE TIPO LUER LOCK COM TAMPA DE PROTEÇÃO, ATÓXICO. EQUIPO EXCLUSIVO E DEDICADO COMPATÍVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO (HOMOLOGADOS PELO FABRICANTE). EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ISENTO DE LÁTEX. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. ACOMPANHAR SACO (EMBALAGEM) PARA PROTEÇÃO DOS RECIPIENTES. UNIDADE DE FORNECIMENTO - UNIDADE.	

Relacionado a solicitação da prorrogação do prazo de entrega dos equipamentos em comodato informo que a empresa deverá atender a solicitação conforme especificação do edital. Ressalto que com o vencimento do último PAC (conforme print infracitado) estamos com estoques críticos do insumo e que a prorrogação da entrega dos itens pode gerar desabastecimento dos materiais expondo os usuários da Rede SUS – Betim.

razão o tempo e estoque demandado para finalizar a aquisição.

11.3- Destaca-se que os itens do objeto desta aquisição foram solicitados no processo por registro de preços dos PACs FMS 0021/2023 e FMS 0032/2023 vigentes até 25/10/2024 e 01/09/2024, respectivamente.

13.3.9.5 O cronograma de entrega e/ou instalação dos equipamentos e de treinamento da equipe deve ser definido entre a CONTRATADA e as unidades de destino. Para tal, em até 5 dias úteis após a data de emissão da primeira ordem de fornecimento, a CONTRATADA deverá contatar os setores pelos meios descritos abaixo:


13.3.9.5.1 HPRB: Através do telefone: 31 3539-8145 (Central de Equipamentos do HPRB - Solange Cardoso).

13.3.9.5.2 Diretoria de Urgência e Emergência: através do e-mail: diretoriaurgenciabetim@yahoo.com

13.3.9.5.3 A entrega/instalação dos equipamentos deverá ser realizada respeitando as datas previamente acordadas.

13.3.9.5.4 O treinamento das equipes poderá ocorrer nos turnos manhã, tarde e noite, conforme necessidade, podendo ser demandado novos treinamentos sempre que o setor detectar necessidade. Deverão ser abordados todos os aspectos operacionais de forma teórica e prática observadas todas as condições impostas pelo fabricante, devendo ser o treinamento suficiente para que o profissional operacionalize o equipamento com segurança visando a otimização do seu uso.

Print página 34, Anexo II, Item 13.3- Das condições gerais do fornecimento e/ou prestação do serviço.



Paula Letícia Silva

Enfermeira – Coren MG 147129

Seção de estratégia de programação e aquisição

1. The first part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.